

ANNEX 5.2 - CS/CC00/1101457062/26/AMUP - Especificacions tècniques obligatòries dels equips en cessió		
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES REQUERIDES SISTEMA D'ADMINISTRACIO	COMPLEX	INDICAR NUMERO D'HORES / DIES
	S/ NO	
1-Garantiex que la concentració de la mescla oxigen i òxid nítric sigui sempre constant i contínua, independentment de la forma de ventilació utilitzada.		
2-L'equip ha de comptar amb un sistema manual d'administració independent, amb bateria interna i, a més, s'ha de garantir la possibilitat de canvi d'ampolla de manera que no s' hagi d'interrompre el tractament.		X
3-Disposa d'un sistema de monitoratge constant i fiable		X
4-Compatible amb ventiladors neonatals, pediàtrics i d'adults, ventiladors de transport així com amb sistemes de ventilació no invasiva i d'alta freqüència		X
5-Compatible per al transport del pacient si fos necessari.		X
Rang de l'òxid nítric ha d'estar comprès com a mínim entre 0,1 i 40 ppm		X
6-Connexió de dos cilindres		
7- Servei tècnic propi . Temps màxim 24 hores de presència física en cas de necessitat		X
8- Subministrament ininterromput durant 24h al dia 365 dies l'any		X
9- Subministrament de tots els materials fungibles necessaris per l'administració i retirada de les ampolles buides sense cost		X
10- Equip traslladable mitjançant carro de transport amb dimensions màximes de l'equip 180cm alçada per 80cm amplada		X
11- Informació del nivell de càrrega de les bateries en pantalla		X
12-Sistema apte per a totes les modalitats de ventilació , per volum i per pressió		X
13- Visualització de paràmetres seleccionats combinant gràfics i dades		X
14- configuració de la dosificació d'òxid nítric per rangs		X
15- Test administració i funcionament correcte		
16- Manteniment preventiu anual i correctiu inclòs ( Recanvid, desplaçaments, hores...)		
17- Sistema de registre i extracció de dades de cada tractament		
18- En cas d'innovació tecnològica, coordinacio amb els hospitals per incorporar la nova		X
19- Compromís al finalitzar el contracte , en cas de canvi d'adjudicatari, de retorn d'equips un cop reposats els nous		
		X