

**Informe valoratiu del Sobre B de l'expedient de contractació per el servei de manteniment de diferents equips de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).**

**EXP 202514**

- 1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE**
- 2. EMPRESES PRESENTADES**
- 3. VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LA PROPOSTA TÈCNICA**
- 4. QUADRE RESUM VALORACIONS**

## **1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte d'aquest contracte és la regulació dels termes i condicions de l'execució del contracte del **per el servei de manteniment de diferents equips de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)**.

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), per a realitzar les tasques d'investigació requereix un alt nivell de precisió en tots els instruments de treball i complir amb els paràmetres descrits pel fabricant de cada equip. És per això que resulta del tot necessari la contractació d'un servei de manteniment per cada un d'ells amb l'objectiu de que es mantinguin en tot moment amb un estat òptim de funcionament i així garantir-ne la fiabilitat i la precisió.

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és la regulació dels termes i condicions de l'execució per el servei de manteniment de diferents equips propietat de l'IDIBGI segons els plecs tècnics descrits a continuació i ubicats al Laboratori de Recerca de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

## **2. EMPRESAS PRESENTADES**

### **1. Mettler-Toledo S.A.E**

**CIF: A08244568**

**Lot: 3**

### **2. J.TOURON SA**

**CIF: A17070806**

**Lots: 1, 2, 3, 4 i 5.**

### **3. ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA SLU**

**CIF: B63510101**

**Lots: 1, 2 i 5.**

### **4. ASSI Sistemas e Instrumentación S.L.**

**CIF: B60775194**

**Lot: 1, 2, 3, 4 i 5.**

5. **LABORTECH WALDNER SL**

CIF: B84403856

Lot: 2

6. **AIRVALIDATION, S.L.**

CIF: B67076174

Lot: 2

3. **VALORACIÓ TÈCNICA.**

**VALORACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS MÍNIMS DEL SERVEI A REALITZAR, segons apartat 2 dels PTT:**

1. La licitadora **Mettler-Toledo S.A.E, per el lot 3.**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 3: Compleix**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3**, degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

2. La licitadora **J.TOURON SA**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 1: Compleix**

**Per el lot 2: Compleix**

**Per el lot 3: No compleix, per no disposar de certificat ENAC, requisit indispensable per el compliment del lot. No es procediran a valorar els criteris automàtics per aquest lot.**

**Per el lot 4: Compleix**

**Per el lot 5:** En la memòria presentada no quedava suficientment acreditat el compliment de dels següents requeriments:

- i) Sublot 5.3 (pulsioxímetre) de la realització de la revisió de l'estat del traductor, incloent la qualitat de l'emissió del LED, la sensibilitat i la resposta del fotodetector o senyal
- ii) Sublot 5.4 (termòmetre) de la realització de la verificació del correcte estat de l'equip, incloent bateria o carregador, display, alarmes i altres elements crítics per al seu ús.

Amb data 3 de desembre s'envia requeriment a la licitadora J. Touron SA. En la resposta rebuda amb data 4 de desembre, l'empresa aporta la documentació suficient per acreditar el correcte compliment dels punts requerits.

**Per tant, la licitadora compleix amb els requeriments sol·licitats**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3**, degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

### 3. La licitadora **ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA SLU**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 1:** En la memòria presentada no quedava suficientment acreditat el compliment de del requeriment descrit pel sublot 1.5 (centrífugues) relatiu a la calibració de la variable temps (punt 1.5.1).

Amb data 3 de desembre de 2025 s'envia requeriment a la licitadora ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA S.L.U. En la resposta rebuda amb data 9 de desembre, l'empresa aporta la documentació suficient per acreditar el correcte compliment dels punts requerits.

**Per tant, la licitadora compleix amb els requeriments sol·licitats.**

**Per el lot 2: Compleix**

**Per el lot 5: Compleix**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3,** degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

### 4. La licitadora **ASSI Sistemas e Instrumentación S.L.**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 1: Compleix**

**Per el lot 2: Compleix**

**Per el lot 3: compleix**

**Per el lot 4: Compleix**

**Per el lot 5: Compleix**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3**, degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

5. La licitadora **LABORTECH WALDNER SL**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 2:** En la memòria presentada no quedava suficientment acreditat el compliment de dels següents requeriments:

- i) Sublot 2.1 (Cabines de fluxe laminar), punt 2.1.6, es sol·licitava la medició de llum blanca i llum UVC així com del nivell de soroll de l'equip. En la memòria s'evidencia la medició de la llum blanca però no la resta de requisits.
- ii) Sublot 2.2 (Cabines de seguretat biològica), punt 2.2.6, es sol·licitava la medició de llum blanca i llum UVC. En la memòria s'evidencia la medició de la llum blanca però la de la llum UVC.

Amb data 3 de desembre de 2025 s'envia requeriment a la licitadora LABORTECH WALDNER SL. En la resposta rebuda amb data 4 de desembre, l'empresa aporta la documentació suficient per acreditar el correcte compliment dels punts requerits.

**Per tant, la licitadora compleix amb els requeriments sol·licitats.**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3**, degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

6. La licitadora **AIRVALIDATION, S.L.**

En primer lloc, es procedeix a comprovar si **la memòria presentada** compleix amb els requeriments i característiques tècniques mínimes detallades al PPT.

**Per el lot 2:** En la memòria presentada no quedava suficientment acreditat el compliment de dels següents requeriments:

- i) Sublot 2.1 (Cabines de fluxe laminar), punt 2.1.6, es sol·licitava la medicació de llum blanca i llum UV. En la memòria s'evienencia la medicació de la llum blanca però no de la llum UV.
- ii) Sublot 2.2 (Cabines de seguretat biològica), punt 2.2.6, es sol·licitava la medicació de llum blanca i llum UVC. En la memòria s'evidencia la medicació de la llum blanca però de la llum UV.

Amb data 3 de desembre de 2025 s'envia requeriment a la licitadora AIRVALIDATION, S.L. En la resposta rebuda amb data 11 de desembre, l'empresa confirma el NO compliment del requeriment de medicació de la llum UV.

**Per tant, la licitadora no compleix amb els requeriments sol·licitats. No es procediran a valorar els criteris automàtics.**

Per altre banda, tal i com es requeria als PPT, la licitadora ha aportat, segons apartats:

**b) Annex 3**, degudament completat, on justifica el compliment del requeriment mínim establert. Indica les pàgines concretes de la memòria tècnica on es troba la informació corresponent.

**c) Compromís de continuïtat en l'assistència tècnica** durant tota la durada objecte de contracte, signat pel licitador.

**d) Declaració signada** conforme el licitador es compromet a desenvolupar el servei de manteniment en estricte compliment amb la memòria tècnica que oferta.

#### 4. QUADRE RESUM VALORACIONS

| Licitadora                                 | Lot 1    | Lot 2       | Lot 3       | Lot 4    | Lot 5    |
|--------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>Mettler-Toledo S.A.E</b>                | -        | -           | Compleix    | -        | -        |
| <b>J.TOURON SA</b>                         | Compleix | Compleix    | No compleix | Compleix | Compleix |
| <b>ALTHEA HEALTHCARE<br/>ESPAÑA SLU</b>    | Compleix | Compleix    | -           | -        | Compleix |
| <b>ASSI Sistemas e<br/>Instrumentación</b> | Compleix | Compleix    | Compleix    | Compleix | Compleix |
| <b>LABORTECH<br/>WALDNER SL</b>            | -        | Compleix    | -           | -        | -        |
| <b>AIRVALIDATION S.L</b>                   | -        | No compleix | -           | -        | -        |

Salt,  
16 de desembre de 2025

Dr. Ester Quintana  
Coordinadora de laboratoris IDIBGI