

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL**

**CS/AH02/1101455959/25/PNSP**

Subministrament de reactius per la determinació de la resistència als antiretrovirals del VIH, resistència als antivirals del citomegalovirus i tipificació del virus de la hepatitis C per seqüenciació de nova generació



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 1 de 26

## INDEX

1. Objecte de la contractació
2. Òrgan de contractació
3. Estructura del procediment
4. Especificacions tècniques generals
  - 4.1. Garanties d'identificació
5. Normativa aplicable
6. Gestor de les incidències en compres
7. Requeriment addicionals obligatoris
  - 7.1. Prevenció de riscos laboral
  - 7.2. Formació
  - 7.3. Manual d'usuari
8. Oferta tècnica
  - 8.1. Model d'oferta tècnica
    - 8.1.1. Documentació a presentar
    - 8.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data
  - 8.2. Atributs logístics
  - 8.3. Presentació de mostres
  - 8.4. Tècnics
  - 8.5. Documentació confidencial
9. Oferta econòmica
  - 9.1. Preus de licitació
  - 9.2. Model d'oferta econòmica
10. Adjudicació
  - 10.1. Caràcter general
11. Facturació electrònica
  - 11.1. Caràcter general
12. Condicions logístiques i de subministrament
  - 12.1. Condicions de subministrament
  - 12.2. Garanties de subministrament
  - 12.3. Termini de lliurament
  - 12.4. Unitats mínimes de comanda
  - 12.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
  - 12.6. Condicions d'embalatge
  - 12.7. L'albarà
  - 12.8. Sistema EDI
  - 12.9. Recepció de mercaderies
    - 12.9.1. Motius pels quals es rebutja una mercaderia
13. Execució del contracte



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 2 de 26

**ANNEXOS**

**ANNEX A:** Pla de necessitats

**ANNEX B:** Fitxa tècnica individual del producte  
- **B1.** Fitxa tècnica pròpia del producte. Product Data

**ANNEX C:** Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

**ANNEX D:** Descripció Tècnica

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 3 de 26

### 1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament de reactius per a la determinació de la resistència als antiretrovirals del VIH, resistència als antivirals del citomegalovirus i tipificació del virus de la hepatitis C per seqüenciació de nova generació a l'Hospital Universitari de Bellvitge

A l'**ANNEX A – Pla de necessitats** s'hi relacionen per material, els consums previstos per un període de 12 mesos i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

### 2. Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és l'Hospital Universitari Bellvitge.

### 3. Estructura del procediment

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules 9 i 10 d'aquest Plec.

### 4. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques que conformen l'objecte de la contractació són les que consten a l'**ANNEX D – Descripció tècnica**.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

#### 4.1. Especificacions tècniques específiques

L'empresa licitadora ha de cedir el suport de programari informàtic i material complementari i han de tenir en compte, que la cessió no tindrà cost econòmic addicional per a la utilització d'aquest material en el nostre centre. Així mateix, l'empresa licitadora inclourà tot el material addicional necessari per al correcte compliment de l'objecte de contracte i ha de tenir en compte que el preu d'aquest quedarà reflectit als articles que són objecte de contracte.

Requisits addicionals obligatoris:



- S'inclouran els kits per a preparació de biblioteques de mostres per a NGS optimitzats per fragmentació i construcció de biblioteca en un sol tub.
- S'inclouran els adaptadors necessaris per a la seqüenciació per NGS.
- S'inclouran els materials de purificació magnètica d'amplicons i biblioteques NGS.
- S'ha d'incloure la llicència del software per l'anàlisi complet del genoma HIV-1.
- S'ha d'incloure el software per l'anàlisi de seqüències HCV.
- S'inclou el mòdul del software per l'anàlisi de seqüències CMV.
- L'empresa s'ha de comprometre a facilitar totes les actualitzacions necessàries del software durant tota la vigència del contracte.

#### 4.2. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX B –fitxa tècnica individual del producte**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 7 d'aquest Plec.

#### 5. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, amb la *Documentació tècnica*, l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
- Declaració que tots els productes licitats compleixen la regulació de productes sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

#### 6. El Gestor de les incidències en compres

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la unitat de compres mitjançant el següent correu electrònic: [compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)



## 7. Requeriments addicionals obligatoris

### 7.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 7.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.

### 7.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà. També haurà de donar assistència tècnica de forma remota facilitant un número de telèfon on el personal tècnic del laboratori es pugui adreçar.

## 8. Oferta tècnica

Els models d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'haurà de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques, essent l'única documentació tècnica que s'ha d'aportar. No cal presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

Aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

### 8.1. Model d'oferta tècnica

#### 8.1.1. Documentació tècnica a presentar

La documentació tècnica a presentar és la següent:

- **Fitxa tècnica individual** del producte, **ANNEX B – Model de fitxa tècnica individual**

En aquest annex es descriuen tots els camps de la fitxa tècnica i la descripció de cada un d'ells

#### Denominació dels fitxers de les fitxes tècniques

- **Fitxa tècnica individual**

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

**Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xls*



Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

### 8.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data

La documentació tècnica pròpia del producte (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar:

XXXXXXX

Exemple:

Cada fitxa presentada, s'ha d'anomenar:

**PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001.xls

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

És obligatori, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels productes.

### 8.2. Atributs logístics

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'adjudicatari, ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució d'adjudicació per incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.



### 8.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de, durant el període d'avaluació d'ofertes, sol·licitar mostres i fer també proves per tal de comprovar que es compleixen les especificacions exigides en el present concurs. En cas que es requereixin, el licitador haurà de coordinar-se amb la persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició per tal de valorar que es compleix amb tots els requisits establerts.

Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Hospital Universitari de Bellvitge es reserva el dret a fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit al departament de Compres en el moment de lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 8.4. Tècnics:

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

### 8.5. Documentació confidencial

Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives, si el proveïdor considera confidencial alguna documentació de les aportades, haurà d'aportar una declaració de confidencialitat, degudament signada.

## 9. Oferta econòmica

### 9.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l'**ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica**

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en l'**ANNEX C – Model d'oferta econòmica**.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar-lo tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.

### 9.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, **obligatòriament**, en el model que s'adjunta com a **ANNEX C – Model d'oferta econòmica – Guia**, d'aquest plec de prescripcions tècniques.



## 10. Adjudicació

### 10.1. Caràcter general

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

## 11. Facturació electrònica

### 11.1. Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format **facturae**
- Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar **EDIFACT**, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ([Consorci AOC](#)).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

[atenciocreditors.ics@gencat.cat](mailto:atenciocreditors.ics@gencat.cat)

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

[registre.efact.ics@gencat.cat](mailto:registre.efact.ics@gencat.cat)



## 12. Condicions logístiques i de subministrament

### 12.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari té materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

### 12.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment del material al nostre centre hospitalari.

En cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà de notificar a la unitat de compres via correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)) o telèfon (93.260.77.57) on s'indicaran els trencaments d'estocs (ex. amb alternativa, sense alternativa, etc.)

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

### 12.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material al lloc de lliurament i dins l'horari establert a l'apartat 13.5 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques en un termini màxim de 72 hores en dies hàbils des de la data de la comanda.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

### 12.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats del nostre centre.



**12.5. Lloc de lliurament de les comandes**

El lliurament del material és farà al magatzem general de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que s'estableix per la recepció de material que correspon entre les 8 h i les 12 h i de 8h a 10h si es tracta de material de nevera.

S'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció d'aquest.


**12.6. Condicions d'embalatge**

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem general de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 11 de 26

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

### 12.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

### 12.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:



- NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o Referència, ho haurà de notificar immediatament al departament de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)).

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador ( assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya ( assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts



- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb el de departament de compres de l'hospital a través del correu electrònic: [compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)

### 12.9. Recepció de mercaderies

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia.

Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

#### 12.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.



4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 13.6 d'aquest plec

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

**13. Execució del Contracte.**

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la unitat de compres de l'HUB via correu electrònic ([compres@bellvitgehospital.cat](mailto:compres@bellvitgehospital.cat)) o telèfon (93.260.77.57).

Dra. Maria-Ángeles Domínguez Luzón  
Cap del servei Microbiologia  
Hospital Universitari de Bellvitge



Doc.original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 15 de 26

## ANNEX A

### Pla de Necessitats

Pla de necessitats per 12 mesos de vigència del contracte:



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 16 de 26

SAP	Descripció Material	Determinacions	Preu per determinació	Import total
10037552	Detecció de resistència al VIH associat al V3 LOOP/ TROPISM per tècniques de seqüenciació de nova generació	24	119,04 €	2.856,96 €
10037553	Determinació del genotip del VHC per tècniques de seqüenciació de nova generació basades en les regions NS5B/5'UTR	216	131,61 €	28.427,76 €
10037554	Determinació de la resistència als antivirals del citomegalovirus per tècniques de seqüenciació de nova generació relacionades amb els gens UL54 / UL56 / UL97	24	144,13 €	3.459,12 €
10037555	Detecció de la resistència del VIH als antiretrovirals per tècniques de seqüenciació de nova generació basades en la seqüència completa les regions proteasa (PR), transcriptasa (RT) i integrasa (INT) del gen Pol del virus HIV-1	264	178,73 €	47.184,72 €
<b>TOTAL</b>				<b>81.928,56 €</b>

-Articles complementaris i obligatoris a l'oferta

Material	Descripció Material	Determinacions
10036337	Reactius per a la preparació de les biblioteques de mostres per a NGS	528
10037564	Adaptadors necessaris per a la seqüenciació per NGS	528
10037575	Reactiu de purificació magnètica d'amplicons i biblioteques de mostres	528



## ANNEX B

### Fitxa tècnica individual del/s material/s



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 18 de 26

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**

**Dades de la licitació**

<b>Núm. expedient</b>	<b>Descripció expedient</b>	<b>Codi SAP</b>
<b>Descripció codi SAP o codi Agrupador</b>		<b>Codi Agrupador</b>
		<b>LOT</b>
		<b>Tipus oferta</b>

**Dades del licitador**

**Identificació de l'empresa**

NIF  Nom  Fabricant  (SI / NO) Distribuidor  (SI / NO)

**Dades del producte específic**

Marca comercial/Model   
Referència distribuïdor   
Referència fabricant

**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Envasat del material ofertat \*  Mètode d'esterilització \*   
Material de fabricació \*   
Mides del material ofertat \*

**Descripció breu del producte**

\* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS i

**Descripció ampliada del producte**

**Imatge de la referència**

**Imatge de la referència**

**Dades d'acreditacions**

*Indicar: número de la Directiva europea que acredite el mercat o el tipus de classe. Si no te mercat* **Logo de l'empresa**  
 Mercat CE/Tipus de classe   
 Compliment A partat 12 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prd sanitaris  **0)** Aqueix producte es regula pel RD 2017/746  
*Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material*  
 Altres acreditacions i/o autèntificació

**Imatge**



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**

0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 19 de 26

GENERALITAT DE CATALUNYA

## ANNEX B1

Fitxa pròpia del material. **PRODUCT DATA**

**(OBLIGATORI PRESENTAR-LA)**



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 20 de 26

## ANNEX C

### Model i Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la  
*Plataforma electrònica de Contractació Pública*



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 21 de 26

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:		CS/CC00/1100698044/18/AMUP							
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B							
Número oferta Variant:									
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
					Gasa per a cures de cotó hidròfil				

Per tal d'evitar errors en la carrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents:

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.



A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

**1. Dades NO modificables de l'oferta:**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Numero de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	Es el numero d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	Es el preu unitari ofert amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en %
Import total amb IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

**2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador:**

Capi;alera	Empresa	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment nomes s'admet oferta base. Enaquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Numero oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el numero de variant	Obligatori si hi ha variants
Referencia	Informar la referencia del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referenciadel fabricant Una mateixa referencia <b>no es podrà</b> presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referencia repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.		Recomanat



Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat Caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.	Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, es a dir, l'import mínim a partir del qualel proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior. En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte.  Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300€, es faran comandes sense tenir-ho en compte	Obligatori
Codi GTIN/EAN	Es el camp GTIN/ EAN del producte. Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació es: (01) o (02).	Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	Es el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat es de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa	Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte	NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui oferir a preu 0, marcar una <b>X</b> en aquesta columna i informar <b>OBLIGATORIAMENT</b> els camps <b>Referència i preu unitari sense IVA 0</b> . <u>Sense aquestes dades, L'OFERTA A PREU 0 NO SERA RECONEGUDA PEL SISTEMA</u>	Obligatori pera preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el <b>preu ofert sense IVA</b> per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin <b>divergències</b> entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica	Obligatori



## ANNEX D

### Descripció Tècnica



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES  
DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 25 de 26

Característiques tècniques mínimes requerides obligatòries:

- Detecció de resistència al virus de la immunodeficiència humana (VIH) associades al tropisme viral i basades en el V3 LOOP per tècniques de seqüenciació de nova generació . Kit per a la determinació de la resistència als antiretrovirals associat al V3 LOOP / tropisme. Aquest kit ha d'incloure els reactius per a l'amplificació de les regions a seqüenciar, així com el material complementari per a la preparació de les biblioteques i els adaptadors per tal de poder ser analitzats en el seqüenciador de nova generació MiSeq de Illumina que disposa el Hospital Universitari de Bellvitge.
- Determinació del genotip del virus de l'hepatitis C (VHC) per tècniques de seqüenciació de nova generació basades en les regions NS5B/5'UTR d'aquest virus. Aquest kit ha d'incloure els reactius per a l'amplificació de les regions a seqüenciar, així com el material complementari per a la preparació de les biblioteques i els adaptadors per tal de poder ser analitzats en el seqüenciador de nova generació MiSeq de Illumina que disposa el Hospital Universitari de Bellvitge
- Determinació de la resistència als antivirals del citomegalovirus (CMV) per tècniques de seqüenciació de nova generació relacionades amb els gens UL54 / UL56 / UL97. Aquest kit ha d'incloure els reactius per a l'amplificació de les regions a seqüenciar, així com el material complementari per a la preparació de les biblioteques i els adaptadors per tal de poder ser analitzats en el seqüenciador de nova generació MiSeq de Illumina que disposa el Hospital Universitari de Bellvitge.
- Detecció de la resistència del VIH als antiretrovirals per tècniques de seqüenciació de nova generació basades en la seqüència complerta les regions proteasa (PR), transcriptasa (RT) i integrasa (INT) del gen Pol del virus HIV-1. Per seqüenciació NGS. Aquest kit ha d'incloure els reactius per a l'amplificació de les regions a seqüenciar, així com el material complementari per a la preparació de les biblioteques i els adaptadors per tal de poder ser analitzats en el seqüenciador de nova generació MiSeq de Illumina que disposa el Hospital Universitari de Bellvitge



Doc. original signat per:  
MARIA ANGELES DOMINGUEZ LUZON /  
num:08261280 17/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NZW12YXK3ZPHP7PUUPU6R49FCOSX55S

Data creació còpia:  
18/12/2025 08:46:05

Pàgina 26 de 26