

INFORME DE JUSTIFICACIÓ D'EXCLUSIÓ

Empresa: MEDICINA Y MERCADO, S.L.

Lot: 7

Expedient: CS/AH01/1101447299/25/PO

En relació al LOT 7 de l'expedient **CS/AH01/1101447299/25/PO Subministrament d'equipament divers clínic assistencial per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron**, l'empresa MEDICINA Y MERCADO, S.L. ha presentat oferta amb el model d'escàner BVS PRO W.

L'oferta presentada per MEDICINA Y MERCADO, S.L. inclou el datsheet de l'equip BVS PRO W. En aquest s'indica que la precisió en el càlcul del volum de la bufeta és de $\leq \pm 15\%$.

Durant la valoració de la mostra, l'empresa MEDICINA Y MERCADO, S.L. ha presentat un equip de demostració amb el que s'han realitzat múltiples escaneigs de bufeta. Aquests s'han fet en pacients que també estaven sotmeses a proves urodinàmiques. Per tant, el que el càlcul de volum residual a la bufeta obtingut amb l'escàner BVS PRO W s'ha pogut comparar amb el volum residual resultant de les proves urodinàmiques.

En la comparació s'ha vist que el càlcul obtingut amb l'escàner BVS PRO W és significativament diferents al obtingut amb les proves urodinàmiques. La diferència entre volums supera amb escreix el marge de precisió $\leq \pm 15\%$ indicat en el datsheet. Aquest error s'ha detectat en totes les pacients amb les que s'ha provat l'equip i resulta insalvable per assolir un diagnòstic en el tipus de proves que requereixen els pacients d'aquesta especialitat. Per això es proposa l'exclusió de l'empresa MEDICINA Y MERCADO, S.L..

Donat que MEDICINA Y MERCADO, S.L. és l'única empresa que ha presentat oferta en aquest al Lot 7, aquest queda desert.

Sra. Raquel Cánovas Paradell
Sotsdirectora de Tecnologia Mèdica

Dra. Elena Suárez
Cap de Secció Ginecologia

Barcelona, 19 de desembre de 2025