

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte: manteniment del Sistema de purificació d'aigua del laboratori.

Elix 35 230V 50Hz- ZLXS50035 F4CN79572A (subministrament del material fungible)

Elix70 230V 50Hz-ZLXS50070 F3JA33556B

Milli-Q ADVANTAGE A10 – Z00Q0V0T0 F4MA86948F

Milli-Q ADVANTAGE A10 – Z00Q0V0T0 F2MA54886E

Milli-Q GRADIENT A10 230V/50HZ –ZMQS5V0T1-F4DN43876A (subministrament del fungible)

Realització del servei:

Aquest contracte de manteniment és modalitat TOTAL, inclou una visita de manteniment preventiu anual, en tots els equips, i totes les reparacions i substitució de peces en tots els equips excepte en el ELIX 35 i Milli-Q GRADIENT A10, s'inclou material reposició però la cobertura no assegura poder fer les reparacions imprevistes ja que s'han deixat de fabricar els recanvis.

Tot el material necessari per el funcionament del sistema, i formació als usuaris en l'ús dels equips.

Barcelona, a data de la signatura

Ester López
Cap del Servei d'Administració i Logística

Antoni Rúbies
Cap de Departament del Laboratori