

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
FUNGIBLE PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS DEL QUIRÒFAN EN CIRURGIA OBERTA I
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA, AMB CESSIÓ DELS EVACUADORS DE FUM
QUIRÚRGIC, PER A L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2025/0000000169

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	4
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	4
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	4
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	6
3.1.2 DEMOSTRACIÓ	6
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	7
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	8
4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA	9
4.2 SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA	9
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	10
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR	10
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS	11
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	12
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	14
8 DADES DE CONTACTE	14
9 ANNEXES	15
9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS	15
9.2 ANNEX 2 – OFERTA ECONÒMICA	16

1 ANTECEDENTS

L' **Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible necessari per a l'extracció de fums del quiròfan en procediments de cirurgia oberta i cirurgia laparoscòpica.

Pel lot 1, l'empresa adjudicatària haurà de cedir **dos evacuadors de fum quirúrgic sense cap cost econòmic**. Així mateix, en el cas que durant la vigència del contracte sigui necessari ampliar el nombre de evacuadors, l'empresa adjudicatària es compromet a cedir els aparells addicionals que siguin requerits sense cap cost econòmic. Els evacuadors cedits hauran de complir les característiques definides al punt **3.1 Requisits tècnics específics (pàg.4)**.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT 1 ANUALITAT	IMPORT 3 ANUALITATS
1	MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA OBERTA	18.456,00€	55.368,00€
2	MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA	1.087,50€	3.262,50€

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
19.543,50€	58.630,50€	21%

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 15)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte, en cap cas seran per pack o caixa.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	58.630,50€
Import total amb IVA:	70.942,91€

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: **58.630,50€** (SENSE IVA) (21% IVA)
Pròrrogues: SI. 2 anualitats: 19.543,50€ + 19.543,50€ = **39.087,00€**
Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = **11.726,10€**
Import total VEC = 109.443,60€ (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques, mides i valors dels articles relacionats podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA OBERTA

53188 – MÀNEC BISTURÍ ESTÀNDARD AMB ASPIRACIÓ

Màneg de bisturí estàndard per elèctrode estèril, amb sistema d'extracció de fums. Ha d'incloure un elèctrode tipus llanceta intercanviable amb recobriment antiadherent de tefló. La punta activa del màneg ha de ser totalment visible. Port de captura transparent i intercanviable adaptable per ports de major longitud per a diferents elèctrodes segons cirurgia. Nus giratori multidireccional de ròtula flotant. Port de captura de fum amb marcador radiopac. Amb connector estàndard de 22mm. Ha d'incloure la mànega d'evacuació de fums de 3m aprox. Ha de ser d'un sol ús, estèril i lliure de làtex.

53956 – MÀNEC BISTURÍ TELESCÒPIC AMB ASPIRACIÓ

Màneg de bisturí telescòpic per elèctrode estèril amb sistema d'extracció de fums i desplaçament telescòpic de l'elèctrode actiu. Ha d'incloure un elèctrode tipus llanceta intercanviable amb recobriment antiadherent de tefló. La punta activa del màneg ha de ser totalment visible. El port de captura ha de ser telescòpic amb elèctrode integrat i amb sistema de bloqueig. El port de captura s'ha d'estendre fins a 135mm mínim. Nus giratori multidireccional de ròtula flotant. Amb connector estàndard de 22mm. Ha d'incloure la mànega d'evacuació de fums de 3m aprox. Ha de ser d'un sol ús, estèril i lliure de làtex.

53967 – FILTRE EVACUADOR DE FUMS

Filtre per la retenció del fum durant el procés quirúrgic, compacte de 4 fases i tres ports d'evacuació per a l'equip evacuador de fum. Amb filtració ULPA dissenyat per eliminar el 99,999 % de les partícules de 0,1 a 0,2 µm. Els ports de connexió han de disposar de cobertors individuals desplaçables per mantenir el flux d'evacuació, evitar la contaminació i la manipulació del filtre. Reutilitzable.

Evacuador de fum quirúrgic

Durant la vigència del contracte haurà de complir els següents requisits:

- Pantalla tàtil.
- Indicació d'alarma d'obstrucció.
- Indicació d'alarma de filtre esgotat.
- Velocitat de flux de 839 lpm mínim, amb tubs de 22mm.
- Filtre inclòs.
- Indicador de la vida útil del filtre.
- Amb modes de funcionament d'intervenció programables.
- Múltiples modes d'activació.
- Intensitat d'evacuació programable i regulable.
- Amb pedal d'activació i cable de connexió inclòs.
- Aplicable per a cirurgies obertes i laparoscòpiques.

LOT 2 MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA

53966 – FILTRE ACTIU DE FUM LAPAROSCÒPIC

Sistema de filtre de fum actiu de múltiples capes d'un sol ús que es connecta a la sortida d'un trocar. El connector ha de ser universal estàndard tipus Luer-Lock. No requereix bomba de buit. La tubuladura ha de ser d'una llargada aproximada de 3m. Amb membrana d'absorció de carbó actiu. Ha de ser estèril i d'un sol ús.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre A, l'empresa licitadora presenti el **Certificació del marcatge CE conforme el MDR (UE) 2017/745** del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.

3.1.2 DEMOSTRACIÓ

Serà **OBLIGATORI** que les empreses licitadores facin una demostració de la totalitat dels articles requerits, incloent els evacuadors de fum.

La demostració s'haurà de fer a l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de coordinar amb els Serveis Logístics. **Caldrà sol·licitar dia i hora** als correus electrònics indicats: jaspreet.kaur.ias@gencat.cat / susanna.payet.ias@gencat.cat o bé al telèfon: 972182600 – Ext. 1082

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminí l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un **comprovant signat per l'IAS** amb la data que s'efectuï la demostració.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informará si pot oferir un producte substitut alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informará documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informará documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.

8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 2 sobres: A i B. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre A i l'oferta econòmica al sobre B. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre A, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i en aquest punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, **l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre B.**
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Els preus seran per unitat de producte i amb màxim 2 decimals.
- No s'admeten ofertes variants.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 16 i s.)**.

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA

Caldrà adjuntar al sobre A:

Documentació administrativa

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

Documentació tècnica

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:

PROPOSTA TÈCNICA.

1. **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS **remarcats amb color.**
2. **NORMATIVA: Certificació del marcatge CE per cada lot conforme el MDR (UE) 2017/745** del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.
3. **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb la data que s'ha efectuat la demostració.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE A ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

Tots els requisits tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.2 SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA.

La licitadora ha de presentar al SOBRE B, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 16 i s.)**, degudament signada.
Per valorar-les, caldrà omplir els següents punts del document:

- **PROPOSTA OFERTA ECONÒMICA.**
- **RÀPEL.**

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 25 PUNTS

PER AL LOT 1

CRITERI 1 – QUALITAT. MÀXIM 8 PUNTS

Es valoraran les característiques i materials del perfil, dels botons, del cablejat i dels tubs i també el sistema de bloqueig del mànec telescòpic.

CRITERI 2 – ERGONOMIA. MÀXIM 8 PUNTS

Es valorarà l'ergonomia dels mànecs tenint en compte l'anatomia, l'estabilitat, el pes, la manipulació, la capacitat de gir de la connexió del tub, la seguretat i la facilitat d'ús.

CRITERI 3 – CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS. MÀXIM 9 PUNTS

Es valoraran les característiques funcionals de l'evacuador de fum i del filtre tenint en compte el disseny de la pantalla, el nivell de soroll, el sistema d'avís d'obturació, la composició, la durada i la capacitat de flux d'aspiració del filtre.

PER AL LOT 2

CRITERI 1 – CAPACITAT I COMPOSICIÓ. MÀXIM 8 PUNTS

Es valorarà la capacitat de flux i filtració, i la composició del filtre.

CRITERI 2 – CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES. MÀXIM 8 PUNTS

Es valoraran les característiques estètiques del sistema tenint en compte el disseny de la carcassa del filtre i el disseny del col·lector de líquid.

CRITERI 3 – CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS. MÀXIM 9 PUNTS

Es valoraran les característiques funcionals tenint en compte el sistema de gestió de control del fum i el sistema de gestió de la humitat.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 75 PUNTS

Proposta econòmica i ràpel (**ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 16 i s.)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 70 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **70 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,70**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe) * 5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

COMANDES I FACTURACIÓ:

Les comandes seran tramitades de manera flexible i adaptades a les necessitats específiques del servei. Això implica que la gestió de cada comanda es realitzarà en funció dels requisits particulars dels diferents departaments.

El termini màxim de lliurament de cada comanda serà de 72 hores màxim.

La facturació serà obligatòriament electrònica. Les factures hauran de ser enviades per mitjans electrònics a qualsevol dels següents canals:

- Al servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
- Al servei FACe de l'Administració General de l'Estat.
- El codi DIR3 de l'Institut d'Assistència Sanitària és A09006571.

A més, en tots els documents adreçats a l'IAS que estiguin relacionats amb aquest expedient, serà necessari incloure les dades esmentades.

LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 26 de novembre de 2025

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	IMPORT TOTAL SENSE IVA	% IVA	IVA TOTAL	TOTAL AMB IVA
		MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA OBERTA						
1	53188	Z MÀNEC DE BISTURÍ ESTÀNDARD AMB ASPIRACIÓ	810,00	15,00 €	12.150,00 €	21%	2.551,50 €	14.701,50 €
1	53956	Z MÀNEC DE BISTURÍ TELESCÒPIC AMB ASPIRACIÓ	100,00	16,50 €	1.650,00 €	21%	346,50 €	1.996,50 €
1	53967	Z FILTRE EVACUADOR DE FUMS	16,00	291,00 €	4.656,00 €	21%	977,76 €	5.633,76 €
		TOTAL LOT 1			18.456,00 €		3.875,76 €	22.331,76 €
		MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA						
2	53966	FILTRE ACTIU DE FUM LAPAROSCÒPIC	75,00	14,50 €	1.087,50 €	21%	228,38 €	1.315,88 €
		TOTAL LOT 2			1.087,50 €		228,38 €	1.315,88 €
		TOTAL			19.543,50 €		4.104,14 €	23.647,64 €

9.2 ANNEX 2 – OFERTA ECONÒMICA

Nom licitadora:

Adreça de correu electrònic concursos:

Lot licitat:

Persona de contacte:

Telèfon:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

PREUS PER UNITAT DE PRODUCTE AMB MÀXIM 2 DECIMALS.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	IMPORT TOTAL SENSE IVA	% IVA	IVA TOTAL	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA ARTICLE OFERT
		MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA OBERTA							
1	53188	Z MÀNEC DE BISTURÍ ESTÀNDARD AMB ASPIRACIÓ	810,00						
1	53956	Z MÀNEC DE BISTURÍ TELESCÒPIC AMB ASPIRACIÓ	100,00						
1	53967	Z FILTRE EVACUADOR DE FUMS	15,00						
		TOTAL LOT 1							
		MATERIAL FUNGIBLE EVACUADOR FUMS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA							
2	53966	FILTRE ACTIU DE FUM LAPAROSCÒPIC	75,00						
		TOTAL LOT 2							
		TOTAL							