

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT
D'IMPLANTS ESOFAGOGÀSTRICS,
GASTROINTESTINALS I BILIOPANCREÀTICS

CS/CC00/1101453961/26/AM

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 1 de 42

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	8
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	10
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 2 de 42

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18



1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament agregat d'implants esofagògàstics, gastrointestinals i biliopancreàtics per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 4 de 42

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C



S'ha d'omplir l'Excel Licitació 1101452039_2bis.

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**.

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX D3**

S'ha d'emplenar l'Annex D3.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 6 de 42

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 : No hi ha sobre 2.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 7 de 42

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 8 de 42

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 9 de 42

Documents obligatoris a annexar

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 10 de 42

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 11 de 42

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 12 de 42

- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 13 de 42

- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 14 de 42

- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 15 de 42

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 17 de 42

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 18 de 42

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 19 de 42

ANNEX A - Característiques de la licitació

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 20 de 42

ANNEX A - CS/CC00/1101453961/26/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ CODI	CODI OBLIGATORI	Nº adjudicatari
1	Pròtesis Esofagogàstriques	999201705	A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible parcialment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW proximal/distal, reposicionable, amb extrem eixamplats, diferents diàmetres i llargàries	NO	2
		999200046	A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible parcialment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació TTS/a través del canal de treball endoscopi proximal/distal, reposicionable, amb extrem eixamplats, diferents diàmetres i llargàrie	NO	1
		999201710	A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible totalment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable, amb extrems eixamplats, amb sistema antireflux, diferents diàmetres i llargàries	NO	1
		999201720	A - Endopròtesi esofàgica A - cervical de nitinol, autoexpandible, amb l'extrems eixamplats asimètrics, recobriment total, amb sistema d'alliberament coaxial/OTW proximal/distal. Per a estenosi cervicals. Diferents diàmetres i llargàries	NO	1
		999202232	A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible totalment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable, amb extrems eixamplats, diferents diàmetres i llargàries	NO	2
		999200045	A - Endopròtesi esofàgica amb sistema de cicatrització per buit autoexpandible, sistema de retirada reposicionable diferents diàmetres i llargàries	NO	1
2	Equip implantació stent esofagic	999201718	A - Equip implantació stent esofagic amb baló,per a varius esogagiques sangants.Inclou: Stent esofàgic nitinol recobert i forma diàbolo,guia,catèter portador amb stent premontt i xeringa.Compatible amb sistema extracció de protesi esofagiques implades	NO	1
3	Pròtesis esofàgica bariàtrica	999201724	A - Endopròtesi per a cirurgia bariàtrica, autoexpandible, recoberta, reposicionable. Diferents diàmetres i llargàries	NO	1
		999201723	A - Sistema baló gàstric	NO	1
4	Pròtesis biliar plàstiques d'inserció endoscòpica	999201658	A - Endopròtesi biliar de plàstic recte premontada en sistema introductor, amb sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1
		999201751	A - Endopròtesi biliar de plàstic doble pigtail amb sistema introductor. Tots les mides i llargaries	NO	1
		999201754	A - Endopròtesi biliar de polietilè, no expandible, no recoberta, en forma de "L", amb orificis de drenatge. No premuntada, sense accessori. Diferents Ø i llargàries.	NO	1
5	Endopròtesis biodegradables	999200049	A - Endopròtesi biliar expandible amb baló, biodegradable, temps de degradació 12 (+/- 3)mesos. Per a inserció percutània transhepàtica i/o endoscòpica. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
		999202234	A - Endopròtesi biliar autoexpandible, biodegradable, temps de degradació 3-6 mesos. Per a inserció transhepàtica/percutània. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
		999201746	A - Endopròtesi biliar autoexpandible, biodegradable, temps de degradació 12(+/-3)mesos. Per a inserció directa. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
		999201711	A - Endopròtesi esofàgica autoexpandible biodegradable amb sistema de retirada, temps de degradació 3-6 mesos, reposicionable, diferents diàmetres i llargàries	NO	1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 21 de 42

ANNEX A - CS/CC00/1101453961/26/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ CODI	CODI OBLIGATORI	Nº adjudicatari
6	Pròtesis biliar metàl·liques(nitinol) d'inserció percutània	999201739	A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, no recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW, inserció transhepàtica. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
		999201749	A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserció transhepàtica. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	2
7	Pròtesis biliar metàl·liques(nitinol)d'inserció endoscòpica	999202233	A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, no recoberta, per a hílio-hepàtic. Per a inserció endoscòpica. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
		999202239	A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserció endoscòpica. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
		999202240	A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserció endoscòpica. Per a hepaticogastrostomias. Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
8	Pròtesis biliar metàl·liques no nitinol	999201338	20106635	NO	2
		999201339	A - Endopròtesi biliar de al.leació níquel+platí +tantali, recte, no recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
		999201742	A - Endopròtesi biliar de al.leació níquel+platí +tantali, recte, parcialment recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
9	Pròtesis pancreàtiques	999201480	A - Equip endopròtesi pancreàtic plàstic, recte sense llengüeta amb introductor. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1
		999200050	A - Endopròtesi pancreàtica plàstic sense llengüeta sense sistema introductor. Tots les mides i llargàries	NO	1
		999201758	A - Endopròtesi pancreàtica amb sistema electrocauteri, varies mides	NO	1
		999201715	A - Endopròtesi pancreàtica plàstic amb llengüeta sense sistema introductor. Tots les mides i llargàries	NO	1
		999201895	A - Endopròtesi pancreàtica plàstic amb un pigtail distal. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1
		999202235	A - Equip endopròtesi pancreàtic plàstic, recte amb llengüeta amb introductor. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1
		999202238	A - Endopròtesi pancreàtica nitinol, autoexpandible, totalment recoberta Tots els diàmetres i llargàries.	NO	1
10	Pròtesis transentèriques metàl·liques	999201719	A - Equip endopròtesi transentèrica metàl·lica, recte, amb aposició luminal, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Sistema electrocauteri. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
11	Pròtesis enterals-colòniques	999201725	A - Endopròtesi duodenal nitinol, autoexpandible no recoberta amb sistema d'alliberació coaxial/OTW distal reposicionable. Diferents diàmetres i llargàries	NO	2
		999201727	A - Endopròtesi duodenal nitinol autoexpandible parcialment recoberta/totalment recoberta, amb extrems eixamplats, amb sistema de retirada, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1
		999201732	A - Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW distal. Tots els diàmetres i llargàries	NO	2
		999201738	A - Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta, recta. Amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable. Tots els diàmetres i llargàries	NO	1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 22 de 42

ANNEX A - CS/CC00/1101453961/26/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ CODI	CODI OBLIGATORI	Nº adjudicatari
12	Endopròtesis hepàtiques	999201762	A - Endopròtesi per a TIPS(Derivació trans-jugular porto-sistèmica intrahepàtica),de nitinol,d'expansió controlada, semirecoberta,amb dos segments:1- intrahepàtic i 1-un segment portal no recobert, premontada en catèter d'inserció,vàries mides	NO	1
13	Pròtesis biliar plàstiques d'inserció endoscòpica i materials per a la seva introducció	999201706 999302381	A - Endopròtesi biliar de plàstic doble pigtail. Tots els diàmetres i llargàries A - Intervencionisme perifèric no vascular: Equip introductor stents Pancreàtics i/o Biliars, diferents components	SI	1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 23 de 42

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

PPT 47/2026



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 24 de 42

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.11.2025 HORA: 08:52:18 PAGINA: 1 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 999200045
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica amb sistema de cicatrització per buit autoexpandible, sistema de retirada reposicionable diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 999200046
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible parcialment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació TTS/a tra vés del canal d treball endoscopi proximal/distal, reposicionable, amb extrem eixamplats, diferents diàmetres i llargàrie		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 999200049
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar expandible amb baló, biodegradable, temps de degradació 12 (+/- 3)mesos. Per a inserció percutània transhepàtica i/o endoscòpica. Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 999200050
Descripció llarga: A - Endopròtesi pancreàtica plàstic sense llengüeta sense sistema introductor. Tots les mides i llargaries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 999201338
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de al.leació níquel+platí +tantali, recte, recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 999201339
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de al.leació níquel+platí +tantali, recte, no recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 999201480
Descripció llarga: A - Equip endopròtesi pancreàtic plàstic, recte sense llengüeta amb introductor. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 999201658
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de plàstic recte premontada en sistema introductor, amb sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.11.2025 HORA: 08:52:18 PAGINA: 2 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 999201705
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible parcialment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/O TW proximal/distal, reposicionable, amb extrem eixamplats, diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 999201706
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de plàstic doble pigtail. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 999201710
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible totalment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable, amb extrems eixamplats, amb sistema antireflux, diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 999201711
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica autoexpandible biodegradable amb sistema de retirada, temps de degradació 3-6 mesos, reposicionable, diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 999201715
Descripció llarga: A - Endopròtesi pancreàtica plàstic amb llengüeta sense sistema introductor. Tots les mides i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 999201718
Descripció llarga: A - Equip implantació stent esofagic amb baló,per a varius esogagiques sangants.Inclou: Stent esofàgic nitinol recobert i forma diàb olo,guia ,catèter portador amb stent premonnt i xeringa.Compatible amb sistema extracció de protesi esofagiques implades		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 999201719
Descripció llarga: A - Equip endopròtesi transentèrica metàl·lica, recte, amb aposició luminal, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Sistema electrocaute ri. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 999201720
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica - cervical de nitinol, autoexpandible, amb l'extrems eixamplats asimètrics, recobriment total, amb sistema d'alliberament coaxial/OTW proximal/distal. Per a estenosi cervicals. Diferents diàmetres i llargàries		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.11.2025 HORA: 08:52:18 PÀGINA: 3 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 999201723
Descripció llarga: A - Sistema baló gàstric		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 999201724
Descripció llarga: A - Endopròtesi per a cirurgia bariàtrica, autoexpandible, recoberta, reposicionable. Diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 999201725
Descripció llarga: A - Endopròtesi duodenal nitinol, autoexpandible no recoberta amb sistema d'alliberació coaxial/OTW distal reposicionable. Diferents diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 999201727
Descripció llarga: A - Endopròtesi duodenal nitinol autoexpandible parcialment recoberta/totalment recoberta, amb extrems eixamplats, amb sistema de retirada, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 999201732
Descripció llarga: A - Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, no recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW distal. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 999201738
Descripció llarga: A - Endopròtesi colònica de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta, recta. Amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 999201739
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, no recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW, insercion transhepàtica. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 999201742
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de al.leació níquel+platí +tantali, recte, parcialment recoberta, sistema d'alliberació coaxial/OTW. Tots els diàmetres i llargàries		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.11.2025 HORA: 08:52:18 PÀGINA: 4 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 999201746
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar autoexpandible, biodegradable, temps de degradació 12(+/-3)mesos. Per a inserció directa. Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 999201749
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserció transhepàtica. Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 999201751
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de plàstic doble pigtail amb sistema introductor. Tots les mides i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 999201754
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de polietilè, no expandible, no recoberta, en forma de "L", amb orificis de drenatge. No premuntada, sense ac cesori. Diferents Ø i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 999201758
Descripció llarga: A - Endopròtesi pancreàtica amb sistema electrocauteri, varies mides		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 999201762
Descripció llarga: A - Endopròtesi per a TIPS(Derivació trans-jugular porto-sistèmica intrahepàtica),de nitinol,d'expansió controlada, semirecoberta,a mb dos segments:1- intrahepàtic i 1-un segment portal no recobert, premuntada en catèter d'inserció,vàries mides		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 999201895
Descripció llarga: A - Endopròtesi pancreàtica plàstic amb un pigtail distal. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 999202232
Descripció llarga: A - Endopròtesi esofàgica de nitinol autoexpandible totalment recoberta, amb sistema de retirada i sistema d'alliberació coaxial/OTW distal, reposicionable, amb extrems eixamplats, diferents diàmetres i llargàries		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.11.2025 HORA: 08:52:18 PÀGINA: 5 / 5
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 999202233
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, no recoberta, per a hilio-hepàtic. Per a inserció endoscòpica.Tots els diàmetre i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 999202234
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar autoexpandible, biodegradable, temps de degradació 3-6 mesos. Per a inserció transhepàtica/percutània. Tots e ls diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 999202235
Descripció llarga: A - Equip endopròtesi pancreàtic plàstic, recte amb llengüeta amb introductor. Tots els diàmetres i llargàries		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 999202238
Descripció llarga: A - Endopròtesi pancreàtica nitinol, autoexpandible, totalment recoberta Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 999202239
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, totalment o parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserc ió endoscòpica. Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 999202240
Descripció llarga: A - Endopròtesi biliar de nitinol, autoexpandible, parcialment recoberta. Sistema alliberament coaxial/OTW. Per a inserció endoscòpi ca. Per a hepaticogastrostomias. Tots els diàmetres i llargàries.		
SOL.COMANDA: 1101452039	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 999302381
Descripció llarga: A - Intervencionisme perifèric no vascular: Equip introductor stents Pancreàtics i/o Biliars, diferents components		

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101453961_2bis

PPT 47/2026



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 30 de 42



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 31 de 42

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP															
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE															
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B															
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	IVA	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans ph neutre envàs de 900 ml v.l. 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
	1	0	420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030788	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml)	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
	2	0	670	30030962	Capcua amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
	2	0	710	30040625	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 32 de 42

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 33 de 42

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 34 de 42

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag1_cat_180718.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQB RNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 35 de 42

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 36 de 42

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQB RNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 37 de 42



ANNEX D2

Llista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 38 de 42

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRE caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)	
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 39 de 42

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNIQUES		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 40 de 42

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 41 de 42



ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101453961

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER A TOTS ELS LOTS	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
La visibilitat radiològica de l'endopròtesi durant el seu alliberament .	
La facilitat i precisió en l'alliberament de l'endopròtesi	
La navegabilitat i el sistema d'avançament de	
La presència d'un sistema de reposicionament en l'endopròtesi	
La força expansiva de l'endopròtesi	
La qualitat del sistema d'alliberament de l'endopròtesi digestiva	

Es OBLIGATORI presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que h consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol.licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquets criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05EJBQTHTV4LXK95H3T2E5UNQBRNHISZ

Data creació còpia:
18/12/2025 10:50:25

Pàgina 42 de 42