

CSI2025093 SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE MONITORS PER L'ÀREA QUIRÚRGICA

				Abast Medica SL	
VALORACIÓ CRITERIS (OBJECTIUS)					
PROPOSTA ECONÓMICA Import màxim de licitació sense IVA $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$	410.280,34 €	Part fixe	404.280,34 €	Part fixe	403.179,00 €
		Part variable	6.000,00 €	Part variable	6.000,00 €
Valor de ponderació: 2					
Puntuació màxima	35				35
Oferta economica presentada					409.179,00 €
Total Puntuació proposta economica				35	
CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA				SI/NO	Punts
Els monitors tenen l'algoritme d'obtenció d'ECG de 12 derivacions calculades a partir de 6 elèctrodes. SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	2,5
Tots els monitors multiparametrics avançats objecte d'aquesta licitació tenen una aplicació d'assistència clínica específica per a l'anàlisi, valoració i revisió dels paràmetres hemodinàmics. Inclouen gràfics, esquemes de relació fisiològica, diagrames i corbes de funció cardíaca. També inclouen proves hemodinàmiques personalitzades. SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	2,5
S'inclouen dos moduls específics d'integració dels monitors d'Edwards (monitors Vigilance / Vigileo / EV1000 / Hemosphere). Els mòduls seran intercanviables i utilitzables en qualsevol dels monitors multiparametrics avançats objecte de la licitació. S'hauran d'incloure tots els cables i/o accessoris necessaris per a la connexió.SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	5
Els monitors tenen un algoritme de recomanació de límits d'alarma, amb un avís en pantalla configurable en temps i nombre d'alarmes, que recomani la modificació d'un límit d'alarma segons la freqüència amb què hagi sonat en el temps, amb l'objectiu de disminuir la fatiga provocada per alarmes innecessàries. No s'admetrà com a recomanació els límits automàtics d'alarma que no incloguin el que s'ha descrit anteriorment. SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	2,5
Els accessoris oferts a la licitació son compatibles amb monitors ja existents a l'hospital SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	2,5
Capacitat de connectar-se a la central existent a l'hospital de forma directa. És compatible amb la central de monitorització vigent a l'Hospital (MINDRAY BENEVISION CMSII) SI: 10 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	10
Es valorarà que el modul de cabal cardiac continu tingui tecnologia FLOTRAC SI: 10 PUNTS NO: 0 PUNTS				SI	10
Total Puntuació criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma automàtica				35	
VALORACIÓ CRITERIS (SUBJECTIUS)					
Total Puntuació criteris subjectius				30	
TOTAL PUNTUACIÓ				100	

Qui subscriu el present informe no és troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

Mireia Labarta Tomàs
Responsable Recursos materials i equipament Consorci Sanitari Integral (representant comissió tècnica)