

Resolució d'adjudicació

Expedient núm. CSI2025093

Assumpte Subministrament i manteniment de monitors multiparametricos per l'àrea quirúrgica del Consorci Sanitari Integral

Procediment Obert harmonitzat **tramitació** ordinària

Data d'incoació 22 d'octubre de 2025

Valor estimat de licitació 410.280,34 euros sense IVA

Pressupost de licitació 410.280,34 euros sense IVA

Partida IVA (21 %) 86.158,87 euros

Antecedents:

En data 22 d'octubre de 2025 es va iniciar l'expedient de contractació del Subministrament i manteniment de monitors multiparametricos per l'àrea quirúrgica del Consorci Sanitari Integral.

En data 29 d'octubre de 2025 es va aprovar l'expedient de contractació del Subministrament i manteniment de monitors multiparametricos per l'àrea quirúrgica del Consorci Sanitari Integral.

Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l'informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d'abril de 2018, l'obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es va realitzar en acte públic.

En data 30 de desembre de 2025 es va procedir a l'obertura del sobre "C".

Un cop valorades les propostes de les empreses d'acord amb els criteris d'adjudicació que regeixen aquesta contractació i d'acord amb l'informe de valoració de la responsable de recursos materials del Consorci Sanitari Integral de data 8 de gener de 2026, la classificació de les propostes ha estat la següent:

Ordre	Llicitador	Puntuació subjectiva	Puntuació objectiva	Puntuació TOTAL
1	ABAST MEDICA SL	30,00	70,00	100,00

En data 14 de gener de 2026 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de contractació proposta d'adjudicació.

Es va sol·licitar a l'empresa que va obtenir la millor puntuació per a que enviés la documentació establerta al plec de clàusules administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma

Fonaments de dret

Donat que s'han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte.

D'acord amb l'article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Resolució

Per tant, resolc:

1. Acceptar i incorporar en la present resolució l'informe de valoració de 14 de gener de 2026 en el qual es motiva l'adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu corresponent el Subministrament i manteniment de monitors multiparamètrics per l'àrea quirúrgica del Consorci Sanitari Integral a l'empresa **ABAST MEDICA SL** per un import total de **409.179,00 euros sense IVA**.
3. Notificar la present resolució als interessats.
4. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la de la remissió de la notificació de la resolució d'adjudicació o de la seva publicació al perfil del contractant.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 56 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol pes Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d'acord amb el que estableix l'article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.

La resolució de l'adjudicació serà notificada a cadascun dels licitadors, i publicada al perfil del contractant.

Transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució d'adjudicació al perfil del contractant, i sempre i quan no s'hagi presentat el recurs especial en matèria de contractació, s'haurà de formalitzar el contracte en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en que hagués rebut el corresponent requeriment.

Francisca Maria Moyá Ferrer
Directora general del Consorci Sanitari Integral

CS/2025093 SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE MONITORS PER L'ÀREA QUIRÚRGICA

				Abast Medica SL	
VALORACIÓ CRITERIS (OBJECTIUS)					
PROPOSTA ECONOMICA					
Import màxim de licitació sense IVA	$P_i = \left[1 - \left(\frac{0_i - 0_{iM}}{L_i} \right) \times \left(\frac{1}{100} \right) \right] \times P$	410.280,34 €	Part fixe	403.179,00 €	
Valor de ponderació: 2			Part variable	6.000,00 €	
Puntuació màxima		35			35
Oferta economica presentada					409.179,00 €
Total Puntuació proposta economica				35	
CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIUS/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA					
Els monitors tenen l'algorisme d'obtenció d'ECG de 12 derivacions calculades a partir de 6 elèctrodes.					
SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Tots els monitors multiparamètrics avançats objecte d'aquesta licitació tenen una aplicació d'assistència clínica específica per a l'anàlisi, valoració i revisió dels paràmetres hemodinàmics. Inclouen gràfics, esquemes de relació fisiològica, diagrames i corbes de funció cardíaca. També inclouen proves hemodinàmiques personalitzades.					
SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS					
S'inclouen dos mòduls específics d'integració dels monitors d'Edwards (monitors Vigilance / Vigileo / EV1000 / Hemosphere). Els mòduls seran inintercanviables i utilitzables en qualsevol dels monitors multiparamètrics avançats objecte de la licitació. S'hauran d'incloure tots els cables i/o accessoris necessaris per a la connexió.SI: 5 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Els monitors tenen un algorisme de recomanació de límits d'alarma, amb un avís en pantalla configurable en temps i nombre d'alarmes, que recomani la modificació d'un límit d'alarma segons la freqüència amb què hagi sonat en el temps, amb l'objectiu de disminuir la fatiga provocada per alarmes innecessàries. No s'admetrà com a recomanació els límits automàtics d'alarma que no incloguin el que s'ha descrit anteriorment.					
SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Els accessoris oferts a la licitació son compatibles amb monitors ja existents a l'hospital					
SI: 2,5 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Capacitat de connectar-se a la central existent a l'hospital de forma directa. És compatible amb la central de monitorització vigent a l'hospital (MINDRAY BENEVISION CMSII)					
SI: 10 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Es valorarà que el mòdul de cabal cardíac continu tingui tecnologia FLOTTRAC					
SI: 10 PUNTS NO: 0 PUNTS					
Total Puntuació criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluables de forma automàtica				35	
VALORACIÓ CRITERIS (SUBJECTIUS)					
Total Puntuació criteris subjectius				30	
TOTAL PUNTAUACIÓ				100	

Qui subscriu el present informe no és troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

2026.01.08 07:52:02 +01'00'