

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU
D'EQUIPAMENT DIVERS DEL LABORATORI DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Import de licitació i forma de pagament
5. Durada del contracte

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu d'equipament divers del laboratori de reproducció assistida de l'Hospital Josep Trueta de Girona.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'abast de la contractació escau a la totalitat d'equipaments descrits en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

L'equipament que haurà de ser cobert pel present contracte de manteniment es compon de:

- 1 Incubador de sobretaula de diòxid de carboni (CO₂), oxigen (O₂) i temperatura, model K-Systems G-210, número de sèrie 0605.
- 2 Incubadors portàtils pel transport de gàmetes, model K-Systems G-95, números de sèrie 2214KH05 i 2214KH06.
- 2 Cabines de flux laminar vertical de Classe I, model K-Systems L126 IVF Dual, número de sèrie 2232LI10 i 2232LI05.
- 1 Microscopi invertit proveït de platina calefactada, model Nikon Eclipse Ti2-U, número de sèrie 752235.
- 1 Equip de micromanipulació, model RI Integra 3, número de sèrie 2139.
- 4 Estereomicroscopis, model Nikon SMZ-800N, números de sèrie 2203195, 2202668, 2203175 i 2203160.
- 1 Placa calefactada, model K-Systems T47, número de sèrie 2417KH65.

Els requisits tècnics que caldrà acomplir són:

- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta remot en cas d'avaria: 3 hores.
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta presencial en cas d'avaria: 48 hores.
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta en cas d'avaria urgent: Immediat telefònicament amb personal tècnic.
- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements a l'apartat 2 d'àmbit d'actuació.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament de la visita de manteniment preventiu han d'estar inclosos.
- Les actualitzacions de software de fàbrica necessàries per a mantenir l'equip en condicions de seguretat.
- Inspeccions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Suport tècnic telefònic.
- Substitució de peces avariades menors.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu. Tanmateix, si escau també caldrà habilitar les eines i contrasenyes necessàries a l'equip tècnic de l'Hospital per tal de poder configurar i/o modificar qualsevol paràmetre que sigui necessari per la seva posta en marxa, a nivell tècnic bàsic amb total normalitat, i sense haver suposat una despesa addicional per l'Hospital.

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals i residus

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari de gestionar el fi de vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus, la deposició controlada i les certificacions pertinents de les parts ionitzants a l'SCAR i CSE (si escau), i les indicacions de l'ARC (Agència Catalana de Residus).

3.2. Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.

4. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El preu màxim de licitació és de 6.330,02 €/any sense IVA, i 7.659,32 €/any amb IVA inclòs.

El pagament serà anual i proporcional a la durada del contracte.

5. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte està prevista des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2026. Podrà ser prorrogat anualment fins a un màxim de 48 mesos.

Girona, a gener de 2026

Jaume Fernández Baró CAP UNITAT MANTENIMENT	Marc Rulló Besora RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA 
---	---