

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE  
SUBMINISTRAMENT DEL FUNGIBLE PER A UN ELECTROESTIMULADOR PER  
TIROIDES NIM VITAL PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA**

**EXP 30\_CSA\_N\_2025**

## ÍNDEX

1. OBJECTE .....	3
2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE .....	3
2.1. Obligacions relatives a la normativa .....	4
3. MOSTRES .....	7
4. FORMACIÓ.....	7
5. SERVEI DE MANTENIMENT EQUIPAMENT .....	8
5.1. Termini del servei de manteniment de l'equipament .....	8
5.2. Abast, cobertures i actuacions de manteniment dels equips .....	8
5.3. Gestió del servei de manteniment.....	9
5.4. Prestació de Manteniment Normatiu .....	9
5.5. Prestació de Manteniment Preventiu.....	9
5.6. Prestació de Manteniment Correctiu .....	11
6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	12
7. PENALITZACIONS .....	12
8. ESTRUCTURA OFERTA .....	14

## **1. OBJECTE**

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de contractació per al subministrament del fungible per a un electroestimulador per tiroides NIM VITAL per al Consorci Sanitari de l'Anoia (en endavant CSA) i el servei de manteniment de l'electroestimulador per tiroides model NIM VITAL que disposa el CSA.

La licitació està composta per un únic lot amb els productes descrits a l'Annex 1\_Oferta tècnica d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) on també estan indicades les prestacions tècniques bàsiques que haurà de complir cadascun dels productes, i la incorporació dins el mateix contracte del servei de manteniment de l'electroestimulador per tiroides model NIM VITAL que disposa el CSA.

Les quantitats establertes a l'Annex 2\_ d'Oferta econòmica\_ del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que el CSA necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'annex 2 del PCAP\_ Oferta econòmica, suposin un compromís de contractació per part del CSA, que podran incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades, sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap indemnització o compensació per aquest fet.

Si durant la vigència del contracte s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

## **2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL FUNGIBLE**

El material fungible a subministrar, per part de l'adjudicatari, ha de complir els requisits descrits a l'annex 1 d'aquest PPT.

S'obliga a l'adjudicatari a subministrar els productes, objecte d'aquesta licitació, amb característiques i funcionalitats iguals o superiors a les que es requereixen pel producte

inicial en aquest PPT; en cas de trencament d'estoc, alerta sanitària, i/o altres motius, sense que això suposi cap cost addicional pel CSA. El termini màxim en el que s'haurà de subministrar els productes alternatius, serà el que indiqui el CSA, per garantir les seves necessitats de servei sense que això suposi un dany irreparable.

En el cas que el trencament d'estoc es repeteixi en el temps i l'adjudicatari no hagi ofert una alternativa de producte, es penalitzarà segons l'establert en l'apartat 6 d'aquest PPT.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat patís evolució tecnològica/tècnica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte, i sense que això suposi un cost addicional pel CSA.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte.

## **2.1. Obligacions relatives a la normativa**

En cas de disposar de certificats que acreditin el compliment de requeriments medi ambientals en la seva cadena de producció i distribució de productes, i els requeriments tècnics pel correcte maneig dels respectius productes, el licitador els haurà d'incorporar en la seva oferta.

El licitador haurà de complir amb la legislació vigent sectorial i haurà d'aportar el següent certificat en el sobre B de la seva oferta:

- Marcat CE per als productes considerats com a productes sanitaris

### **2.1.1. Condicions de lliurament**

#### **2.1.1.1. Termini i lloc de lliurament**

##### **A. Termini**

Els productes hauran de ser lliurats al magatzem del CSA.

S'entendrà com a productes efectivament lliurats aquells que existeixi un albarà d'entrega segellat pel CSA, respectivament, amb "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 48 hores i les comandes urgents en 24 hores des de que es sol·liciten.

El lliurament de qualsevol tipus de producte, haurà de ser cursat per comanda oficial.

No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

El CSA no assumirà cap despesa derivada del transport i dels embalatges del producte de cap de les comandes i no acceptarà una oferta del licitador amb import mínim de comanda.

En cas de desviació, tant en el termini d'entrega com en la quantitat de producte, respecte a la comanda rebuda, l'adjudicatari ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al CSA.

Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i podran ser penalitzats conforme l'apartat 6 d'aquest PPT.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades, sense cap càrrec pel CSA.

El proveïdor ha d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Qualsevol desperfecte de producte, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec del proveïdor.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda.

## **B. Lloc de lliurament**

El lloc d'entrega dels productes serà al Servei de Logística al C/Lecco s/n, 08700 Igualada i l'horari de recepció de materials és de 8.00 h a 13.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Telèfon de contacte per la recepció de material: 93 807 55 02

Durant la vigència del contracte el CSA podrà, per canvis organitzatius i/o logístics, canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu del contracte.

### **2.1.1.2. Condicions de presentació del material lliurat**

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

#### **A. Condicions dels paquets que es lliurin:**

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identificacions del proveïdor.

Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSA.

## **B. Condicions de l'albarà**

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original VALIDAT i la seva copia. Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant del CSA, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

S'entendrà "albarà original validat" aquell que tingui la signatura i el segell "conforme llevat examen" per part del personal de magatzem autoritzat del CSA.

A l'albarà VALIDAT haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern del CSA de l'article
- Número de comanda
- Número d'albarà

No acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.

## **C. Devolucions**

Les devolucions es notificaran al correu que l'adjudicatari hagi indicat, i aquest retirarà els materials del CSA en un termini màxim de 8 dies laborables, en cas que aquest no les retiri en el termini esmentat, el CSA podrà disposar lliurement d'aquesta materials o bé retornar-los. En el cas de retornar-los, les despeses que això ocasioni li seran carregades al proveïdor.

## **3. MOSTRES**

Els licitadors hauran d'aportar mostres del material fungible dels quals presentin oferta, dins els període de presentació d'ofertes, d'acord amb allò establert en l'annex 2 del PPT\_ ALBARÀ DE MOSTRES. En cas de no ser suficient el nombre de mostres sol·licitades per a realitzar les proves del fungible, es sol·licitaran més mostres als licitadors.

## **4. FORMACIÓ**

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la durada del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

L'adjudicatari garantirà la formació del personal sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels productes subministrats, per optimitzar al màxim el funcionament d'aquests.

Quan es produeixi qualsevol modificació o actualització dels productes, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSA, tal i com s'ha previst en l'apartat anterior.

El personal susceptible a rebre formació serà aquell que designi el CSA. Aquesta formació s'haurà de realitzar pel personal de tots els torns (diürn i nocturn), en horari de matí i tarda.

L'adjudicatari haurà d'aportar un pla de formació detallat cronològicament i parametrizat convenientment, adjuntant tota la documentació i informació necessària per realitzar la formació.

## **5. SERVEI DE MANTENIMENT EQUIPAMENT**

En aquest punt es defineixen el termini, abast, cobertures i actuacions de manteniment que cal que inclogui com a mínim el licitador per l'electroestimulador per tiroides model NIM VITAL que disposa el CSA.

### **5.1. Termini del servei de manteniment de l'equipament**

El termini del servei de manteniment de l'equipament, inclosos els seus sistemes addicionals, components i accessoris, serà a partir de la data de signatura del contracte, i s'allargarà fins a la durada màxima del contracte.

### **5.2. Abast, cobertures i actuacions de manteniment dels equips**

L'abast del servei de manteniment de l'equip serà en format "a tot risc", i per tant l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec, com a mínim, del següent:

- Cobertura de prestació de **manteniment normatiu i preventiu** dels equips, assumpció de costos de personal i materials per a l'execució dels treballs designats, d'acord amb les indicacions del fabricant.
- Cobertura de prestació de **manteniment correctiu**, assumpció de costos de personal i materials per a l'execució dels treballs designats.
- Prestació del servei de manteniment i reparació d'avaries en dies laborables de 8:00h a 17:00h.

- **Actualització de software** sempre que hi hagi una nova versió de l'instal·lat en els equips inclosos en aquesta licitació.
- **Coordinació** de les actuacions a executar amb el responsable tècnic designat pel CSA, per tal d'evitar afectació a l'activitat.
- **Substitució** dels equips, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip, que continguin vicis, defectes de fàbrica o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen, tant de materials com de funcionament.

### **5.3. Gestió del servei de manteniment**

El Consorci Sanitari de l'Anoia té contractades les tasques de la gestió dels serveis de manteniment tècnic al Servei d'Electromedicina.

El licitador ha d'oferir una aplicació de Gestió de Manteniment (GMAO o similar), on quedin registrades totes les actuacions de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es realitzin a l'equip, i l'adjudicatari ha de donar accés al personal que designi el Consorci Sanitari de l'Anoia per la notificació d'avaries i/o gestió de garantia.

### **5.4. Prestació de Manteniment Normatiu**

Es defineix com a Manteniment Normatiu, el manteniment que cal realitzar per donar compliment a la legislació vigent, emetent els certificats que s'escaiguin en cada cas.

### **5.5. Prestació de Manteniment Preventiu**

Es defineix com a Manteniment Preventiu les intervencions de manteniment realitzades per evitar riscos o danys futurs, programades amb l'adjudicatari durant la durada del contracte.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment preventiu dels equips oferts en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec dels costos associats al manteniment preventiu.

L'adjudicatari es compromet a realitzar un mínim **d'una** (1) revisió de manteniment preventiu anual de l'equipament, o superior a 1 si ho determina el fabricant, i es farà càrrec dels costos associats. Dins de les activitats previstes en el cas que aquestes

s'hagi de realitzar fora de les instal·lacions del CSA, i suposi una durada de més de 24hores, l'adjudicatari proporcionarà un equip de préstec per tal de poder mantenir l'activitat assistencial.

L'adjudicatari informará de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar les intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada.

En el manteniment preventiu està inclòs els costos de mà d'obra i desplaçament, i es realitzaran les revisions preventives atenent a les instruccions i tasques definides pel fabricant dels equips. Les tasques de manteniment preventiu dels equips han d'incloure, a més dels requeriments del fabricant, revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al correcte funcionament dels equips.

Els materials necessaris pel manteniment preventiu de l'equip estaran inclosos en aquest contracte i seran tots aquells que indiqui el fabricant, com elements de desgast en els seus protocols de manteniment.

Abans d'iniciar cap intervenció de manteniment preventiu el personal del servei tècnic s'ha de dirigir físicament al Servei de Manteniment per informar de la seva presència al centre, aquest servei durà un control de la seva ubicació i execució dels treballs, per assegurar el compliment de la norma en matèria de seguretat i salut.

Després de cada revisió preventiva, la persona responsable del servei assistencial comprovarà, en presència del servei tècnic responsable de la revisió, el correcte funcionament dels equips per donar la seva conformitat.

El servei tècnic responsable de la revisió de manteniment preventiu lliurarà al Servei de Manteniment del CSA un informe o full de treball, en format digital, en el que constarà, com a mínim, la següent informació:

- Hora d'inici i finalització dels treballs.
- Llistat d'execució de totes les operacions preventives programades.
- Relació de recanvis i/o peces substituïts.
- Confirmació explícita que l'aparell queda en condicions correctes de funcionament i seguretat.
- Qualsevol observació o recomanació que es consideri pertinent.

## 5.6. Prestació de Manteniment Correctiu

Es defineix Manteniment Correctiu com les operacions correctives necessàries per a la reparació d'avaries i/o defectes de l'equip en qüestió.

L'adjudicatari està obligat a l'execució del manteniment correctiu de l'equip ofert en els termes i condicions establerts en aquest apartat.

L'adjudicatari es farà càrrec de tots els costos associats del manteniment correctiu, i restarà obligat a realitzar com a mínim les següents accions:

- Assegurar un **temps màxim de resolució d'avaria, 48 hores** comptades a partir de la recepció de l'avís d'avaria al servei tècnic.
- **Subministrar i instal·lar els elements que s'hagin de substituir i/o reparar, en el termini màxim de 48 hores, a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència.** Els elements que s'hagin de substituir han de ser nous, iguals (amb les mateixes característiques i elements que el que es va rebre en un inici) o equivalents als elements que l'equip incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals, el CSA ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element equivalent a l'original.
- **Subministrar un equip de préstec complet** (amb les mateixes o superiors característiques i prestacions tècniques que l'equip inicial), en cas de que la reparació requereixi retirar del servei l'equip avariats, o que la previsió de reparació per part del servei tècnic, excedeixi el termini de resolució d'avaria de 48 hores, des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència des del CSA. **L'equip de préstec haurà d'estar instal·lat al centre** corresponent del CSA **en un temps no superior a 48 hores.**
- Assumir el cost econòmic, d'assegurances i transport pels desplaçaments d'anada com de tornada de l'equip en procés de reparació.
- Substituir l'equip o elements d'equips tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal

funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).

- Assumir tant els costos de personal com els costos dels materials del servei de reparació.

El CSA no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en aquest PPT o que no comptin amb la seva prèvia conformitat.

El CSA no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si s'escau, la compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

El CSA exercirà, en tot moment, les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a que s'haurà sotmès l'empresa adjudicatària com a conseqüència d'aquest PPT.

## **6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Anoia.

## **7. PENALITZACIONS**

Les penalitzacions s'aplicaran d'acord amb el següent:

### **PENALITZACIONS SUBMINISTRAMENT FUNGIBLE**

1. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment en els terminis de lliurement establerts a aquest PPT, per qualsevol altre causa diferent a un trencament de estoc, es podrà penalitzar amb l'u per cent (1%) totes aquelles entregues que

superin el termini de 4 dies hàbils entre la data de la comanda i la data d'entrega del material.

2. Quan l'adjudicatari incorri en un trencament d'estoc, i no pugui subministrar el producte adjudicat o un d'igual o major qualitat, al mateix preu, en el termini de lliurament requerit en aquest PPT, l'adjudicatari assumirà la diferència de preu del producte alternatiu que el CSA trobi disponible al mercat.
3. Quan l'adjudicatari incorri en dos trencaments d'estoc consecutius, i no pugui subministrar el producte adjudicat o un d'igual o major qualitat, al mateix preu, en el termini de lliurament requerit en aquest PPT, l'adjudicatari assumirà la diferència de preu del producte alternatiu que el CSA trobi disponible al mercat i podrà ser penalitzat amb un percentatge del cinc per cent (5%).
4. Quan l'adjudicatari incorri en tres o més trencaments d'estoc consecutius o no consecutius, es podrà penalitzar amb el deu per cent (10%) i es podrà resoldre el contracte.

#### PENALITZACIONS SERVEI DE MANTENIMENT

1. Quan l'adjudicatari incorri en l'incompliment de termini de lliurament de préstec o substitució d'equip, podrà ser penalitzat amb un percentatge del dos per cent 2% sobre l'import de la garantia, per cada 24 hores d'endarreriment de lliurament d'equip de préstec o substitució des de la notificació per part del CSA.
2. Quan l'adjudicatari incorri en un incompliment del temps màxim de resolució d'averies, en 2 averies consecutives o no consecutives durant la vigència del contracte, podrà ser penalitzat amb un percentatge d'un ú per cent (1%) sobre l'import de la garantia.

Els % indicats s'imputaran sobre l'import de la facturació, d'acord amb allò previst en l'apartat 3B2 del QC o en el seu cas sobre retingut de la garantia definitiva.

Així mateix, el CSA es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis ocasionats al CSA (al seu servei i/o personal), d'acord amb allò previst en l'article 194 de la LCSP i el PCAP.

## 8. ESTRUCTURA OFERTA

L'oferta del licitador haurà de seguir l'estructura i contingut que s'estableix en l'**apartat F** del quadre de característiques, i que indiquem a continuació: