

## **ANNEX 4. DETALL DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

### **1. Característiques bàsiques. (documentació a incloure al SOBRE 2 bis)**

**Criteris tècnics no puntuables: Requisits mínims obligatoris:** En cas de no complir els següents requisits quedaran exclosos de la licitació.

#### **Valoració sonda esofàgica:**

- **Sonda nasogàstrica multifunció amb baló esofàgic específic** (no estàndard), destinada a la mesura de la pressió esofàgica per a la determinació indirecta de la pressió transpulmonar, amb l'objectiu d'optimitzar l'ajust de la ventilació mecànica de manera segura i eficient.

**És condició obligatòria que disposi de:**

- un canal específic per a inflament i mesura de la pressió esofàgica.
- un canal gàstric per a aspiració, descompressió o nutrició enteral
- Possibilitat de canals addicionals segons configuració.

**Requisits obligatoris que ha de complir el dispositiu:**

- Fabricada amb materials biocompatibles, flexibles i radiopacs.
- Dissenyada per a ús continuat en unitats de cures intensives (UCI).
- Ha de ser compatible amb ventiladors Hamilton mitjançant línia de connexió específica

Cal incloure al sobre 2 bis la fitxa tècnica del producte i omplir el model d'oferta tècnica inclòs al PCAP.

### **2. Criteris de valoració puntuables**

L'adjudicatari serà el que obtingui major puntuació en la suma total dels criteris a valorar.

#### **2.1.1 Oferta econòmica (60 punts):**

**2.1.1.1 Valoració sonda nasogàstrica. Puntuació màxima 60 punts (Documentació a incloure al SOBRE 3)**

Els licitadors hauran de presentar l'oferta en el model d'oferta econòmica que consta al PCAP.

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_v$  = Puntuació de l'oferta a valorar

$P$  = Punts criteri econòmic

$O_m$  = Oferta millor

$O_v$  = Oferta a valorar

$IL$  = Import de licitació

$VP$  = Valor de ponderació (1,60)

## 2.2 Criteris sotmesos a judici de valor (Documentació a incloure al SOBRE 2 bis). Puntuació màxima de 40 punts:

Per tal de poder efectuar una correcta valoració del material ofertat, els licitadors hauran de lliurar obligatòriament material de mostra per valorar, amb les mateixes característiques de l'ofertat.

El material s'haurà de lliurar al Magatzem General de l'Hospital (Avda. França, s/n 17007 Girona) abans de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes. (Horari: de 08:00 a 15:00 hores dies laborables)

L'incompliment del lliurament del material dins el termini establert serà motiu d'exclusió.

Els licitadors hauran d'incloure al sobre 2 bis l'albarà o comprovant de lliurament de l'equip.

En aplicació de la Directriu 1-2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en el punt 4. s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

$P$  = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteris subjectius a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4
Puntuació màxima del criteri	12 punts	12 punts	4 punts	12 punts
Llindar mínim de puntuació	7 punts	7 punts	2,5 punts	7 punts

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 23 punts de la suma dels criteris de judici de valor seran desestimades i excloses de la licitació.

#### **Es valoraran les següents característiques:**

##### **Valoració Sonda nasogàstrica**

- **Puntuació màxima de 40 punts:**
  - **Criteri 1.** Que disposi de baló esofàgic d'alta compliança i volum conegut: 12 punts
  - **Criteri 2.** Que incorpori un sistema de mesura de pressió amb transductor calibrat: 12 punts
  - **Criteri 3.** Que disposi de guia metàl·lica per facilitar la inserció: 4 punts
  - **Criteri 4.** Que permeti l'administració de nutrició enteral, evitant la necessitat d'un doble dispositiu: 12 punts