

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE SONDAS NASOGÀSTRIQUES AMB BALÓ ESOFÀGIC PER A LA MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ TRANSPULMONAR ESOFÀGICA PER A LA UNITAT DE MEDICINA INTENSIVA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE SONDAS NASOGÀSTRIQUES AMB BALÓ ESOFÀGIC PER A LA MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ TRANSPULMONAR ESOFÀGICA PER A LA UNITAT DE MEDICINA INTENSIVA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE SONDES NASOGÀSTRIQUES AMB BALÓ ESOFÀGIC PER A LA MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ TRANSPULMONAR ESOFÀGICA PER A LA UNITAT DE MEDICINA INTENSIVA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA	Plec de prescripcions tècniques
---	--

1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el subministrament de sondes nasogàstriques amb baló esofàgic per a la monitorització de la pressió transpulmonar esofàgica per a la unitat de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

2. Característiques bàsiques. (documentació a incloure al SOBRE 2 bis)

Criteris tècnics no puntuables: Requisits mínims obligatoris: En cas de no complir els següents requisits quedaran exclosos de la licitació.

Valoració sonda esofàgica:

- **Sonda nasogàstrica multifunció amb baló esofàgic específic** (no estàndard), destinada a la mesura de la pressió esofàgica per a la determinació indirecta de la pressió transpulmonar, amb l'objectiu d'optimitzar l'ajust de la ventilació mecànica de manera segura i eficient.

És condició obligatòria que disposi de:

- un canal específic per a inflament i mesura de la pressió esofàgica.
- un canal gàstric per a aspiració, descompressió o nutrició enteral
- Possibilitat de canals addicionals segons configuració.

Requisits obligatoris que ha de complir el dispositiu:

- Fabricada amb materials biocompatibles, flexibles i radiopacs.
- Dissenyada per a ús continuat en unitats de cures intensives (UCI).
- Ha de ser compatible amb ventiladors Hamilton mitjançant línia de connexió específica

Cal incloure al sobre 2 bis la fitxa tècnica del producte i omplir el model d'oferta tècnica inclòs al PCAP.

Girona, gener de 2026

Dra. Patricia Ortiz Ballujera
Cap de Servei de Medicina Intensiva
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta