



**CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELECTROMEDICINA EN
RÈGIM D'ARRENDAMENT PER EQUIPAR LA FLOTA PRÒPIA DEL
SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES.**

**Plec de prescripcions tècniques
Expedient GEEC 2026-29**



Índex

1	Objecte	3
2	Presentació	3
2.1	Missió:	3
2.2	Contacte	4
2.3	Personalitat jurídica i registre	4
2.4	Descripció de l'activitat	4
3	Contingut mínim	5
4	Descripció general del subministrament/servei a contractar	5
5	Característiques tècniques	6
5.1	Àmbit d'actuació	6
5.2	Subministrament previst	6
5.3	Descripció tècnica dels productes	7
	LOT 1 VENTILADOR DE TRANSPORT	9
	LOT 2 CARDIOCOMPRESSOR	11
	LOT 3 DISPOSITIU D'ANALISIS DE SANG	13
	LOT 4 ECÒGRAF PORTÀTIL	14
5.4	Condicions tècniques del subministrament	16
5.5	Manteniment	16
5.6	Prova d'acceptació	16
6	Condicions d'execució	17
6.1	Aportació de mitjans:	17
6.2	Relació laboral	17
6.3	Clàusules de garantia	17
6.4	Confidencialitat (si escau)	17
6.5	Requisits específics	17
7	Control i seguiment del contracte	17
8	Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals	18
9	Imatge corporativa	20



Plec de prescripcions tècniques

1 Objecte

És objecte d'aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del subministrament en règim d'arrendament d'equips d'electromedicina per la flota pròpia del SEM, per l'entitat Sistema d'Emergències Mèdiques (en endavant SEM), situada al carrer Pablo Iglesias 101-115 de L'Hospitalet de Llobregat.

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament, així com tota la infraestructura necessària per poder realitzar les prestacions en condicions òptimes i en compliment als protocols de seguretat del pacient.

Un cop finalitzat el contracte, l'empresa adjudicatària haurà de retirar tot el material i eliminar qualsevol informació relativa a l'atenció al pacient que es pugui emmagatzemar a l'interior de l'equipament.

2 Presentació

L'organització interessada és el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entitat de dret públic que s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

2.1 Missió:

La nostra raó de ser és proporcionar serveis sanitaris als ciutadans per tal de donar atenció integral a les situacions d'urgències i emergència extra hospitalària, així com donar informació, consell, orientació i atenció presencial i no presencial, tant en situacions ordinàries com extraordinàries. Igualment coordina i implementa actuacions sanitàries en el marc del Departament de Salut i en qualsevol indret de Catalunya.

Els nostres valors són l'honestetat, el respecte, la professionalitat, l'accessibilitat, transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d'accés públic universal i eficient, als serveis qualificats de salut.



2.2 Contacte

Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406. Correu electrònic: sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41° 20' 45,4" N - 2° 7' 29,8" E.

El futur edifici s'està construint en uns terrenys propietat de la Generalitat de Catalunya, al costat de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), a l'entorn de l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat.

2.3 Personalitat jurídica i registre

SEM té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat i el seu número d'identificació fiscal és Q0802441F, de conformitat amb l'Acord GOV/251/2023, de 28 de novembre, pel qual s'autoritza la transformació de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, en una entitat de dret públic, i s'aprova la constitució i posada en funcionament d'aquesta entitat de dret públic d'acord amb les previsions del projecte de cessió global d'actius i de passius, i s'aprova el text íntegre dels seus Estatuts.

2.4 Descripció de l'activitat

El Sistema d'Emergències Mèdiques té encarregades, entre d'altres funcions, la coordinació i prestació de l'assistència sanitària d'urgència i emergència extra hospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant els recursos assistencials més adients a les necessitats clíniques dels pacients, essent traslladats, si escau, al centre útil.

Igualment presta serveis d'informació i consell sanitari a través de 061 Sanitat Respon. Per poder dur aquesta tasca, el SEM disposa de la Central de Coordinació Sanitària amb 4 sales (1 de 061 Sanitat Respon a Barcelona i 3 d'emergències a Reus, L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona), 338 unitats de SVB, 65 unitats de SVA, 17 Vehicles de intervenció ràpida i 4 helicòpters medicalitzats. Aquests recursos estan distribuïts en quasi 300 bases operatives repartides per la geografia catalana.

Anualment s'atenen més de 2.700.000 trucades, es generen més de 2.000.000 incidents i més de 1.200.000 intervencions amb mobilitzacions de recursos.



3 Contingut mínim

El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectes inicialment plantejats.

4 Descripció general del subministrament/servei a contractar

El SEM té la necessitat de renovar la següent electromedicina:

Per tal de fer la renovació l'objecte d'aquesta licitació s'ha dividit en els següents lots:

ARRENDAMENT		EQUIP
	LOT 1	Ventilador de transport
	LOT 2	Cardiocompressor
	LOT 3	Dispositiu d'anàlisi de sang
	LOT 4	Ecògraf portàtil

L'adjudicatari haurà de garantir l'actualització tecnològica de l'equip concretada en qualitat de l'equipament i terminis de reemplaçament/renovació, de manera que en qualsevol moment del contracte el SEM disposi de la tecnologia més avançada així com l'assessorament tècnic necessari.

L'empresa que resulti adjudicatària del subministrament s'encarregarà de subministrar tot el fungible necessari per a l'ús dels equips objecte del contracte durant el primer any de vigència del contracte.

L'adjudicatari haurà de subministrar el suport o suports corresponents i instal·lar-los en els vehicles designats pel SEM.

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte.



5 Característiques tècniques

5.1 Àmbit d'actuació

Els equips inclosos al contracte seran utilitzats en els vehicles de la flota pròpia del SEM.

5.2 Subministrament previst

Les unitats estimades a contractar són les següents:

LOT	EQUIP	SVA	ECO/VIR	FURGONS SUPPORT SVA	UIS	ALTA COMPLEXITAT	FORMACIÓ	BACKUP	UNITATS TOTAL
LOT 1	Ventilador de transport	22	2	2	5	0	0	8	39
	Suport amb càrrega	22	2	2	5	0	0	5	36
	Suport sense càrrega	22	0	2	5	0	0	5	34
LOT 2	Cardiocompressor	22	0	2	0	4	0	6	34
LOT 3	Dispositiu d'anàlisi de sang	22	0	2	0	0	0	4	28
LOT 4	Ecògraf portàtil	22	10	2	3	0	3	6	46

El LOT 1 (Ventilador de transport) haurà de disposar de suport amb càrrega per la ambulància i de suports sense carrega per la llitera.

El subministrament previst inclou tot el fungible necessari per a l'ús dels equips objecte del contracte per cobrir l'ús per un any.

La taula següent recull l'estimació de les necessitats anuals de fungible per a la licitació prenent com a base la mitjana dels dos últims anys:

LOT	NOM	DENOMINACIÓ FUNGIBLE	QUANTITAT
LOT 1	Ventilador de transport	Conjunt d'un ús per pacient Adult (Circuit, vàlvula, sensor)	1.200
		Conjunt d'un ús per pacient Pediàtric (Circuit, vàlvula, sensor)	480
LOT 2	Cardiocompressor	Sense fungible	
LOT 3	Dispositiu d'anàlisi de sang	Cartutx	1200
LOT 4	Ecògraf portàtil	Gel per ecògraf 250 mg	125



Els grups de fungibles definits són orientatius. Aquesta taula s'adjunta per fer entendre quines teràpies necessita aplicar el SEM amb els equipaments presentats i, per tant, el proveïdor ha d'incloure dins del fungible aquell que sigui necessari pel funcionament del seu equip en l'aplicació de la corresponent teràpia.

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses de fungible previstes durant el primer any de vigència del contracte.

5.3 Descripció tècnica dels productes

El subministrament ha d'incloure la instal·lació completa de cada equip, d'acord amb la configuració predeterminada pel SEM per a cada utilització i ubicació, incloent els programes específics necessaris per deixar l'equip en correcte funcionament d'acord a les especificacions detallades.

La **formació** inicial i reciclatges anuals, o per canvis substancials de versió, estarà inclosa en el servei. En fase d'execució l'empresa adjudicatària presentarà una memòria relativa a la formació presencial dels usuaris dels equips, indicant dins del programa de formació, les hores previstes, continguts i destinataris així com el personal destinat per l'empresa a l'execució dels diferents cursos de formació. Com a mínim, la proposta ha d'incloure dues sessions/tallers de formació presencial a la seu del SEM i les dates i horaris de la jornada s'adaptaran a les necessitats dels destinataris.

Serà d'obligat compliment per l'adjudicatari qualsevol tipus de reglament, norma, directiva o instrucció oficial, nacional o internacional, que resulti d'aplicació en funció de l'objecte de la licitació així com les modificacions que es puguin produir durant la vigència del contracte.

Per a cada equip ofert, el licitador haurà de demostrar:

- El compliment de la legislació vigent i la normativa d'obligat compliment relativa a l'equip amb el certificat corresponent al compliment de la marca CE per a l'equip ofert, en marca i model pertinent.
- El compliment de la normativa estàndard requerida addicionalment a la fitxa de descripció tècnica amb un certificat pertinent relatiu a l'equip ofert en marca i model.

Els productes sanitaris i els seus accessoris hauran de ser conformes a la normativa de productes sanitaris en el moment en què se'n faci el subministrament, amb les condicions que els siguin aplicables i fent constar la documentació que acrediti el compliment segons classificació de producte sanitari per a cadascun dels equips que ofereixin. Normativa aplicable: Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre i les seues actualitzacions, pel qual es regulen els productes sanitaris, que transposa la Directiva 93/42/CEE i posteriors.



La totalitat dels equipaments hauran de ser nous en el moment d'inici de la prestació.

S'entendrà com a equipament nou aquell que compleixi els següents requisits (tots)

- No haver estat utilitzat des de la seva fabricació (llevat les proves necessàries per la posta en marxa).
- Data de fabricació de com a màxim 12 mesos abans del lliurament.

Tots els equips i els suports, objecte de subministrament, seran de nova adquisició i hauran d'estar homologats per al transport sanitari. No s'acceptarà en cap cas el subministrament i posada en marxa d'equips de segona mà o bé heretats d'altres contractes, o bé que no hagin estat homologats.

A continuació es farà la descripció tècnica de cada un dels lots. Les característiques són d'obligat compliment. L'incompliment d'algun requeriment serà motiu d'exclusió.



LOT 1 VENTILADOR DE TRANSPORT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Pes no superior a 6,5 Kg, robust i compacte
- Capacitat de ventilació de pacient pediàtric i adult (mínim V tidal 20ml)
- Tecnologia de Turbina d'alta eficiència o doble turbina
- Capacitat per administrar FiO2 entre 0'21-1
- Sistema de compensació de fugues

MODALITATS DE VENTILACIÓ

- Controlades per volum
- Controlades per pressió
- Espontànies:
- * Pressió suport (PS)
- * Pressió positiva contínua a la via aèria (CPAP)
- * Pressió positiva de doble nivell (BiPAP)
- Amb capacitat d'oxigenoteràpia d'alt flux (OAF)
- Modus de respiració d'apnea
- Modus ventilatori per RCP

ALARMES I CONTROLS

- Alarmes visuals i acústiques, i rangs d'alarma programables
- Sistema de control de pressió a la via aèria (Ppic/Pplateau), Mínim Corbes de Pressió i Flux
- Alarma de fugues de pressió i volum al circuit, amb control de Volum tidal espirat/Volum minut espirat

BATERIA I AUTONOMIA

- Dispositiu amb autonomia mínim de 4 hores.
- Carregador 220v per endollar l'aparell

PANTALLA

- Pantalla tàctil, preferiblement amb bloqueig de pantalla
- Pantalla antireflectant a la llum i amb visió nocturna

ACCESSORIS

- Pulmó per la valoració del funcionament adequat dels respirador



SUPORTS

Tots els suports han de garantir el correcte ancoratge i subjecció a la ubicació concreta que defineixi SEM

- 1 suports amb càrrega de bateria a la cabina assistencial amb certificació per al transport en ambulància d'acord a norma UNE-EN 1789
- 1 suport sense càrrega a la llitera de trasllat

REQUERIMENTS DE MILLORA:

- Es valora que el licitador porti a terme tallers de maneig dels ventiladors de transport més enllà de les dues sessions mínimes sol·licitades a l'inici d'execució del contracte aportant tots els aparells i fungibles necessari per dur a terme les mateixes. La sessió o sessions on s'utilitzarà l'aparell o aparells tindrà una durada màxima de 8 hores.
- Es valora la disposició d'un monitor de substitució en menys de 24 hores a la seu central i logística del SEM des de la notificació de la necessitat.
- Es valora que es redueixi el termini de lliurament dels equips
- Es valora que es disminueixi el termini de lliurament de fungibles
- Es valora la capacitat de transmissió de dades
- Es valora una bossa compacta per guardar accessoris i transportar el dispositiu amb seguretat



LOT 2 CARDIOCOMPRESSOR

El SEM desenvolupa la seva tasca en l'àmbit extrahospitalari, aquest fet suposa el maneig de pacients en entorns d'espais limitat, situacions hostils i condicions climatològiques adverses. D'altra banda, les aturades cardiorespiratòries esdevenen una situació crítica que requereix d'un maneig complex i acurat per garantir la seguretat del pacient. En aquest sentit, el SEM, durant els darrers anys ha pogut comprovar a través de la seva experiència que l'ús de cardiocompressors amb mecanisme de succió esdevenen el més idoni per l'activitat sanitària realitzada. És a dir, aquest mecanisme permet una descompressió activa que garanteix el retorn complet del tòrax, millora l'ompliment ventricular i el flux sanguini coronari i cerebral. A més, aquest mecanisme de succió assegura una millor fixació del dispositiu sobre el pit del pacient, minimitzant desplaçaments durant el transport i garantint compressions eficaces, constants i correctament posicionades.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Pes amb bateria inferior a 9 Kg
- Capacitat per funcionar en sedestació o decúbit.
- Dispositiu de compressió toràcica mecànica portàtil destinat a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) d'alta qualitat.
- La zona compressora ha de comptar amb un mecanisme de succió.
- L'adjudicatari proveirà amb cada equip dos ventoses de succió (una amb l'equip i una de reserva). El SEM la substituirà en quan estigui deteriorada per desgast, trencament o que no es pugui reparar ja que no té una vida útil determinada.

ACCESSORIS

- Bossa de transport encoixinada, resistent i lleugera, que permeti el transport deixant les mans lliures
- Corretges per subjectar les mans del pacient
- Corretja d'estabilització

FUNCIONS

- Freqüència i profunditat de compressions segons recomanacions vigents de l'ERC amb capacitat d'actualització de software
- Modes de funcionament ajustables: compressions en modus continu i rati 30:2
- Disposa de funcions d'avísos visuals i/o sonors per a ventilació, alarmes per condicions com bateria baixa, errors de funcionament o interaccions incorrectes.



BATERIA I AUTONOMIA

- Bateria recarregable amb possibilitat de càrrega amb alimentació externa i carregador per a vehicle.
- Indicador visual de l'estat de la bateria.
- Autonomia mínima de 40 minuts.
- Inclou carregador 220 V i cables de connexió corresponents.

REQUERIMENTS DE MILLORA:

- Es valora que el licitador porti a terme tallers de maneig dels cardiocompressors més enllà de les dues sessions mínimes sol·licitades a l'inici d'execució del contracte aportant tots els aparells i fungibles necessari per dur a terme les mateixes. La sessió o sessions on s'utilitzarà l'aparell o aparells tindrà una durada màxima de 8 hores.
- Es valora la disposició d'un cardiocompressor de substitució en menys de 24 hores a la seu central i logística del SEM des de la notificació de la necessitat.
- Es valora que es redueixi el termini de lliurament dels equips.
- Es valora que es disminueixi el termini de lliurament de fungibles.
- Es valora el menor pes incloent bateria i sense accessoris.
- Es valora la funcionalitat d'estalvi d'energia



LOT 3 DISPOSITIU D'ANÀLISIS DE SANG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Equip fàcilment transportable amb el material de primera intervenció, amb autonomia pel seu ús i amb bateria recarregable.
- Pes màxim: 850 grams
- Transportable a peu del pacient
- Els paràmetres que ha de mesurar com a mínim: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Glucosa, Lactat, Creatinina, BUN, BE, Hematòcrit.
- No es requereix que els paràmetres de mesura siguin analitzats per un sol casset, es poden analitzar amb varis.

ACCESSORIS

- Carregador 220v

REQUERIMENTS DE MILLORA:

- Es valora que el licitador porti a terme tallers de maneig dels dispositius d'anàlisi de sang més enllà de les dues sessions mínimes sol·licitades a l'inici d'execució del contracte aportant tots els aparells i fungibles necessari per dur a terme les mateixes. La sessió o sessions on s'utilitzarà l'aparell o aparells tindrà una durada màxima de 8 hores. L'antelació mínima amb la que avisarà el SEM serà de 30 dies.
- Es valora la disposició d'un dispositiu d'anàlisi de sang de substitució en menys de 24 hores a la seu central i logística del SEM des de la notificació de la necessitat.
- Es valora que es redueixi el termini de lliurament dels equips
- Es valora que es disminueixi el termini de lliurament de fungibles
- Es valora el temps de resultat (inferior a 60 segons)
- Es valora la disponibilitat de la mesura d'altres paràmetres.
- Es valora la possibilitat de transmissió de dades
- Es valora que disposi d'una funda o bossa per guardar l'equip



LOT 4 ECÒGRAF PORTÀTIL

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Pes màxim de 350g
- Que sigui transportable
- Grau d'estanquitat resistent a l'aigua IP67.
- Resistent a caigudes des d'una alçada de 1 metre
- Presets: Mínim de 5 (abdomen, pulmó , ecocardio, vascular i musculoesquelètic)
- Presets amb opció pediatria
- Sonda/sondes capaces de realitzar les aplicacions clíniques indicades.
- 2 o més tipologies de sondes integrades en un únic dispositiu (Per exemple: linial i convex en una única)
- Profunditat 0 a 30cm o més
- Modus de treball B/2D i modo M d'exploració, doppler color i doppler polsat/espectral.
- Amb bossa o estoig de transport
- Visió d'imatges i vídeo a la tablet de SEM (android)
- Amb autonomia mínima de 50 minuts, recargable
- Tots els accessoris necessaris per el seu correcte funcionament
- Resistent a caigudes des de una alçada de 1 metre
- Capacitat de transmissió i visualització d'imatges i vídeo a la tablet de SEM (Sistema Android) a través de connexió de dades (Bluetooth, Wi-fi) o cable (Tipus C)
- Capacitat de transferir els estudis amb PDF
- Incloure el programari necessari per poder utilitzar totes la/les sonda/es incloses.

BATERIA I AUTONOMIA

- Dispositiu amb autonomia mínima de 50minuts, recarregable
- Carregador 220v

REQUERIMENTS DE MILLORA:

- Es valora que el licitador porti a terme tallers de maneig dels dispositius d'anàlisis de sang més enllà de les dues sessions mínimes sol·licitades a l'inici d'execució del contracte aportant tots els aparells i fungibles necessari per dur a terme les mateixes. La sessió o sessions on s'utilitzarà l'aparell o aparells tindrà una durada màxima de 8 hores. L'antelació mínima amb la que avisarà el SEM serà de 30 dies.
- Es valora el poder disposar d'un equip de substitució.
- Es valora que es redueixi el termini de lliurament dels equips
- Es valora que es disminueixi el termini de lliurament de fungibles
- Es valora la visualització en remot en temps real de la informació d'una intervenció clínica activa, ja sigui des d'un PC de la sala CECOS o una tauleta Android remota



des d'un altre recurs assistencial mòbil. Es tracta d'accedir a les dades de la intervenció en temps real des d'un dispositiu remot (PC o tauleta). Les dades han de ser enviades pel dispositiu electromèdic via 3/4/5G i representades en el dispositiu remot amb un visor que ofereixi una visió equivalent a la de la pantalla del dispositiu. Es consideren acceptables les solucions basades en un núvol privat sempre que es doni el compliment de totes les mesures de seguretat per garantir la protecció de les dades relatives a les intervencions assistencials, l'accés únicament dels professionals autoritzats i la robustesa i disponibilitat del sistema.

- Es valora la notificació o actualització de software automàtica inclosa.
- Es valora el programari de millora de visualització d'agulla.



5.4 Condicions tècniques del subministrament

El subministrament dels equips inclourà la instal·lació per part de l'empresa adjudicatària dels sistemes de suport i fixació dels equips als vehicles, d'acord amb les indicacions de les empreses transformadores de vehicles.

L'empresa que resulti adjudicatària del subministrament s'encarregarà de subministrar tot el fungible necessari per a l'ús dels equips objecte del contracte durant el primer any de vigència del contracte. Tot el fungible s'entregarà sempre al magatzem logístic del SEM, actualment al carrer Pablo Iglesias 101-115, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. El subministrament del fungible es farà prèvia comanda específica del SEM.

El termini de lliurament de la totalitat dels equips serà de màxim 8 setmanes des de la signatura del contracte i les dates de caducitat dels fungibles seran com a mínim de 18 mesos.

L'estoc de seguretat dels fungibles que haurà de disposar l'adjudicatari serà com a mínim el suficient per cobrir 30 dies naturals de demanda. El proveïdor tindrà suficient estoc per atendre el normal funcionament del servei i puntes estacionals o despesa imprevista.

L'adjudicatari haurà de servir les comandes dels fungibles amb un màxim de 7 dies naturals des de la comunicació de la comanda. Condicions de lliurament inferiors a 7 dies prestaran un millor servei de subministrament i una millor seguretat en la contractació del transport dels materials.

5.5 Manteniment

El manteniment preventiu, normatiu i correctiu del vehicle es realitzarà mitjançant el servei de manteniment del SEM. Actualment aquest manteniment està contractat amb l'expedient 2023-35.

5.6 Prova d'acceptació

L'empresa adjudicatària, una vegada entregat l'equipament i abans de la seva posada en marxa, realitzarà les corresponents proves d'acceptació en presència del personal tècnicament qualificat autoritzat pel SEM. Les proves hauran d'acreditar el funcionament de l'equip subministrat i la correspondència amb la oferta realitzada i adjudicada, així com la seva correcta posta en marxa.

L'entrega dels equips s'haurà de realitzar acompanyada de la documentació que exigeixi la normativa autonòmica, nacional i comunitària.



L'únic document que certificarà la posada en marxa i validació de l'equipament serà l'acta de recepció, que serà efectuada pel departament de logística del SEM un cop es dictamini com a favorable la prova d'acceptació de cada equipament.

6 Condicions d'execució.

6.1 Aportació de mitjans:

L'empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l'equip humà i recursos materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.

6.2 Relació laboral.

En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l'empresa adjudicatària i SEM

6.3 Clàusules de garantia

L'adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat, al menys en els següents termes:

- a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingui coneixement.
- b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el SEM.

6.4 Confidencialitat (si escau)

Dades clíniques

6.5 Requisits específics.

No es preveuen.

7 Control i seguiment del contracte

En qualsevol moment i sense previ avis, l'interlocutor del SEM podrà obtenir del responsable nomenat per l'empresa adjudicatària tota la informació que consideri necessària per al seguiment de la feina.



8 Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Punts a tenir en compte respecte prevenció de riscos laborals:

a. Les empreses, a les seves ofertes, lliuraran a SEM una descripció de la modalitat organitzativa de la gestió de la prevenció mitjançant documentació acreditativa de la mateixa, d'acord amb això dependent de la seva modalitat hauran de presentar el que es fa constar seguidament:

- Assumida personalment per l'empresari: còpia de la formació acreditativa.
- Treballadors designats: acta de designació i formació acreditativa dels treballadors designats.
- Servei de prevenció aliè: còpia del contracte amb el servei de prevenció aliè.
- Servei de prevenció propi: còpia de l'acta de constitució i formació acreditativa dels tècnics.
- Modalitats mixtes: tenint en compte els punts anteriors, segons la modalitat considerada, especificant les especialitats preventives que assumeix cada una de les parts.

b. Les empreses, a les seves ofertes, es comprometen a presentar el seu Pla de prevenció de riscos laborals com un element més de la documentació tècnica de les ofertes.

c. L'empresa adjudicatària es compromet a designar una persona responsable de la prevenció de riscos laborals del seu personal i notificar-ho al servei de prevenció de riscos laborals de SEM per procedir a la coordinació d'activitats empresarials. Qualsevol canvi en aquest interlocutor es notificarà immediatament al servei de prevenció de riscos laborals de SEM. Aquestes comunicacions s'hauran de realitzar formalment a través del correu de la bústia de Prevenció del SEM: prl.sem@gencat.cat.

d. L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials (art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals), mitjançant l'intercanvi documental que s'estableixi per la unitat de Prevenció de Riscos Laborals i farà arribar la documentació mitjançant l'eina informàtica que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada. Per facilitar aquestes accions de coordinació d'activitats empresarials, l'empresa adjudicatària designarà a una persona per realitzar aquestes tasques i que farà d'interlocutor amb la unitat de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació. S'estableix un període d'un mes per fer arribar la documentació a la plataforma, en cas de o ser possible una bolcada massiva de dades s'ampliarà a un mes.



e. L'empresa adjudicatària es compromet a informar als seus treballadors de les normes de seguretat i salut pròpies de les instal·lacions de SEM i acreditar documentalment que aquestes normes han estat comunicades.

f. L'empresa adjudicatària es compromet a informar i formar els seus treballadors, tal i com recull els art. 18 i 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sent els registres d'aquestes obligacions un dels requisits de la coordinació d'activitat empresarials i que s'hauran de lliurar mitjançant l'eina informàtica destinada a la coordinació d'activitats empresarials que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada.

g. L'empresa adjudicatària es compromet a realitzar el servei de vigilància de la salut als seus treballadors, en els termes que recull l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, sent obligatori aportar els consentiment i/o aptitud mèdica en cas d'acceptació, requisits de la coordinació d'activitat empresarials i que s'hauran de lliurar mitjançant l'eina informàtica destinada a la coordinació d'activitats empresarials que SEM utilitzi o la metodologia que tingui implantada.

Punt h + i. L'empresa adjudicatària té la obligació de donar d'alta als treballadors en la aplicació informàtica, o seguir els procediments de la metodologia que la unitat de Prevenció de Riscos Laborals determini, incloent als treballadors de nova incorporació durant la vigència del contracte i aportar la documentació derivada de la mateixa alta, com així les actualitzacions que es puguin produir entre els seus treballadors en matèria de formació en prevenció de riscos laborals. Així mateix, l'empresa adjudicatària realitzarà les actualitzacions documentals d'aquells documents que tenen una validesa periòdica, ja siguin propis d'empresa o de treballador.

j. L'empresa adjudicatària es compromet a informar el servei de prevenció de SEM dels accidents de treball i les malalties professionals que pateixin els treballadors a les instal·lacions de SEM en un termini màxim d'una setmana a partir del seu succés. El servei de prevenció de SEM podrà sol·licitar del servei de prevenció de l'empresa adjudicatària col·laborar en la investigació d'aquests accidents.

k. L'empresa adjudicatària es compromet a informar al Servei de Prevenció del SEM dels treballadors especialment sensibles als riscos del seu lloc de treball, d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals. Aquesta informació s'actualitzarà mensualment, en cas de variacions.



l. L'empresa adjudicatària es compromet a gestionar la valoració i seguiment de les situacions de risc durant l'embaràs i la lactància, així com realitzar les mesures necessàries en cada cas. Així mateix, hauran de disposar del llistat corresponent de llocs de treball exempts de risc davant d'aquestes situacions. Aquesta informació s'actualitzarà mensualment, en cas de variacions.

m. L'empresa adjudicatària, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar al menys de les següents mesures:

- Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l'òrgan de contractació.
- Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
- Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
- Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca objecte d'aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de riscos laborals de la seva empresa.
- Quant el personal de l'adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM hauran de respectar la normativa de seguretat i control d'accessos, la mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa aplicable en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

9 Imatge corporativa

Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.