

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DEL PLEC TÈCNIC DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SEM-2026-29 PEL SUBMINISTRAMENT D'ELECTROMEDICINA EN RÈGIM D'ARRENDAMENT (4 LOTS) PER EQUIPAR LA FLOTA PRÒPIA DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Vist l'expedient de contractació SEM-2026-29 per a la contractació pel subministrament en règim d'arrendament d'equips d'electromedicina per la flota pròpia del SEM, per l'entitat Sistema d'Emergències Mèdiques (4 lots), per un pressupost base de licitació de 1.484.284,01 euros IVA inclòs, i un valor estimat de 2.219.401,20 euros IVA no inclòs.

En data 19 de novembre de 2025 es va realitzar l'enviament de l'anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, quedant publicat l'anunci en data 20 de novembre de 2025. El 21 de novembre de 2025 també es realitza la publicitat de l'anunci de licitació a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. El termini màxim de presentació d'ofertes inicialment s'estableix el dia 19 de desembre de 2025 a les 13:00 hores.

Posteriorment, l'11 de desembre de 2025 s'esmena l'anunci de licitació tant a DOUE com a PSCP, ampliant-se el termini de presentació d'ofertes fins el 2 de febrer de 2026 a les 10:00 hores, a fi de donar resposta a les preguntes plantejades per als licitadors i poder realitzar correccions d'algun error material detectat en els plecs arrel de les mateixes preguntes plantejades per els operadors econòmics interessats.

En data 15 de gener de 2026 el responsable del contracte ha emès un informe identificant els errors materials que a continuació es relacionen.

A la pàgina 11 del plec de prescripcions tècniques, apartat 5.3:

On diu:

“ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- *Pes amb bateria inferior a 9 Kg*
- *Només amb funció de cardiocompressor*
- *Capacitat per funcionar en sedestació o decúbit.*
- *Dispositiu de compressió toràctica mecànica portàtil destinat a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) d'alta qualitat*

ACCESSORIS

- *Bossa de transport encoixinada, resistent i lleugera, que permeti el transport deixant les mans lliures*
- *Corretges per subjectar les mans del pacient*
- *Corretja d'estabilització*
- *Ventosa amb pressió negativa repetitiva (mínim 2 unitats) “*

Ha de dir:

“LOT 2 CARDIOCOMPRESSOR

El SEM desenvolupa la seva tasca en l'àmbit extrahospitalari, aquest fet suposa el maneig de pacients en entorns d'espais limitat, situacions hostils i condicions climatològiques adverses. D'altra banda, les aturades cardiorespiratòries esdevenen una situació crítica que requereix d'un maneig complex i acurat per garantir la seguretat del pacient. En aquest

sentit, el SEM, durant els darrers anys ha pogut comprovar a través de la seva experiència que l'ús de cardiocompressors amb mecanisme de succió esdevenen el més idoni per l'activitat sanitària realitzada. És a dir, aquest mecanisme permet una descompressió activa que garanteix el retorn complet del tòrax, millora l'ompliment ventricular i el flux sanguini coronari i cerebral. A més, aquest mecanisme de succió assegura una millor fixació del dispositiu sobre el pit del pacient, minimitzant desplaçaments durant el transport i garantint compressions eficaces, constants i correctament posicionades.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Pes amb bateria inferior a 9 Kg
- Capacitat per funcionar en sedestació o decúbit.
- Dispositiu de compressió toràcica mecànica portàtil destinat a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) d'alta qualitat.
- La zona compressora ha de comptar amb un mecanisme de succió.
- L'adjudicatari proveirà amb cada equip dos ventoses de succió (una amb l'equip i una de reserva). El SEM la substituirà en quan estigui deteriorada per desgast, trencament o que no es pugui reparar ja que no té una vida útil determinada.

ACCESSORIS

- Bossa de transport encoixinada, resistent i lleugera, que permeti el transport deixant les mans lliures
- Corretges per subjectar les mans del pacient
- Corretja d'estabilització

Aquesta modificació queda justificada a l'informe tècnic en el sentit següent:

"Inicialment, la ventosa figurava dins l'apartat d'accessoris. S'ha constatat que el mecanisme de succió no és un element complementari, sinó un component essencial del funcionament del dispositiu. La ventosa no pot considerar-se un accessori opcional o addicional, sinó que forma part intrínseca de la funcionalitat bàsica del cardiocompressor. En conseqüència, s'ha incorporat dins les característiques tècniques del dispositiu, garantint així que tots els equips licitats disposin d'aquest mecanisme com a requisit indispensable.

Per altra banda, tot i que alguns fabricants poden considerar la ventosa com un element fungible, des del punt de vista funcional i operatiu del SEM no es pot assimilar a un consumible d'un sol ús ni amb vida útil predeterminada. La ventosa és un element reutilitzable, que forma part del sistema mecànic de compressió i que només requereix substitució en casos de deteriorament per desgast, trencament o impossibilitat de reparació. No presenta una caducitat definida ni un nombre màxim d'usos establert, sinó que la seva durabilitat depèn de les condicions d'ús i manteniment. A més, el correcte funcionament del dispositiu està directament vinculat a l'estat de la ventosa: una ventosa deteriorada compromet la qualitat de la RCP i la seguretat del pacient. Per aquest motiu, el SEM requereix que cada equip es subministri amb dues ventoses de succió (una en ús i una de reserva), assumint el propi SEM la substitució quan sigui necessari, sense tractar-la com un fungible de consum periòdic. Així doncs, la ventosa es considera un component tècnic reutilitzable del dispositiu.

Finalment, el requeriment inicial que el dispositiu fos “només amb funció de cardiocompressor” s’ha eliminat amb l’objectiu de no limitar innecessàriament la concurrència i permetre l’accés a solucions tecnològiques més avançades, sempre que compleixin la funció principal exigida. El criteri essencial per al SEM és que el dispositiu realitzi compressions toràciques mecàniques d’alta qualitat, de manera segura, eficaç i adequada a l’entorn extrahospitalari. La presència d’altres funcionalitats addicionals no interfereix ni desvirtua aquesta funció principal, sempre que no comprometin el rendiment del cardiocompressor ni la seguretat del pacient.”

A la pàgina 13 del Plec de Prescripcions Tècniques, apartat 5.3:

On diu:

“LOT 3 DISPOSITIU D’ANALISIS DE SANG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

-

- Equip fàcilment transportable amb el material de primera intervenció, amb autonomia pel seu ús i amb bateria recarregable.
- Pes màxim: 850 grams
- Transportable a peu del pacient
- Els paràmetres que ha de mesurar com a mínim: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Glucosa, Lactat, Creatinina, BUN, BE, Hematòcrit.”

Ha de dir:

LOT 3 DISPOSITIU D’ANALISIS DE SANG

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Equip fàcilment transportable amb el material de primera intervenció, amb autonomia pel seu ús i amb bateria recarregable.
- Pes màxim: 850 grams
- Transportable a peu del pacient
- Els paràmetres que ha de mesurar com a mínim: pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Glucosa, Lactat, Creatinina, BUN, BE, Hematòcrit.
- *o es requereix que els paràmetres de mesura siguin analitzats per un sol casset, es poden analitzar amb varis.

Segons consta a l’informe tècnic, és necessari incloure aquesta precisió a l’apartat de característiques tècniques per evitar interpretacions que indiquin l’ús obligatori d’un sol casset, tot i no tractar-se d’un requeriment.

Vist el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Les modificacions realitzades en el redactat del Plec Tècnic tenen per objectiu aclarir els requeriments tècnics mínims de l'expedient, evitant confusions als operadors econòmics, doncs l'error consisteix en la inexactitud en la redacció d'aquests requeriments mínims. Es tracta, per tant, de la rectificació de petites anomalies que en cap cas n'alteren el contingut fonamental ni desnaturalitzen l'acte administratiu originari.

Per tot això, i en funció de les facultats atorgades pel Consell d'Administració,

RESOLC

Primer.- RECTIFICAR els errors materials continguts al plec de prescripcions tècniques, que s'incorporen a l'expedient de contractació SEM-2026-29, relatiu subministrament en règim d'arrendament d'equips d'electromedicina per la flota pròpia del SEM, en els termes que consten a la part expositiva.

Segon.- DONAR publicitat d'aquesta resolució d'acord amb els requisits legals i ampliar el termini inicial de presentació d'ofertes.

Anna Fontquerni i Gorchs
Directora