

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2026-377 Tres lliteres de transferència addicionals per al bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta

Codi	Descripció	Unitats	Import licitació unitari sense IVA	Import licitació total
4220040600	Llitera trànsfer completa	3	4.562,50 €	13.687,50 €
			IVA 21%	2.874,38 €
			Import total IVA inclòs	16.561,88 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Definició: Lliteres trànsfer completes formades per carro i plataforma de desplaçament, compatibles amb la llitera trànsfer i la porta trànsfer ja existent al centre.

Prestacions tècniques i funcionals	
1.1. Característiques del carro de suport Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses - El conjunt ofert ha de ser compatible amb la porta trànsfer prevista (PROEXEL/ TRANSFER PRO). - Carro elevable amb sistema de regulació d'alçada, preferiblement mitjançant columna hidràulica. - Estructura de suport metàl·lica d'acer inoxidable AISI 304, amb travessers de reforç a la base. - Dispositiu de rodament format per 4 rodes, dues amb sistema de bloqueig. Diàmetre de les rodes igual o superior a 20 cm aproximadament. - Marc superior d'acer inoxidable amb guies longitudinals que permetin el desplaçament de la plataforma mòbil des d'un carro a un altre. - Sistema de bloqueig de la plataforma sobre el carro. - Sistema de frenat i mecanisme de bloqueig. - Mides aproximades: 65x200 cm. - Pedals per ascens i descens del carro situats a banda i banda del carro per facilitar-ne la maniobra. - Capacitat de càrrega de 250 kg aproximadament per carro. 1.2. Característiques de la plataforma Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses - Plataforma sobre marc d'acer inoxidable inferior que faciliti el seu desplaçament per les guies del carro de suport amb un moviment suau i continu. Longitud aproximada de 2 m. - Superfície de descans amb respatller articulat (90° aprox.). - Posició de Trendelenburg. - Acoblament d'accessoris al bastidor: pal per a ampolles de sèrum i baranes. - Matalàs de material viscoelàstic interior i entapissat de textura llisa i fàcil de netejar, d'aproximadament 12 cm de gruix.	

- 16 Elements de protecció elàstics, situats perimetralment, que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes.
- 17 Superfícies arrodonides amb absència de cantells.
- 18 Les baranes laterals han de ser plegables i amb tancament de seguretat en la posició aixecada i la forma i elements necessaris per a garantir la seguretat en ús pediàtric.
- 19 Baranes d'acer inoxidable.
Suport vertical abatible per a ampolles de sèrum amb doble ganxo, amb possibilitat
- 20 d'acoblament a ambdós costats, dos davant i dos darrere, fent un total de quatre punts (dos a cada banda de la llitera).
- 21 Ancoratge de les ampolles d'oxigen.

Núria Curriu Navarro
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments