

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 30 de gener de 2026 l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar l'expedient **subministrament de gravadores per ampliar el sistema de Holters per al Servei de Cardiologia, del Consorci Sanitari de Terrassa;**

Juntament amb l'expedient es va aprovar el Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'objecte de contractació;

Havent-se detectat un error tipogràfic al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat Característiques tècniques mínimes.

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors tipogràfics regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en compliment del que disposa l'article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic;

RESOLC:

Primer.- Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat Característiques tècniques mínimes:

On diu:

Gravadores de 3 canals – 14 unitats

- Freqüència de mostreig real i efectiva de com a mínim 1000 Hz per canal durant l'adquisició de dades.
- Descàrrega de les dades mitjançant USB i targeta de memòria.
- Configurable des de la unitat, a través de USB i de manera inalàmbrica mitjançant Bluetooth.
- Cada gravadora ha d'incloure:
 - o Cable USB de connexió
 - o Funda reutilitzable per a la seva col·locació en cinturó o tipus bandolera
 - o Cable de pacient de 7 latiguillos
 - o Pila
 - o Targeta de memòria

Gravadores de 12 derivacions – 1 unitat

- Configurable des de la unitat, a través de USB i de manera inalàmbrica mitjançant Bluetooth

Ha de dir:

Gravadores de 3 canals – 14 unitats

- Freqüència de mostreig real i efectiva de com a mínim 256 Hz per canal durant l'adquisició de dades.
- Descàrrega de les dades mitjançant USB.
- Configurable des de la unitat, a través de USB.

- Cada gravadora ha d'incloure:
 - o Funda reutilitzable per a la seva col·locació en cinturó o tipus bandolera
 - o Cable de pacient de 7 latiguillos
 - o Pila
 - o Targeta de memòria

Gravadores de 12 derivacions – 1 unitat

- Configurable des de la unitat, a través de USB.

Segon.- Publicar aquesta resolució d'esmena d'error tipogràfic a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ferran Garcia Cardona
Director Gerent
del Consorci Sanitari de Terrassa