

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER EXCLUSIVITAT PER AL SERVEI D'ACTUALITZACIÓ DEL SOFTWARE BASE I HABILITACIÓ D'UNA LLICÈNCIA DE CONTRAST PER ALS EQUIPS DE MAMOGRAFIA DE LA MARCA FUJIFILM PER ALS CENTRES IDI · GIRONA - HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUETA, IDI · TARRAGONA - HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII I IDI · TERRES DE L'EBRE - HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA

1. Objecte de la contractació

L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir les prestacions del Servei d'actualització del Software base i habilitació d'una llicència de contrast per als equips de mamografia de la marca Fujifilm per als centres IDI · Girona - Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, IDI · Tarragona - Hospital Universitari Joan XXIII i IDI · Terres de l'Ebre - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, amb l'àmbit i l'abast que s'indiqui, per tal d'actualitzar el Software base dels equips prèviament mencionats així com d'habilitar la llicència embeguda per a realitzar proves de mamografia amb contrast.

2. Finalitats del contracte

Els objectius principals que es pretenen mitjançant la contractació d'aquest servei de d'actualització a una empresa especialitzada en aquest tipus d'equipament són:

- Maximitzar la disponibilitat de l'equip, escurçant els temps de parada i assegurant el correcte funcionament de totes les seves prestacions mitjançant l'actualització de l'equip a l'última versió de software.
- Prolongar la vida útil de l'equip en les millors condicions de servei mitjançant l'actualització de l'equip a l'última versió de software.
- Assegurar la integritat del software de l'equip, així com la protecció del pacient, davant ciberatacs mitjançant l'actualització de l'equip a l'última versió de software.
- Dotar els equips de mamografia de la capacitat de realitzar proves de mamografia amb contrast.

3. Abast del contracte

L'àmbit d'actuació es concreta en els equips del següent llistat.

IDI · Terres de l'Ebre – Hospital de Tortosa Verge de la Cinta:

- Equip de mamografia de la marca Fujifilm, model Amulet Innovality amb número de sèrie H35676

IDI · Tarragona – Hospital Universitari Joan XXIII:

- Equip de mamografia de la marca Fujifilm, model Amulet Innovality amb número de sèrie H80882

IDI · Girona – Hospital Universitari Doctor Josep Trueta:

- Equip de mamografia de la marca Fujifilm, model Amulet Innovality amb número de sèrie J125041

4. Prestacions que s'inclouen al contracte

- Actualització de la versió del software base dels equips de mamografia a les més actuals, tot garantint el bon funcionament d'aquests, habilitant noves funcionalitats o resolent problemes anteriors amb la nova versió de software, així com assegurar el sistema davant de ciberatacs.
- Habilitació de llicències de software als equips de mamografia que permeti als usuaris poder realitzar proves amb contrast mitjançant la substracció d'imatge, visualització de la captació del contrast de iode i obtenint informació funcional de perfusió del teixit mamari.
- Formació dels usuaris pel que fa les actualitzacions tant de programari bàsic que incloguin innovacions d'ús com en la nova llicència per a realitzar proves amb contrast.

5. Vigència del contracte

3 mesos, a comptar des de la formalització del contracte.

Barcelona,

Sergi Ortiz Torres
Enginyer Biomèdic
Direcció de Serveis Generals
Institut de Diagnòstic per la Imatge