



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT D'UNA CADIRA BÀSCULA I UNA CADIRA DUTXA-WC PER LA UNITAT DE DONACIÓ I TRASPLANTAMENTS DE L'HUVH

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

LOT 1 – Cadira bàscula

DEFINICIÓ EQUIPAMENT

- Bàscula Cadira Professional Seca 952 (o equivalent)
- Capacitat: 200 kg.
- Funció: Permet pesar l'usuari en posició asseguda.
- Benefici: Evita que persones grans o amb mobilitat limitada facin un esforç extraordinari.
- Disseny per a l'accessibilitat i seguretat
- Reposabraços i reposapeus: són abatibles (o plegables) per facilitar l'accés.
- Frens: un fre permet fixar la posició de la cadira.
- Seient: ergonòmic, fabricat en material termoplàstic de polipropilè, de fàcil neteja.
- Rodes: De marxa suau.
- Empunyadura (o agafador) ergonòmica: aporta gran comoditat al professional.
- Pantalla: posició pràctica que permet visualitzar fàcilment la mesura.
- Funcionament: molt fàcil i intuïtiu d'utilitzar.
- Alimentació: funcionament autònom mitjançant piles, permet no dependre de preses de corrent.
- Autonomia: Fins a 4000 pesades.
- Funcions incloses: tara, auto hold (Manteniment Automàtic), desconexió automàtica, commutació entre quilograms (kg) i lliures (lb).

LOT 2 – Cadira de dutxa-WC

DEFINICIÓ EQUIPAMENT

- Permet traslladar de manera còmoda un usuari des del llit o una cadira fins a la zona de la dutxa o el vàter (WC).
- Disseny Clau: Obertura de seient, s'obre 360° per la part del respatllet.
- Procés de transferència per al cuidador: el cuidador pot lliscar ambdós costats del seient per sota de l'usuari (mentre roman assegut o estirat). Un cop l'usuari és a sobre, s'ajusta el seient i el respatllet.
- Seguretat: S'assegura l'usuari amb un cinturó de seguretat de doble sivella.
- Equipament i Comoditat per a l'Usuari: seient ergonòmic, respatllet fabricat en poliuretà per a una major comoditat, reposapeus proporcionen suport i comoditat.
- Complement: Inclou una cubeta (o galleda) extraïble.
- Addicional: Ve equipada amb un suport per a degotador (o goter).
- Seguretat: cinturó de seguretat pelvià, frens a les rodes.
- Mobilitat i Maneig: nanses d'empenta ergonòmiques, permet al cuidador traslladar l'usuari i realitzar les tasques amb total seguretat i comoditat.



1. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Es tracta d'un procediment obert de contractació pública de subministraments que s'estructura en 2 lots, sense variacions ni revisió de preus, dels quals n'és responsable la Coordinació de programes de donació i trasplantament d'òrgans i teixits

Quant als criteris de valoració per tal de seleccionar l'adjudicatari del present procediment de contractació, s'utilitzarà el criteri de valoració econòmic i l'ampliació voluntària del període de garantia del producte, ja que els productes objecte de licitació estan perfectament definits tècnicament i no és possible variar els terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, sent el preu l'únic factor determinant de l'adjudicació.

Cada licitant pot concórrer amb una oferta, que ha d'incloure tots els ítems, i no pot superar ni l'import total ni de cap ítem considerat individualment.

2. NORMATIVA

- Marcat CE
- Totes les normatives d'obligat compliment en aquests tipus d'instal·lacions.

3. IMPORT DE PREU DE LICITACIÓ

Per la determinació de l'import de licitació, els tècnics del HUVH han dut a terme un estudi de mercat consultant diferents empreses que tenen dins el seu catàleg de productes els elements que aquí es liciten. D'aquest estudi en surt el següent import de licitació:

LOT	Descripció equipament	HUVH AH01	Preus Nets (sense IVA)	Preus Licitació (amb IVA)	Total (Sense IVA)	IVA (%)	Total (amb IVA)
CADIRA BÀSCULA I CADIRA DUTXA PER LA UNITAT DE DONACIÓ I TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS I TEIXITS DE L'HUVH							
LOT 1	Cadira bàscula	1	1.170,00	1.415,70	1.170,00	21%	1.415,70
LOT 2	Cadira wc+moovy	1	452,00	497,20	452,00	10%	497,20
TOTALS		2			1.622,00		1.912,90

4. CONDICIONS DE GARANTIA I REPOSICIÓ

Durant el període de garantia

El termini de garantia de l'equip serà, **com a mínim de 2 anys** des de la data de posada en funcionament a l'Hospital, prèvia acceptació per escrit per part del centre. La garantia dels accessoris i de les diferents parts del producte serà de dos anys com la resta de l'equip.



Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
2. La reparació, substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment integral que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
4. Les condicions citades en el plec de manteniment preventiu i integral.

Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre de visites de manteniment preventiu. Cal oferir contracte de manteniment integral, segons condicions plec adjunt. Així mateix, cal detallar qualitat del Servei tècnic ofert:

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Temps de resposta, presència física en màxim 2 dies
- Temps de resolució de l'avaría o reposició no superior a 2 dies
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries

Reposició

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys. L'oferta ha d'incloure la relació desglossada i codificada dels principals recanvis, amb el corresponent cost unitari i termini de subministrament.

5. FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, l'adjudicatari ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà en format electrònic:

- Dos manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'avaries.
- Manual tècnic i de manteniment complet. Incloent (instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (nº de referència), detall del muntatge dels accessoris i recanvis).
- Si es tracta d'un equip que té preinstal·lació, requereix obra o connexions especials, manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- És responsabilitat del proveïdor que tant el projecte com la seva instal·lació compleixi amb la normativa actual.

Cal incloure el Product Data.

Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del Centre (tots el torns). Els cursos inclouran la documentació tècnica adient i



seran sempre presencials, a no ser que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat al personal d'electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursos i la documentació tècnica adient.

L'horari de formació el proposarà l'Hospital. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

6. TERMINIS ENTREGA I EXECUCIÓ

Cal realitzar l'entrega de la totalitat d'articles inclosos en aquest lot en un període no superior a 2,5 mesos des de la contractació.

7. CONDICIONS GENERALS

Condicions d'instal·lació:

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa claus en mà dels equips. Inclou la connexió i integració de hardware i software amb altres equips de l'hospital. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament de l'hospital.

Si és necessària la integració en xarxa del centre es farà seguint les indicacions de la subdirecció d'informàtica i s'inclou totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció i connexió a punts de xarxa estructural.

Termini de lliurament: L'adjudicatari lliurarà tot el material en un termini màxim de 2,5 mesos a partir de la signatura del contracte. En cas que el material lliurat sigui defectuós, haurà de ser substituït en 24 hores per altre igual o de superior categoria sense càrrecs addicionals.

Facturació: Un cop tot el material quedi lliurat i els tècnics del HUVH hagin signat el corresponent albarà de recepció, l'adjudicatari de la comanda emetrà factura electrònica segons normativa aplicable.

Control de qualitat i garantia legal: L'empresa adjudicatària té la responsabilitat de garantir que els productes compleixin les prescripcions del plec o l'especificat si la qualitat es superior al previst en el Plec. La DIT exercirà una vigilància sobre les característiques que haurà de complir cada subministrament, i podrà recollir mostres en qualsevol moment i lloc, per sotmetre-les a assajos per si o per tercers, podent rebutjar les unitats que no compleixin els requisits bàsics de qualitat, de bon estat d'emalatge i d'adequat servei. Pel que fa a la garantia del fabricant, segons prescripcions legals.



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i Tecnologia



8. CONDICIONS MANTENIMENT

Veure document adjunt: Annex 1 - Plec manteniment preventiu i integral

Dr. Alberto Sandiumenge Camps
Coordinador Programes Donació i Trasplantaments
Barcelona, 7 d'octubre de 2025