

**Fundació Institut Català d'Investigació Química**

**ESMENA NÚM. 1 AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ANALITZADOR DINAMOMECÀNIC PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA.**

**EXP: 04-2026**

**ESMENA NÚM. 1 AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN ANALITZADOR DINAMOMECÀNIC PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA.**

Al Plec de Prescripcions Tècniques, a la pàgina 2, apartat **2.3. Accessoris:**

On diu:

- *“Accessori per a refredar la mostra de forma controlada fins a -160°C que estigui basat en l'ús de nitrogen líquid. El reservori de nitrogen líquid d'aquest accessori ha de ser de 50 litres de capacitat.”*

ha de dir:

- “Accessori per a refredar la mostra de forma controlada fins a -150°C que estigui basat en l'ús de nitrogen líquid. El reservori de nitrogen líquid d'aquest accessori ha de ser de 50 litres de capacitat.”

Dr. Emilio J. Palomares Gil  
Director Fundació ICIQ  
Òrgan de contractació

Tarragona, 17 de febrer de 2026