

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'HEMOSTÀTICS I
REGENERADORS

CS/CC00/1101461951/26/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 1 de 55

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 3 de 55

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'hemostàtics i regeneradors per als Centres de l'Institut Català de la Salut i altres Centres.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C
 - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX D3
- S'ha d'omplir l'Excel Licitació 1101461128_2bis



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**



En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**, S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu



tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura



Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema



EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:



1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa . b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en



tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 19 de 55

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 20 de 55

Annex A - 1101461951

Lot	Nom Lot	Material	Descripció	Obligatori	Agrupacions de codis obligatoris Veure Punt 5 de l'Annex 4 del PCAP
1	Adhesius tissulars sintètics no absorbible	30002405	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, d'alta viscositat, vial en dispositiu d'aplicació de precisió tipus llapis de 0,7ml. Composició: 2-Octil Cianocrilat. Amb colorant. Estèril.	NO	
		30004393	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, d'alta viscositat, vial de 0,5 ml. Composició: 2-Octil Cianocrilat. Amb colorant Estèril.	NO	
		30020028	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, ús extern, temps assecat 10-15seg., bacteriostàtic, vial monodosi 0,5 ml amb aplicador de precisió. Composició: n-butyl cianoacrilat i 2 octil. Transparent. Estèril.	NO	
		30027570	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial/tub de 0,75ml. Composició: n-butyl cianoacrilat i 2 octil cianoacrilat. Estèril.	NO	
		30033140	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial 0,5 ml amb aplicador. Composició: estructura polimerica de NBCA(n-butyl 2 cianoacrilat) OCA (2 octil cianoacrilat). Estèril.	NO	
		30033843	Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, unidosi. Flascó de 0,5ml. Composició: n-butyl-2-cianoacrilat. Estèril. Blau	NO	
2	Hemostàtics no absorbibles, diferents presentacions	30000441	Hemostàtic no absorbible per a ossos. Composició: 70% cera d'abelles i 30% vaselina. Estèril. Envas 2,5gr	NO	
		30006172	Hemostàtic no absorbible de polivinil-alcohol per a conducte auditiu, biocompatible. Forma cilíndrica, mides: 1,5cm-2,0cm de llargària i 0,7-0,8cm de diàmetre. Estèril.	NO	
		30009766	Apòsit compressiu hemostàtic de 100-110mm llargària, 28-30mm amplada, 18-20mm botó compressiu. Per a sangrats després punxions vasculars. Estèril.	NO	
		30013553	Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte auditiu, no irritant. Forma cilíndrica, mides: 2,4-2,6cm de llargària i 0,8-0,9cm de diàmetre. Estèril	NO	
		30013555	Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte nasal, no irritant. Forma rectangular, mides: 1,5 x 2 x 8 cm doblement comprimit i amb porus de 0,2 - 1mm. Estèril	NO	
		30052723	Apòsit hemostàtic no absorbible recobert de caolí, blanc i amb marques radioopagues, per a tractament local de ferides sagnants externes lleus i greus, ja siguin operatòries, post-operatòries, dermatològiques. Mida 10 x10cm +/-0,5cm. Lliure de latex. Estèril	NO	
		30058726	Apòsit hemostàtic no absorbible de teixit no teixit amb alginat de calci, percutani per a punxions vasculars. Mida 5x5cm +/-0,5cm. Estèril	NO	
		30062355	Hemostàtic en pols forma cartutx no absorbible de 3gr de anhidrid succinic i dextrà oxidat, biocompatible, amb dispositiu per a l'aplicació de l'hemostàtic en hemorràgies digestives amb tècniques endoscòpiques, catèter de 8F x 220cm +/-10cm. Estèril	NO	
		30068620	Apòsit hemostàtic no absorbible de caolí, blanc i amb marques radioopagues, per a control hemorràgia en accessos vasculars, cat/ percutanis, o beines introd/ fins 12Fr. Per a pacients amb tractament anti-coagulant. Mida 3,8 x3,8cm +/-0,2cm. Lliure de latex. Estèril	NO	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZJZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 21 de 55

Lot	Nom Lot	Material	Descripció	Obligatori	Agrupacions de codis obligatoris Veure Punt 5 de l'Annex 4 del PCAP
3	Segelladors/Coles quirúrgiques amb diferents presentacions i aplicadors	30003835	Segellador/cola quirúrgica sintètica,absorbible,no hemostàtic, 6ml d'hidrogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilenglicol(PEG)/polietileneimina(PEI en H2O).segellador de duramare.Estèril	NO	
		30005601	Segellador/adhesiu quirúrgic sintètic, absorbible,no hemostàtic, de base cianoacrilica, amb colorant blau, inclou cànula laparoscòpica, per a reparació d'hèrnies,ús intern. 2 Vials monodosi de 0,5ml. Estèril.	NO	
		30005602	Segellador/adhesiu quirúrgic biologic,absorbible, no hemostàtic, d'albumina d'origen animal(bovi) i sol·lució de glutaraldehí. Xeringa de 5ml aproximadament,embol i 4 puntes aplicadores. Estèril.	NO	
		30006173	Segellador/cola quirúrgic sintètic absorbible de polietilenglicol. Equip compost de: 2 xeringues de 4,0 ml preensamblades amb solució per a la reconstrucció, 1 xeringa amb el segellador i 2 puntes aplicadores. Estèril	SI	Agrupació 1
		30012901	Equip pulveritzador amb dos capçals per administració del segellant sintètic quirúrgic.D'un sol ús. Compatible amb el segellador sintètic Coséal o equivalent		
		30025958	Aplicador-pulveritzador doble DuploSpray Mis de 5mm-30-32cm de llargària,per a segellador quirurgic per a torascòpies. Aplicador endoscòpic assistit per gas.Estèril.Compatible amb sellegador CoSeal o equivalent		
		30017995	Segellador/cola quirúrgica sintètica,absorbible,no hemostàtic, 6ml d'hidrogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilenglicol(PEG)/polietileneimina(PEI en H2O),amb cànula de 170mm+/-10mm,segellador de duramare per a columna.Estèril	NO	
		30031089	Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintètic quirúrgic (nebulitzacions) per a laparoscòpia.Compost: bomba d'acer per a gas amb 1-tub amb espita , catèter de 5x33-35cm,contenidor per la xeringa amb l'adhesiu.Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o eq.	SI	Agrupació 2
		30031591	Segellador/cola quirúrgica sintètica reabsorbible cianoacrilica(NButil2 cianoacrilato + Metacrilisolfolano),ús intern i extern en cirurgia tradicional/laparoscòpica i embolització endovascular.Vial 1 ml. Aplicació gota a gota i en esprai.Estèril.		
		30050523	Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintetic quirurgic (nebulitzacions), laparoscòpia.Compost: bomba d'acer per a gas , catèter flexible de diàmetre 2mm i llarg 5cm +/-1cm,contenidor per la xeringa amb l'adhesiu. Comp adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent		
		30052321	Aplicador-nebulitzador de gotes(0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia.Compost: cànula acer inoxidable de diàmetre 5mm, llarg 350-355mm i aplicador flexible, per 50 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equiv		
		30062368	Aplicador-nebulitzador de gotes (0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia. Cànula funcional 15cm+/-2cm per a 60 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent		
		30038010	Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, antiadherent, no hemostàtic,5ml. Per a duramàter de crani. Equip compost : 2 xeringues preensamblades i puntes aplicadores. Estèril	SI	Agrupació 3
		30018442	Catèter/dispositiu/sistema aplicador,de 2 canals,per l'aplicació controlada de 2 líquids mitjançant aire,amb regulador de fluxe.Mides: aplicador 14-15cm,cable de 36-40cm de llargària.Estèril.Compatible amb segellador DuraSeal o equivalent		
		30038011	Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, antiadherent, no hemostàtic, 3ml. Per a duramàter de columna. Equip compost : 2 xeringues preensamblades i 3punts aplicadores. Estèril	NO	
		30043178	Segellador/adhesiu d'etilacetat per a fixació d'empelts i microempelts en format sprai. Semipermeable. Incolor. 200-222gr.Estèril	NO	
		30052373	Segellador vascular sintètic, absorbible,hidrogel de peptid en solució aquosa 2%, transparent. Presentació xeringa precarregada de 5ml. Estèril.	NO	
		30058882	Aplicador endoscòpic, mida del catèter de diàmetre 2,8mm i 2200-2300mm de llargària. Compatible amb hemostàtic Purastat o equivalent	SI	Agrupació 4
		30062309	Segellador/Hemostàtic sintètic,absorbible,hidrogel en solució peptida aquosa 2,5%, presentació en xeringa precarregada de 3ml,per a control hemorràies en tècniques endoscòpiques.Estèril		
4	Hemostàtic absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada i no regenerada, diferents mides.	30000431	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides: 1,25 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000433	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides : 5 x 7-8cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000435	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides: 10 x 19-21cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000436	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides : 5 x 34-36cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30017722	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de cotó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides: 5x7,5-8cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 dies. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30018080	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de cotó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides: 1,25x5-5,5cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 dies. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30018081	Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense viscosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides: 10x20-22cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30018082	Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense viscosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides: 5x34-36cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30043497	Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida, absorció total 7-14 dies per intervencions neurocirurgia. Mides: 10 x 20-22cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	

Lot	Nom Lot	Material	Descripció	Obligatori	Agrupacions de codis obligatoris Veure Punt 5 de l'Annex 4 del PCAP
5	Hemostàtic fibrillar absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada, diferents mides	30003085	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30003086	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 2,5 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30003087	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 10 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30030301	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, bactericida. Mides: 5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30060481	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides: 5 x 10-11cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30060482	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides : 2,5 x 5-5,5cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30060483	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides :10-11 x 10-11cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
6	Hemostàtic absorbible de origen vegetal en pols, diferents quantitats i aplicadors.	30005592	Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr.amb aplicador de 90-100mm de llargària. Estèril	NO	
		30006171	Hemostàtic en pols 100% origen vegetal,1 gr en pols purificat de midó, absorbible totalment en 48h. Aplicador de 90-100mm de llargària.	NO	
		30013165	Taponament nasal hemostàtic reabsorbible d'origen vegetal tipus "Stammburger, escuma d'alta viscositat gelatinosa, no cal l'extracció postoperatoria.Inclou xeringa amb hemostàtic,xeringa addicional per la barreja i aplicador	NO	
		30029984	Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 5gr. Aplicador de 90-100mm de llargària. Estèril	NO	
		30031851	Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, 3 gr de pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. Aplicador laparoscòpic de 380-390mm de llargària.	NO	
		30053350	Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols de cel·lulosa regenerada oxidada, bactericida, absorbible. Presentació en pols de 3 gr	SI	Agrupació 5
		30053351	Aplicador endoscòpic per a hemostàtia en pols, rigid amb punta interna flexible, compatible amb Surgicel Powder o equivalent. Estèril		
		30062709	Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr. Aplicador endoscòpic diàmetre 2,5mm i 2400mm +/-10mm de llargària amb bomba i filtre. Estèril.	NO	
		30066769	Hemostàtic absorbible, en pols derivat del midó(polimers modificats)amb aplicador antireflux amb càmera per a barrejar pols i aire,per a control d'hemorràgies en tècniques endoscòpiques.estèril.Compatible amb sistema compressor EndoClot Air o eq.	SI	Agrupació 6
		30066770	Catèter aplicador compatible amb sistema hemostàtic EndoClot PHS o EndoClot Adhesive o equivalent		
7	Hemostàtic de teixit absorbible d'origen vegetal de cel·lulosa oxidada regenerada,diferents mides.	30000432	Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides: 2,5 x 2,5-3,0cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000434	Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides : 7,5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30003084	Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides : 15 x 21-13cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30030302	Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida, no mallada per intervencions quirúrgiques i laparoscopia. Mides:5x10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30040683	Hemostàtic absorbible,pegat compost de cel·lulosa oxidada amb sals tampó, trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10-11cm (50cm2). Estèril. Un sol ús.	NO	
		30043748	Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable per intervencions neurocirurgia. Mides: 7,5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZJZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 23 de 55

Lot	Nom Lot	Material	Descripció	Obligatori	Agrupacions de codis obligatoris Veure Punt 5 de l'Annex 4 del PCAP
8	Hemostàtics absorbibles d'origen animal liofilitzat	30000437	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 3 x 5-5,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000438	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 5 x 8-9cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30000439	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides: 10 x 12-13cm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30007341	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat, no hidrosoluble, antisèptic, presentació esponja. Mides: 10x10x10mm+/-0,05mm. Estèril, atòxic i apirògen.	NO	
		30012858	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble, estable en mitjà líquid. Mides: 7x5cm +/- 0,5cm x 0,6cm de gruix. Estructura microfibril·lar/fulles prensades, origen boví(neurocirurgia)	NO	
		30032140	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostàtica. Mides: làmina de 4,5-5 x 4,5-5cm. Estèril	NO	
		30032141	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostàtica. Mides làmina de 4,5 x 9,0-10cm. Estèril	NO	
		30053040	Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic d'origen animal, no hidrosoluble, estable en mitjà líquid. Mides: 3,5-4cm x 3,5-4cm x 0,1cm de gruix, estructura microfibril·lar/sal d'àcid hidrocloàric parcial, fibrosa, estèril, fulles prensades, origen boví(neurocirurgia)	NO	
9	Hemostàtics absorbibles origen animal en gel, diferents presentacions i aplicadors.	30012308	Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí, precarregada en xeringa de 6ml. Amb dues canules una de punta flexible i altre retallable. Preparació amb 2ml de solució salina.	NO	
		30017014	Aplicador endoscòpic per a tròcars de fins a 5mm, longitud aproximada 34-35cm. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb segellador Surgiflo o equivalent.	SI	Agrupació 7
		30028644	Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí amb trombina humana. Inclou: vial trombina humana 2000UI, xeringa 2ml de H ₂ O, i adaptador de vial, xeringa gelatina precarregada 6ml, xeringa buida, pouet, 1 cànula flexible i 1 retallable. Estèril		
		30003834	Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen boví amb trombina humana. Inclou: vial trombina 2500UI en pols, vial clorur sodi 0,9%, xeringa 5ml a/gelatina, xeringa 5ml a/connect luer buida a/marq, 21p/aplic, 1p/mal-leable i adaptador vial. Estèril	SI	Agrupació 8
		30051250	Aplicador endoscòpic recte per a tròcars de Ø 5mm o més, llarg 400-410mm, dos components (cànula i obturador) per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
		30061934	Aplicador endoscòpic corbat de Ø extern de 4,3mm, llarg 10-12cm, punta atraumàtica, d'acer inoxidable, estèril, per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent.		
10	Hemostàtics absorbibles de gelatina	30000440	Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes) d'escuma de gelatina porosa i flexible d'origen animal, no irritant, per a utilització local, en sangrat capil·lar, venós o arterial en intervencions quirúrgiques. Mides: 80-90mm x 50-60mm de llarg i 10mm de gruix.	NO	
		30001779	Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal, no irritant, en forma antòmica/cilíndrica, per a utilització anal. Mides: 3 x 8-9cm. Estèril.	NO	
		30006548	Hemostàtic absorbible d'esponja de gelatina origen porcí. Làmines de 200-210mm x 70-80mm x 0,5mm de gruix. Absorció en 2-4 setmanes. Estèril.	NO	
		30016028	Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes) d'escuma de gelatina porosa i flexible d'origen animal, no irritant, per a utilització local, en sangrat capil·lar, venós o arterial. Mides: 2-3cm d'amplada, 6-7cm de llarg i 7 mm de gruix.	NO	
		30031998	Hemostàtic absorbible (3-5 setmanes) en làmina tipus esponja de gelatina d'origen porcí. Mides: 20-21cm x 7-8cm x 0,05 cm de gruix. Estèril. Caixa de 100 làmines esponja	NO	
		30032296	Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal comprimida, no irritant, en forma antòmica/cilíndrica, per a utilització anal. Mides: 30-31mm x 7-8cm. Estèril.	NO	
		30052752	Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 50mg. Mida dels cubs: 5,0mm. Estèril.	NO	
		30066242	Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 5,0mm. Estèril.	NO	
		30066243	Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 2,5mm. Estèril.	NO	
		30069974	Hemostàtic absorbible d'origen animal, porcí, suport fibres de gelatina. Indicador de color blau. Temps hemostàsia 30 segons Mides aproximades: làmina de 5 x 10cm. Estèril	NO	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 24 de 55

Lot	Nom Lot	Material	Descripció	Obligatori	Agrupacions de codis obligatoris Veure Punt 5 de l'Annex 4 del PCAP
11	Gels i membranes antiadherents de teixits, difrents presentacions	30005599	Gel antiadherent absorbible de hialurat pur 100% per a laparoscòpia / histeroscòpia, compost d'1 xeringa de 10 ml (30 mg de gel estèril ACP /ml).Inclou, per a la seva aplicació, una cànula de 30 cm+/-5cm de longitud en envàs individual.Estèril.	NO	
		30035945	Gel antiadherent reabsorbible de gelatina d'origen porcí i ester de poligllicà amb solució tamponada,de doble acció per a tot tipus de teixits (especialment tendinós i / o nerviós), xeringa de 3gr.inclou aplicador,estèril.	NO	
		30053587	Membrana antiadherent ,reabsorbible,translúcida,de hialuronat de sodi i carboximetilcel.lulosa per a la prevenció d'adherències en cirurgia adominal i pèlvica.13cmx15cm+/-1cm.Estèril.	NO	
		30063930	Gel antiadherent intrauteri de hialurat, transparent, viscoelàstic, precarregat en xeringa de vidre de 5ml amb cànula per a aplicació. Estèril	NO	
12	Equips per a la preparació i aplicació de fibrina autòloga	30014350	Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia oberta comp:Recipient recolector a/línia de connexió luer,Spraypen cicle ràpid d'aplicació cirur/oberta, reactius, xer,agulla,tap,tubuladura i línia a pacient i tira reactiva.Comp/sist/Vivostat o eq.	SI	No és agrupació. És Lot sencer. Veure Punt 6 de l'Annex 4 del PCAP
		30030832	Equip per a d'obtenció i aplicació de concentrat de fibrina rica en plaquetes autòlogues (PRF).Compatible amb unitat procesadora i unitat aplicadora sistema Vivostat o equivalent		
		30043785	Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia endoscòpica:Recipient recolector a/línia de conn luer,aplicador endoscòpic corb,reactius,xeringa,agulla,tap,tub i línia a pacient i tira reactiva, comp amb sist VIVOSTAT o equiv		
13	Equips hemostàtics en pols d'origen mineral per a endoscòpia digestiva	30031583	Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø7Fr i 220-230cm de llargària, cartutx de CO2 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accessoris mínim 2,8 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.	SI	No és agrupació. És Lot sencer. Veure Punt 6 de l'Annex 4 del PCAP
		30031584	Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø10Fr i 220-230cm de llargària, cartutx de CO2 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accessoris mínim 3,7 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.		
14	Accessoris per a la aplicació	30003833	Pulveritzador amb dos capçals compost d'un filtre de 0.2 micres i tub de connexió per a l'administració de l'adhesiu hemostàtic tipus TISSEEL o equivalent	NO	
		30014292	Aplicador-pulveritzador doble Spray Mis de 30cm per a segellador hemostàtic de fibrina. Aplicador endoscòpic assistit per gas. Compatible amb hemostàtic Tisseel o equivalent	NO	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZJZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 25 de 55

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 26 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 1 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000431

Descripció tècnica:

Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides: 1,25 x 5cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000432

Descripció tècnica:

Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides: 2,5 x 2,5cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000433

Descripció tècnica:

Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides aproximades: 5 x 7-8cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000434

Descripció tècnica:

Hemostàtic tipus làmina de teixit absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides: 7,5 x 10-11cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000435

Descripció tècnica:

Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides aproximades: 10 x 20 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000436

Descripció tècnica:

Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida. Mides: 5 x 34-36cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000437

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides aproximades: 3 x 5 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000438

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides aproximades: 5 x 8 cm. Estèril, atòxic i apirògen.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 27 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 2 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000439

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible de col·làgen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid. Mides aproximades: 10 x 12 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000440

Descripció tècnica:

Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes) d'escuma de gelatina porosa i flexible d'origen animal, no irritant, per a utilització local. en sangrat capil·lar, venós o arterial en intervencions quirúrgiques. Mides: 80-90mm x 50-60mm de llarg i 10mm de gruix. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000441

Descripció tècnica:

Hemostàtic no absorbible per a ossos. Composició: 70% cera d'abelles i 30% vaselina. Estèril. Envas 2,5gr

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001779

Descripció tècnica:

Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal, no irritant, en forma anatòmica/cilíndrica, per a utilització anal. Mides aproximades: 3 x 8 cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30002405

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, d'alta viscositat, vial en dispositiu d'aplicació tipus llapis de 0,7ml. Composició: 2-Octil Cianocrilat. Amb colorant. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30003084

Descripció tècnica:

Hemostàtic tipus lamina de text absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable. Mides aproximades: 15 x 23 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30003085

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i estructura fibril·lar. Mides aproximades: 5 x 10 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30003086

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides aproximades: 2,5 x 5 cm. Estèril, atòxic i apirògen.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 28 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 3 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30003087

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides aproximades: 10 x 10 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30003833

Descripció tècnica:

Pulveritzador amb dos capçals compost d'un filtre de 0.2 micres i tub de connexió per a l'administració de l'adhesiu hemostàtic tipus TISSEEL o equivalent

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30003834

Descripció tècnica:

Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen boví amb trombina humana. Inclou: vial trombina 2500UI en pols, vial clorur sodi 0,9%, xeringa 5ml a/gelatina, xeringa 5ml a/connect luer buida a/marca, 1 p/aplic, 1p/mal·leable i adaptador vial. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30003835

Descripció tècnica:

Segellador/cola quirúrgica sintètica, absorbible, no hemostàtic, 6ml d'hidrogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilenglicol (PEG)/polietileneimina (PEI en H₂O). Segellador de duramare. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30004393

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell, d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, d'alta viscositat, vial de 0,5 ml. Composició: 2-Octil Cianocrilat. Amb colorant Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30005592

Descripció tècnica:

Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr. amb aplicador de 100mm de llargària. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30005599

Descripció tècnica:

Gel antiadherent absorbible de hialurat pur 100% per laparoscòpia / histeroscòpia, compost d'1 xeringa de 10 ml (30 mg de gel estèril ACP / ml). S'inclou, per a la seva aplicació, una cànula de 30 cm de longitud en envàs individual. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30005601

Descripció tècnica:

Segellador/adhesiu quirúrgic sintètic, reabsorbible, de base cianoacrilíca, amb colorant blau, inclou cànula laparoscòpica, per a reparació d'heranies, ús intern. 2 Vials monodosi de 0,5ml. Estèril.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 29 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 4 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30005602

Descripció tècnica:

Segellador/adhesiu quirúrgic biològic, absorbible, no hemostàtic, d'albúmina d'origen animal (boví) i sol·lució de glutaraldehid. Xeringa de 5ml aproximadament, èmbol i 4 puntes aplicadores. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30006171

Descripció tècnica:

Hemostàtic en pols 100% origen vegetal, 1 gr en pols purificat de midó, absorbible totalment en 48h. Aplicador de 90-100mm de llargària.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30006172

Descripció tècnica:

Hemostàtic no absorbible de polivinil-alcohol per a conducte auditiu, biocompatible. Forma cilíndrica, mides aproximades: 2 cm de llargària i 0.7-0.8cm de diàmetre. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30006173

Descripció tècnica:

Segellador/cola quirúrgic sintètic absorbible de polietilenglicol. Equip compost de: 2 xeringues de 4,0 ml preensamblades amb solució per a la reconstitució, 1 xeringa amb el segellador i 2 puntes aplicadores. Estèril i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30006548

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible d'esponja de gelatina origen porcí. Làmines de 200 x70x0,5mm. Absorció en 2-4 setmanes. Estèril. Caixa de 50 unitats.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30007341

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible de col·lagen biològic liofilitzat d'origen animal, no hidrosoluble, antisèptic, presentació esponja. Mides aproximades: 10 x10x10 mm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30009766

Descripció tècnica:

Apòsit compressiu hemostàtic de 100mm llargària, 28mm amplada, 18mm botó compressiu. Per a sangrats després punxions vasculars. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30012308

Descripció tècnica:

Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí, precarregada en xeringa de 6ml. Amb dues canules una de punta flexible i altre retallable. Preparació amb 2ml de solució salina.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 30 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 02.02.2026 HORA: 14:12:19 PÀGINA: 5 / 13
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30012858	Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible de col.lagen biologic d'origen animal, no hidroso luble, estable en mitja liquid. Mides aprox.: 7x5x0,6cm. Estructura micr ofibrilar -fulles prensades d'origen bobi que permet la coagulació natu ral (formació tap plaquetari) sense augment de volumen. Per a neurocirur gia.	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30012901	Descripció tècnica: Equip pulveritzador amb dos capçals per administració del segellant sint ètic quirúrgic.D'un sol ús.Dispositiu estèril per pulveritzar el sellant sintètic Coseal, d'únic ús. per el sellejat i rep. de fuites aèrees en cirurgia toràcica, sellejat de sutures vasc. i la prev. d'adherències pe ricàrdiques en cir. cardíaca i vascular, tant en nens o en adults. Compa tible amb el segellador sintètic Coseal o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30013165	Descripció tècnica: Taponament nasal hemostàtic reabsorbible d'origen vegetal tipus "Stammbe rger, escuma d'alta viscositat gelatinosa, no cal l'extracció postoperat òria.Inclou xeringa amb hemostàtic,xeringa addicional per la barreja i a plicador	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30013553	Descripció tècnica: Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte auditiu, n o irritant. Forma cilíndrica, mides aproximades: 2,4 cm de llargària i 0 .9 cm de diàmetre. Estèril per raig gamma.	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30013555	Descripció tècnica: Hemostàtic no absorbible de polivinil-hidroxilad per conducte nasal, no irritant. Forma rectangular, mides aproximades: 1,5 x 2 x 8 cm doblement comprimit i amb porus de 0,2 - 1mm. Estèril per raig gamma.	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30014292	Descripció tècnica: Aplicador-pulveritzador doble Spray Mis de 30cm per a segellador hemost àtic de fibrina. Aplicador endoscòpic assistit per gas. Compatible amb hemostatic Tisseel o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30014350	Descripció tècnica: Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia oberta compost p er: Recipient recolector amb línia de connexió luer, Spraypen cicle ràpi d d'aplicació en cirurgia oberta, reactius, xeringa, agulla, tap, tubula dura i línia a pacient i tira reactiva.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 02.02.2026 HORA: 14:12:19 PÀGINA: 6 / 13
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30016028	Descripció tècnica: Hemostàtic reabsorbible (4-6 setmanes) d'escuma de gelatina porosa i fle xible d'origen animal, no irritant, per a utilització local, en sangrat capil.lar, venós o arterial en intervencions quirúrgiques. Mides: 2cm d' amplada, 6cm de llarg i 7 mm de gruix.			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30017014	Descripció tècnica: Aplicador endoscòpic per a tròcars de fins a 5mm, longitud aproximada 34 cm. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb segellador Surgiflo o equivalen t			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30017722	Descripció tècnica: Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de c otó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides aproximades: 5x7,5cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 dies. Estèril, atòxic i apiròg en.			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30017995	Descripció tècnica: Segellador/cola quirúrgica sintètica,absorbible,no hemostàtic, 6ml d'hid rogel absorbible en dispositiu automecànic amb dos vials de polietilengl icol (PEG)/polietileneimina (PEI en H2O),amb cànula de 170mm+/-10mm.segell ador de duramare per a columna.Estèril			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30018080	Descripció tècnica: Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, de c otó 100% sense viscosa, bacteriostatica, retallable. Mides aproximades: 1,25x5cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 8 dies. Estèril, atòxic i apirò gen.			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30018081	Descripció tècnica: Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense vi scosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides ap r oximades: 10x20 cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, at òxic i apirògen.			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30018082	Descripció tècnica: Hemostàtic/gasa hemostàtica de cel·lulosa oxidada, de cotó 100% sense vi scosa, absorbible, no regenerada, bacteriostatica, retallable. Mides ap r oximades: 5x35 cm. Hemostàsia: 2 minuts, absorció 96 hores. Estèril, a tò xic i apirògen.			
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30018442	Descripció tècnica: Catèter/dispositiu/sistema aplicador,de 2 canals,per l'aplicació control ada de 2 líquids mitjançant aire,amb regulador de fluxe.Mides: aplicado r 14cm,cable de 36cm de llargària,DI 0,5mm,D.E 17mm.Estèril. D'un sol ú s .Compatible amb segellador duraseal			

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 7 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30020028

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell , ús extern, temps assecat 10-15seg., bacteriostàtic, vial monodosi 0,5 ml amb aplicador de precisió. Composició: n-butyl cianoacrilat i 2 octil . Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30025958

Descripció tècnica:

Aplicador-pulveritzador DuploSpray Mis de 5mm-30cm per a segellador quirúrgic sintètic coseal (polietilenglicol) per a toracoscopies . Aplicador endoscòpic assistit per gas.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30027570

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell , d'ús extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial/tub de 0,75ml. Composició: n-butyl cianoacrilat i 2 octil cianoacrilat. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30028644

Descripció tècnica:

Matriu hemostàtica absorbible de gelatina fluida d'origen porcí amb trombina humana. Inclou: vial trombina humana 2000UI, xeringa 2ml de H₂O, i adaptador de vial, xeringa gelatina precarregada 6ml, xeringa buida, pouet, 1 cà nula flexible i 1 retallable. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30029984

Descripció tècnica:

Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 5gr. Aplicador de 100mm de llargària. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30030301

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada no regenerada, bactericida . Mides aproximades: 5 x 10 cm. Estèril, atòxic i a pirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30030302

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida, no mallada per intervencions quirúrgiques i laparoscòpia. Mides aprox 5x10cm. Estèril, atòxic i a pirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30030832

Descripció tècnica:

Equip per a l'obtenció i aplicació de concentrat de fibrina rica en plaquetes autòlogues (PRF). Compatible amb unitat processadora i unitat aplicadora sistema Vivostat o equivalent



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 33 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 02.02.2026 HORA: 14:12:19 PÀGINA: 8 / 13
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30031089
Descripció tècnica: Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintetic quirurgic (nebulitzacions), laparoscòpia.Compost: bomba d'acer per a gas amb 1-tub amb espita , catèter de 5Fx33cm,contenidor per la xeringa amb l'adhesiu. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30031583
Descripció tècnica: Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø7F i 220-230cm de llargària, cartutx de CO2 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accessoris mínim 2,8 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30031584
Descripció tècnica: Equip hemostàtic compost per: 1-pistola, 1-catèterde PTFE Ø10Fr i 220-230cm de llargària, cartutx de CO2 i xeringa amb partícules de pols hemostàtiques d'origen mineral. Canal d'accessoris mínim 3,7 mm.Per a tècniques endoscòpiques digestives.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30031591
Descripció tècnica: Segellador/cola quirúrgica sintètica reabsorbible cianoacrilica(NButil2 cianoacrilato + Metacrilosisolfolano),ús intern i extern en cirurgia tradicional/laparoscòpica i embolització endovascular.Vial 1 ml. Aplicació gota a gota i en esprai.Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30031851
Descripció tècnica: Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, 3 gr de pols purificat de midó, absorbibles totalment en 48h. Aplicador laparoscòpic de 380-390mm de llargària.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30031998
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible (3-5 setmanes) en làmina tipus esponja de gelatina d'origen porcí. Mides aproximades:20 cm x 7 cm x 0,05 cm . Estèril .Caixa de 100 làmines esponja		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30032140
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible de col·lagen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostatica. Mides aproximades: 1 làmina de 4,5 x 4,5cm. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30032141
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible de col·lagen biològic d'origen animal, no hidrosoluble i estable en mitjà líquid, amb 2-cares: 1-cara amb impregnació adherent/segellant i altre de no aplicació hemostatica. Mides aproximades: 1 làmina de 4,5 x 9,0cm. Estèril		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 9 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30032296

Descripció tècnica:

Hemostàtic reabsorbible d'escuma de gelatina porosa d'origen animal comp rimida, no irritant, en forma antòmica/cilindrica, per a uti lització an al. Mides aproximades: 30mm x 8 cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30033140

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell , d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, vial 0,5 ml amb aplicad o r.Composició: estructura polimerica de NBCA(n-butyl 2 cianoacrilat) OC A (2 octil cianoacrilat).Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30033843

Descripció tècnica:

Adhesiu tissular cutani, sintètic, no absorbible per a tancament de pell , d'us extern, histocompatible, bacteriostàtic, unidosi. Flascó de 0,5 m l. Composició: n-butyl-2-cianoacrilat. Estèril. Blau

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30035945

Descripció tècnica:

Gel antiadherent reabsorbible de gelatina d'origen porci i ester de poli glicà amb solució tamponada,de doble acció per a tot tipus de teixits (e specialment tendinós i / o nerviós), xeringa de 3gr,inclou aplicador,est èril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30038010

Descripció tècnica:

Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, ant iadherent, no hemostàtic,5ml. Per a crani. Equip compost : 2 xeringues p reensamblades i puntes aplicadores. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30038011

Descripció tècnica:

Segellador/cola quirúrgica sintètica absorbible de polietilenglicol, ant iadherent, no hemostàtic, 3ml. Per a duramàter de columna. Equip compost : 2 xeringues preensamblades i 3punts aplicadores. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30040683

Descripció tècnica:

Hemostàtic absorbible (28 dias) pegat compost de cel.lulosa oxidada am b sals tampó, trisilina i polietilenglicol. Mida 5x10cm (50c m2). Estèri l. Un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30043178

Descripció tècnica:

Segellador/adhesiu d'etilacetat per a fixació d'empelts i microempelts e n format sprai. Semipermeable. Incolor. 200-222gr.Estèril



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 35 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 10 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30043497

Descripció tècnica:

Hemostàtic en malla absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada bactericida, absorció total 7-14 dies per intervencions neurocirurgia. Mides aproximades: 10 x 20 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30043748

Descripció tècnica:

Hemostàtic tipus lamina de text absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida i suturable per intervencions neurocirurgia. Mides aproximades: 7,5 x 10 cm. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30043785

Descripció tècnica:

Equip per a la obtenció de fibrina autòloga en cirurgia endoscòpica: Recipient recolector a/línia de connexió luer, aplicador endoscòpic corb, reactius, xeringa, agulla, tap, tub i línia a pacient i tira reactiva, comp amb sist VIVOSTAT o equivalent

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30050523

Descripció tècnica:

Aplicador-nebulitzador de gas i cola-adhesiu sintètic quirúrgic (nebulitzacions), laparoscòpia. Compost: bomba d'acer per a gas, catèter flexible de diàmetre 2mm i llarg 5cm +/-1cm, contenidor per la xeringa amb l'adhesiu. Comp adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30051250

Descripció tècnica:

Aplicador endoscòpic per trocars de Ø 5mm o més, llarg 400-410mm, dos components (cànula i obturador) per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30052321

Descripció tècnica:

Aplicador-nebulitzador de gotes (0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia. Component: cànula acer inoxidable de diàmetre 5mm, llarg 355mm i aplicador flexible, per 50 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30052373

Descripció tècnica:

Segellador vascular sintètic en hidrogel de peptid en solució aquosa, reabsorbible en 30 dies, transparent. Presentació xeringa precarregada de 5ml. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30052723

Descripció tècnica:

Apòsit hemostàtic no absorbible recobert de caolí, blanc i amb marques raïades opaques, per a tractament local de ferides sagnants externes lleus i greus, ja siguin operatòries, post-operatòries, dermatològiques. Mida 10 x 10cm. Lliure de latex. Estèril



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 36 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 02.02.2026 HORA: 14:12:19 PÀGINA: 11 / 13
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30052752
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 50mg. Mida dels cubs: 5,0mm.Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30053040
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible de col·lagen biològic d'origen animal, no hidrosoluble, estable en mitja líquida. Mides aproximades 3,5x3,5x0,1cm, estructura microfibril·lar/sal d'àcid hidroclòric parcial, fibrosa, estèril i seca en fulles prensades origen boví.Estèril		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30053350
Descripció tècnica: Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols de cel·lulosa regenerada oxidada, bactericida, absorbible. Presentació en pols de 3 gr		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30053351
Descripció tècnica: Aplicador endoscòpic per a hemostàsia en pols, rígida amb punta interna flexible, compatible amb Surgicel Powder o equivalent. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30053587
Descripció tècnica: Membrana antiadherent, reabsorbible, translúcida, de hialuronat de sodi i carboximetilcel·lulosa per a la prevenció d'adherències en cirurgia abdominal i pèlvica. 13cmx15cm+/-1cm.Estèril		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30058726
Descripció tècnica: Parche Vascular hemostático percutáneo de alginato de calcio 5x5cm, de tejido no tejido, con respaldo de polímero. Envasado individual estéril (parche+adhesivo film). Origen vegetal. No contiene latex.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30058882
Descripció tècnica: Aplicador endoscòpic, mida del catèter de diàmetre 2,8mm i 2200-2300mm de llargària. Compatible amb hemostàtic Purastat o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30060481
Descripció tècnica: Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regenerada, bactericida. Mides aproximades: 5 x 10 cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 02.02.2026
HORA: 14:12:19
PÀGINA: 12 / 13

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30060482

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regene rada, bactericida. Mides aproximades: 2,5 x 5cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30060483

Descripció tècnica:

Hemostàtic estructura fibril·lar absorbible de cel·lulosa oxidada-regene rada, bactericida. Mides aproximades: 10 x 10cm i 7 capes. Temps hemostàsia 1-3min. Estèril, atòxic i apirògen.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30061934

Descripció tècnica:

Aplicador endoscòpic corbat de Ø extern de 4,3mm, llarg 10-12cm, punta a traumàtica, d'acer inoxidable, estèril, per a sistema hemostàtic FloSeal o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30062309

Descripció tècnica:

Segellador/Hemostàtic sintètic, absorbible, hidrogel en solució peptídica aquosa 2,5%, presentació en xeringa precarregada de 3ml, per a control hemorràies en tècniques endoscòpiques. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30062355

Descripció tècnica:

Hemostàtic en pols forma cartutx no absorbible de 3gr de anhidrid succínic i dextrà oxidat, biocompatible, amb dispositiu per a l'aplicació de l'hemostàtic en hemorràgies digestives amb tècniques endoscòpiques, catèter de 8F x 220cm +/- 10cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30062368

Descripció tècnica:

Aplicador-nebulitzador de gotes (0,0125ml/gota-12,5mg), laparoscòpia. Cà nula funcional 15cm +/- 2cm per 60 gotes. Compatible amb adhesiu GLUBRAN 2 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30062709

Descripció tècnica:

Hemostàtics en pols 100% origen vegetal, pols purificats de midó, absorbibles totalment en 48h. 3gr. Aplicador endoscòpic diàmetre 2,5mm i 2400mm +/- 10mm de llargària amb bomba i filtre. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101461951 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30063930

Descripció tècnica:

Gel antiadherent intrauterí de hialurat, transparent, viscoelàstic, precarregat en xeringa de vidre de 5ml amb cànula per a aplicació. Estèril



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 38 de 55

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 02.02.2026 HORA: 14:12:19 PÀGINA: 13 / 13
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30066242
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 5,0mm.Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30066243
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible en forma de cubs d'esponja de gelatina d'origen porcí per a embolització. Precarregat en xeringa de 10ml x 100mg. Mida dels cubs: 2,5mm.Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30066769
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible, en pols derivat del midó (polímers modificats) amb aplicador antireflux amb càmera per a barrejar pols i aire, per a control d'hemorràgies en tècniques endoscòpiques. Estèril. Compatible amb el sistema compressor EndoClot Air o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30066770
Descripció tècnica: Catèter aplicador compatible amb sistema hemostàtic EndoClot PHS o EndoClot Adhesive o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30068620
Descripció tècnica: Apòsit hemostàtic no absorbible de caolí, blanc i amb marques radioopagues, per a control d'hemorràgia en accesos vasculars, catèters/percutanis, o béines introductores. Per a pacients amb tractament anti-coagulant. Mida: 3,8 x 3,8 cm +/- 0,2 cm. Lliure de latex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101461951	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30069974
Descripció tècnica: Hemostàtic absorbible d'origen animal, porcí, suport fibres de gelatina. Indicador de color blau. Temps hemostàtic 30 segons. Mides aproximades: làmina de 5 x 10 cm. Estèril.		

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101461951_bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 40 de 55



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 41 de 55

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Atom. Exp.:		CS/CC00/1300656471/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (R. base, V. Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	Unit.	Preu unitari cotitzada amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu (AN)	Preu Unitat mínima de venda	Codificat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph-neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compatible SAP	18089	UNI	2,619600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compatible de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vèlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030862	Cinçus amb vèlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
3	0		710	30040715	Dispensador colpeja per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 42 de 55

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZJZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 43 de 55

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcat CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 44 de 55

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor		Material de fabricació *	
Referència fabricant		Mides del material ofertat *	
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC		Logo de l'empresa	
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment regulació prod sanitaris	(SI/NO)		
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material		

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnivv_pag1_cat_180718.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 45 de 55

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnivv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 46 de 55



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 47 de 55

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 48 de 55

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 49 de 55

ANNEX D3 - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 50 de 55



ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101461951

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que hi **consti clarament** tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol·licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquests criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 1	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'ADHESIU TISSULAR MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexos	
CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 2	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC NO ABSORBIBLE MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexos	
CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 3	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DEL SEGELLADOR/COLA MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: fàcil manipulació i de preparació senzilla sense la necessitat d'equips complexos	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: s'ha de poder aplicar a les distintes superfícies sense requeriment d'equips complexos	





ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101461951

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que hi **consti clarament** tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol·licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquests criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 4	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla	
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic	

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 5	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla	
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic	





ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101461951

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que hi **consti clarament** tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol·licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquests criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 6	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla i ràpida	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcilitat de dosificació i aplicació amb precisió de l'hemostàtic en pols	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió de l'hemostàtic en pols al tub aplicador	

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 7	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla i ràpida	
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic	





ANNEX D3_FITXA CRITERIS JUDICI DE VALOR - 1101461951

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex en el sobre 2 bis.
S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, referència bibliogràfica publicada etc; en les que hi **consti clarament** tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
La documentació presentada en el sobre 2 bis no ha de revelar la informació a avaluar sol·licitada en la resta de sobres.

La informació estesa d'aquets criteris es troba a l'ANNEX 4 del PCAP.

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 8	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Facilitat d'aplicació per via laparoscòpica	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic	

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 9	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Fàcil manipulació i de preparació senzilla i ràpida	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: Bona adherència a les superfícies a aplicar, estable i sense cap desprendiment	

CRITERIS JUDICI DE VALOR PER AL LOT 10	Assenyalar si es presenta documentació relacionada amb SI o NO
VALORACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I PREPARACIÓ DE L'HEMOSTÀTIC MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT MITJANÇANT CRITERI CLÍNIC: bona adherència a les superfícies a aplicar	
VALORACIÓ DE L'APLICABILITAT: Mínima adhesió a l'instrumental quirúrgic	



ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per
l'aplicació del criteris objectius

Aquest arxiu es troba en format digital



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
03/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0B8TL3HFJZIZODF0XBD84BLAYC7JLTJ3

Data creació còpia:
12/02/2026 13:00:35

Pàgina 55 de 55