



**Institut
d'Assistència
Sanitària**

Parc Hospitalari Martí i Julià

Servei de Logística

Hospital Santa Caterina

c/ Doctor Castany, s/n

17190 Salt (Girona)

Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 ext.1082

logistica.ias@gencat.cat

www.ias.cat



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP D'ENDOSCÒPIA FLEXIBLE
DIGESTIVA I L'EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT PEL SERVEI D'ENDOSCÒPIES DE L'INSTITUT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA**

EXP. CONTR/2026/0000000043

PROCEDIMENT OBERT



1	<u>ANTECEDENTS</u>	<u>3</u>
2	<u>OBJECTE</u>	<u>3</u>
2.1	DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DE L'EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT	4
2.2	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	5
2.3	VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	6
3	<u>REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE</u>	<u>7</u>
3.1	REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	7
3.2	REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	9
4	<u>DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR</u>	<u>12</u>
4.1	SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	12
4.2	SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	12
4.3	SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA	13
5	<u>CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ</u>	<u>14</u>
5.1	CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	14
5.2	CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	16
6	<u>CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT</u>	<u>17</u>
7	<u>CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ</u>	<u>18</u>
8	<u>DADES DE CONTACTE</u>	<u>18</u>
9	<u>ANNEXES</u>	<u>19</u>
9.1	ANNEX 1 – OFERTA ECONÒMICA	19

1 ANTECEDENTS

L' **Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és el **SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ** d'un **equip d'endoscòpia flexible digestiva** destinat a cobrir les necessitats del servei d'endoscòpia de l'Hospital Santa Caterina. Així mateix, i en previsió de possibles necessitats futures, l'objecte del contracte **inclou l'eventual prestació del SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIP**, d'acord amb les necessitats que pugui determinar l'Institut d'Assistència Sanitària. A aquests efectes, s'estableix una previsió econòmica estimada de 20.000,00 € anuals, únicament als efectes de càlcul del valor estimat del contracte. Aquesta previsió no suposa cap obligació de despesa, atès que el servei de manteniment només es contractarà i facturarà en cas que sigui efectivament necessari, derivat, entre d'altres, de possibles trencaments o avaries produïdes per un mal ús o desgast de determinades peces de l'equip d'endoscòpies.

S'entén per equip d'endoscòpia el conjunt complet format per:

- 1 Videoprocessador d'endoscòpia amb font de llum
- 2 Videogastroscoopi
- 3 Videocolonoscoopi

La instal·lació, la formació, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi de l'equip en cas de defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En el cas que algun aparell o component de l'equip licitat necessiti ser reparat, **l'empresa licitadora es compromet a proporcionar, en règim de cessió temporal de préstec i sense cost per a l'IAS, un**

aparell o component equivalent durant el període de reparació de l'equip original, amb l'objectiu de no interrompre l'activitat del servei. L'equip de substitució haurà de ser lliurat a l'IAS en un **termini màxim de 24 a 48 hores** des de la sol·licitud i estarà a disposició de l'IAS fins a la finalització efectiva de la reparació del component original. **L'empresa haurà d'adjuntar al sobre B un certificat signat que acrediti aquest compromís.**

La contractació és per procediment obert. Aquest plec consta d'un únic lot. Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta al LOT ÚNIC, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DE L'EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT

Juntament amb el **subministrament de l'equip**, es licita **la PREVISIÓ de l'eventual servei de manteniment, a necessitats de l'IAS, per donar resposta a les diferents necessitats que puguin sorgir durant 8 anys des de l'adjudicació, exceptuant els 3 anys inicials per estar l'equip en garantia legal.**

Es preveu econòmicament un import variable màxim anual **pel servei de manteniment eventual i a necessitats de l'IAS**, de l'equip del fabricant durant 8 anys, amb les excepcions relacionades amb la garantia legal de l'equip. Tanmateix, es preveu i es fa constar el seu import, segons la Taula de Determinació del preu, des de la primera anualitat, de forma cautelar. La previsió dels imports del servei de manteniment s'utilitzaran si s'escau i a criteri i necessitats de l'IAS (Departament d'Infraestructures i Manteniment de l'IAS) per cobrir les diferents necessitats dels equips del fabricant que es considerin oportunes, manteniment correctiu, preventiu o altres necessitats de manteniment sempre prèvia aprovació per part de l'IAS.

El contractista s'ajustarà a les necessitats de manteniment que en el cas que l'IAS faci ús de l'eventual servei de manteniment, s'aplicaran les condicions que hagi ofert durant la licitació i, un cop l'IAS validi l'actuació, aquesta podrà ser efectuada i facturada.

L'import del servei de manteniment eventual màxim del variable indicat en la taula de determinació de preus serà el mateix per a tots els licitadors.

EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT TOT INCLÒS (A TOT RISC): Aquest servei de manteniment tot inclòs consisteix en l'oferiment d'un contracte de servei que inclogui tots els elements oportuns per donar un servei complet sense costos addicionals, és a dir, que inclogui el manteniment preventiu anual de l'equip, mà d'obra, desplaçaments i material per possibles correctius.

EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU Aquest servei de manteniment preventiu consisteix en l'oferiment d'un contracte de servei per la realització d'un manteniment preventiu anual que inclogui tots els elements a revisar indicats pel fabricant. El material, mà d'obra i desplaçaments d'un possible correctiu estaran exclosos del servei.

2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

Descripció del material	Quantitat	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA	IVA	Preu total amb IVA
Subministrament d'un Equip Endoscòpia Flexible	1	116.500,00 €	116.500,00 €	21%	140.965,00 €
Eventual servei de manteniment	8	20.000,00 €	160.000,00 €	21%	193.600,00 €
Total subministrament + Servei de manteniment			276.500,00 €		334.565,00 €

El pressupost base de licitació (P.B.L.) d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	276.500,00 €
Import total amb IVA:	334.565,00 €

DESGLÒS DEL COST DE L'EVENTUAL SERVEI DE MANTENIMENT:

2026 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	*
2027 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	*
2028 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	*
2029 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	
2030 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	
2031 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	
2032 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	
2033 import màxim sense IVA:	20.000,00 €	

*Durant aquestes anualitats l'equip es troba cobert per la garantia legal, de manera que les actuacions incloses dins l'abast de la garantia seran assumides per aquesta i no comportaran cap despesa per a l'IAS. En cas que es produeixi algun desperfecte o avaria no coberta per la garantia, derivada d'un mal ús o causa aliena a aquesta, l'import indicat queda previst com a límit màxim per cobrir, si escau, el servei de manteniment corresponent.

Si no sorgeix cap necessitat d'intervenció fora de garantia, no s'abonarà cap import.

2.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: **276.500,00 € (SENSE IVA) (21% IVA).**

Pròrroques: NO.

Possibles opcions eventuais: Si. 20%: 23.300,00 €

Import total VEC= 299.800,00 € (SENSE IVA) (21% IVA).

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes obligatòries que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Algunes característiques, com ara les mides o certs valors, podran presentar una variació mínima, sempre que la Unitat Tècnica consideri que el material ofert s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En cas contrari, l'oferta podrà quedar exclosa.

CALDRÀ INDICAR A LES FITXES TÈCNIQUES DE MANERA CLARA I REMARCAT AMB COLOR, CADASCUN DELS REQUISITS MÍNIMS QUE S'INDIQUEN.

EQUIP ENDOSCÒPIA FLEXIBLE:

• 1 UNITAT VIDEOPROCESSADOR D'ENDOSCÒPIA AMB FONT DE LLUM

- Videoprocessador 4 k amb tecnologia d'espectre de 4 o més llums LED.
- Mòdul monobloc que integri Videoprocessador d'imatge i font de llum.
- Generació d'imatges en qualitat HD.
- El videoprocessador ha d'incloure com a mínim les següents connexions:
 - 1 Sortida DVI-D
 - 1 Sortida 3G-SDI
 - 1 Sortida 12G-SDI
 - 1 Sortida USB
- Les dimensions aproximades del videoprocessador no han de superar les mesures següents:
 - Amplada de 400 mm
 - Alçada de 250 mm
 - Profunditat de 525 mm
- El pes del processador no ha de superar els 18 kg. aprox.
- Funcionalitats:
 - Ajustament de color.

- Ajustament de contrast.
- Ajustament de brillantor.
- Ampliació de la imatge.
- Congelació de la imatge.
- Configuració d'interruptors i botons dels endoscopis.
- Mostra de dades del pacient: ID, data de naixement, etc.
- Temporitzador: mesura del temps de tractament.
- Guardat d'imatges.
- Visualització de patrons vasculars i mucosos.
- Ha d'incloure una bomba pel subministrament d'aire.
- Ajustament del flux de subministrament d'aire.

• 2 VIDEOGASTROSCOPI

- Sensor d'imatge CMOS.
- El videogastroscopi han d'incorporar una funció de ruixat d'aigua.
- Ha de proporcionar un camp de visió aproximat de 140º.
- Ha de proporcionar una profunditat de camp de visió com a mínim compresa entre 5 i 100 mm.
- La capacitat de plegat cap a dalt ha de cobrir un rang igual o superior a 200º.
- La capacitat de plegat cap a baix ha de cobrir un rang igual o superior a 90º.
- El diàmetre de la secció flexible ha de ser igual o inferior a 9,9 mm.
- El diàmetre del canal de treball ha de ser igual o superior a 2,8 mm.

• 3 VIDEOCOLONOSCOPI

- Sensor d'imatge CMOS
- El videocolonoscopi han d'incorporar una funció de ruixat d'aigua.
- Ha de proporcionar un camp de visió de 170º o superior.
- Ha de proporcionar una profunditat de camp de visió com a mínim compresa entre 5 i 100 mm.
- La capacitat de plegat dalt-baix ha de cobrir un rang igual o superior a 180º en ambdues direccions.
- El diàmetre de la secció flexible ha de ser igual o inferior a 12,8 mm.
- El diàmetre del canal de treball ha de ser igual o superior a 3,7 mm.

• CONNECTIVITAT I INTEGRACIÓ

- La solució ha d'incloure el **hardware necessari** per permetre l'enviament d'imatges cap a l'ordinador, garantint una **comunicació estable i fiable** entre els dispositius.
- Ha de permetre la **captura d'imatges des de l'endoscopi** i la seva **transferència a l'ordinador**, assegurant la **compatibilitat amb ENDOBASE (versió vigent 14.8)**, de manera que les imatges es puguin integrar correctament en el flux de treball existent.
- Ha de ser **compatible amb el programari de neteja Marvax**, garantint el correcte funcionament conjunt dels sistemes.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l'incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ

1. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà l'equip sense cap cost addicional i amb tot el necessari per la seva utilització i funcionament. La instal·lació s'haurà de coordinar amb la persona responsable que es designi. Cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament dels aparells subministrats s'ha d'executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris.

2. Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament dels diferents aparells i/o equipaments oferts.
3. L'empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris del muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant al compliment de tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment, motiu de paralització dels treballs, en virtut del que es contempla en l'article 44 de la llei esmentada.
4. L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (fitxes de seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.
5. L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.
6. L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit, sobre palet o el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès, en un termini no superior a 48h.
7. L'empresa adjudicatària haurà de formar al personal assistencial i el personal d'Electromedicina pel correcte ús dels productes adjudicats. L'empresa adjudicatària proporcionarà la documentació necessària per facilitar la formació del personal.
8. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar tots els manuals d'usuari, documents d'instruccions i protocols d'ús, d'instal·lació i de manteniment.
9. El termini de subministrament i instal·lació dels equips serà de MÀXIM 15 dies des de la formalització del contracte.
10. L'equip ofert ha de ser nou i amb la última tecnologia, no s'admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de demostracions o similars.
11. L'adjudicatari no facturarà l'equip fins que no s'hagi validat la correcta instal·lació.

GARANTIA

1. El termini de garantia serà de mínim 36 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part de l'Hospital. La garantia sobre defectes de fàbrica inclourà la substitució de l'equip quan presenti vicis o desperfectes importants així com la reparació de les parts defectuoses. Durant el període de garantia, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi del l'equip o component en cas de defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.
2. El proveïdor haurà de garantir les peces de recanvi, durant com a mínim cinc anys des de que l'objecte es deixi de fabricar.

DEMOSTRACIÓ VALORABLE

Les empreses licitadores hauran de fer una demostració del conjunt complet de l'equip ofert, juntament amb tots els accessoris que l'integrin i tots els components necessaris pel seu funcionament.

La demostració s'haurà de fer a l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de coordinar amb la persona responsable del Servei d'endoscòpia i que serà la unitat tècnica que en farà la valoració. Caldrà sol·licitar dia i hora al Dra. Míriam Sabat: miriam.sabat.ias@gencat.cat

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un comprovant signat amb la data que s'efectuï la demostració. En el cas que alguna licitadora no faci la demostració, implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb la demostració.

NORMATIVA APLICABLE OBLIGATORIA

Els equips han de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada. Cal certificar el marcatge CE (Reglament (UE) 2017/746) en la classe i modalitat pertinents al sobre B – Documentació tècnica.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta al LOT ÚNIC tanmateix, les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides pels articles, en el punt 3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE (pàg. 7). En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA.
- No s'admeten ofertes variants.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1 - OFERTA ECONÒMICA.**

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- NORMATIVA: Declaracions de conformitat** que acreditin que els productes oferts compleixen el **Marcatge CE segons el Reglament Europeu (UE) 2017/745 en la classe i modalitat pertinent.**
- 2- CERTIFICAT SIGNAT** per l'empresa licitadora que acrediti el compromís de cessió temporal de préstec d'un aparell o component equivalent durant la reparació del component original.
- 3- FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques i els REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS **remarcats amb color.**
- 4- Caldrà aportar un manual de l'usuari en català** per tal que la unitat tècnica i el servei d'Electromedicina puguin valorar qualsevol paràmetre que es necessiti.
- 5- COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de la demostració efectuada.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE B ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

Tots els requisits tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 1 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 20 i s.)**, degudament signada.

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS

La valoració dels **50 punts** es farà en funció de la demostració efectuada i es puntuarà de la següent manera:

NECESSITATS ASSISTENCIALS

Es valorarà amb més puntuació l'oferta que s'adapti millor a les necessitats del servei assistencial, considerant aspectes com la capacitat de l'equip per cobrir les endoscòpies requerides pel servei, la compatibilitat amb l'espai físic del servei per tal de no interferir en altres processos, i la contribució a la seguretat i eficiència del flux assistencial.

MÀXIM 10 PUNTS

ERGONOMIA

Es valorarà amb més puntuació l'oferta que presenti una millor ergonomia de l'equip i components.

MÀXIM 10 PUNTS

FACILITAT D'ÚS

Es valorarà amb més puntuació l'oferta que sigui més fàcil d'utilitzar, amb controls intuïtius i funcionament còmode amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

MÀXIM 10 PUNTS

PREPARACIÓ, NETEJA I EMAGATZEMATGE

Es valorarà amb més puntuació l'oferta que permeti preparar, netejar, recollir i emmagatzemar l'equip amb més facilitat.

MÀXIM 10 PUNTS

VISIBILITAT

Es valorarà amb més puntuació la visibilitat i qualitat d'imatge de l'equip.

MÀXIM 10 PUNTS

L'oferta que compleixi en major grau aquests criteris obtindrà més puntuació, la resta de propostes es valoraran en base a un criteri proporcional respecte la que hagi obtingut més puntuació.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica (**ANNEX 1 - OFERTA ECONÒMICA** (pàg. 20 i s.)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 45 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la [Directriu 1/2020](#) de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) \times 5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat
Ox: proposta de % ràpel ofert
Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

FACTURACIÓ:

La facturació serà obligatòriament electrònica. Les factures hauran de ser enviades per mitjans electrònics a qualsevol dels següents canals:

- Al servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
- Al servei FACe de l'Administració General de l'Estat.
- El codi DIR3 de l'Institut d'Assistència Sanitària és A09006571.

A més, en tots els documents adreçats a l'IAS que estiguin relacionats amb aquest expedient, serà necessari incloure les dades esmentades.

LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número d'expedient

- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat: Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 16 de febrer de 2026

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – OFERTA ECONÒMICA

Nom licitadora:

Adreça de correu electrònic concursos:

Persona de contacte:

Telèfon:



**Institut
d'Assistència
Sanitària**

**Parc Hospitalari Martí i Julià
Servei de Logística**

Hospital Santa Caterina
c/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 ext.1082
logistica.ias@gencat.cat
www.ias.cat



El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total de:.....€ (xifra en lletres i en números),
IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.





**Institut
d'Assistència
Sanitària**

**Parc Hospitalari Martí i Julià
Servei de Logística**

Hospital Santa Caterina
c/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 ext.1082
logistica.ias@gencat.cat
www.ias.cat



Descripció del material	Quantitat	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA	IVA	Preu total amb IVA
Import subministrament Equip Endoscòpia Flexible	1		0,00 €	21%	0,00 €
Eventual servei de manteniment	8	20.000,00 €	160.000,00 €	21%	193.600,00 €
Total subministrament + Servei de manteniment			0,00 €		0,00 €
Ràpel (%) ofert					