

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR20 - APÒSIT SÚPER ABSORBENT

		Empreses presentades				
		CONVATEC, S.L.	IGROBE RODAR 2001, SLU	ESSITY SPAIN, SL	GARRIC MEDICA, SA	
	Criteris de valoració	Puntuació				Motius, si la puntuació no és la màxima.
1. Composició del material i el seu comportament : es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del	Impermeabilitat de la capa externa: Es valorarà la capacitat de la capa externa de l'apòsit per impedir el pas de l'aigua (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-	
	Capacitat d'absorció - Capacitat de l'apòsit per captar i retenir un alt volum d'exsudat de manera eficient, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. (fins a 10 punts)	10,00	1,00	10,00	-	Igrobe - l'exudat es dispersa lateralment de manera ràpida i no manté la pell perilesional seca
	Mal-leabilitat i flexibilitat – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se fàcilment a la morfologia i moviments de la zona d'aplicació, mantenint el contacte òptim amb la pell sense perdre funcionalitat. (fins a 10 punts)	10,00	6,00	6,00	-	Igrobe i Essity - apòsits amb certa rigidesa que no permet una total adaptació a la zona d'aplicació
	Compatibilitat amb teràpia de compressió – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per mantenir les seves propietats funcionals i estructurals quan s'utilitza conjuntament amb un sistema de compressió, sense comprometre l'eficàcia del tractament. (fins a 10 punts)	10,00	0,00	0,00	-	Essity - massa rígida, al fer compressió pot deixar marques a la pell Igrobe - a l'absorbir es modifica l'apòsit i queden gromulls, amb la compressió pot danyar la pell
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punt)	1,00	1,00	1,00	-	
	Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	0,00	1,00	-	Igrobe - L'embolcall no és transparent
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	-	
	Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint la higiene i preservant les propietats del producte (fins a 3 punts)	-	-	-	-	No aplica

procediments assistencials (fins a 8 punts)	Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l’apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts)	-	-	-	-	No aplica
	Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l’apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	2,00	2,00	2,00	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		45,00	21,00	31,00	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	26,00	36,00	-	

*Garric Medica - No ha aportat les mostres obligatòries. Per aquest motiu es desestima.

*Atès que hi ha dos criteris que no aplica la seva valoració, no es tindrà en compte, en aquest lot, els l·lindars m·nims de qualitat indicats a l'annex IV i tots els proveïdors valorats passaran a la següent fase de valoració, sobre C.

Revisada la valoració inicial del criteri “capacitat d’absorció” a la vista de les al·legacions formulades per Essity, es modifica la puntuació de 4 a 10 punts, en quedar acreditat el compliment del plec.

LOT	DR20 - APÒSIT SÚPER ABSORBENT					
EMPRESSES PRESENTADES	VALORACIÓ TÈCNICA (Màx. 50 punts)	OFERTA ECONÒMIC	CRITERIS		TOTAL PUNTUA	IMPORT
			Envàs secundari			
CONVATEC, S.L.	50,00	38,53	2,00	Compleix	90,53	2.704,80 €
IGROBE RODAR 2001, SLU	26,00	40,56	2,00	Compleix	68,56	2.410,30 €
ESSITY SPAIN, SL	36,00	48,00	2,00	Compleix	86,00	1.330,70 €
GARRIC MEDICA, SA	*	-	-	-	-	-

* No s’ha valorat, atès que no s’ha complert amb els requisits establerts en els plecs administratiu i tècnic.

Expedient	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR09 - AP. ESPUMA POLIURETÀ SEMIADHERENT

En resposta a les al·legacions formulades per ESSITY SPAIN, S.L.U., i en relació amb l’oferta presentada per aquesta empresa, revisat l’informe tècnic emès i d’acord amb la valoració del personal assistencial, es conclou que el producte ofert no compleix adequadament la característica exigida de ser “semiadherent en la seva totalitat”.

Tot i incorporar silicona en la seva estructura, en la pràctica clínica observada l’adherència resulta insuficient per garantir la fixació temporal necessària durant el procés de cura i embenat, especialment en zones anatòmiques amb mobilitat (articulacions, extremitats superiors). L’apòsit no es manté fixat de manera estable el temps imprescindible per permetre una manipulació segura i eficient, fet que dificulta la correcta aplicació de l’embenat posterior.

La prescripció de “semiadherent en la seva totalitat” no es limita a la mera presència de silicona, sinó que exigeix una funcionalitat efectiva que permeti la fixació provisional homogènia a tota la superfície activa del producte, funcionalitat que no queda acreditada en el producte ofert.

En conseqüència, es desestimen les al·legacions presentades i es manté la consideració d’incompliment de la prescripció tècnica establerta en el plec.

Noemí Obregón Gutierrez
Direcció de l'equip d'Infermeria

Mar Castiñeira Palou
Cap de Compres

Signat i datat digitalment