

INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Expedient número - 26SM00110P - PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions tramesses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

Lot	Descripció	Kiedos Celi Tech, S.L.	SMITH & NEPHEW	LAB. HARTMANN S.A.	ENELÉN HEALTH& CARE SL	LIDERWIM SA	HOLLISTER IBERICA SA	SOL MILLENNIUM ESPAÑA SL	LAB. URGO, S.L.	CONVATEC S.L.	TELEC. AU S.A.	BARNA FARMABAN, S.A.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	IZASA HOSPITAL, S.LU	B. BRAUN MEDICAL SA	KCI CLINIC SPAIN, SL	GARRIC MEDICA, SL	ATIKA PHARMA, SL	MÖLNLYCKE	IGROBE RODAR 2001, SLU	ESSITY SPAIN, SL	
<u>DR01</u>	RETIRADA ADHESIU						V			V			V		V						V	
<u>DR02</u>	PEL·LICULA PROTECTORA NO IRRIT									V			V		V						V	
<u>DR03</u>	APOSIT GRAN ABSORCIÓ									V			V		V						V	
<u>DR04</u>	PEL·LICULA PROTECTORA AMB APLICADOR ESTÈRIL		V							V											V	
<u>DR07</u>	APOSIT FIBRA AMB PLATA									V											V	
<u>DR08</u>	AP. ESPUMA POLIURETÀ AMB VORES	V									V		V		V							V
<u>DR09</u>	AP. ESPUMA POLIURETÀ SEMIADHERENT	V			V						V		V		V							V
<u>DR10</u>	FIBRA ABSORBENT AMB ALGINAT										V		V									V
<u>DR11</u>	APOSIT HIDROCOLOIDE ULTRAFI							V														V
<u>DR12</u>	FIBRA ABSORBENT SENSE ALGINAT																					V
<u>DR13</u>	AP. ALLEJAMENT PRESSIÓ-TALÓ NO ADHESIVA		V			V							V		V							V
<u>DR14</u>	SOLUCIÓ ÀCIDS GRASOS HIPEROXIG								V						V							V
<u>DR15</u>	AP. ALLEJAMENT PRESSIÓ-TALÓ ADHESIVA	V								V					V							V
<u>DR18</u>	APOSIT DE SILICONA			V											V							V
<u>DR19</u>	APOSIT FOAMI SACRE ADHESIU		V								V											V
<u>DR20</u>	APOSIT SÚPER ABSORBENT																					V
<u>DR21</u>	REGENERACIÓ CEL·LULAR	V																				V
<u>DR22</u>	APOSITS BIOACTIUS MODULATS DE LES PROTEASES INFLAMATORIES																					V
<u>DR23</u>	APOSIT BACTERIOSTÀTIC								V													V
<u>DR24</u>	APOSIT DE COL·LAGEN																					V
<u>DR25</u>	CREMA PROTECTORA NO IRRITANT												V									V
<u>DR26</u>	TERÀPIA DE COMPRESSIÓ								V													V

Sra. Noemí Obregón Gutiérrez
Direcció d'Infermeria

Firmado digitalmente por
NOEMI OBREGÓN GUTIÉRREZ, DN
Z+DNI+72039750
2026.01.14 13:01:08 +0100

Sabadell, datat i signat digitalment

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR01 - RETIRADA ADHESIU

Criteris de valoració	Empreses presentades					Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
	HOLLISTER IBERICA, SA	CONVATEC, S.L.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	B. BRAUN MEDICAL, SA	IGROBE RODAR 2001, SLU		
	Composició dermoprotectora – es valorarà la presència d'ingredients hidratants, calmants o protectors dermatològics que ajudin a minimitzar irritacions cutànies i a millorar el confort del pacient (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	10,00		
Sistema de polvorització segur i higiènic – valoració de l'envàs amb sistema de bloqueig de seguretat o tancament net que eviti fuites, evaporacions o reutilitzacions incorrectes (fins a 5 punts)	5,00	5,00	5,00	5,00	-		
Indicació per a ús en neonats (5 punts) o el producte està indicat per a neonats – 5 punts o el producte NO està indicat per a neonats – 0 punts	5,00	0,00	0,00	5,00	-	Convatec, Coloplast - no consta a la FT ni s'inclou cap assaig dut a terme.	
Eficiència del producte – Quantitat necessària per a una retirada completa d'un adhesiu estàndard. Es valorarà tant la quantitat necessària per la retirada com si l'aplicació es pot dur a terme de manera ràpida i efectiva amb poca dosi, optimitzant recursos i temps (fins a 5 punts)	5,00	5,00	5,00	5,00	-		
Retirada atraumàtica – Es valorarà si el producte facilita la retirada suau, indolora i sense tracció agressiva de l'adhesiu, reduint el risc de lesió a la pell. (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	10,00	-		
Absència de residus - Es valorarà que no deixi rastres d'olis, restes adhesives o altres residus sobre la pell després de la seva aplicació (fins a 5 punts)	3,00	3,00	3,00	3,00	-	Hollister, Convatec, Coloplast i B. Braun - Un cop retirat l'apòsit queden restes d'adhesiu sobre la pell	
Valoració Global (màxim 40 punts)	38,00	33,00	33,00	38,00	35,00		
Puntuació aplicant la fórmula de valoració	40,00	35,00	35,00	40,00	40,00		

*Igrobe Rodar 2001, SLU - En el plec tècnic es sol·licita un esprai dosificador que permeti una aplicació precisa i controlada del producte des de qualsevol angle. El dosificador presentat es bloqueja segons l'angle, necessitant fer diverses apretades fins que surt el producte. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR02 - PEL·LÍCULA PROTECTORA NO IRRITANT

Criteris de valoració	Empreses presentades				Motius, si la puntuació no és la màxima
	Puntuació				
	CONVATEC, S.L.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	B. BRAUN MEDICAL, SA SPAIN, SL	KCI CLINIC SPAIN, SL	
Durabilitat de la protecció (>24 h): (fins a 10 punts) Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: PV = Dm * PC / Dc PV = Puntuació a valorar Dc = Durabilitat més elevada Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular PC = Puntuació criteri Temps d'assecat ràpid (<30 segons): (fins a 5 punts) Es valorarà el temps d'assecat segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'assecat inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: PV = Ar * PC / Am PV = Puntuació a valorar Ar = Assecat més ràpid Am = Assecat del proveïdor a calcular PC = Puntuació criteri Comoditat i facilitat d'ús - Es valorarà la simplicitat en la manipulació per aplicacions repetides per personal sanitari amb guants (fins a 5 punts) Control en la dosificació – Es valorarà que l'aplicador permeti controlar la quantitat de producte dispensat de manera progressiva, adaptant-se a les necessitats de la superfície cutània a tractar. (fins a 10 punts) Precisió de l'aplicació - Es valorarà que el sistema d'esprai permeti una aplicació focalitzada i uniforme, evitant el vessament excessiu o la dispersió del producte fora de la zona desitjada. (fins a 10 punts) Aplicació multidireccional – es valorarà que el sistema permeti l'aplicació en qualsevol posició (360º), mantenint l'eficàcia del polvoritzador tant en horitzontal com en vertical (fins a 5 punts)	-	-	-	10,00	-
Valoració Global (màxim 45 punts)	-	-	-	5,00	-
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració	-	-	-	10,00	-
	-	-	-	10,00	-
	-	-	-	5,00	-
	-	-	-	45,00	-
	-	-	-	45,00	-

* Coloplast - Sol·licitem un envàs spray multidosi d'entre 25-30 ml i presenten un envàs de 50 ml. Per aquest motiu es desestima

* Convatec, B. Braun i Igrobe - No aporten la informació sol·licitada en el plec tècnic. Sol·licitem que el protector sigui apte per ferides obertes i que aquesta informació consti a la fitxa de producte o aportar un certificat emès pel fabricant. Per aquest motiu es desestimen.

Expedient número	26SM0110P - PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR03 - APOÏSIT GRAN ABSORCIÓ

	Criteris de valoració	Empreses presentades			Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		CONVATEC, S.L.	TELIC,SAU HOSPITAL, SLU	IZASA		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte (fins a 40 punts)	Adaptabilitat, modelable – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals, sense plecs ni despreniments així com la capacitat de retorn a la seva forma original (fins a 10 punts) Adhesiu – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una fixació eficaç (fins a 5 punts) Capacitat de retenció i absorció vertical – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima (fins a 10 punts) Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i suau, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell (fins a 5 punts) Capacitat d'alleugeriment de la pressió (fins a 5 punts) Conté hidrofibra d'hidrocolòide a la part activa – (5 punts) Sí – 5 punts / NO – 0 punts	10,00	-	-	-	
2. Tipus d'emballatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punts) Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) Sí – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	-	-	-	
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 8 punts)	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punts) Sí – 1 punt / NO – 0 punts Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint la higiene i preservant les propietats del producte (fins a 3 punts) Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts) Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	1,00	-	-	-	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50,00	-	-	-	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	-	-	-	

*Garric Medica - Es sol·licitava l'entrega de mostres abans de l'obertura dels sobres B, 3 unitats de cada apòsit, les mostres no van ser entregades. Per aquest motiu es desestima.

*Telic - No compleixen mesures. Pel codi 100045107 sol·licitem un apòsit amb una part activa de 8,5 cm x 8,5 cm (+/- 1 cm) i presenten un apòsit amb una part activa de 5cm x 5 cm; pel codi 100018328 sol·licitem un apòsit amb una part activa de 13,5 cm x 13,5 cm (+/- 1 cm) i presenten un apòsit amb una part activa de 11cm x 11 cm. Per aquest motiu es desestima.

*Izasa - sol·licitem apòsit de gran absorció i presente un apòsit de baixa a moderada absorció. Per aquest motiu es desestima

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR04 - PEL·LÍCULA PROTECTORA AMB APLICADOR ESTÈRIL

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		SMITH & NEPHEW S.L.	CONVATEC, KCI CLINIC SPAIN, SL	IGROBE RODAR 2001, SLU SL	ESSITY SPAIN, SL		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 20 punts)	<p>Temps d'absorció - (fins a 10 punts) Es valorarà el temps d'absorció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'absorció inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:</p> <p>$Pv = Tai * PC / Tav$</p> <p>Pv = Puntuació a valorar Tai = Temps absorció inferior Tav = Temps absorció a valorar PC = Puntuació criteri</p> <p>Durabilitat de la protecció (>72 h): (fins a 10 punts) Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:</p> <p>$Pv = Dm * PC / Dc$</p> <p>Pv = Puntuació a valorar Dc = Durabilitat més elevada Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular PC = Puntuació criteri</p>	10,00	10,00	-	10,00	Smith&Nephew, Convatec, KCI i Essity - 30 segons	
2. Eficàcia de l'envàs (fins a 20 punts)	<p>Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts) - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable:</p> <p>o 10 punts: el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de ≥95 % del contingut. o 5 punts: es declara un aprofitament igual o superior al 90 %, però sense justificació tècnica detallada. o 0 punts: no es justifica aquest aspecte o no s'especifica</p> <p>La comoditat d'aplicació (fins a 5 punts) - Es valorarà que el disseny del vial monodosi permeti aplicar el producte de manera dirigida i controlada sobre la zona a protegir, sense vessaments ni manipulació addicional</p> <p>Simplicitat d'obertura de l'envàs (fins a 5 punts) - Es valorarà que la seva obertura no requereixi força ni instrumental i sigui fàcil d'usar amb guants</p>	7,50	8,75	-	10,00	Essity - 96 hores KCI - 2 cops setmana (84 hores) Smith&Nephew i Convatec - 72 hores	
3. Conté Tetrapolímer d'acrílat (10 punts) SI - 10 punts / NO - 0 punts		10,00	0,00	-	10,00	Convatec i KCI - No aporta documentació al respecte	
Valoració Global (màxim 50 punts)		37,50	27,50	-	38,75	Smith&Nephew, Convatec i Essity - no conté Tetrapolímer d'acrílat	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		37,50	27,50	-	38,75		

* Igrobe - Sol·licitem que el material sigui estèril i el que presenten no és estèril. Per aquest motiu es desestima

Expedient número	26SM01.10P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR07 - APÒSIT FIBRA AMB PLATA

	Criteris de valoració	Empreses presentades	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		CONVATEC, S.L.		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del producte (fins a 42 punts)	Presència de surfactant i agent quelant (10 punts) SI-10 punts / NO – 0 punts		10,00	
	Capacitat de retenció i absorció vertical – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima i presència de més d'una capa (fins a 10 punts)			10,00
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i suau, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada (fins a 5 punts)		5,00	
	Mal·leabilitat per ferides amb cavitats: Capacitat de l'apòsit per adaptar-se i conformar-se a ferides amb cavitats o depressions, mantenint el contacte amb la superfície lesionada i preservant la funcionalitat (fins a 10 punts)			10,00
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 1 punt)	Microadaptació al lit de la ferida – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se de manera precisa a la superfície de la ferida quan entra en contacte la gelificació amb l'exsudat, garantint l'eficàcia terapèutica (fins a 5 punts)		5,00	
	Apòsit equivalent sense plata – Es valorarà que es pugui donar continuïtat al tractament amb la mateixa tecnologia amb un apòsit sense plata (2 punts) SI-2 punt / NO – 0 punts			2,00
Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punt)		1,00	
	Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts			1,00
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 1 punt)	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts		1,00	
Valoració Global (màxim 45 punts)			45,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració			45,00	

	Presentacions d'apòsits – presentació ajustada als marges superiors. Per exemple: si es sol·licita: 10x10 (+/-2), obtindrà la puntuació d'aquest criteri una presentació superior o igual a 10x10 però no inferior a 10x10 (1 punt)	0,00	-	1,00	0,00	0,00	-	Smith & Nephew, Coloplast i Izasa- en alguna/es de les mesures la part activa és inferior, tot i estar dins els marges establerts.
	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt NO – 0 punts	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 10 punts)	Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint l'asepsia i preservant les propietats del producte (fins a 5 punts)	2,00	-	3,00	5,00	2,00	-	Coloplast - com a sistema d'aplicació conté 3 llengüetes en totes les mides, fet que facilita la manipulació de l'apòsit durant la col·locació Farmaban - L'apòsit gran té com a sistema d'aplicació 3 llengüetes que facilita la manipulació de l'apòsit durant la col·locació. Smith&Nephew i Izasa - Totes les presentacions tenen dues llengüetes
	Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts)	2,00	-	2,00	2,00	2,00	-	
	Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	2,00	-	0,00	0,00	0,00	-	Coloplast i Izasa- s'arruga i no es pot reposicionar Farmaban - si es reposiciona perd l'adhesiu
	Valoració Global (màxim 50 punts)	30,00	-	25,00	42,00	18,00	-	
	Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració	36,03	-	-	50,00	-	-	

* **Telic SAU** - Presenta la mateixa referència pel codi 100031612 on sol·licitem un apòsit amb una part activa de 6 CM x 6 CM (+/- 1,5 CM) i pel codi 100033809 on sol·licitem un apòsit amb una part activa de 4,5 CM x 4,5 CM (+/- 0,5 CM). Per ambdues referències presenten un apòsit amb una part activa de 6,4 CM x 6,4 CM, no complint les mesures sol·licitades pel codi 100033809. Per aquest motiu es desestima.

* **Garric Medica** - Es sol·licitava l'entrega de mostres abans de l'obertura dels sobres B, 3 unitats de cada apòsit, les mostres no van ser entregades i per aquest motiu es desestima.

* Tal i com indica en els criteris d'adjudicació (Annex IV), per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Es troba en aquesta situació Farmaban, S.A. i IZASA HOSPITAL, SLU

3.-Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 10 punts)	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-	Igrobe - L'envàs no disposa de cap pestanya per obrir amb facilitat. Cal tallar l'envàs amb tisores o estripar l'embolcall. No facilita el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril.
	Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte (fins a 5 punts)	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0,00	-	-	-
Valoració Global (màxim 50 punts) Puntuació aplicant la fórmula de valoració	Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts)	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	-	-	-	
	Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
		37,00	31,00	34,00	50,00	33,00	36,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	

***Telic** - Sol·licitem uns apòsits d'espuma de poliuretà amb silicona a tota la totalitat, sense vora i semiadherent. Pel codi 100018215 presenten un apòsit que no és semiadherent, els apòsits que presenten no són d'espuma de poliuretà. Per aquest motiu es desestima

***Essity** - Sol·licitem un apòsit semiadherent i els apòsits que presenten no són Per aquest motiu es desestima

***Garric Medica** - Es sol·licitava l'entrega de mostres abans de l'obertura dels sobres B, 3 unitats de cada apòsit, les mostres no van ser entregades i per aquest motiu es desestima.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PE
Lot	DR11 - APOÏT HIDROCOLOIDE ULTRAFI

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Motius, si la puntuació no és la màxima.	
		ENELEN HEALTH& CARE SL	SOL MILLENNIUM ESPAÑA SL	LAB. URGO, S.L.	CONVATEC, S.L.		BARNA IMPORT MEDICA S.A.
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 35 punts)	Adhesiu – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perlfesional alhora que ofereix una fixació eficaç (fins a 5 punts) Presència de rugositat per adherència – Es valorarà que l'apòsit ofereixi una superfície lleugerament rugosa, o equivalent, que millori l'adherència d'altres apòsits (fins a 10 punts) Conté pectina en la seva composició (fins a 10 punts) SI conté pectina - 10 punts / NO conté pectina – 0 punts Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell (fins a 10 punts) Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició... (fins a 1 punts)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Enelen, Solmilènim, Urgo i Barna Import - els apòsits no ofereixen una superfície lleugerament rugosa o equivalent que millori l'adherència d'altres apòsits Enelen, Solmilènim, Urgo i Barna Import - no conté pectina Urgo i Barna Import - La retirada no és fàcil i és una mica dolorosa
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Barna Import - embolcall no transparent
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 3 punts)	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Enelen, Solmilènim - si hi ha humitat perd part de l'adhesió Urgo i Barna Import - no es pot recolocar, s'enganxa entre ell i s'arruga
Valoració Global (màxim 40 punts)		19,00	19,00	13,00	40,00	12,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-	-	40,00	-	

* Tal i com indica en els criteris d'adjudicació (Annex IV), per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 21 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà exclòs del procediment. Es troba en aquesta situació: ENELEN HEALTH&CARE SL, SOL MILLENNIUM ESPAÑA SL, LAB. URGO, S.L. i BARNA IMPORT MEDICA S.A.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR12 - FIBRA ABSORBENT SENSE ALGINAT

	Criteris de valoració	Empreses presentades		Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		CONVATEC, S.L.	ESSITY SPAIN, SL		
<p>1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 47 punts)</p>	<p>Percentatge de carboximetilcel·lulosa en la seva composició – Es donarà la màxima puntuació a l'apòsit que contingui un major % de carboximetilcel·lulosa en la seva composició, la resta d'ofertes obtindran la puntuació que resulti de la següent fórmula: (fins a 6 punts)</p> <p>PV = AC * PC / CC PV = Puntuació a valorar CC = més % de carboximetilcel·lulosa AC = altre % de carboximetilcel·lulosa PC = Puntuació criteri</p>	6,00	0,00	6,00	Convatec - No especifica el % de carboximetilcelulosa de la composició Convatec - 85%
	<p>Capacitat de retenció i absorció vertical – Es consideraran òptims els productes amb retenció elevada i dispersió lateral mínima i presència de més d'una capa (fins a 10 punts)</p>	10,00	5,00	10,00	Essity - Absorció molt lenta i dispersió lateral moderada
	<p>Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada, tipus cosit o equivalent (fins a 10 punts)</p>	10,00	0,00	10,00	Essity - Amb una quantitat d'exudat normal es desfa i deixa residus
	<p>Mal·leabilitat per ferides amb cavitats: Capacitat de l'apòsit per adaptar-se i conformar-se a ferides amb cavitats o depressions, mantenint el contacte amb la superfície lesionada i preservant la funcionalitat (fins a 6 punts)</p>	6,00	6,00	6,00	
	<p>Microadaptació al lit de la ferida – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se de manera precisa a la superfície de la ferida quan entra en contacte la gelificació amb l'exsudat, garantint l'eficàcia terapèutica (fins a 10 punts)</p>	10,00	10,00	10,00	
	<p>Apòsit equivalent amb plata – Es valorarà que es pugui donar continuïtat al tractament amb la mateixa tecnologia amb un apòsit amb plata (3 punts)</p>	3,00	0,00	3,00	Essity - No té un apòsit de plata amb la mateixa tecnologia
	<p>SI -3 punt / NO – 0 punts</p>		2,00	2,00	
	<p>Composició – la composició és 100% cel·lulosa i lliure de components plàstics (2 punts)</p> <p>- SI 100% cel·lulosa-1 punt / NO 100% cel·lulosa – 0 punts</p> <p>- SI lliure de components plàstics-1 punt / NO lliure de components plàstics – 0 punts</p>		1,00	1,00	
	<p>Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició..... (fins a 1 punt)</p> <p>Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt)</p> <p>SI – 1 punt / NO – 0 punts</p>		1,00	1,00	
	<p>3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 3 punts)</p>	<p>L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt)</p> <p>SI – 1 punt / NO – 0 punts</p>	1,00	1,00	1,00
Valoració Global (màxim 50 punts)		50,00		50,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00		26,00	

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR13 - AP. ALLEUJAMENT PRESSIÓ-TALÓ NO ADHESIVA

	Criteris de valoració	Empreses presentades					Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		SMITH & NEPHEW	ENELEN HEALTH& CARE SL	LIDERMED SA	Farmaban, S.A.	IZASA HOSPITAL, SLU		
1. Composició del material i el seu comportament : es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 40 punts)	Adaptabilitat, modelable – Es valorarà la capacitat per ajustar-se al taló (fins a 10 punts) Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla: Es valorarà la capacitat de la talonera per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el taló (fins a 10 punts) Sistema de subjecció – la talonera presenta sistema de subjecció (10 punts) SI que te sistema de sujecció– 10 punts NO te sistema de subjecció– 0 punts Sense soldadures – la talonera no presenta soldadures a les zones de pressió (10 punts) SI que te soldadures a les zones de pressió - 0 punts NO te soldadures a les zones de pressió – 10 punts	-	-	-	-	-	10,00	
2. Tipus d'emballatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punt) Envàs individual amb pictogrames de col·locació (4 punts) SI – 4 punts / NO – 0 punts	-	-	-	-	-	1,00	
Valoració Global (màxim 45 punts)		-	-	-	-	-	0,00	B.Braun - L'envàs no conté pictogrames de col·locació
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-	-	-	-	41,00	
		-	-	-	-	-	45,00	

*Lidermed, Farmaban, Enelen, Smith i Izasa - En el PPT s'especifica que cobreixin els mal·leols, les taloneres presentades per aquests proveïdors no cobreixen els mal·leols. Per aquest motiu es desestimen.

Expedient número	26SM01.10P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR14 - SOLUCIÓ ÀCIDS GRASOS HIPEROXIGENATS

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		LAB. URGO, S.L.	BARNA IMPORT MEDICA S.A.	B. BRAUN MEDICAL, SA	ATIKA PHARMA, SL		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 10 punts)	Absorció i durabilitat – Es valorarà la capacitat per ser absorbida eficaçment per la pell i mantenir la seva eficàcia durant un període prolongat (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-		
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 2 punts)	Visualització de les característiques de l'envàs– Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 2 punt)	2,00	2,00	2,00	-		
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 18 punts)	Disseny de l'envàs: Envàs que permeti l'aprofitament complet de la solució, facilitant l'extracció total o gairebé total del producte sense residus. (fins a 9 punts) Difusor net i segur – Es valorarà la capacitat del difusor per dispensar la solució sense gotejar ni vessar, mantenint l'envàs net i evitant contaminació i/o pèrdues de producte (fins a 9 punts)	9,00	9,00	9,00	-		
Valoració Global (màxim 30 punts)		30,00	21,00	30,00	-		
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		30,00	21,00	30,00	-		

Enelen - la composició a la FT no especifica que contingui un mínim del 95% d'àcids graso hiperoxigenats

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR15 - AP. ALLEUJAMENT PRESSIÓ-TALÓ ADHESIVA

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.	
		SMITH & NEPHEW	SOL MILLENNIUM ESPAÑA SL	CONVATEC, S.L.	B. BRAUN MEDICAL, SA			MÖLNLYCKE
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 35 punts)	Adaptabilitat, modelable – Es valorarà la capacitat per ajustar-se al taló, sense plects ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original (fins a 10 punts)	3,00	-	-	5,00	10,00	Braun - El retorn a la forma original no és total S&N - La silicona lateral no té capacitat de retornar a la seva posició inicial	
	Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla: Es valorarà la capacitat de la talonera per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el taló (fins a 10 punts)	3,00	-	-	10,00	10,00	S&N - la zona del taló és petita per cobrir totes les mesures de peu, per aquest motiu hi ha més risc de lesions	
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 5 punts)	Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de la talonera es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell, afavorida per elements que facilitin la retirada (fins a 5 punts)	1,00	-	-	3,00	5,00	S&N - deixa residus a la retirada Braun - la retirada és un punt dolorosa	
	Capacitat de gestió de l'exsudat – Es valorarà la capacitat per absorbir, retenir i dispersar adequadament l'exsudat, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. (fins a 10 punts)	4,00	-	-	7,00	10,00	S&N - dispersió lateral elevada i abSORCIÓ lenta de l'exudat Braun -absorció lenta de l'exudat	
3. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 5 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició... (fins a 1 punt)	1,00	-	-	1,00	1,00		
	Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	-	-	1,00	1,00		
4. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 5 punts)	Envàs individual amb pictogrames de col·locació (3 punts) SI – 3 punts / NO – 0 punts	3,00	-	-	0,00	3,00	Braun - l'envàs no conté pictogrames de col·locació	
	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	-	-	1,00	1,00		

3. Adequació del producte als procediments assistencials: (fins a 10 punts)	Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte (fins a 3 punts)	3,00	-	-	3,00	3,00
	Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts)	1,00	-	-	2,00	2,00
	Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 4 punts)	0,00	-	-	1,00	4,00
	Valoració Global (màxim 50 punts)	21,00	-	-	34,00	50,00
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració						
50,00						

*Solmilenum, Convatec, - l'apòsit no cobreix els maleols tal i com es sol·licita en el PPT, per aquest motiu es desestima.

* Tal i com indica en els criteris d'adjudicació (Annex IV), per tal d'accedir a la següent fase de valoració, oferta econòmica (sobre-C), caldrà assolir un mínim de 26 punts en la valoració tècnica, en cas contrari no passarà a la següent fase i quedarà excòls del procediment. Es troba en aquesta situació
SMITH & NEPHEW

Expedient número	26SM0110P - PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR18 - APÒSIT DE SILICONA

	Criteris de valoració	Empreses presentades					Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		LAB. HARTMANN, S.A.	B. BRAUN MEDICAL, SA	MÖLNLYCKE	ESSITY SPAIN, SL	GARRIC MEDICA, SA		
1. Composició del material i el seu comportament : es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 40 punts)	Adaptabilitat, modelable – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals (fins a 10 punts) Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell (fins a 5 punts) Transferència de l'exsudat - Es valorarà la capacitat de l'apòsit per permetre el pas controlat de l'exsudat cap a l'apòsit secundari, mantenint la ferida i la pell perilesional lliures d'humitat excessiva i reduint el risc de maceració. (fins a 10 punts) Visualització de la ferida – Capacitat de l'apòsit per permetre l'observació clara del llit de la ferida sense necessitat de retirar-lo, facilitant el control i seguiment de l'evolució (fins a 5 punts) . Permanència prolongada – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per mantenir-se en la ferida durant 72 hores sense perdre funcionalitat, adhesió ni integritat estructural (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-	0,00	0,00	Garric - a la col·locació les vores s'arruguen amb facilitat fent perdre la seva funcionalitat
2. Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 2 punts)	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punt) Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	Garric - en ocasions deixa la pell parcialment enganxosa
		5,00	5,00	5,00	-	4,00		
		10,00	10,00	10,00	-	10,00		
		5,00	5,00	5,00	-	5,00		
		10,00	10,00	10,00	-	3,00		
		1,00	1,00	1,00	-	1,00		
		1,00	1,00	0,00	-	1,00		Mölnlycke - Embolcall no transparent
		1,00	1,00	1,00	-	1,00		

3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 8 punts)	Apòsit compatible amb la TPN (3 punt) Sí – 3 punt / NO – 0 punts	3,00	3,00	3,00	-	0,00	Garric- quan s'usa amb la TPN el tacte amb l'esponja no s'adapta correctament, podent no cobrir el total del llit de la ferida
	Retallable – es valorarà que l'apòsit es pugui retallar en qualsevol direcció (fins a 1 punt) Sí – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	-	1,00	
	Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint l'asèpsia i preservant les propietats del producte (fins a 1 punts)	1,00	1,00	1,00	-	1,00	
	Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 1 punts)	1,00	1,00	1,00	-	1,00	
	Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 1 punts)	1,00	1,00	1,00	-	0,00	Garric - en la recol·locació les vores s'arrugen i perd funcionalitat
	Valoració Global (màxim 50 punts)	50,00	50,00	49,00	-	28,00	
	Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració	50,00	50,00	49,00	-	28,00	

Essity - adhereix per una sola cara, demanem que adhereixi per ambdues cares. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	26SM0110P - PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR19 - APÒSIT FOAM SACRE ADHESIU

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		SMITH & NEPHEW AU	TELIC,S	MÖLNLYCKE	ESSITY SPAIN, SL		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 42 punts)	Adaptabilitat, modelable – Es valorarà la capacitat per ajustar-se a diferents zones anatòmiques sense perdre propietats funcionals, sense plecs ni desprendiments així com la capacitat de retorn a la seva forma original. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	Smith & Nephew- 16,7 ample i la petita 15,7
	Adhesiu – Es valorarà que l'adhesiu sigui respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una fixació eficaç. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
	Fixació i segellat zona interglútia – Es valorarà la capacitat per adherir-se de manera segura a la zona sacra, assegurant un segellat eficaç. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
	Capacitat de recol·locació - Possibilitat de retirar i reposicionar l'apòsit per permetre la revisió diària de la ferida sense deteriorament del producte ni pèrdua de les seves propietats funcionals. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
	Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
	Estructura de 5 capes (2 punts) SI – 2 punts / NO – 0 punts	-	-	2,00	-	2,00	
	Capacitat anisotròpica en el pla horitzontal – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per oferir propietats mecàniques diferents segons la direcció dins del mateix pla, millorant l'adaptació i la fixació en zones anatòmiques amb moviments o tensions variables. (fins a 3 punts)	-	-	3,00	-	3,00	
	Capacitat de gestió de l'exsudat – Es valorarà la capacitat per absorbir, retenir i dispersar adequadament l'exsudat, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
	Capacitat de monitoritzar l'exsudat – Es valorarà capacitat de l'apòsit per permetre l'avaluació visual o mitjançant indicadors del volum i tipus d'exsudat, facilitant el seguiment de l'evolució de la ferida sense necessitat de retirar el producte. (fins a 2 punts)	-	-	2,00	-	2,00	
	Alleugeriment de pressió, fricció i cisalla: Es valorarà la capacitat de l'apòsit per redistribuir la pressió, reduir la fricció i minimitzar les forces de cisalla sobre el sacre (fins a 5 punts)	-	-	5,00	-	5,00	
Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punts)	-	-	1,00	-	1,00		

<p>3.1. Tipus de contenidor i forma de presentació del producte (fins a 3 punts)</p>	<p>Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts</p> <p>Envàs individual amb pictogrames de col·locació (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts</p> <p>L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 5 punts)</p>	<p>Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit, garantint la higiene i preservant les propietats del producte (fins a 2 punts)</p> <p>Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>2,00</p> <p>2,00</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p>Valoració Global (màxim 50 punts)</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>50,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració</p>		<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>50,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

*Smith & Nephew - Pel codi 100044419 sol·licitem un apòsit de 15,4 cm x 19,8 cm (+/-0,5), presenten un apòsit que a la seva part més gran fa 16,7 cm. Per aquest motiu es desestima.

* Telic - Pel codi 100044419 sol·licitem un apòsit de 15,4 cm x 19,8 cm (+/-0,5), presenten un apòsit que a la seva part més gran fa 18 cm. Per aquest motiu es desestima.

* Essity - Pel codi 100044419 sol·licitem un apòsit de 15,4 cm x 19,8 cm (+/-0,5), presenten un apòsit de 14 x 16,7 cm. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR20 - APOSIT SÚPER ABSORBENT

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		CONVATEC, S.L.	IGROBE RODAR 2001, SLU	ESSITY SPAIN, SL	GARRIC MEDICA, SA		
		10,00	10,00	10,00	-		
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'ús del	Impermeabilitat de la capa externa: Es valorarà la capacitat de la capa externa de l'apòsit per impedir el pas de l'aigua (fins a 10 punts) Capacitat d'absorció - Capacitat de l'apòsit per captar i retenir un alt volum d'exsudat de manera eficient, mantenint la pell perilesional seca i reduint el risc de maceració. (fins a 10 punts) Mal·leabilitat i flexibilitat – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per adaptar-se fàcilment a la morfologia i moviments de la zona d'aplicació, mantenint el contacte òptim amb la pell sense perdre funcionalitat. (fins a 10 punts) Compatibilitat amb teràpia de compressió – Es valorarà la capacitat de l'apòsit per mantenir les seves propietats funcionals i estructurals quan s'utilitza conjuntament amb un sistema de compressió, sense comprometre l'eficàcia del tractament. (fins a 10 punts)	10,00	10,00	10,00	-	10,00	
2. Tipus d'emballatge i forma de presentació del producte (fins a 2	Valoració de l'envàs individual de l'apòsit – Es valorarà la ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència, composició.... (fins a 1 punt) Embolcall transparent per una fàcil identificació i visualització del producte (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	1,00	1,00	1,00	-	1,00	
3. Adequació del producte en el moment d'ús en els procediments assistencials (fins a 8 punts)	L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts Sistema d'aplicació – Es valorarà que el disseny del paper protector de l'apòsit permeti la col·locació sense necessitat de tocar directament la zona terapèutica de l'apòsit , garantint la higiene i preservant les propietats del producte (fins a 3 punts) Paper protector – Es valorarà que el paper protector es pugui retirar fàcilment i que sigui flexible, facilitant la manipulació de l'apòsit durant la col·locació (fins a 2 punts) Fàcil recol·locació – possibilitat de reposicionar l'apòsit durant la col·locació o manipulació sense perdre adhesió ni funcionalitat (fins a 2 punts)	1,00	1,00	1,00	-	1,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)		45,00	21,00	25,00	-	50,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	26,00	30,00	-		

*Garric Medica - No ha aportat les mostres obligatòries. Per aquest motiu es desestima.

*Atès que hi ha dos criteris que no aplica la seva valoració, no es tindrà en compte, en aquest lot, els llistats mínims de qualitat indicats a l'annex IV i tots els proveïdors valorats passaran a la següent fase de valoració, sobre C.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR21 - REGENERACIÓ CEL·LULAR

Empreses presentades		Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Kledos Cell Tech, S.L.			
Criteris de valoració			
1. Composició del material i el seu comportament: es valoraran les característiques i qualitat del material d'acord amb els requeriments d'us del producte (fins a 40 punts)	Facilitat d'aplicació – Es valorarà que el producte es pugui aplicar de manera fàcil i uniforme sobre la zona afectada, amb una textura i consistència que permetin una aplicació controlada i còmoda per al professional sanitari (fins a 10 punts)	10,00	
	Aprofitament del producte / minimització del malbaratament - Es valora la capacitat del producte per rendir al màxim amb la dosi recomanada, evitant pèrdues i assegurant que cada aplicació sigui eficaç sense necessitat d'utilitzar més quantitat del necessari. Així mateix, es té en compte que el disseny de l'envàs permeti extreure la totalitat, o gairebé tota, del contingut, contribuint a un ús eficient i econòmic del producte. (fins a 10 punts)	10,00	
	Seguretat per a la pell perilesional - S'avalua que el producte no provoqui irritació ni lesions addicionals a la pell circumdant de la ferida, garantint la protecció dels teixits sans i la tolerància cutània (fins a 10 punts)	10,00	
	Propietat desbridant - Es valora que el producte contribueixi a la desbridació de manera suau i efectiva, afavorint la neteja de la ferida i el procés de regeneració cel·lular sense necessitat de manipulacions agressives que puguin danyar el teixit. (fins a 10 punts)	10,00	
Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts) - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable	10 punts: el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de ≥95 % del contingut. 5 punts: es declara un aprofitament igual o superior al 90 %, però sense justificació tècnica detallada. 0 punts: no es justifica aquest aspecte o no s'especifica	10,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER
Lot	DR22 - APÒSITS BIOACTIUS MODULATS DE LES PROTEASES INFLAMATORIES

	Criteris de valoració	Empreses presentades	
		LAB. URGO, S.L.	Puntuació
1. Per tots els materials del lot (fins a 5 punts)	Facilitat en la retirada, sense deixar residus – Es valorarà que la retirada de l'apòsit es pugui dur a terme de manera fàcil i atraumàtica, sense provocar danys cutanis i sense que quedin restes adhesives o de material sobre la pell (fins a 4 punts) L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt / NO – 0 punts	4,00	Motius, si la puntuació no és la màxima.
2. Articles 100005340, 100026526, 100029915, 100045198, 100045200 i 100045201 (fins a 5 punts)	Capacitat de desbridament - Es valora que el producte contribueixi a la desbridació (fins a 5 punts)	5,00	
3. Articles 100005340 i 100026526 (fins a 10 punts)	Capacitat antibiofilm – (fins a 5 punts) Que no contingui alginat – (5 punts) SI – 0 punts / NO – 5 punts	5,00	
4. Articles 100029915, 100045198, 100045200, 100045201, 100045199 i 100045216 (fins a 5 punts)	Adaptabilitat i moldeabilitat (fins a 5 punts)	5,00	
5. Articles 100029915, 100045198, 100045200 i 100045201 (fins a 5 punts)	Capacitat de retenció i absorció vertical (fins a 5 punts)	5,00	
6. Articles 100045200 i 100045201 (fins a 10 punts)	Adhesiu respectuós amb la pell perilesional alhora que ofereix una bona fixació (fins a 5 punts) Capacitat de recol·locació (fins a 5 punts)	5,00	
7. Article 100045199 i 100045216 (fins a 10 punts)	Respectuós amb la pell (fins a 5 punts) Permeabilitat de l'exudat a l'apòsit secundari (fins a 5 punts)	5,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR23 - APÒSIT BACTERIOSTÀTIC

	ESSITY SPAIN, SL	
		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Criteris de valoració		
Possibilitat de retallar – (fins a 10 punts) Es valora que l'apòsit es pugui adaptar a diferents formes i dimensions de ferides, permetent un tall net i precís sense restes i/o deformacions del material.(fins a 10 punts) Que no deixi restes al llit de la ferida – (fins a 10 punts) Es valorarà que l'apòsit no desprengui fibres ni altres fragments que puguin quedar dins la ferida, evitant complicacions i facilitant la cura i la cicatrització	10,00	
Compatibilitat amb altres teràpies – (fins a 10 punts) Es valora la possibilitat d'utilitzar l'apòsit conjuntament amb teràpia de pressió negativa (TPN) i amb vendatge compressiu, sense que es comprometi la seva efectivitat ni la seguretat del pacient.	10,00	
Indicació per a ús a pediatria (10 punts) o el producte està indicat per pediatria – 10 punts o el producte NO està indicat per pediatria – 0 punts	10,00	
Valoració Global (màxim 40 punts)	40,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració	40,00	

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR24 - APOSIT DE COL·LÀGEN

		Empreses presentades
		ESSITY SPAIN, SL
Criteris de valoració		Motius, si la puntuació no és la màxima.
Possibilitat de retallar –(fins a 9 punts) Es valora que l'apòsit es pugui adaptar a diferents formes i dimensions de ferides, permetent un tall net i precís sense restes i/o deformacions del material (fins a 9 punts)	9,00	
Facilitat d'aplicació – Es valorarà que el producte es pugui aplicar de manera senzilla i uniforme sobre la zona afectada, amb una textura i consistència que permetin una aplicació controlada i còmoda per al professional sanitari (fins a 10 punts)	10,00	
Combinació de 3 col·làgens en la seva composició (10 punts) SÍ – 10 punts NO – 0 punts	10,00	
L'obertura de l'apòsit facilitarà el seu ús amb un sistema d'aplicació estèril (1 punt) SI – 1 punt NO – 0 punts	1,00	
Valoració Global (màxim 30 punts)	30,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració	30,00	

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR25 - CREMA PROTECTORA NO IRRITANT

	Criteris de valoració	Empreses presentades				Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	KCI CLINIC SPAIN, SL	IGROBE RODAR 2001, SLU	ESSITY SPAIN, SL		
Durabilitat de la protecció (>96 h): (fins a 10 punts) Es valorarà la durabilitat de la protecció segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació a la durabilitat més alta i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: Pv = Dm * PC / Dc Pv = Puntuació a valorar Dc = Durabilitat més elevada Dm = Durabilitat del proveïdor a calcular PC = Puntuació criteri.	-	-	-	10,00		Essity - superior a 96 hores	
Eficàcia de l'envàs (fins a 10 punts) - Es valorarà que el disseny de l'envàs permeti l'aprofitament màxim del producte, minimitzant el residu final no utilitzable: - 10 punts: el fabricant justifica mitjançant dades tècniques i/o declaració que l'envàs permet l'aprofitament de >95 % del contingut. - 5 punts: es declara un aprofitament igual o superior al 90 %, però sense justificació tècnica detallada. - 0 punts: no es justifica aquest aspecte o no s'especifica	-	-	-	10,00		Essity - permet aprofitar el 98% de producte	
Apte per a pacient immunodeprimits, neonatals i pediàtrics (10 punts) - Per obtenir aquesta puntuació cal que consti aquesta indicació a la fitxa tècnica del producte i/o en la documentació IFU del fabricant	-	-	-	10,00		Essity - Apte per pacient immunodeprimit, pediàtric i neonatal	
Temps d'absorció sense deixar pel·lícula (fins a 10 punts) Es valorarà el temps d'absorció sense deixar pel·lícula segons indicacions especificades a la fitxa tècnica o a l'IFU. Es donarà la màxima puntuació al temps d'absorció inferior i a la resta de propostes s'atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula: Pv = Tai * PC / Tav Pv = Puntuació a valorar Tai = Temps absorció inferior Tav = Temps absorció a valorar PC = Puntuació criteri.	-	-	-	10,00		Essity - 30 segons	
Valoració Global (màxim 40 punts)		-	-				
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		-	-				
		-	-				

Coloplast i KCI - A la documentació presentada diuen que proporciona una barrera de llarga o prolongada duració, però no diu quina duració. En el PPT es sol·licita un efecte protector de com a mínim 96 hores, i en el primer criteri de valoració s'indica el següent:
Si la dada no es troba en cap d'aquests dos documents (fitxa tècnica o IFU), l'oferta quedarà desestimada ja que es considerarà que no compleix amb els requeriments d'obligat compliment : EFECTE PROTECTOR DE COM A MÍNIM 96 HORES.
Per aquest motiu es desestima.
Igrobe - No indica a la seva documentació l'efecte protector de com a mínim 96 hores. Per aquest motiu es desestima.

Expedient número	26SM0110P -PRODUCTES DE CURA I PREVENCIÓ DE LESIONS PER PRESSIÓ
Lot	DR26 - TERÀPIA DE COMPRESSIÓ

		Empreses presentades	
		LAB. URGO, S.L.	
	Criteris de valoració	Puntuació	Motius, si la puntuació no és la màxima.
Per ambdós materials	Indicació en teràpia de compressió (fins a 5 punts) Es valora que el sistema estigui específicament indicat per al tractament amb compressió de les extremitats inferiors.	5,00	
	Envàs amb informació clara (fins a 5 punts) Es valora que l'envàs incorpori de forma visible la indicació de compressió que proporciona i les mides corresponents, garantint un ús adequat i segur.	5,00	
	Facilitat de col·locació (fins a 5 punts) Es considera que el sistema permeti una aplicació senzilla, intuïtiva i ràpida per part del professional, minimitzant errors d'ús.	5,00	
	Facilitació de la mobilitat de l'extremitat (fins a 10 punts) Es valora que el sistema mantingui la compressió sense comprometre la mobilitat funcional de l'extremitat del pacient, afavorint la deambulació i la qualitat de vida.	10,00	
	Manteniment de la compressió (10 punts) Es considera imprescindible que el sistema assegurï una compressió estable i efectiva durant un període mínim de 7 dies, sense pèrdua significativa de pressió terapèutica. SI – 10 punts / NO – 0 punts	10,00	
Pel material 11465	Bena externa cohesionada (10 punts) Es considera positiu que la bena externa sigui cohesionada, de manera que s'adhereixi sobre si mateixa, facilitant la fixació i evitant la necessitat d'elements addicionals SI – 10 punts / NO – 0 punts	10,00	
	Embolcalls individuals de cada bena del kit (5 punts) Es té en compte que cada bena estigui presentada en embolcall individual, preservant la higiene i la traçabilitat del producte. SI – 5 punts / NO – 0 punts	5,00	
Valoració Global (màxim 50 punts)		50,00	
Puntuació aplicant la fórmula de les regles de valoració		50,00	