



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES I PERIÒDIQUES DELS EQUIPAMENTS CIENTÍFICS UBICATS EN ESPAIS EXPERIMENTALS I DOCENTS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Realitzar les inspeccions tant reglamentàries com periòdiques dels equipaments científics de treball de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ubicats als espais experimentals i docents propis i custodiats i gestionats per les estructures pròpies de la URV, segons les disposicions mínimes del Reial Decret 1215/1997 i de l'equipament científic a pressió segons el Reial Decret 809/2021 pel que s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

Necessitats administratives:

La contractació aliena és necessària degut a què la URV no disposa dels recursos humans tècnicament qualificats i materials per a realitzar aquestes activitats.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

Són objecte del present servei els equipaments científics de treball (màquines, aparells a pressió, muntatges, prototips i eines/instruments) propietat de la URV ubicats als seus espais experimentals.

El servei estarà basat en les següents inspeccions:

- **76** unitats de muntatges i equipament científic a auditar amb periodicitat anual (annex I).
- **25** unitats d'autoclaus a auditar segons periodicitat reglamentària (annex II).
- **9** unitats d'altre equipament científic a pressió dels espais experimentals a auditar amb una periodicitat reglamentària (annex III).
- Nous equips i nous muntatges a auditar.

Les inspeccions seguiran els criteris de la normativa que escaigui i/o les seves successives actualitzacions:

- RD 1215/1997
- RD 809/2021



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

La URV està organitzada en diferents centres i campus. Els equips a auditar es troben ubicats a les poblacions de Tarragona, Reus, Constantí, Tortosa, Vila-seca, Falset i El Vendrell:

- Reus centre: FMCS
- Reus Campus Bellissens: PCTNS
- Campus Sescelades: ETSE-ETSEQ, FQIFE, N5, Plantes pilot, SRCiT, CTTi, FCEP.
- Campus Catalunya: FLL, FI.
- Finca experimental Mas dels Frares (Constantí)
- Campus Terres de l'Ebre a Tortosa
- Campus Vila-seca
- Falset
- Seu del Baix Penedès a El Vendrell

El servei contractat inclou les inspeccions i la presentació dels resultats en paper, en suport digital i en plataforma web segons les condicions descrites en aquest plec, així com la identificació in situ dels equipaments inspeccionats mitjançant etiquetes.

Mitjançant la plataforma web l'adjudicatari es comunicarà amb la URV i presentarà totes les dades relacionades amb el contracte, com són els informes del resultat de les auditories, els calendaris, els programes, i les memòries tècniques anuals.

La presentació de les dades en format web tindrà una estructura que permetrà a cada responsable accedir als registres de la seva unitat.

L'adjudicatari, en un termini no superior a un mes a comptar des de la signatura del contracte, estarà en disposició de tenir activa la plataforma web esmentada operativa amb la totalitat de les dades incloses als annexes.

3. METODOLOGIA:

L'empresa adjudicatària del contracte haurà de comptar amb una autorització emesa per la Generalitat de Catalunya per actuar com a organisme de control d'acord amb el Decret 30/2010 que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2008 de seguretat industrial. **No es podrà valorar cap oferta econòmica de cap empresa que no hagi presentat la documentació acreditativa d'aquesta autorització o la referència de publicació al DOGC de la resolució d'autorització.**

El contracte es durà a terme de forma planificada i acordada prèviament entre l'adjudicatari i la URV i contindrà els següents punts de forma obligatòria:

- L'adjudicatari assignarà una persona interlocutora única amb titulació Enginyer/a o equivalent, amb poder de decisió, per a coordinar l'execució del contracte.
- L'adjudicatari del contracte haurà d'assumir el rol d'auditor de la URV pel que fa a l'equipament científic de treball, muntatges i equipament científic a pressió i els



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

elements de seguretat associats. Això implica que el contracte inclou les visites, inspeccions i l'elaboració dels informes tècnics vinculats.

- L'adjudicatari proposarà a la URV el protocol específic per a les inspeccions de l'equipament científic de treball, equipament científic a pressió i muntatges de la URV, incloent els ítems que s'avaluen.
- L'adjudicatari durant el primer mes de contracte farà una proposta de format d'informe tècnic dels resultats de les inspeccions, que serà validada per la URV.
- L'adjudicatari durant el primer mes de contracte farà una proposta de l'etiqueta amb la que s'identificaran els equips inspeccionats, que serà validada per la URV.
- L'adjudicatari posarà a disposició de la URV, dins el mes següent a la signatura del contracte, una aplicació informàtica via web que permeti controlar l'estat de "conforme" o "no conforme" dels equips, certificats de conformitat, check-lists, calendaris d'inspeccions i llistats per categories, amb accés pels interlocutors de prevenció que la URV indiqui.
- Cada empresa licitadora haurà de presentar una mostra de la seva aplicació web plenament operativa. Aquesta mostra inclourà al menys 10 equipaments dels que figuren als annexes. **No es podrà valorar cap oferta econòmica de cap empresa que no hagi presentat una mostra de l'aplicació informàtica, ja que aquesta aplicació és condició mínima indispensable per a poder valorar l'oferta.**
- L'estat de CONFORME/NO CONFORME ha d'aparèixer de forma clara i inequívoca tant a les etiquetes que es posaran a cada equip el mateix dia de la inspecció, com als informes en paper i format electrònic que es penjaran a l'aplicació.
- Tota la documentació generada en l'execució del contracte estarà disponible per a consulta a l'aplicació en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la realització de la visita d'inspecció.
- L'aplicació informàtica via web oferirà als interlocutors que designi la URV:
 - Entrada via password per interlocutor
 - Visualitzar el programa de visites d'inspecció
 - Visualitzar les properes inspeccions reglades i acordades
 - Visualitzar l'històric d'inspeccions per cada un dels equips i muntatges objecte del contracte
 - Accedir als certificats de conformitat o no conformitat dels equips i muntatges objecte del contracte
 - Relació d'equipament científic de treball, muntatges i equipament científic a pressió per centre i departament
 - Informes
 - Memòries anuals



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

- Resum de les inspeccions i estat de les mateixes en arxiu de full de càlcul, on es visualitzi per centre/departament/laboratori les inspeccions realitzades i es pugui descarregar, des del mateix full de càlcul, el certificat de l'informe de conforme/no conforme de l'equip i/o muntatge
 - Llistat dels equips i/o muntatges NO CONFORMES de forma segregada
 - Una arquitectura que permeti que cada interlocutor pugui veure la informació relativa a la seva unitat i que els responsables del contracte puguin accedir a tota la informació
 - Explotació de les dades i extracció d'estadístiques
 - L'adjudicatari programarà la formació necessària sobre l'aplicació web adreçada als interlocutors designats per la URV durant el primer mes de contracte
- En el moment de la inspecció, l'empresa adjudicatària indicarà in situ en cada cas i d'una manera clara el resultat de la inspecció mitjançant una etiqueta identificativa.
 - L'etiqueta identificativa de cada equipament científic de treball, equipament científic a pressió o muntatge equip inclourà com a mínim:
 - Número d'inventari, codificació de l'equip i ubicació.
 - Nom de l'equip.
 - Número de sèrie.
 - Normativa de referència de la inspecció.
 - Data de la inspecció i data recomanada per la següent inspecció.
 - Resultat de la inspecció: CONFORME/NO CONFORME
 - Identificació de l'empresa inspectora.
 - El format utilitzat serà aprovat pel personal de la URV encarregat per a la gestió del contracte
 - L'empresa adjudicatària, amb caràcter periòdic i sempre com a mínim amb 3 setmanes d'antelació a l'inici de les inspeccions, entregarà a SRCIT i penjarà a l'aplicació web, un cronograma de les inspeccions on s'indicarà el centre/departament/laboratori i equip o muntatge implicats dies i hores d'inspecció. També, amb la mateixa antelació, s'enviarà un avís via correu electrònic als interlocutors implicats (departament, deganat, consergeria del centre).
 - Una setmana abans de l'inici de les inspeccions, l'empresa adjudicatària enviarà un correu electrònic recordatori de les inspeccions que es realitzaran als interlocutors afectats amb còpia a SRCIT.
 - Si un equipament científic de treball, equipament científic a pressió o muntatge és "no conforme", s'identificarà in situ el seu estat NO CONFORME i es generarà el certificat corresponent com a no conforme. Paral·lelament s'enviarà un correu electrònic a l'interlocutor vinculat amb còpia al responsable del contracte, comunicant aquest fet i el motiu exacte que ha originat la no conformitat.
 - Si l'empresa adjudicatària detecta un equip, muntatge o equip a pressió NO CONFORME amb desviacions greus, l'adjudicatari posarà immediatament una etiqueta

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



**UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI**

de NO CONFORME visible en l'equip, i immediatament ho comunicarà per telèfon al responsable del contracte.

- Cada inspecció implicarà com a mínim el registre de la següent informació, que apareixerà a l'informe pertinent:
 - Ubicació segons denominació interna de la URV
 - Codificació de l'equip
 - Número d'inventari associat a l'equip i/o muntatge
 - Fotografia de l'equip i/o muntatge
 - Normativa que ha de complir segons sigui equipament científic de treball, equipament científic a pressió o muntatge
 - Estat de conformitat
 - Motius de la no conformitat (si s'escau)
 - Relació de les deficiències detectades
 - Certificat de conformitat de l'equip i/o muntatge i data de propera inspecció si escau
 - Signatura del tècnic adjudicatari

De manera general s'inclourà:

- Altres recomanacions relacionades
- Descripció del protocol seguit
- Dades tècniques
- Informe de protocol de proves si escau
- En aquells casos en que la normativa ho indiqui (especialment RD 809/2021), els informes es complementaran amb els certificats de revisió periòdica pertinents i les etiquetes oficials emeses per les autoritats competents (Generalitat de Catalunya). Les taxes oficials corresponents a l'emissió d'aquests documents estan incloses en el preu de licitació.
- Les comunicacions, els informes i els certificats (amb la fotografia de l'equip) es realitzaran i estaran disponibles a l'aplicació informàtica via web. Totes les comunicacions aniran adreçades als interlocutors de cada departament amb còpia als degans/directors dels centres i interlocutors de SRCIT i OPRL.
- La detecció per part de l'adjudicatari de nous equips i/o muntatges susceptibles d'haver de ser inspeccionats, serà comunicada als responsables del contracte via correu electrònic abans de ser inclosos al circuit.
- L'adjudicatari haurà d'acreditar que els equips de mesura emprats a les proves durant les inspeccions compten amb els calibratges periòdics necessaris.
- L'adjudicatari impartirà cursos de formació per a personal URV que treballi amb equipament científic a petició de la URV dins del preu del contracte (2 sessions anuals mínim).



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



**UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI**

- Des del moment que es sol·liciti l'auditoria d'un nou equip i/o muntatge, el temps màxim de resposta serà de 10 dies naturals.
- L'actuació a seguir amb qualsevol equip inclòs o no inclòs als annexos serà la següent: hi haurà una primera visita per a valorar la conformitat de l'equip, i visites successives en cas de que sigui "NO CONFORME" dins del preu de contracte (mínim 3 visites addicionals per equip) per a valorar si ha estat corregida la causa de no conformitat. Es valorarà com a millora l'increment de visites addicionals.
- L'adjudicatari amb una periodicitat anual farà arribar al SRCiT i a l'OPRL una memòria anual (suport digital) amb un resum dels equips auditats, indicadors per departament, etc., per poder fer estadístiques comparatives anuals.
- En cas de ser sol·licitat per l'OPRL i/o el SRCiT, l'adjudicatari es personarà per defensar i explicar els seus informes.

4. REALITZACIÓ DEL SERVEI:

El servei es realitzarà dins l'horari laboral de la URV, sempre prèvia concertació de cita amb SRCiT i l'interlocutor del departament interessat.

L'adjudicatari es coordinarà, seguint la llei de prevenció de riscos laborals i RD de coordinació empresarial, amb l'OPRL.

5. RECURSOS HUMANS:

L'empresa haurà d'adscriure els recursos humans amb la formació i experiència documentades, que es consideri necessària i adient per a la correcta realització de les prestacions objecte del contracte.

6. FACTURACIÓ:

L'empresa adjudicatària emetrà una factura cada trimestre vençut per l'execució del servei objecte del contracte.

Com a norma general, el concepte de les factures inclourà, a més de les dades habituals, el període de facturació a que correspon indicant el dia d'inici i final del trimestre, tenint en compte que el dia inicial del primer trimestre serà el d'inici del contracte i que aquest número de dia serà el d'inici de tots els trimestres del contracte.

Debora Cano Acedo
Tècnica del Servei de Recursos Científics i Tècnics



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

ANNEX I: EQUIPAMENT CIENTÍFIC DE TREBALL. RD 1215/97

Nº	Nom	CENTRE	DEPARTAMENT	POBLACIÓ
1	BBG-ETSE-R223-02. Incubadora orbital MAX 4000	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
2	BIOMICRO-Lab-05 Set-Up d'electrofisiologia	FMCS	DCMB	Reus
3	BIOTENOL-R-121-01 Mini-beadheater	FQIFE	DBB	Tarragona
4	CATALHOM-223-01. Caixa seca. Nº 044965	FQIFE	DQFIQI	Tarragona
5	CATALHOM-224-01 Mescla de monòxid de carboni o hidrògen	FQIFE	DQFIQI	Tarragona
6	CATHETER-223-01 Reactor d'alta pressió	FQIFE	DQFIQI	Tarragona
7	CELLER-01. Capsuladora. Màquina per col·locar caputxó a les ampolles	Mas Experimental	DBB	Constantí
8	DEEEIA-D-01-1. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
9	DEEEIA-D-01-2. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
10	DEEEIA-D-01-3. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
11	DEEEIA-D-01-4. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
12	DEEEIA-D-01-5. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
13	DEEEIA-D-01-6. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
14	DEEEIA-D-02-06. Motors pràctiques	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
15	DEEEIA-D-02-09. Motors pràctiques. 029758	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
16	DEEEIA-D-02-13. Motors pràctiques. 029755	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
17	DEEEIA-D-03-1. Motors pràctiques (8 unitats)	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
18	DEEEIA-D-107-1. Plantes d'Automatització (8 unitats)	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
19	DEM-D-06-15 Injectora de plàstic 061219	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
20	DEQ-D-301-01. Extrusora manual. 024208	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
21	DEQ-D-301-03. Equip flash point copa oberta. 024155	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
22	DEQ-D-301-04. Equip flash point copa tancada. 024156.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
23	DEQ-D-301-05. Viscosímetre de bola i bany. 052241	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
24	DEQ-D-303-04. Ebul·límetre. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
25	DEQ-D-304-01 Planta Destil·lació automatitzada	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
26	DEQ-D-304-02 Planta Reacció química. Nº024072.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
27	DEQ-D-305-01Planta d'absorció/desorció. Nº 024001.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
28	DEQ-D-305-02 Planta destil·lació manual en continu. Nº 024002.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
29	DEQ-D-305-03 Planta extracció líquid-líquid. Nº 024020	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
30	DEQ-D-305-04 Planta intercanvi ions. Nº 024005	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
31	DEQ-D-305-05 Planta Reactor continu. Nº 024004.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
32	DEQ-D-305-06 Planta Osmosis inversa. Nº 024006	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
33	DEQ-D-305-07 Unitat de tractament físic-químic. Nº 024007.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
34	DEQ-D-305-08 Planta Cultiu bacterià en medi anaerobi Nº024009.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
35	DEQ-D-305-09 Planta Cultiu bacterià en medi aerobi. Nº024008.	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
36	DEQ-D-305-11. Planta de destil·lació en discontinu (BATH)	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
37	NEPHOS-R-233-1. Sistema anodització alumini. 089809	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
38	QA-R-319-02 Condicionador de tubs	FQIFE	DQAIQO	Tarragona
39	SRCT-MICROSCOPIA-06. Microscopi ambiental (ESEM)	SRCT	MICROSCOPIA	Tarragona
40	SRCT-MICROSCOPIA-07. Microscopi electrònic de transmissió (MET)	SRCT	MICROSCOPIA	Tarragona
41	SRCT-MICROSCOPIA-08. Punt focal	SRCT	MICROSCOPIA	Tarragona
42	SYSTEMIC-R-311-14. Reactor catalític	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
43	DEM-D-201-01. Banc assaig bombes en sèrie i paral·lel	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
44	DEM-D-306-3. Compressor refrigeració	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
45	DEM-D-201-08. Turbina Pelton	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
46	DEEEIA-PP4-1. Emulador generador eòlic DWIG	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
47	DEEEIA-PP4-2. Emulador vehicle elèctric	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
48	MINOS-R-334-2. Horno tubular de cuarzo	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
49	DEEEIA-D-02-3. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
50	DEEEIA-D-02-2. Motors de pràctiques 78910. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
51	DEEEIA-D-02-5. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
52	DEEEIA-D-02-14. Motors de pràctiques 41551. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
53	DEEEIA-D-02-15. Motors de pràctiques 41552/78909. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
54	DEEEIA-D-02-16. Motors de pràctiques. Muntatge	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
55	PISET-R-215-6. Reactor tubular de membrana	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
56	PISET-R-315-4. Forn modificador carbons	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
57	PISET-R-315-5. Equip filtració membranes plana Tami	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
58	CATALHOM-R-224-03. Panell alta pressió vitrina 2	FQIFE	DQFIQI	Tarragona
59	PISET-R-215-1. Equip de filtració longitudinal	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
60	DEM-D-306-1. Compressor	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
61	DEM-R-115-03. Transductor de pressió	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
62	DEM-R-211-03. Prensa de plats calents	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
63	DEM-D-06-16. Taladro de columna	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
64	DEM-GATE-PP2-06. Montatge de Absorció CO2/Acetona	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
65	CTTI1-APLICAT-01. Copolimerització de Vinil-Acetato i Dimetil-Itaconato	CTTI	CTTI	Tarragona
66	DEM-D-306-7. Muntatge de climatització	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
67	DEEEIA-D-107-2. Muntatge programació (10 unitats)	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
68	DEM-GATE-PP2-02. Banc assaig d'absorvidor	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
69	MINOS-R-334-3. Forn d'oxidació	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
70	MINOS-R-334-4. Màquina d'impressió de pastes	ETSE-ETSEQ	DEEEIA	Tarragona
71	CTTI-02. Reactor Corona Plasma + Osmosi	CTTI	CTTI	Tarragona
72	DEM-D-306-8. Intercanviador plaques	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
73	FET-TUNEL-01. Túnel esclat	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
74	FET-TUNEL-03. Túnel Imperial	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
75	CATHETER-R-314-2. Equip destil·lació parafines de 2 litres	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
76	DEM-D-306-9. Banc de bescanviadors de calor núm. Inventari 026427	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>

ANNEX II: EQUIPS A PRESSIÓ. AUTOCLAUS

Nº	NOM	CENTRE	DEPARTAMENT	POBLACIÓ
1	ANHUM-Lab-01 Autoclau. Número inventari 004974	FMCS	DCMB	Reus
2	BIOMICRO-Lab-01 Autoclau. Número de sèrie 90040	FMCS	DCMB	Reus
3	BIOMICRO-LAB-05. Autoclau. Número inventari 204142	FMCS	DCMB	Reus
4	BIOMICRO-LabPRA-03 Autoclau. Número inventari 12634	FMCS	DCMB	Reus
5	BIOLAB-01. Autoclau. Número inventari 92040	FMCS	DCMB	Reus
6	FABIOLO-LAB-06. Autoclau. Número sèrie 513860	FMCS	DCMB	Reus
7	LIPIDS-URL-01. Autoclau. Número inventari 003649	FMCS	DMIC	Reus
8	DOCEN-D-104-05. Autoclau. Número inventari 99575	FQIFE	DBB	Tarragona
9	DOCEN-D-104-06. Autoclau. 233114	FQIFE	DBB	Tarragona
10	NG-MBF- R-114-01 Autoclau. Número inventari 231303 lab. 114	FQIFE	DBB	Tarragona
11	BIOTENOL-R-121-5 Autoclau. Número inventari 89477	FQIFE	DBB	Tarragona
12	DOCEN-D-105-01. Autoclau. Número inventari 55759	ETSEQ	DEQ	Tarragona
13	DEQ-D-301-06	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
14	BBG-ETSE-R223-01 Autoclau INTERFIBIO. Número inventari 074748	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
15	CATHETER-R-314-4 Autoclau	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
16	PISET-R-315-6 Autoclau Número inventari 090145	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
17	SYSTEMIC-R-311-4 A (DALI)	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
18	SYSTEMIC-R-311-4 B (BAIX)	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
19	DEM-D-306-1	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
20	DEM-GATE-PP2-04 Dipòsit amoniac Número inventari 094365	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
21	DEM-GATE-PP2-04 Dipòsit amoniac Número inventari 094326	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
22	SRCIT-MICROSCOPIA-01. Autoclau. Número sèrie 4001757	SRCIT	Microscòpia	Tarragona
23	SRCIT-COS-LAB3-01	COS	COS	Reus
24	SRCIT-BIOMO-04 Autoclau. Número de sèrie 476448	COS	COS	Reus
25	Autoclau IISPV-HJ23-01 Número inventari 205653	Hospital Joan XXIII	Hospital Joan XXIII	Tarragona

Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: b9b6dd3154d0e074

ANNEX III: ALTRE EQUIPAMENT CIENTÍFIC A PRESSIÓ

Nº	NOM	CENTRE	DEPARTAMENT	POBLACIÓ
1	CATALHOM-224-02 Hidrogenadors	FQIFE	QFIQI	Tarragona
2	CATALHOM-R-224-03 Panell alta pressió vitrina 3	FQIFE	QFIQI	Tarragona
3	CATHETER-R-313-2 Acumulador hidropneumàtic	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
4	PISET-R-215-1 Equip de filtració longitudinal	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
5	PISET-R-315-4 Planta Trickle Bed reactor I	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
6	PISET-R-315-5 Planta Trickle Bed Reactor II	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona
7	DEM-D-306-1 Compressor	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
8	DEM-R-115-03. Transductor de pressió	ETSE-ETSEQ	DEM	Tarragona
9	DEW-R-323-1 Reactor per càrregues	ETSE-ETSEQ	DEQ	Tarragona

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b9b6dd3154d0e074>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 19-02-2026 09:32:20

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>