



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI I INSTRUMENTAL VETERINARI DEL CENTRE DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA MUNICIPAL DEL CARRER GALICIA

Oficina de Civisme i Benestar Animal
Unitat de Tinença i Benestar Animal

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	1/12	

ÍNDEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ÍNDEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.....	1
1. CONDICIONS GENERALS.....	3
1.1 Objecte	3
1.2 Antecedents	3
1.3 Divisió de Lots	3
1.4 Descripció del mobiliari	3
Lot 1- MOBILIARI	3
Lot 2- INSTRUMENTAL VETERINARI	5
1.5. Lliurament	8
1.6. Criteris de selecció.....	9
2. PLÀNOLS.....	10
3. MOBILIARI	11

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	2/12	

1. CONDICIONS GENERALS

1.1 Objecte i elements preceptius

L'objecte del present projecte és la descripció i valoració dels treballs de subministrament i instal·lació de l'equipament (mobiliari i instrumental veterinari) pel Centre de Protecció d'Animals de Companyia de Mataró situat al C/ Galícia, nº 130.

La relació de material i mobiliari indicada en aquest document és il·lustrativa i orientativa, s'acceptarà una tolerància en les dimensions del mobiliari i dels equips quirúrgics sempre que no comprometi les àrees de treball, circulació, higiene i seguretat requerides per al correcte funcionament del centre d'acollida d'animals, segons plànols i dimensions de l'espai. En cap cas es podrà alterar la funcionalitat, l'ergonomia o el disseny global definit en el present projecte.

Els materials del mobiliari i dels equips han de garantir una qualitat igual, superior o equivalent a la dels elements prescrits en aquest document, especialment pel que fa a resistència, netejabilitat, durabilitat i adequació als entorns quirúrgics i veterinaris.

Caldrà aportar les certificacions pertinents que acreditin la qualitat, seguretat i adequació sanitària dels equips en cas de propostes equivalents o alternatives, així com el compliment de la normativa veterinària i higienicosanitària aplicable.

1.2 Antecedents

El projecte de construcció del nou centre de protecció d'animals de companyia es va executar per tal de donar resposta a les noves necessitats normatives vigents i criteris de benestar animal que amb l'antic centre d'acollida municipal no es podien garantir.

Així mateix el centre d'acollida Cal Pilé per la ubicació en la que està ubicat es troba afectat pel Pla Especial de Sant Simó fet que impossibilitava la construcció de nous espais adaptats a la normativa vigent.

1.3 Divisió de Lots

De conformitat amb allò que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de LCSP, la present contractació s'ha dividit en dos lots:

- Lot 1: Subministrament i instal·lació del mobiliari per a l'àrea veterinària del Centre de Protecció d'Animals de Companyia.
- Lot 2: Subministrament i instal·lació del instrumental veterinari per a l'àrea veterinària del Centre de Protecció d'Animals de Companyia.

1.4 Descripció del mobiliari

Els espais que s'han d'equipar són 3: la consulta, l'hospitalització i el quiròfan

El mobiliari aportat ha de donar garanties de durabilitat en les condicions d'utilització, que són conegudes: per una banda l'ús intensiu per poder dur a terme les intervencions quirúrgiques

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	3/12	

relacionades amb l'activitat pròpia del centre (esterilitzacions de gats domèstics, esterilitzacions de gats urbans, esterilitzacions de gossos, altres petites intervencions quirúrgiques) i per l'altra banda l'ús diari de revisió dels animals allotjats i noves entrades que es donin.

El proveïdor aportarà les recomanacions per a la neteja i manteniment tant del mobiliari com del instrumental veterinari ofert, així com les garanties dels materials.

Lot 1 - MOBILIARI

Consulta

Tant els mòduls alts com els baixos d'aquesta estança han de ser de 70 cm d'alçada amb acabat fòrmica blanc mat. Als mòduls baixos se'ls ha d'afegir potes de fins a 19 cm per aconseguir una alçada ergonòmica aproximada de 89/91 cm. (veure annex mobiliari)

- Mòdul: Pica 2 portes de fusta blanca 80x60
- Mòdul: Baix 2 portes de fusta blanca 80 cm alt x 60 cm ample
- Mòdul: Baix 4 calaixos de fusta blanca 80 cm alt x 60 cm ample
- Taulell de 340 cm de llarg x 62 cm d'ample, amb sòcol de 7 cm d'alçada, tot en color blanc
- Palanca d'obertura llarga
- Rentamans inoxidable sota taulell 40x40x20, , ,
- Mòdul: Superior 1 porta de fusta blanca 70 cm alt x 40 cm ample x 35 cm fons
- Mòdul: Superior 2 portes de fusta blanca 70 cm alt x 60 cm ample x 35 cm fons
- Taula de reconeixement d'acer inoxidable AISI 304 (18/10), amb superfície anti-sorolls. Superfície 112x55 cm. Alçada 85 cm. Capacitat 200 kg. Potes ajustables per regulador.
- Tamboret alt amb respatller entapissat en polipell sintètic de color negre , regulable en alçada
- Làmpada consulta led braç flexo rodable 35.000 lux

Hospitalització

- Moble baix 60 cm ample tipus armari amb portes en acer inoxidable (illa)
- Moble baix 60 cm ample 4 calaixos en acer inox + acer galvanitzat (paret)
- Taulell INOX de 120 cm de llarg x 62 cm de fons amb sòcol a 2 costats de 7 cm d'alçada
- Aixeta monocomandament clínic prestatge, broc alt i palanca d'obertura curta.
- Rentamans inoxidable sota taulell 40x40x20
- 1 unitat Gàbia hospitalització doble inox 1830x720x910 cm
- 1 unitat Gàbia hospitalització doble inox 1220x720x600 cm
- 1 unitat Gàbia hospitalització simple inox 610x720x600 cm
- 1 unitat base rodable per a gàbia doble inox 1830x720x190 cm
- Gàbies per a gats (prendre referència models POPA descrits tot seguit)
 - 1 unitat POPA SUITE accessori suport/base fixa SILVER INOX per a dos columnes 160x55 cm alçada 20 cm
 - 4 unitats POPA SUITE BASIC SILVER, mòdul una porta + porta policarbonat SENSE divisió alt 62 x fons 55 amplada 80 cm
 - 2 unitats POPA SUITE SILVER Mòdul UNA porta + porta policarbonat, alt 62 x fons x 55 x amplada 80 cm

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	4/12	

- o 2 unitats POPA SUITE accessori degotador + tija porta sèrum graduable alçada, articulada, capacitat per a 2 bombes de d'infusió

Quiròfan

- Moble baix 60 cm ample armari 2 portes en acer inoxidable (illa)
- Moble baix 80 cm ample 4 calaixos en acer inox + acer galvanitzat (paret)
- Moble baix 60 cm ample 5 calaixos en acer inox + acer galvanitzat (paret)
- Moble baix 40 cm ample armari 1 porta dreta en acer inox + acer galvanitzat (paret)
- Taulell INOX de 300 cm de llarg x 62 cm de fons, amb sòcol en 3 costats de 7 cm d'alçada
- Palanca d'obertura llarga
- Rentamans inoxidable sota taulell 40x40x20
- Taula cirurgia hidràulica d'inox ((prendre referència model AISI) 304 i 430, superfície en llibre amb rodes. Mides 140x54 cm
- Làmpada quiròfan LED sostre 100.000 lux
- Carro auxiliar, 162 cm d'alçada,
 - o 2 rodes amb fre i 2 rodes sense fre
 - o 3 unitats de prestatge pla amb vorell per a carro auxiliar, d'acer inoxidable 304 setinat, 640 × 420 mm
 - o 2 unitats de cistella transparent de 100 mm per a carro auxiliar tipus roraima 600 × 400.
- Taula instrumental desmuntable (alçada regulable de 93 a 130 cm), safata de 37 × 55 cm, amb rodes.

Lot 2 – INSTRUMENTAL VETERINARI

Consulta

- Taula de reconeixement d'inox 120×60 cm, superfície a 85 cm d'alçada, amb rail universal.
- Centrífuga angular mini digital (1 unitat)
 - o Velocitat: 300–5000 rpm
 - o Capacitat: 6 tubs
 - o Rotor angular
 - o Motor de corrent continu (DC) sense escombretes
 - o Pantalla LCD
- Microscopi binocular. 4X, 10X, 40X, 100X (1 unitat)
 - o Condensador enfocable 0,90/1,25 amb ranura per a lliscadors de contrast
 - o Camp ampli N-WF 10×/20 mm amb ajust de diòptries a ambdós oculars
 - o Capçal binocular amb gir de 360° i inclinació de 25°
 - o Il·luminació transmesa fixa LED d'1 W amb control d'intensitat
 - o Potències d'augment: 40×, 100×, 400× i 1000×
 - o Objectius planacromàtics CCIS UC (sense Pb)

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	5/12



- Oftalmoscopi / Otoscopi
 - Capçal LED d'oftalmoscopi 3,5 V + capçal d'otoscopi amb fenedura G 100
 - LED amb lupa
 - Carregador de sobretaula sense mànec
 - Adaptador
 - 2 unitats de mànec recarregable
 - Espècul tancat metàl·lic 57 × 4 mm
 - Espècul tancat metàl·lic 65 × 6 mm
 - Espècul tancat metàl·lic 90 × 7 mm
 - Espècul de Sanalon 40 × 3,5 mm
- Estetoscopi (1 unitat)
- Balança Veterinària 0-150 kg 105x50x5 cm (1 unitat)
- Gàbia contenció gats acer plastificat (1 unitat)
- Pinça auricular cocodril 140 mm (1 unitat)
- Esquiladora per a gossos de 2 velocitats, 45 W de potència, motor hiperventilat, velocitat de tall fins a 3.000 rpm (1 unitat)

Hospitalització

(En cas de models s'estipulen per a prendre com referència els indicats)

- Estetoscopi (2 unitats)
- Autoclau 23 litres classe B amb programa de líquids. Inclou:
 - 3 Safates d'instruments
 - Base per a safates
 - Mànec per extracció de les safates
 - Eina d'ajust de la porta
 - 2 Màngues de desguàs
 - Junta per a la porta
- Monitor de signes vitals tàctil. Paràmetres: NIBP, SpO₂, ECG, temperatura, respiració, EtCO₂. Sense impressora. (1 unitat) Inclourà:
 - Capnògraf Sidestream
 - 1 sensor lingual Y
 - 1 cable d'interfície
 - 3 maneguets reutilitzables
 - 10 pegats ECG
 - 5 pinces tipus cocodril
 - 1 cable ECG
 - 1 sonda de temperatura rectal
 - 1 funda de protecció
- 1 Kit de cirurgia de teixits tous, inclou :
 - Mànec de bisturí SWANN MORTON núm. 3 per a fulles núm. 10-11-12-15
 - Mànec de bisturí SWANN MORTON núm. 4 per a fulles núm. 20-21-22-23-24
 - Tisores per a tenotomia STEVENS romes, corbes, 11 cm
 - Tisores estàndard A/R rectes, 14,5 cm
 - Tisores de cirurgia METZENBAUM corbes, 14,5 cm
 - Pinça de dissecció ADSON 12 cm amb dents 1x2, 1,2 mm
 - Pinça de dissecció ESTÀNDARD 14,5 cm amb dents 1x2
 - Pinça de dissecció ADSON-BROWN 12 cm amb dents

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	6/12	

- 5 unitats de pinça de camp BACKHAUS 9 cm
 - 2 unitats de pinça hemostàtica MICRO-MOSKITO HARTMANN recta, sense dents, 10 cm
 - 2 unitats de pinça hemostàtica MOSKITO HALSTED recta, sense dents, 12,5 cm
 - 2 unitats de pinça hemostàtica PEAN fina, corba, 14 cm
 - Portaagulles MAYO-HEGAR 14 cm, boca dura
 - Agulla per a lligadures DESCHAMPS 21 cm, roma, corba a la dreta, per a la mà esquerra
 - Separador SENN MILLER 16 cm, agut
 - Separador WEITLANER 3x4, 13 cm, rom
 - Pinça per a subjectar teixits ALLIS 5x6 dents, 15 cm
 - Legra-periostòtom fulla semicurva de 6 mm, 18 cm
 - Cullereta tallant VOLKMANN 3 mm 17 cm
 - Ovariòtom per a castració, ganxo botonat, 16 cm
- 1 Kit d'esterilització de gossos complet, inclou:
 - Màneg de bisturí SWANN MORTON núm. 3 per a fulles núm. 1, 10-11-12-15
 - Pinça de dissecció amb dents 1x2, 14 cm, PAKISTAN
 - Portaagulles MAYO-HEGAR 14 cm, PAKISTAN
 - 4 unitats de pinça de camp SCHAEDEL (cranc), PAKISTAN
 - 2 unitats de pinça hemostàtica CRILE recta, 14 cm
 - 2 unitats de pinça hemostàtica CRILE corba, 14,5 cm
 - 2 unitats de pinça hemostàtica ROCHESTER-PEAN recta, 18 cm, PAKISTAN
 - 2 unitats de pinça ALLIS 15 cm, 6x5 amb dents, PAKISTAN
 - Tisores MAYO rectes, 14 cm, PAKISTAN
 - Ovariòtom per a castració, ganxo botonat, 16 cm
- 3 unitats de Kit d'esterilització de gates complet:
 - 2 unitats de pinça hemostàtica MOSKITO HALSTED recta, sense dents, 14 cm
 - Pinça de dissecció sense dents, 14 cm, PAKISTAN
 - Pinça ADSON amb dents, 12 cm, PAKISTAN
 - Portaagulles MAYO-HEGAR 14 cm, PAKISTAN
 - 4 unitats de pinça de camp SCHAEDEL (cranc), PAKISTAN
 - 2 unitats de pinça hemostàtica CRILE recta, 14 cm
 - Tisores METZENBAUM rectes, 14 cm, PAKISTAN
 - Màneg de bisturí SWANN MORTON núm. 3 per a fulles núm. 10-11-12-15
 - 2 unitats de pinça hemostàtica MOSKITO HALSTED corba, sense dents, 14 cm
 - Tisores de cirurgia MAYO rectes, 14,5 cm
 - Ovariòtom per a castració, ganxo botonat, 16 cm
- Electrobisturí complet amb dotació íntegra monopolar/bipolar de 120 W. Inclou:
 - Cable + elèctrode neutre, mànec portaelèctrodes amb cable de 3 m (esterilitzable)
 - 10 elèctrodes reutilitzables variats de 2,38 mm, pedal
 - Cable + pinça bipolar
- Set de distensió bucal d'acer, 3 unitats (petita, mitjana i gran)
 - Esquiladora per a gossos de 2 velocitats, 45 W de potència, motor hiperventilat, velocitat de tall fins a 3.000 rpm
 - Matalàs vacu quirúrgic adaptable amb bomba:
 - 1 unitat de 60x40 cm
 - 1 unitat de 100 x 60 cm
 - 2 unitats suport de gotero amb base en forma d'estrella, acer inoxidable
 - 1 unitat Netejador dental per ultrasons amb anell de llum LED, freqüència de treball: 30.000 Hz. Inclou:
 - Dial d'ajust de potència incorporat (1-20)

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	7/12	

- Dipòsit d'aigua a pressió per ultrasons, 5 L
 - Pedal
 - 4 puntes i una clau per al canvi de puntes
- 3 unitats. Bomba d'infusió peristàtica:
 - 6 modes d'infusió: velocitat, hora, pes, seqüència, nivell de bombolla i relleu
 - 3 tipus de bolus: manual, quantitat de bolus ràpid i bolus automàtic
 - 3 nivells d'oclusió ajustables (P1 – P2 – P3) per adaptar-se a diferents viscositats de medicació
- 1 unitat bomba de xeringa perfussor:
 - Reconeixement automàtic de xeringues
 - 6 modes d'infusió: velocitat, hora, pes, seqüència, nivell de bombolla i relleu
 - 3 tipus de bolus: manual, quantitat de bolus ràpid i bolus automàtic
 - 3 nivells d'oclusió ajustables (P1 – P2 – P3) per adaptar-se a diferents viscositats de medicació
- Aspirador quirúrgic 1 litre
- Escalfador de fluids
- Micromotor veterinari amb turbina / contraangle
- Manta tèrmica baix voltatge
- Kit elevadors alats 5 unitats
- Kit periodontal, 5 unitats. Inclou:
 - Mirall dental
 - Cureta Gracey
 - Cureta universal
 - Descalcificador universal
 - Sonda
- Pinces per eliminar sarro
- Pedra d'esmolador per a instruments dentals + oli lubricant
- Pinces extracció dental 125 mm
- Pinces extracció dental fines 125 mm
- Kit material enucleació, 1 unitat de cada:
 - Tisores enucleació recta 13 cm
 - Tisores per enucleació, corba, 13 cm
 - Tisores disecció IRIS aguda corba 11,5 cm
 - Tisores disecció IRIS aguda recta 11,5 cm
 - Pinça disecció Adson 12 cm s/dents 1,2mm

1.5. Lliurament


El mobiliari es lliurarà a les instal·lacions del Centre de Protecció d'Animals de Companyia, en un termini màxim d' un mes des de la data de formalització del contracte.

Excepcionalment, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació d'aquest termini si concorren causes no imputables a l'empresa contractista degudament acreditades, sempre que el contractista ofereixi complir els seus compromisos, i amb el previ informe favorable de la persona responsable del contracte. En cas que la demora sigui imputable a la culpa de l'empresa contractista, s'aplicarà el règim de penalitats establert en la LCSP.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	8/12	

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	9/12	

2. PLÀNOLS



D'esquerra a dreta l'ordre de les sales es el següent:


1. Consulta
2. Hospitalització
3. Quiròfan

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	10/12




3. MOBILIARI


CONSULTA



HOSPITALITZACIÓ



QUIRÒFAN



CSV (Codi de verificació Segura)	IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Data i hora	16/02/2026 10:03:47
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	LAIA DE BALANZÓ AGUILAR (CAP DE SERVEI)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7RW22OJXUJX2UZ647XOJPEN4	Pàgina	12/12

