

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

[CLILAB 2026-01]

1 Entitat adjudicadora

- a) **Organisme:** Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)
- b) **NIF:** Q5850025G
- c) **Òrgan de contractació:** gerent del CLILAB Diagnòstics
- d) **Tipus de poder adjudicador:** Administració Pública
- e) **Responsable del contracte:** Dra. Laura Puigví Fernández, directora d'operacions, cap de servei d'extra analítica del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui
- f) **Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte:** Departament de Comptabilitat
- g) **Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública i destinatari de les factures derivades del contracte:** Òrgan Control Intern Econòmic i Pressupostari del CLILAB Diagnòstics
- h) **Centre de destinatari:** CLILAB Diagnòstics
- i) **Número d'expedient:** CLILAB 2026-01

2 Objecte del contracte

- a) **Descripció de l'objecte:** subministrament de reactius, material fungible, equips, incloent el seu manteniment, i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder realitzar l'activitat analítica de l'àrea d'urgències (gasos en sang, POCT, amoni, procalcitonina i NT-proBNP) així com la cessió de l'ús d'un programari intermediari (*middleware*) per a la connexió amb el sistema informàtic del laboratori del Consorci del laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics).

En el cas dels lots 1, 2 i 3 es requerirà el subministrament de tots els analitzadors, *software*, *hardware*, ordinadors, impressores i complements informàtics que estiguin associats als aparells, connexions, etc. així com reactius, calibradors, controls interns i externs, solucions auxiliars, tubs, accessoris, recanvis, puntes de pipetes, etc. En general, tot tipus de consumibles que necessitin els analitzadors per a la realització de les determinacions especificades a l'**Annex I. Activitat estimada per centre** present al plec de prescripcions tècniques.

En el cas del lot 4 es requerirà el subministrament de tots els reactius, calibradors, controls, solucions auxiliars, accessoris, recanvis, etc., necessaris per a la realització de les determinacions especificades a l'**Annex I. Activitat estimada per centre** present al plec de prescripcions tècniques.

- b) **CPV:** 33696500-0 Reactius de laboratori; 38430000-8 Aparells de detecció i anàlisi; 42931100-2 Centrifugadores de laboratori i accessoris; 72268000-1 Serveis de subministrament de programari; 51610000-1 Serveis d'instal·lació d'ordinadors i d'equips de processament de la informació; 44523300-5 Accessoris; **NUTS:** ES511
- c) **Divisió per lots:** SI ✗ NO
- d) **Número de lots:** 5

LOT 1. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE GASOMETRIES ARTERIALS, VENOSES I CAPIL·LARS AMB CESSIÓ DE PROGRAMARI INTERMEDIARI (*middleware*)

LOT 2. ANALITZADORS I REACTIUS UTILITZANT METODOLOGIA POCT A L'HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAD

LOT 3. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AMONI PER METODOLOGIA POCT

LOT 4. REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE PROCALCITONINA I NT-proBNP

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

- e) Les propostes s'hauran de presentar al lot sencer : SI ☒ NO
f) Les propostes es poden presentar a diferents lots : SI ☒ NO
g) Les propostes poden superar l'import màxim del lot : SI NO ☒
h) Els licitadors poden ser adjudicatari de més d'un lot : SI ☒ NO

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats del CLILAB, d'acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l'objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d'estar subordinats a les necessitats de l'Administració. El pressupost que s'aprova és un pressupost màxim.

3 Tramitació i procediment

- a) **Tipus d'expedient:** Es tracta d'un contracte mixt de subministrament (subministrament de reactius i material fungible) i serveis (cessió d'equips i altre material associat i manteniment, així com també de l'ús d'un programari intermediari) on la prestació principal és el subministrament. La licitació es regeix per la normativa pròpia d'un contracte de subministrament i els efectes i extinció de cada prestació es regeix per la normativa de la LCSP que li resulta aplicable.
- b) **Tramitació:** ordinària
- c) **Procediment:** obert harmonitzat
- d) **Forma:** Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu
- e) **S'aplica un acord marc:** SI NO ☒
- f) **S'aplica una subhasta electrònica:** SI NO ☒
- g) **Compra pública d'innovació:** SI NO ☒

4 Pressupost del contracte

- a) **Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 9.659.828,88 euros** (11.688.392,94 euros IVA inclòs).

Inclou anualitats, possibles modificacions. Desglossament: [Lot 1-4 (5+0)]

- Pressupost base de licitació: **7.430.637,60 €** sense IVA
- Import possibles pròrroques: - € sense IVA
Import possibles modificacions de la vigència inicial del contracte: **1.486.127,52 €** sense IVA
(veure desglossi inferior)
- Import possibles modificacions de les pròrroques: - € sense IVA
- Import 10% preu del contracte (PBL): **743.063,76 €** sense IVA

- Import anual: **veure desglossi inferior €** sense IVA/lot

- Pressupost base de licitació (IVA inclòs): **8.991.071,50 €**

Es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins el 10% del preu del contracte sense necessitat de tramitar l'expedient de modificació [art. 301.2 en relació amb 205.2.c).3r. LCSP] [Import increment 10% (IVA exclòs)]

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]

Lot	Durada contracte	Prèmia	sense IVA												sense IVA						IVA inclosa	
			Durada Contracte												Sumatori Durada Contracte + Prèmia						IVA inclosa	
			Any 1		Any 2		Any 3		Any 4		Any 5		Prèmia		Presupost Base de Licitació (PBL)		10% preu del contracte (PBL)		Valor Estim. del Contracte		% IVA	Presupost Base de Licitació (PBL)
			Import Anual previst	Modificacions 20%	Import Anual previst	Modificacions 20%	Import Anual previst	Modificacions 20%	Import Anual previst	Modificacions 20%	Import Anual previst	Modificacions 20%	Import Anual previst	Modificacions 20%								Valor Estim. del Contracte
Lot 1. Gasometries i programari intermediari (middleware)	5 anys	0	295.278,00 €	- €	288.000,00 €	- €	288.000,00 €	- €	288.000,00 €	- €	288.000,00 €	- €	288.000,00 €	- €	1.447.278,00 €	288.455,60 €	144.727,80 €	- €	- €	1.881.461,40 €	21%	1.751.206,38 €
Lot 2. POCT Sant Antoni Abad	5 anys	0	305.851,92 €	- €	305.851,92 €	- €	305.851,92 €	- €	305.851,92 €	- €	305.851,92 €	- €	305.851,92 €	- €	1.529.259,60 €	305.851,92 €	152.925,96 €	- €	- €	1.988.037,48 €	21%	1.850.404,12 €
LOT 3. Amoni	5 anys	0	14.520,00 €	- €	4.920,00 €	- €	4.920,00 €	- €	4.920,00 €	- €	4.920,00 €	- €	6.840,00 €	- €	34.200,00 €	6.840,00 €	3.420,00 €	- €	- €	44.460,00 €	21%	41.382,00 €
Lot 4. Procalcitonina i NT-proBNP	5 anys	0	883.980,00 €	- €	883.980,00 €	- €	883.980,00 €	- €	883.980,00 €	- €	883.980,00 €	- €	883.980,00 €	- €	4.419.900,00 €	883.980,00 €	441.990,00 €	- €	- €	5.745.870,00 €	21%	5.348.079,00 €
			1.499.629,92 €	- €	1.482.751,92 €	- €	1.482.751,92 €	- €	1.482.751,92 €	- €	1.482.751,92 €	- €	1.482.751,92 €	- €	7.430.637,60 €	1.486.127,52 €	743.063,76 €	- €	- €	9.659.828,88 €		8.991.071,50 €

D'acord amb la previsió de la disposició adicional 33a LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament realitzi l'empresa contractista en funció dels serveis i subministraments requerits, aplicant els corresponents preus unitaris. El CLILAB no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a que el preu final es determina en funció de les necessitats de l'administració i aplicant els preus unitaris corresponents.

b) Partida IVA anual: 21% o el que correspongui segons la legislació vigent

c) Aplicació pressupostària:

- LOT 1. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE GASOMETRIES ARTERIALS, VENOSES I CAPIL·LARS AMB CESSIÓ DE PROGRAMARI INTERMEDIARI (middleware)**

Connexions gasòmetres: D/212.0003 Manteniment d'aplicacions informàtiques

Reactius: D/221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes

- LOT 2. ANALITZADORS I REACTIUS UTILITZANT METODOLOGIA POCT A L'HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAD**

Reactius: D/221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes

- LOT 3. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AMONI PER METODOLOGIA POCT**

Equip: D/620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge

Manteniment: D/213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material

Reactius: D/221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes

- LOT 4. REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE PROCALCITONINA I NT-proBNP**

Reactius: D/221.0006 Compres de mercaderies i matèries primes

d) Anualitats: a comptar a partir de la formalització del contracte

LOT 1. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE GASOMETRIES ARTERIALS, VENOSES I CAPIL·LARS AMB CESSIÓ DE PROGRAMARI INTERMEDIARI (middleware) (5anys)

LOT 2. ANALITZADORS I REACTIUS UTILITZANT METODOLOGIA POCT A L'HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAD (5 anys)

LOT 3. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AMONI PER METODOLOGIA POCT (5 anys)

LOT 4. REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE PROCALCITONINA I NT-proBNP (5 anys)

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

- e) Expedient d'abast plurianual: Sí
f) Acord del Consell Rector del CLILAB Diagnòstics: 18 de febrer de 2026.
g) Despesa anticipada: SI NO ✕

5 Règim de modificació del contracte

A més de la possibilitat de modificació del contracte per causes no establertes en els plecs, de conformitat amb el previst a l'article 205 de la LCSP, el present contracte es pot modificar, d'acord amb les condicions, abasts i límits següents:

Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 20% sobre el preu del contracte, en els casos següents:

- Augment en la necessitat d'articles i/o de les determinacions de reactius.
- Augment en les necessitats reals de CLILAB Diagnòstics, degut a la gestió de nous laboratoris implicant un augment d'activitat o de generació de residus superior a la previsió inicialment establerta (l'augment d'activitat sofrirà el càlcul de modificació prenent com a referència els preus unitaris oferta per l'empresa adjudicatària).
- Incorporació de noves proves i/o nous productes.

6 S'accepten variants

- a) SI NO ✕
b) Número de variants:-----
c) Aspectes:-----

7 Acceptació d'ofertes integradores

- a) SI NO ✕

8 Condicions d'aptitud

- ☒ Les previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars
☐ Requisits de capacitat (habilitació professional o empresarial) específics

9 Solvència de les empreses

- A) Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant l'aportació dels documents següents:

- **Solvència econòmica i financera:**

De conformitat amb el que l'article 87.1.a LCSP, d'acord amb la naturalesa, l'objecte i la quantia del contracte, subjectes als principis de proporcionalitat, igualtat i no discriminació, s'estableixen com a requisits de solvència econòmica i financera mínims els següents:

- El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclosos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant el certificat del Registre Oficial de Licitadors i d'Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP) o del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI). Subsidiàriament –això és, en cas que el certificat no reculli aquesta informació- l'acreditació es podrà dur a terme mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s'aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

- Solvència tècnica:

D'acord amb l'article 89.1.a de la LCSP, d'acord amb la naturalesa, l'objecte i la quantia del contracte, subjectes als principis de proporcionalitat, igualtat i no discriminació, la solvència tècnica demanada per participar en aquest procediment és la següent:

- Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% de l'anualitat mitja del contracte.

Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant el certificat del Registre Oficial de Licitadors i d'Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP) o del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI). Subsidiàriament –això és, en cas que el certificat no reculli aquesta informació- l'acreditació es podrà dur a terme mitjançant l'aportació d'una relació dels subministraments realitzats per l'interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, especificant l'import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els subministraments realitzats s'entendran acreditats si s'aporta certificat expedit o visat per l'òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l'òrgan de contractació.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígit dels seus respectius codis CPV.

10 Obtenció de documentació

- a) **Entitat:** CLILAB Diagnòstics
- b) **Domicili:** C/Espirall, s/n
- c) **Localitat i codi postal:** Vilafranca del Penedès, 08720
- d) **Telèfon:** 938.922.568
- e) **Adreça electrònica:** contractacio@cli.cat
- f) **Adreça d'internet del perfil del contractant:** <https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/12142524?categoria=0>
- g) **Horari d'atenció:** de dilluns a divendres de 09:00h a 16:00h

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]
11 Documentació a presentar

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a l'annex del present Quadre de Característiques Específiques.

Número de sobres a presentar: 2

Sobre A: documentació administrativa indicada al Plec de Clàusules Administratives i presentar una declaració responsable segons el model que s'adjunta com a Annex A, degudament emplenat i signat digitalment.

Sobre C: documentació avaluable de manera automàtica, segons l'establert a l'apartat 23 d'aquest quadre de característiques específiques. I, documentació tècnica que es sol·licita al Plec de prescripcions tècniques, així com la informació que acrediti el compliment dels requisits mínims exigits al Plec de prescripcions tècniques.

Nota: En el SOBRE A no es podrà incorporar cap menció que anticipi el contingut del sobre C, en especial pel que fa l'oferta econòmica de l'empresa i a la resta de criteris automàtics. L'incompliment d'aquesta previsió comportarà l'exclusió del licitador.

Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de presentar la següent documentació:

SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense indicació d'imports econòmics), assenyalant el nom del subcontractista per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

SOBRE C.- Caldrà indicar l'import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

12 Vigència del contracte

a) Període: a comptar a partir de la formalització del contracte amb la signatura del mateix

Lot	Durada contracte	Pròrroga
LOT 1. Analitzadors i reactius per a la realització de Gasometries arterials, venoses i capil·lars amb cessió de programari intermediari (middleware)	5 anys	0
Lot 2. Analitzadors i reactius utilitzant metodologia POCT a l'hospital de Sant Antoni Abad	5 anys	0
LOT 3. Analitzadors i reactius per a la realització de l'Amoni per metodologia POCT	5 anys	0
Lot 4. Reactius per a la realització de Procalcitonina i NT-proBNP	5 anys	0

b) Possibilitat de pròrroga: NO

c) Termini de pròrroga: -

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]****13 Subrogació del personal**a) SI NO ☒**14 Condicions de participació – Requisits per licitar**

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques

15 Data màxima de formulació de consultes per parts del interessats a l'expedient:

De conformitat amb la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la data màxima que l'Òrgan de Contractació acceptarà dubtes o consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació serà 12 dies abans del termini de presentació d'ofertes.

16 Data d'inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d'execucióa) **Data d'inici de l'execució:** en el moment de la formalització del contracteb) **Lloc:**

- a. A les dependències de l'entitat contractant SI ☒ NO
b. A les dependències de l'empresa contractista SI NO ☒

17 Programa de treball

Segons l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques.

18 Garantiesa) **Provisional:** resta dispensadab) **Definitiva:** L'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del pressupost base de licitació, exclòs IVA (en virtut de la DA33ena).*En aquest expedient no s'admetrà la constitució de la garantia mitjançant la retenció de preu.***19 Presentació d'ofertes**a) **Període:** abans de les **14:00 hores** de la data assenyalada als anuncis de licitació.b) **Forma de presentació:** A través del sobre Digital i conforme l'establert a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives.**20 Mesa de Contractació****Presidenta:** Sra. Clara Sistané Caldés, assessora legal del CLILAB Diagnòstics.**Secretària:** Sra. Mireia Taboada Villagrasa, responsable del departament de contractació del CLILAB Diagnòstics.**Vocal:** Sra. Anna Puiggròs Fonts, facultativa especialista en bioquímica clínica del CLILAB Diagnòstics.**Vocal:** Sra. Sílvia Miró Cañís, facultativa especialista en anàlisis clíniques, direcció tècnica del CLILAB Diagnòstics.**Vocal:** Sra. Judith Esplugas Conesa, òrgan control intern econòmic i pressupostari del CLILAB Diagnòstics.

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

Vocal: Sr. Josep Maria Parcerisa, assessor jurídic del Servei Agregat de Contractacions Administratives del CSC.

La secretària de la Mesa de contractació, actuarà amb veu però sense vot.

21 Obertura privada de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

No aplica

22 Obertura privada de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluable de forma automàtica)

Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'obertura dels sobre C (referent a les proposicions econòmiques i criteris d'adjudicació sotmesos a fórmula automàtica) no es realitzarà en acte públic.

23 Criteris d'adjudicació

Es comprovarà que les ofertes presentades pels licitadors, compleixin amb els mínims requisits establerts tant al Plec de Prescripcions Tècniques com al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Si el licitador no compleix amb els mencionats, serà proposat per a la seva exclusió.

Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, per ordre decreixent d'importància seran els indicats a continuació:

És obligatori presentar documentació específica i detallada a cadascun dels criteris de valoració.

LOT 1. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE GASOMETRIES ARTERIALS, VENOSES I CAPIL·LARS AMB CESSIÓ DE PROGRAMARI INTERMEDIARI (MIDDLEWARE)**A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 100 PUNTS (Sobre C)****1. CRITERIS ECONÒMICS: fins a 44 punts**

És obligatori presentar l'oferta econòmica en l'Annex Econòmic (Annex OE)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques presentades, sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació, essent 1

2. CRITERIS TÈCNICS: fins a 56 punts

Per als criteris on la puntuació no s'atorga automàticament segons s'acompleixin o no, s'han definit uns intervals que confereixen una puntuació específica i directa d'acord amb el grau de satisfacció de la proposta presentada.

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]

Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 56 punts		PUNTS
CRITERIS TÈCNICS	(Gasometries): Presentació dels cartutxos adaptada a les necessitats dels centres (fins a 7 punts). La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 7 punts: Cartutxos ≤ 100 i ≥ 1000 determinacions. 4 punts: Només cartutxos ≥ 1000 determinacions. 2 punts: Només cartutxos ≤ 100 determinacions. 0 punts: Sense cap de les opcions anteriors (cartutxos ≤ 100 i ≥ 1000 determinacions).	7
	(Gasometries): Volum mínim de mostra necessari per al perfil complet de paràmetres (fins a 7 punts). Es valorarà el volum mínim de mostra requerit per obtenir el perfil complet de tots els paràmetres licitats. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 7 punts: ≤ 50 μ L. 3 punts: 51 – 99 μ L. 2 punts: 100 – 240 μ L. 0 punts: ≥ 240 μ L.	7
	(Gasometries): Subministrament sense càrrec addicional de xeringues d'aspiració de volum igual o inferior a 2mL per als gasòmetres POC (UCI, quirofan, sala de parts) dels diferents hospitals. Aquestes xeringues han de disposar d'un element homogeneïtzador intern, permetre la homogeneïtzació automàtica i un codi de barres únic per cada unitat per assegurar la correcta identificació mostra/pacient. Tanmateix, ha de disposar d'un tap ventilat per a l'eliminació de bombolles sense contacte amb la mostra i poder-se analitzar sense necessitat de retirar el tap per a major seguretat de l'operador (fins a 6 punts). Activitat anual prevista: 16.179 estudis. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 6 punts: Es subministren les xeringues prèviament descrites. 0 punts: No compleix.	6
	(Gasometries): Temps d'obtenció del resultat de tots els paràmetres (fins a 5 punts). Es valorarà el temps necessari perquè l'analitzador proporcioni el resultat de tots els paràmetres licitats. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 5 punts: ≤ 40 segons. 0 punts: > 40 segons.	5
	(Gasometries): Temps d'espera entre el processament de dues mostres consecutives en un mateix analitzador (fins a 5 punts). Es valorarà el temps mínim necessari entre l'inici del processament de dues mostres consecutives en el mateix aparell. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 5 punts: ≤ 90 segons. 2.5 punts: 91 – 120 segons. 0 punts: > 120 segons.	5
	(Gasometries): Possibilitat d'ampliar el perfil de paràmetres amb creatinina i urea en el mateix analitzador (fins a 5 punts). Es valorarà que l'analitzador de gasometries permeti ampliar el perfil de paràmetres incloent-hi la creatinina i la urea. 5 punts: Creatinina i urea disponibles. 0 punts: Sense ampliació possible.	5
	(Gasometries): Validació automàtica de tots els paràmetres del perfil sense necessitat de processament manual addicional (fins a 5 punts). Es valorarà que el sistema permeti la validació automàtica de tots els paràmetres del perfil de gasometria, sense requerir processaments manuals de material addicional. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 5 punts: Validació automàtica sense passos manuals addicionals. 0 punts: Requereix processament manual addicional.	5
	(CQExt): Disponibilitat del major nombre de paràmetres en el Control de Qualitat Extern (CQE) amb el mínim coeficient de variació (CV) documentat per la SEQC/Semedlab (fins a 5 punts). Es valorarà que el sistema disposi del major nombre de paràmetres inclosos en el programa de CQE en relació amb els sol·licitats, i que presentin el mínim CV segons els resultats publicats en l'informe anual de la SEQC/Semedlab. 5 punts: Major nombre de paràmetres amb mínim CV documentat (SEQC/Semedlab). 0 punts: Altres propostes.	5
	(CQInt): Disponibilitat d'un mínim de 3 nivells de Control de Qualitat Intern (CQI) incorporats en el cartutx de solucions, diferents de les solucions de calibratge (fins a 4 punts). Es valorarà que l'equip disposi d'un mínim de tres nivells de CQI, ja incorporats en el cartutx de solucions, i que aquests siguin independents de les solucions de calibratge. 4 punts: ≥ 3 nivells CQI incorporats al cartutx i independents del calibratge. 0 punts: No compleix.	4
	(Gasometries): Pes de l'equip amb els reactius incorporats (fins a 4 punts). Es valorarà el pes total de l'equip amb els reactius carregats. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 4 punts: ≤ 15 kg. 2 punts: 16 – 20 kg. 0 punts: > 20 kg.	4
	(Gasometries): Possibilitat de treballar amb bateria interna incorporada (fins a 3 punts). Es valorarà que l'equip de gasometries disposi d'una bateria interna incorporada que permeti el seu funcionament sense connexió elèctrica immediata. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 3 punts: Bateria interna incorporada. 0 punts: No compleix.	3

LOT 2. ANALITZADORS I REACTIUS UTILITZANT METODOLOGIA POCT A L'HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAD
A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 100 PUNTS (Sobre C)
1. CRITERIS ECONÒMICS: fins a 45 punts
És obligatori presentar l'oferta econòmica en l'Annex Econòmic (Annex OE)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques presentades, sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_v = Oferta Millor
 O_M = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació, essent 1

2. CRITERIS TÈCNICS: fins a 55 punts

Per als criteris on la puntuació no s'atorga automàticament segons s'acompleixin o no, s'han definit uns intervals que confereixen una puntuació específica i directa d'acord amb el grau de satisfacció de la proposta presentada.

Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 55 punts		PUNTS
CRITERIS TÈCNICS	(Bioquímica): Possibilitat de realitzar determinacions monotest (fins a 10 punts). Es valorarà que el sistema permeti realitzar determinacions monotest, sense necessitat d'analitzar perfils complets de diferents paràmetres quan no siguin clínicament necessaris. 10 punts: Monotest. 0 punts: Altres opcions.	10
	(Bioquímica): Possibilitat de disposar d'un carrusel per introduir més d'una mostra alhora (fins a 10 punts). Es valorarà que l'equip de bioquímica incorpori un carrusel o sistema equivalent que permeti introduir més d'una mostra simultàniament. 10 punts: Carrusel disponible. 0 punts: Sense carrusel.	10
	(Hematimetria): Dimensions de l'analitzador (fins a 7 punts). Es valorarà el volum total de l'analitzador en dm³, calculat a partir de les dimensions d'amplada x profunditat x alçada. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 7 punts: Volum de l'analitzador < 50 dm³ 0 punts: Volum de l'analitzador ≥ 50 dm³	7
	(Hematimetria): Nombre de reactius necessaris per al funcionament de l'analitzador (fins a 7 punts). Es valorarà que l'analitzador d'hematimetria necessiti el menor nombre possible de reactius per al seu funcionament habitual. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 7 punts: 1 - 3 reactius. 3 punts: 4 - 5 reactius. 0 punts: > 5 reactius.	7
	(Hematimetria): Pes de l'analitzador (fins a 5 punts). Es valorarà el pes total de l'analitzador (kg). La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 5 punts: < 15 kg. 2 punts: 15 - 25 kg. 0 punts: > 25 kg.	5
	(Immunoquímica): Possibilitat que el sistema disposi de "cap piercing" i permeti treballar sense manipular el tub (fins a 5 punts). Es valorarà que l'equip d'immunoquímica disposi de sistema de "cap piercing", que permeti introduir la mostra directament sense necessitat de destapar o manipular el tub primari. 5 punts: Sistema amb "cap piercing". 0 punts: Altres opcions.	5
	(Immunoquímica): Major interval de mesura per a la prova de Troponina I (fins a 5 punts). Es valorarà l'interval de mesura ofert per a la determinació de Troponina I. L'oferta amb el major interval de mesura obtindrà la màxima puntuació (5 punts). 5 punts: Major interval. 0 punts: Menor interval.	5
	(Bioquímica): Possibilitat de fer dilucions automàtiques de les mostres quan se superi la linealitat de la tècnica (fins a 3 punts). Es valorarà que l'equip de bioquímica tingui la funcionalitat de realitzar dilucions automàtiques de les mostres en aquells casos en què el resultat superi el límit de linealitat de la tècnica. 3 punts: Dilucions automàtiques disponibles. 0 punts: Dilucions manuals.	3
	(Immunoquímica): Disponibilitat de càrrega contínua de mostres a l'analitzador (fins a 3 punts). Es valorarà que l'equip d'immunoquímica permeti la càrrega contínua de mostres sense necessitat d'interrompre el funcionament de l'analitzador. 3 punts: Disponibilitat de càrrega contínua. 0 punts: Sense càrrega contínua.	3

LOT 3. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AMONI PER METODOLOGIA POCT
A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 100 PUNTS (Sobre C)

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]
1. CRITERIS ECONÒMICS: fins a 44 punts
És obligatori presentar l'oferta econòmica en l'Annex Econòmic (Annex OE)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques presentades, sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{v,m}$ Oferta Millor

O_v Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació, essent 1

2. CRITERIS TÈCNICS: fins a 56 punts

Per als criteris on la puntuació no s'atorga automàticament segons s'acompleixin o no, s'han definit uns intervals que confereixen una puntuació específica i directa d'acord amb el grau de satisfacció de la proposta presentada.

Criteris avaluable de forma automàtica: fins a 56 punts		PUNTS
CRITERIS TÈCNICS	Versatilitat de mostres per a la determinació d'amoni (fins a 10 punts). Es valorarà que l'analitzador permeti realitzar la determinació d'amoni tant en sang total com en plasma. 10 punts: Compleix. 0 punts: No compleix.	10
	Volum mínim de mostra per a la determinació d'amoni (fins a 10 punts). Es valorarà el volum mínim de mostra necessari per a realitzar la determinació d'amoni. La puntuació s'assignarà segons el volum de mostra requerit seguint l'escala següent: 10 punts: $\leq 10 \mu\text{L}$. 5 punts: Entre 11 - 15 μL . 0 punts: $\geq 16 \mu\text{L}$.	10
	Equip exclusiu per a l'anàlisi d'amoni (fins a 9 punts). Es valorarà que l'equip ofertat estigui destinat exclusivament a la determinació d'amoni, sense necessitat de realitzar altres paràmetres de manera conjunta. 9 punts: Compleix. 0 punts: No compleix.	9
	Temps d'obtenció del resultat d'amoni (fins a 9 punts). Es valorarà el temps necessari per obtenir el resultat de la determinació d'amoni. La puntuació s'assignarà segons l'escala següent: 9 punts: ≤ 125 segons 4 punts: 126 - 130 segons 0 punts: ≥ 131 segons	9
	Presentació del reactiu en format reduït (≤ 25 tests per caixa) (fins a 9 punts). Es valorarà que el reactiu d'amoni es presenti en un format igual o inferior a 25 tests per caixa. 9 punts: Compleix. 0 punts: No compleix.	9
	Rang de mesura de l'amoni (fins a 9 punts). Es valorarà el rang màxim de mesura que permeti l'equip/reactiu per a la determinació d'amoni. La puntuació s'assignarà segons el rang de mesura de l'amoni seguint l'escala següent: 9 punts: $\geq 350 \mu\text{mol/L}$. 4,5 punts: 300 - 349 $\mu\text{mol/L}$. 0 punts: $< 300 \mu\text{mol/L}$.	9

LOT 4. REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE PROCALCITONINA I NT-proBNP
A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 100 PUNTS (Sobre C)
1. CRITERIS ECONÒMICS: fins a 44 punts
És obligatori presentar l'oferta econòmica en l'Annex Econòmic (Annex OE)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques presentades, sempre que no siguin considerades anormalment baixes, seran puntuades aplicant la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{v,m}$ Oferta Millor

O_v Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació, essent 1

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]
2. CRITERIS TÈCNICS: fins a 56 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 56 punts		PUNTS
CRITERIS TÈCNICS	Integració de paràmetres en equips analítics ja instal·lats a CLILAB (fins a 20 punts). Es valorarà que les determinacions de la procalcitonina (PCT) i NT-proBNP puguin integrar-se en els equips analítics disponibles a tots els laboratoris de CLILAB, utilitzats per a proves d'urgències (p. ex. troponina) i/o serologies urgents (HIV, HBsAg, VHC) i que tenen un equip de back-up per a que en cas d'avaría, poder donar continuïtat al servei. La puntuació s'assignarà en funció del nombre de laboratoris en què sigui possible la integració, d'acord amb l'escala següent: 20 punts: 7 laboratoris. 18 punts: 6 laboratoris. 15 punts: 5 laboratoris. 12 punts: 4 laboratoris. 9 punts: 3 laboratoris. 6 punts: 2 laboratoris. 3 punts: 1 laboratori. 0 punts: cap laboratori.	20
	Estabilitat a bord del reactiu de la PCT (fins a 6 punts). Es valorarà l'estabilitat a bord del reactiu per a la determinació de PCT. La puntuació s'assignarà segons els següents intervals: 6 punts: ≥ 60 dies 4 punts: Entre 46 i 59 dies 2 punts: Entre 31 i 45 dies 1 punt: Entre 15 i 30 dies 0 punts: ≤ 14 dies	6
	Estabilitat de la calibració del lot de reactiu de la PCT (fins a 6 punts). Es valorarà el període d'estabilitat de la calibració del lot per a la determinació de PCT. La puntuació s'assignarà de manera proporcional en funció de la millor estabilitat ofertada, que es prendrà com a referència per al càlcul. 6 punts: Oferta amb la major estabilitat de calibració. La resta d'ofertes obtindran una puntuació calculada en base a la fórmula següent: $\text{Puntuació} = \frac{\text{Estabilitat calibració ofertada (dies)}}{\text{Estabilitat calibració màxima ofertada (dies)}} \times 6$	6
	Estabilitat de la calibració del reactiu del NT-proBNP (fins a 6 punts). Es valorarà el període d'estabilitat de la calibració dels reactius necessaris per a la determinació del NT-proBNP. La puntuació s'assignarà de manera proporcional en funció de la millor estabilitat ofertada, que es prendrà com a referència per al càlcul. 6 punts: Oferta amb la major estabilitat de calibració. La resta d'ofertes obtindran una puntuació calculada en base a la fórmula següent: $\text{Puntuació} = \frac{\text{Estabilitat calibració ofertada (dies)}}{\text{Estabilitat calibració màxima ofertada (dies)}} \times 6$	6
	Inclusió del calibrador en el kit de reactiu del NT-proBNP (fins a 6 punts). Es valorarà que el calibrador necessari per a la determinació del NT-proBNP estigui inclòs en el mateix kit de reactiu. 6 punts: El calibrador està inclòs al kit de reactiu del NT-proBNP. 0 punts: El calibrador NO està inclòs al kit de reactiu del NT-proBNP.	6
	Temps per a l'obtenció del primer resultat de NT-proBNP (fins a 6 punts). Es valorarà el temps necessari per obtenir el primer resultat de la determinació de NT-proBNP, des de la càrrega de la mostra. La puntuació s'assignarà segons els següents intervals: 6 punts: ≤ 10 minuts 3 punts: Entre 11 i 15 minuts 0 punts: > 15 minuts	6
	Absència d'interferència amb biotina en la determinació de NT-proBNP a dosis de tractament demostrada (fins a 6 punts). Es valorarà la concentració de biotina (ng/mL) a la qual el mètode ofertat garanteixi absència d'interferència La puntuació s'assignarà segons la concentració de biotina sense interferència seguint els següents intervals: 6 punts: ≥ 3.000 ng/mL 4 punts: 2.000 – 2.999 ng/mL 2 punts: 1.000 – 1.999 ng/mL 0 punts: < 1.000 ng/mL	6

Seran excloses totes aquelles propostes que no obtinguin un mínim del 50 % del total de punts fruit de la suma dels diferents criteris tècnics.

24 Ofertes amb valors anormals

 a. SI ☒ NO

b. Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus

- L'oferta econòmica sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes rebudes per part dels licitadors admesos. I, en cas que es presenti una sola oferta que aquesta no sigui inferior en més d'un 30% el preu de licitació.
- Quan l'oferta econòmica sigui inferior a un 15% a la mitjana de les ofertes que hagin estat presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%, caldrà analitzar una sèrie de circumstàncies, atenent a:

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
[CLILAB 2026-01]

- En primer lloc, caldrà obtenir la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, llevat de les que hagin estat excloses per no haver reunit els requeriments tècnics mínims.
- A partir d'aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
- S'obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut (sense tenir en compte el signe més o menys).

A partir d'aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables a i c, i que, a la vegada, la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.

25 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

- Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI ☒ NO ☐
- Import:

Lot 1. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE GASOMETRIES ARTERIALS, VENOSES I CAPIL·LARS AMB CESSIÓ DE PROGRAMARI INTERMEDIARI (MIDDLEWARE)	1.882.000,00 €
Lot 2. ANALITZADORS I REACTIUS UTILITZANT METODOLOGIA POCT A L'HOSPITAL DE SANT ANTONI ABAD	1.589.000,00 €
Lot 3. ANALITZADORS I REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE L'AMONI PER METODOLOGIA POCT	44.460,00 €
Lot 4. REACTIUS PER A LA REALITZACIÓ DE PROCALCITONINA I NT-proBNP	2.873.000,00 €

L'adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l'import de cobertura mínim per sinistre que s'assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte.

Totes les empreses hauran de lliurar una declaració responsable on es comprometin a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del contracte en cas de ser adjudicatàries.

26 Subcontractació

- Obligatòria
- Opcional ☒

27 Sistema de determinació del preu i forma de pagament

- Sistema de determinació del preu:**
 - ☒ Preus unitaris
 - ☐ A tant alçat
 - Altres:

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]****b. Forma de pagament:**☐ Total (un únic pagament)☐ Fraccionat.☒ La que s'assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

D'acord amb la naturalesa de tracte successiu i definició estimatòria del contracte, en base a la Disposició Addicional 33a de la LCSP el preu d'adjudicació serà el Pressupost Base de Licitació, si bé els preus que determinaran la despesa del contracte seran els preus unitaris oferts per l'empresa que hagi presentat millor oferta en funció de les unitats que realment s'executin.

28 Revisió de preus**SI** hi ha revisió de preus**NO** hi ha revisió de preus ☒**29 Condicions especials d'execució i obligacions contractuals essencials****Condicions especials d'execució:**

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques, així com les condicions especials d'execució relatives a criteris socials i ambientals que estan regulades a l'apartat 30 del present document.

Obligacions contractuals essencials:**a. SI ☒ NO**

b. Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de prescripcions tècniques i les següents:

- El compliment de les prescripcions tècniques.
- Disposar de la capacitat tècnica i els mitjans personals i materials per executar el contracte, de forma òptima i diligent per tal de realitzar l'objecte del contracte.
La prestació contínua del servei sense el seu abandonament o interrupcions injustificades. S'entendrà per abandonament o interrupció sense causa justificada quan els treballs hagin deixat de desenvolupar-se, no es desenvolupin amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials necessaris per a la normal execució del contracte en termini. No obstant, el CLILAB Diagnòstics, abans de declarar la resolució, requerirà al contractista que regularitzi la situació en el termini de cinc dies a comptar des del requeriment.
- El compliment de la normativa de seguretat i salut en el treball.
- El compliment de les obligacions de confidencialitat, així com disposar de la prèvia autorització del CLILAB Diagnòstics en la comunicació d'informació a tercers.
- Obligació del contractista i subcontractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
- El compliment dels criteris d'adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests han resultat determinants per a l'adjudicació del contracte al seu favor.
- Verificació d'inexistència de sanció per part de l'òrgan de la competència, al contractista, per la comissió d'una infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació i que hagi estat sancionada per part de l'Òrgan de Contractació.

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

- El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent.
- En el cas de serveis que es prestin a les dependències de l'ens contractant, dins del primer mes d'inici de l'execució del contracte, el contractista resta obligat a facilitar al responsable del contracte, d'acord amb el format que aquest estableixi, una llista anonimitzada dels llocs de treball ocupats i de la classificació professional del personal que l'empresa adjudicatària adscriu a l'execució del contracte. A més, el contractista estarà obligat a actualitzar la informació proactivament cada vegada que hi hagi un canvi.
- En els casos de grups de productes homogenis tal com es defineixen al punt 14.7 del Plec de prescripcions tècniques, l'acompliment de forma independent de les obligacions contractuals per a cadascun dels ordres de productes que conformen el grup.

L'incompliment d'aquestes obligacions essencials suposarà una resolució del contracte.

30 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals

- Socials: SI ☒ NO
- Ambientals: SI ☒ NO

Elements sobre els que recauen:

- ☐ Reserva de mercat
- ☐ Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
- ☐ Requisits de solvència tècnica
- ☐ Criteris de valoració de les ofertes
- ☒ Condicions d'execució del contracte

S'han considerat les següents condicions especials d'execució del contracte:

- ☒ L'obligació d'aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s'enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.
- ☒ La correcta gestió dels residus generats en el marc de les prestacions contingudes en aquest contracte per part del contractista.

Dins de quina tipologia de clàusules es troben les que s'incorporen en el present expedient:

- ☐ D'estabilitat laboral i de qualitat en l'ocupació
- ☐ Per a la igualtat de gènere
- ☐ Per a la inserció laboral
- ☐ Per a un comerç just
- ☐ Per a la transparència fiscal
- ☐ Per al foment de la petita i mitjana empresa
- ☐ Alimentàries
- ☐ D'accessibilitat
- ☐ Formació treballadors
- ☐ Conciliació laboral, personal i familiar

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]**

- ☐ Millora condicions laborals
- ☐ Drets humans
- ☒ Altres clàusules diferents a les anteriors

31 Penalitatsa. SI ☒ NO

b. Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el present quadre de característiques i en el Plec de prescripcions tècniques.

En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents o en cas que la mateixa infracció estigui penalitzat de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran preferència

d'aplicació les següents penalitats (en l'ordre que s'indica):

1. les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
2. les regulades al present Quadre de Característiques Específiques
3. les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

32 Causes específiques de resolució contractuala. SI ☒ NO

b. Són les següents: les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de prescripcions tècniques, i, específicament, la Sanció per part de l'òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.

En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d'aplicació les següents causes de resolució (en l'ordre que s'indica):

1. les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
2. les regulades al present Quadre de Característiques Específiques
3. les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

33 Propietat Industrial i Intel·lectual

- a. El regulat en el Plec de Clàusules Administratives particulars ☒
- b. Règim específic

34 Cessió del contracte

- a. Sí ☒
- b. No

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2026-01]****35 Visita al centre**

- a. Sí
- b. No
- c. Opcional ✕

Per a organitzar les visites dels centres de CLILAB Diagnòstics, les empreses licitadores han d'enviar un correu electrònic a contractacio@cli.cat i des d'aquí es gestionarà el dia i hora de visita.

Tanmateix, al final del PPT s'annexen els plànols dels centres (veure **Annex III. PLÀNOLS CENTRES CLILAB 2026-01** objecte del contracte).

36 Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència

L'execució del contracte implica el contacte habitual amb menors: SI NO ✕

37 Tramesa de l'enviament de l'anunci al DOUE:

- a. SI ✕ NO

38 Recurs

- a. Tipus de Recurs: recurs especial en matèria de contractació pública
- b. Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
- c. Adreça: C/Via Laietana, 14 - 08003 – Barcelona

39 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea

- a. SI NO ✕

40 ACP aplicable al contracte?

- a. SI ✕ NO

41 Per més informació o aclariments

Les consultes únicament s'atendran via plataforma e-licita i tant la pregunta com la resposta seran publicades pel mateix mitjà.

42 Sol·licitud de mostres/Demostració

- a. SI
 - Fase presentació propostes: -
 - Després de la fase de presentació propostes: -
- b. NO ✕ **No aplica**

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2025-06]****ANNEX I: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR****Sobre A:**

- Model 1 (índex documentació del sobre A)
 - Model 2 (dades complementàries)
 - Model 3 (declaració de confidencialitat)
 - Model 4 (compromís de constitució d'UTE), si escau (document optatiu)
 - Document Europeu Únic de Contractació, en els termes establerts a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
 - Número de DEUC a presentar
 - Únic DEUC
- En cas que hi hagi subcontractació, s'haurà d'especificar en aquest sobre A i caldrà indicar en el DEUC el nom de l'empresa subcontractista. Aquesta empresa haurà de presentar també un DEUC, en els termes establerts a la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.*
- Si s'escau Model 5.1 o 5.2 (declaració dades contingudes al ROLECSP / RELI)
 - Model 6 (compromís de subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil)
 - Model 7 (visita al centre), si escau
 - Annex 1 Sobre A- Declaració responsable tractament de dades personals. Veure document 09.2. [LIC] Annex 1_Sobre A_Declaracio responsable tractament de dades_IM-167
 - Annex A (declaració responsable)
 - Declaració d'absència de conflicte d'interès
 - Annex 2 del Protocol Electronics Watch, per als lots 1,2,3. Veure document 10.1. Annex 2. Codi bàsic normes laborals prod béns electrònics_Instrucció 5-2020

Sobre C:

- Model 9 (declaració oferta econòmica)
- Annex oferta econòmica + Requisits logístics: Veure document 12. CLILAB 2026-01. Annex OE_licitadors degudament signat.
- Annex criteris objectius (valoració econòmica i criteris automàtics): Veure document 11.2. Quadre resum criteris adjudicació – Sobre C: detall de la documentació presentada en l'oferta, cal especificar:
 - Nom del Document al qual es troba la informació i
 - Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
- Altra documentació sobre l'acreditació dels criteris objectius, si escau
- Altra documentació tècnica que es sol·licita al Plec de prescripcions tècniques, així com la informació que acrediti el compliment dels requisits mínims exigits al Plec de prescripcions tècniques: [al nom de la carpeta posar només el nom del punt (veure negreta a continuació)]
 - **Objecte i abast del subministrament:** Descripció, explicació i detall del compliment de l'objecte i abast del subministrament (*punt 2 i subpunts*)
 - **Mitjans i requeriments tècnics generals:** Descripció del circuit a seguir en cas d'avaría (*Subpunt 3.1*), declaració responsable signada conforme compleixen amb tots els punts requerits en aquest apartat segons s'estableix en el plec tècnic.
 - **Requisits tècnics mínims d'obligat compliment:** Descripció, explicació i detall del compliment dels requisits mínims d'obligat compliment (*punt 3.2 i subpunts*)
 - **Memòria tècnica:** indicant els reactius, equips i analitzadors que s'ofereixen i especificant les característiques més destacables, en relació a l'activitat necessària. (*Punt 4*).
 - **Disseny de les instal·lacions + Cronograma** (*punt 5*)

ANUNCI/QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES**[CLILAB 2025-06]**

- **Pla de contingència** (punt 7)
- **Manteniment i assistència tècnica:** Proposta de manteniment, assistència tècnica i suport especialitzat (punt 8 i subpunts)
- **Pla de formació** (punt 9)
- **Connexions informàtiques:** (subpunt 12.1)
- **Incidències:** Descripció, explicació i detall del compliment de resposta enfront incidències (Punt 16)
- **Residus i impacte mediambiental:** Descripció, explicació i detall del compliment d'adopció de mesures respecte els residus i impacte mediambiental (punt 17)
- **Altres conceptes imprescindibles** (punt 23)

Número d'expedient CLILAB 2026-01

INFORME JURÍDIC

Que emet la Directora del Servei de Agregat de Contractacions Administratives del CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA, al qual **El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, L'Anoia i El Garraf, en endavant CLILAB Diagnòstics**, està associat, en la seva qualitat d'assessora jurídica del primer i, per aquest acte, del segon, d'acord amb allò previst a l'article 138.3 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (B.O.E. núm. 257, de 26 d'octubre).

Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars -entenent que el Quadre de Característiques Específiques és una part integrant d'aquest- per a la contractació del **subministrament de reactius, material fungible, equips, incloent el seu manteniment, i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder realitzar l'activitat analítica de l'àrea d'urgències (gasos en sang, POCT, amoni, procalcitonina i NT-proBNP) així com la cessió de l'ús d'un programari intermediari (middleware) per a la connexió amb el sistema informàtic del laboratori del Consorci del laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics).**, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari, tramès per CLILAB Diagnòstics.

Atès el que disposen la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,

Manifesta la CONFORMITAT del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del **CLILAB Diagnòstics**, a la normativa vigent en matèria de contractes administratius.

Sra. Paula Hors Comadira
Directora del Servei Agregat de
Contractacions Administratives