

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT I CESSIÓ DE BOMBES D'INFUSIÓ INSULINA YPSOPUMP CamAPS FX COMPATIBLE AMB SENSORS DE MONITORATGE CONTINU DE GLUCOSA DEXCOM G6/FSL3 PLUS, I EL SEU SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMB DESTÍ AL SERVEI D'ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat i cessió de bombes d'infusió insulina YpsoPump CamAPS FX compatible amb sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS i el seu servei d'assistència tècnica amb destí al Servei d'Endocrinologia i Nutrició del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), durant tot el període de vigència del contracte.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT:

El subministrament a contractar consisteix en l'adquisició de:

Codi	Descripció
FLJ035/FLJ040	Kit integrat de bombes d'infusió insulina YpsoPump CamAPS FX i sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS per atenció domiciliària
FLJ036/FLJ041	Kit integrat de bombes d'infusió insulina YpsoPump CamAPS FX i sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS per atenció hospitalària

L'adjudicatari haurà de subministrar i serà responsable de:

- El subministrament successiu i continuat de bombes d'infusió insulina YpsoPump CamAPS FX amb sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS i el seu servei d'assistència tècnica.

A continuació es detallen els documents a lliurar obligatòriament, l'absència dels quals serà causa d'exclusió de la licitació per part de l'òrgan de contractació. La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o castellà, en format digital:

- a) Documentació tècnica dels sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS (material fungible):
 - Fitxa tècnica i Foto del producte.
 - Fitxa descriptiva de les característiques tècniques de cadascun dels productes oferts, i referències a la definició exacta de la composició, disseny, estructura i elements constituents.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge C.E.
 - Descripció d'embalatge i etiquetatge.
- b) Documentació tècnica de la Bomba d'infusió d'insulina YpsoPump CamAPS FX:
 - Fitxa tècnica i Foto del producte.
 - Memòria descriptiva de les característiques tècniques del sistema.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria i en particular el marcatge C.E.
 - Instruccions d'ús.
 - Manual tècnic (excepcionalment es pot presentar en anglès).

c) Servei de suport tècnic inclòs:

Aquest servei de suport tècnic suposa la reposició del dispositiu per un de nou en cas d'averia o funcionament defectuós.

- Informació del SAT:
 - Canals de comunicació per avís d'averia.
S'haurà d'identificar els noms i cognoms de la persona/es del servei d'atenció tècnica, indicant número de telèfon i correu electrònic.
 - Horari.
S'haurà d'identificar l'horari i dies de la setmana de cobertura del servei d'atenció tècnica.
 - Compromís de temps de resolució màxim.
S'haurà d'indicar que el temps de resposta màxim serà de 48-72 hores, després de la notificació de la averia al SAT.
 - Dotació de personal en l'àrea (i determinació de l'àrea).
S'haurà d'identificar els noms i cognoms de la persona/es del servei d'atenció tècnica, indicant número de telèfon i correu electrònic. En concret per a l'àrea de Catalunya.
 - Ubicació física.
S'haurà d'indicar l'adreça de l'emplaçament físic del servei d'atenció tècnica.
 - Tècnic responsable o de referència.
S'haurà d'identificar el nom i cognoms de la persona responsable o de referència del servei d'atenció tècnica, indicant número de telèfon i correu electrònic.

d) Termini de garantia del material fungible:

- El període de garantia coincidirà en tot cas amb la data de durada total del contracte i amb la data de caducitat dels productes subministrats. Durant aquest període, quan procedeixi, la garantia inclourà la substitució del material defectuós, ja sigui, per excedir la data de caducitat, pèrdua de l'esterilitat per una mala manipulació de l'envàs, i qualsevol defecte en el material que faci inviable el seu ús segur i efectiu.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT:

Els lliuraments es realitzaran segons indicacions establertes per part del CMPSB de les diferents comandes.

S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui possible s'haurà d'avisar amb una antelació mínima de 72 hores al servei usuari i al Servei de Logística (compres@hmar.cat).

En cas que es produeixi qualsevol desviació, tant en la data com en la quantitat, respecte de la comanda rebuda, l'adjudicatari ho haurà de comunicar al Departament de Logística amb l'antelació establerta a l'apartat anterior. Els incompliments en els lliuraments, ja siguin totals o parcials, seran degudament registrats i objecte de penalització d'acord amb la normativa vigent i amb el que estableixen les bases de la licitació.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. L'empresa proveïdora ha d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec del proveïdor.

Tot el material haurà de lliurar-se a l'adreça consignada a la comanda que podrà ser:

a) Material destinat als nostres centres:

- Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003, Barcelona
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@hmar.cat
Entrada magatzem per carrer Dr. Aiguader, 88.

Horari de lliurament:

- Hivern: del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i divendres de 8 a 13:30 hores.
- Estiu: del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i divendres de 8 a 12:30 hores.

b) Material amb destí a la nostra plataforma logística, magatzem central CLS:

- Coordinació Logística Sanitària (CLS). Tel.935 748 230
C/ Creueta s/n, Santa Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona
Tel. 935 748 230

Horari de lliurament: De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

c) Material amb destí al domicili dels pacients d'atenció domiciliària:

L'àmbit d'abastiment per part de l'empresa proveïdora serà a tota Catalunya.

Albarà de lliurament:

Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat i on es podrà identificar clarament:

- Número de comanda
- Nom del producte
- Codi EAN
- Referència de l'article segons proveïdor
- Referència de l'article segons CMPSB
- Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.

Tot lliurament NO acompanyada del corresponent albarà, serà rebutjat.

Embalatges:

Caldrà que s'acompleixin les característiques i requisits que seguidament es detallen per tal que la mercaderia no sigui retornada:

- En la proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en què aniran envasats els productes oferts.
- A l'exterior de l'embalatge s'haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o imprès sobre aquests, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.
- En l'embolcall, tant individual com final, dels productes envasats que siguin estèrils, hi haurà de constar el tipus d'esterilització i la data de caducitat. Tanmateix, en l'embolcall final també serà necessari que hi consti el número de sèrie i la referència de l'article.

En cas que determinats articles s'haguessin de portar en palets al magatzem central del CMPSB per a la seva posterior distribució als centres, l'empresa que resulti adjudicatària tindrà l'obligació que els palets de fusta que s'utilitzin siguin EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palets) i hauran de portar gravats els logotips corresponents, i seves dimensions seran les del palet europeu de 800mm x 1200mm. L'alçada de la càrrega no serà superior a 1,2 metres.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retirar els materials defectuosos i a substituir-los per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per al CMPSB.

4. MOSTRES:

En la present licitació no es precisen mostres.

5. INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC:

L'empresa adjudicatària es comprometrà a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment.

En cas que per part de l'empresa adjudicatària es produís un desproveïment de l'objecte del contracte:

- Hauran de comunicar-ho al Servei de Logística (compres@hmar.cat) amb una antelació mínima de 72 hores.
- L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantinent el preu d'adjudicació compatible amb les bombes d'infusió d'insulina YpsoPump CamAPS FX compatible amb sensors de monitoratge continu de glucosa DEXCOM G6/FSL3 PLUS, garantint en tot cas la compatibilitat i el manteniment de la garantia, si s'escau. L'alternativa es facilitarà amb temps suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del CMPSB.
- L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament al CMPSB segons l'apartat de penalitats establert al PCAP i segons les condicions del contracte.

6. DISPOSICIONS GENERALS:

L'adjudicatari resta obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la utilització dels productes subministrats al personal designat del CMPSB, impartint els tallers/sessions que calguin, així com aportar el material docent que s'escaigui, si és el cas.

L'adjudicatari té l'obligació de comunicar al CMPSB les modificacions de mides o llargades que es produeixin en els articles adjudicats (indicant les noves referències amb els codis corresponents) sempre i quan aquestes no suposin una variació de preu, obligant-se a incorporar-les dins el catàleg de l'Hospital i a subministrar-les en les mateixes condicions que l'article inicialment adjudicat. Si les noves mides o llargades no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar-ho amb la suficient antelació al Servei de Logística (compres@hmar.cat), presentant el document tot indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.

Durant la vigència del contracte, l'adjudicatari estarà obligat a proposar substitucions dels productes o materials seleccionats, per d'altres que incorporin avantatges o innovacions tecnològiques que millorin les

prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i administratius de la contractació de l'article inicial. Només es podrà excloure l'aplicació d'aquesta millora si el resultat de la seva aplicació és clarament desproporcionat en perjudici de l'adjudicatari, quedant aquesta circumstància degudament acreditada a l'expedient.

En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat posteriorment a la data límit de presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius determinats en els plecs que regeixen l'esmentada contractació.

7. UNITAT RESPONSABLE DEL SUBMINISTRAMENT:

Correspon a la cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició del CMPSB la responsabilitat envers el compliment del subministrament del present contracte i, en particular, de vetllar pel compliment d'allò previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al present Plec de Prescripcions Tècniques.

8. ANNEX PPT:

Annex 1 del PPT: Es detalla el número de lots, codis, característiques tècniques d'obligat compliment i consums anuals previstos de cadascun dels articles que formen part de la present licitació.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Dra. Juana Flores Le Roux
Cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició
Consorti Mar Parc de Salut de Barcelona