

ANNEX - 5

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc.)



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L91YL3LCPUG4AD51A4VTAVYJLEESTTA

Data creació còpia:
26/01/2026 07:50:09

Pàgina 1 de 5



5.1 Cessió d'equips

Condicions de la cessió

Actualment l'adjudicatari del fungible dels lots indicats a continuació cedeix, sense cap cost per als Centres, el nombre d'equips que es detalla i les característiques tècniques que s'especifiquen en aquest mateix annex a l'apartat "Característiques bàsiques dels equips".

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles també seran les responsables del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

Les empreses adjudicatàries hauran d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres. Les incidències derivades del no compliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Inventari d'equips

L'inventari d'equips que les empreses adjudicatàries hauran de cedir als nostres centres és el següent (aquestes quantitats són aproximades i orientatives):



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L91YL3LCPUG4AD51A4VTAVYJLEESTTA

Data creació còpia:
26/01/2026 07:50:09

Pàgina 2 de 5

LOT	CODI	EQUIP	AH01 Hospital Vall d'Hebron	AH02 Hospital de Bellvitge	AH03 Hospital Germans Trias (Badalona)	AH04 Hospital Josep Trueta (Girona)	AH05 Hospital Joan XXIII (Tarragona)	AH06 Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)	AH07 Hospital Verge de la Cinta	Nombre d'equips total
1	TOTS	Humidificador Sistema AIRVO-2 o equivalent FISHER & PAYKEL	49	100	50	100	28	38	6	371
1	TOTS	Humidificador 850 ALU o equivalent FISHER & PAYKEL	161	50	66	8	37	25	53	400
15	30051623	Humidificador Aquavent o equivalent MARTIN VECINO					42		8	50
14	30047615	Generador de flujo FD140 o equivalent MARTIN VECINO					7			7



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L91YL3LCPUG4AD51A4VTAVYJLEESTTA

Data creació còpia:
26/01/2026 07:50:09

Pàgina 3 de 5



Característiques bàsiques dels equips

Característiques tècniques dels equips que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 001:

Equip	Flux / rang de teràpia	Rendiment humitat	Temperatura	Dimensions	Pes	Alimentació	Punts rellevants
MR850 o equivalent	Invasiva: fins 60 L/min; No invasiva / Mask fins 120 L/min	Humiditat mínima: ≥ 33 mg/L en mode invasiva, ≥ 12 mg/L en mode màscara.	Temperatura sortida de càmera: 35.5-42 °C (invasiva), 31-36 °C (màscara).	Dimensions 140 x 173 x 135 mm aprox. (sense càmera)	Pes aprox: 2.8 kg (sense càmera), 3.1 kg (amb càmera plena)	Alimentació: ex. 115 V, 60Hz; placa calefactora 150 W.	Equip per humidificació en ventilació invasiva/no-invasiva.

Equip	Flux / rang de teràpia	Rendiment humitat	Temperatura	Dimensions	Pes	Alimentació	Punts rellevants
AIRVO 2 o equivalent	Rang de flux: mode predeterminat 10-60 L/min; Mode Junior 2-25 L/min. Entrades d'O ₂ : màx. 60 L/min	Humiditat: >33 mg/L a objectiu 37 °C; >12 mg/L a objectiu 34 °C; >12 mg/L a 31 °C.	Temperatura màx. gas subministrat: 43 °C.	Dimensions: 295 x 170 x 175 mm, aprox.	Pes aprox: 2.2 kg unitat només; 3.4 kg amb accessoris.	Alimentació: 100-115 V 2.2 A (màx 2.4 A) / 220-240 V 1.8 A (2.0 A max) 50-60 Hz.	Equip específic per teràpies de flux alt humidificat (HFNC) en pacients espontanis o teràpies menys invasives.

Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari de l'article amb codi SAP 30051623 del lot 015:

Humidificador/escalfador autoregulat Aquavent o equivalent

Descripció

Humidificador electrònic que combina conductivitat tèrmica i circuit respiratori per a administrar humidificació òptima i controlada.

Característiques

- Compatibilitat amb circuits calefactats anti-microbians.
- Suport respiratori a través d'un tub traqueal, mascareta o cànula nasal.
- Selecció de modalitat invasiva o no invasiva.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L91YL3LCPUG4AD51A4VTAVYJLEESTTA

Data creació còpia:
26/01/2026 07:50:09

Pàgina 4 de 5



- Selecció automàtica de temperatura.
- Alarma de baixa i alta temperatura.
- Protecció de temperatura.
- Pantalla digital.
- Servocontrol.
- Cambra d'ompliment automàtic.
- Mecanisme de flotació.

Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari de l'article amb codi SAP 30047615 del lot 014:

Humidificador/escalfador Aquavent FD 140 o equivalent

Descripció

Humidificador controlador en teràpies d'alt flux per adults i pediàtric

Característiques

- Suport respiratori mitjançant un tub endotraqueal o cànula nasal.
- Selecció de modalitat invasiva o no invasiva.
- Gestió intel·ligent d'alarmes.
- Pantalla digital.
- Cambra d'ompliment automàtic.
- Autonomia de bateria interna 60 min.
- Nebulitzador de fàrmacs integrat



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
06/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L91YL3LCPUG4AD51A4VTAVYJLEESTTA

Data creació còpia:
26/01/2026 07:50:09

Pàgina 5 de 5