

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101457674/26/AMUP

MATERIAL DE TERÀPIA I FUNCIO RESPIRATÒRIA.  
COMPLEMENTARI.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 1 de 53

## INDEX

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació .....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals .....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	5
3. Com presentar la oferta .....	5
3.1. Oferta tècnica .....	5
3.2. Model d'oferta tècnica .....	6
3.3. Presentació de mostres .....	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	9
4.1. Prevenció de riscos laborals .....	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament.....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic .....	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 2 de 53

- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 16
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 19

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 3 de 53

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material de teràpia i funció respiratòria** per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- Es obligatori presentar oferta conjunta als lots 34 i 35. Si es presenta oferta en un codi de mascareta del lot 34, s'ha de presentar obligatòriament oferta en un codi d'arnès del lot 35. Aquests dos codis, en el seu ús conjunt, han de ser compatibles i funcionals.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.



### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx\_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.



El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius**

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

**La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.**

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres



mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**



## 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

#### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

#### 4.4.2. Garantia de subministrament

##### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té



tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	



- F010-Fitxa tècnica actual\*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa\*
- P010-Pressupost\*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.



**4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda**

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

**4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes**

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

**4.4.3. Sistema EDI**

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termin de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 12 de 53

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

**Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:**

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005



- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

**L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.**

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic

##### 4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:



- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

**4.5.2. L'albarà**

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 15 de 53

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN ( GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.



**4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE**





L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

	Doc. original signat per: Olga Santamaria Herrero 19/12/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 21/01/2029  Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Data creació còpia: 21/01/2026 10:10:52  Pàgina 17 de 53
	CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ   0SOW0M9AQL9HBIWIA173SWR3LDFOE76		

<p>3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</p>  <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avis.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
--	---



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 18 de 53

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas <b>d'emergència</b> :  Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 19 de 53

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 20 de 53

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 21 de 53

ANNEX A			
Lot	Descripció del Lot	Codi	Obligatorietat
1	Materials per a teràpia O2 alt flux compatible amb humidificadors de gasos respiratoris	30009857	SI
		30027821	
		30052262	
		30029840	
		30029758	
		30013980	
		30027600	
		30030636	
		30030637	
		30033816	
		30034414	
		30043618	
		30051652	
		30051653	
		30061627	
		30069878	
		30069879	
		30069880	
		30060501	
		30060502	
30060503			
2	Material per a capnografia transcutània	30014886	SI
		30010316	
		30019146	
		30019147	
		30019148	
		30019149	
3	Materials per a espiròmetres/aerosolteràpia	30019150	NO
		30040961	
		30029030	
		30029967	
		30061187	
		30029968	
4	Materials per a equip de funció pulmonar	30053416	NO
		30061186	
		30051474	
		30017121	
5	Filtres i accesoris per a espiròmetres/aerosolteràpia	30017122	NO
		30017123	
		30062532	
		30008590	
6	Humidificadors (nas artificial) de calor i humitat CV	30031867	NO
		30054010	
		30060239	
		30062108	
7	Filtres respiratoris	30063891	NO
		30063903	
		30048595	
		30066858	
8	Cambras retenció/inhalació	30009176	NO
		30013620	
		30028686	NO
		30028760	
		30062096	
		30063583	
		30065997	NO
		30001275	
		30001276	
		30001277	NO



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 22 de 53

9	Nebulitzadors	30003984	NO
		30005164	NO
		30008261	NO
10	Material divers per a humidificador	30009168	NO
		30005163	NO
		30009776	NO
11	Mascaretes tipus Venturi	30001272	NO
		30001273	NO
		30001274	NO
		30002212	NO
		30029682	NO
12	accessoris tipus Venturi	30001293	NO
13	Línia d'oxigen	30003180	NO
		30003975	NO
14	Sondes nasals per administració oxigen (Ulleres nasals)	30005161	NO
		30037829	NO
		30047615	NO
15	Circuits i accessoris per a sistemes de ventilació	30047394	NO
		30051623	NO
		30060327	NO
16	Vàlvules	30053415	NO
17	Material Fisioteràpia respiratòria	30006644	NO
		30065175	NO
		30043004	NO
		30051845	NO
18	Sondes per a capnògraf	30003988	NO
		30063585	NO
19	Materials capnògraf	30017871	NO
		30018632	NO
		30053964	NO
		30063584	NO
20	Broquets per espirometria	30001804	NO
		30002077	NO
		30005181	NO
		30007317	NO
		30005370	NO
		30054011	NO
		30053075	NO
		30061995	NO
21	Broquets per alcolímetres	30051166	NO
		30006803	NO
22	Broquets per Oxid nítric	30053249	NO
		30052833	NO
		30043519	NO
23	Broquets per coxímetre	30030448	NO
		30034680	NO
		30062388	NO
<b>Lot</b>	<b>Descripció del Lot</b>	<b>Codi</b>	<b>Obligatorietat</b>
24	Broquets Universal	30017656	NO
		30005185	NO
25	Accessoris funció respiratòria	30008313	NO
		30014524	NO
		30062185	NO
		30063691	NO
		30063890	NO
		30052826	NO
		30019256	NO
26	Adaptadors funció respiratòria	30048562	NO
		30063889	NO
		30068531	NO
27	Oliva per a rinomanòmetria	30051171	NO
		30051173	NO
28	Sondes Polisonografia	30019658	NO



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 23 de 53

		30042275	NO
		30048553	NO
		30048555	NO
29	Mascaretes funció respiratòria	30053874	NO
		30062438	NO
		30069653	NO
		30048556	NO
30	Altres accessoris funció respiratòria	30048557	NO
		30062439	NO
		30053082	NO
		30053083	NO
31	Sondes nasals i circuit calefactat per a dispositiu de oxigenoteràpia	30053084	NO
		30053085	NO
		30053086	NO
32	Nebulitzadors portàtils	30069756	NO



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 24 de 53

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 25 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 1 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001272

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2 ped,vora suau siliconada,venturi 7 concentracions a/sist segur,ròtula giratòria,forats laterals,cinta elàstic aj ust, línia O2 1,8-2m,estructura interior anticol.lapse,plàstic transparent tou ,s/làtex/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001273

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2 adult,vora suau siliconada,venturi 7 concentracions a/sist segur,ròtula giratòria,forats laterals,cinta elàstic ajust, línia O2 1,8-2m,estructura interior anticol.lapse,plàstic transparent tou ,s/làtex/ftalats,1

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001274

**Descripció llarga:**

Mascareta traqueotomia O2 adult,venturi 7 concentracions,línia O2 1,8-2m), plàstic transparent i vorell siliconat,adaptable a nebulitzador, sistema obertura lateral, connector basculant rotació 360°. Lliure de làtex, lliure ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001275

**Descripció llarga:**

Nebulitzador pediàt,10(+/-)1 mL,antibolcada,anatòm,flexible,inodora i fixador metàl·lic al nas.Línia O2 2(+/-0,2)m no col.lapsable a /conn luer femella,partícula d'0,5µ i 5µ.Nebulitzador extraïble p/oxigenoteràpia a/conn mascle línia,transparent,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001276

**Descripció llarga:**

Nebulitzador farmacs per aerosolteràpia graduat 10(+/-)1 mL,sist antigoteig, a/conn femella 22mm,a/mascareta adult,inodora i vora su au siliconada, cinta elàst ajust,línia O2 2(+/-0,2)m,interior anticol.lapse ,transparent, s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001277

**Descripció llarga:**

Nebulitzador a/broquet+tub corrugat, cubeta calibra capacitat 10(+/-1)mL ,antibolcada,adaptador T,connexions 22mm,línia O2 2(+/-0,2)m anticol.lapse.Transparent,rígid,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001293

**Descripció llarga:**

Eq peça T p/oxigenteràpia a/línia de O2 1,8-2m p/traqueotomia,regulador sistema venturi 7 concentracions a/sist segur, ròtula giratòria adaptable nebulitzador,dispositiu silenciador altes concentracions.Transparent ,S/làtex/PVC.lús.Compat a/nebulitzador.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001804

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 26mm, diàmetre extern 28mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobrimet setinat. D'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 26 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 2 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30002077

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 28mm, diàmetre extern 30mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30002212

**Descripció llarga:**

Mascareta O2 traqueo,adult,nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueo bronq partíc 2-3 µ. Cubeta calibrada de plàstic rígid 10(+/-1)mL,tu b coar i línia O2. Nebulització vertical. Tanca de seguretat a/sist antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure làtex/PVC,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30003180

**Descripció llarga:**

Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals,transparent i anticòl·lapse. Llargària 2 (+/-0,2) metres (m), lliure de làtex, d'un so ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30003975

**Descripció llarga:**

Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals,transparent i anticòl·lapse. Llargària 7 (+/-0,2) metres (m), lliure de làtex, d'un so ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30003984

**Descripció llarga:**

Nebulitzador a/broquet+tub corugat,a/filtre viric/antib,vàlv unidirec ,cubet calibr capac 10(+/-1)mL,circuit pentam Øpartic 4,5 a 3µ ,flux 8lpm,tanca seg antigoteig,conn femella 22mm,línia O2 2(+/-0,2)m estrellada antioclusió Transparent,rígid#/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30003988

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal doble,sistema subjecció tipus ullera pacient adult per a la mesura de CO2+administ de O2,a/adapt per circuit de a nestesia,canula rodona i atraumàtica,tub anticòl.lase 2(+/-1)m,conn universal,luerlok mascle,rebutjable,s/làtex/ftalax,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30005161

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,adult, puntes nasals corbes i suaus, llengüeta flexible,línia O2 5 (+/-0,5)m a/sistema anticòl·lapse,transparent i flexible,connexió luer femella,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30005163

**Descripció llarga:**

Got humidificador transparent adaptable a tot tipus de cabalímetre, amb vàlvula de seguretat i connexió universal per a qualsevol eq uip d'oxigenoteràpia. Mida: 200 (+/-10) cc de capacitat i graduat cada 100 cc. Lliure de làtex, d'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 27 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 3 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30005164

**Descripció llarga:**

Nebulitzador tipus MB2 calibrat o eq, metacolina i broncoestimulació, 5 (+/-0,5)mL,diàmetre extrem boca superior connexió broquet 1, 9cm, diàmetre exterior boca interior connexió tub 0,7cm, rígid,reutilitzable, autoclau.Compatible dosímetre MB3 Mefar o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30005181

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 20mm, diàmetre extern 22mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30005185

**Descripció llarga:**

Sensor de flux per neumotacògraf de proves funcionals respiratòries, compatible amb equips de funció pulmonar Prevent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30005370

**Descripció llarga:**

Broquet de plàstic amb filtre. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30006803

**Descripció llarga:**

Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30007317

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 29mm, diàmetre extern 31mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30008261

**Descripció llarga:**

Nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueobronquial partícules 2-3 µ. Cubeta calibrada de plàstic rígid 10(+/-1)mL i línia O2. Nebulitza ció vertical. Tanca de seguretat amb sistema antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure de làtex,lús.Compatible a/mascareta

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30008313

**Descripció llarga:**

Columna per a cromatografia (anàlisi de gasos) compatible amb equips DL ,DX I PFX o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 28 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 4 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30009168

**Descripció llarga:**

Nebulitzador fàrmacs per aerosolteràpia graduat 10 (+/-1)mL,sist antigoteig, a/conn femella 22mm, a/mascareta pediàtrica, inodora i vora suau siliconada, cinta elàst ajust, línia O2 2(+/-0,2)m, interior anticollapse,transparent, /làt, lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30009176

**Descripció llarga:**

Humidificador/intercanviador de calor per a VM. Vt 70-500mL,humitat 30mg L/H2O,pes 6 (+/-1)g,baixa resistència,espai mort 17(+/-2)mL ,revestiment higroscòpic, connexió màquina: 15F i Pacient: 15M/15F.De plàstic, transparent.Lliure de làtex,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30009776

**Descripció llarga:**

Bossa d'aigua flexible pre-omplerta amb 1000mL, per a teràpia respiratòria, amb sistema de circuit tancat i connexió a humidificador . Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30009857

**Descripció llarga:**

Cambra humidificadora d'autoompliment per un sol pacients adults,pediàtric o nounats amb mecanisme de doble flotador, rang flux de 1 ,5 a 80L/minut, volum màxim 280 (+/-20)mL. Compatible amb humidificador MR850 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30010316

**Descripció llarga:**

Clip d'orella per monitorització transcutània digital de la pressió parcial de CO2 en pacients adults i pediàtrics. Adhesiu amb bai xa força de pressió. Lliure de làtex,d'ús en un sol pacient,reutilitzable. Compatible amb sensor V-Sign 2 (VS-A/P/N) o eq,

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30013620

**Descripció llarga:**

Filtre espiratori per a proves de provocació APS, de material plàstic. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN model s APS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30013980

**Descripció llarga:**

Cànula (ullera) nasal,interfície per a oxigenteràpia d'alt flux,mida mitjana,llarg 32 (+/-2)cm,rang flux # 60 L/min,connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22 mm.S/làtex,ftalats,ús un sol pacient.Compatible MR850,F&P950,AIRVO 2 i AIRVO3 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30014524

**Descripció llarga:**

Punta de llana de vidre desactivat tipus "liners"per a injector de cromatògraf(analitzador de gasos),forma Gooseneck Splitles,diàmet re intern 4mm,tècnica de treball split o splitless.Compatible amb equips de cromatografia Agilent o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



OSOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 29 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 5 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30014886

**Descripció llarga:**

Adaptador d'oxigen-aire de 22mm doble tetina per a sistema d'humidificació. Compatible amb humidificador MR850,F&P 950 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30017121

**Descripció llarga:**

Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 9 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm.PVC, d'un sol ús. Compatible equips funció pulmonar Medisoft o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30017122

**Descripció llarga:**

Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 2 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm. PVC, d'un sol ús. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30017123

**Descripció llarga:**

Reixeta metàl·lica diàmetre 48mm, 5mm ample. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30017656

**Descripció llarga:**

Broquet de polietilè 22mm femella, llargària aproximada 72mm. Un sol ús, sense làtex.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30017871

**Descripció llarga:**

Cubeta/adaptador per allotjar sensors de capnografia EtCO2 amb connectors 22/15 mm, mida adult. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús. Compatible amb Respiradors Evita, V500 i Oxylog 3000 Plus o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30018632

**Descripció llarga:**

Equip de circuit (línia i connector) per a capnògraf, en una sola peça, amb humidificador, llarga durada. Ús: neonatal < 2 kg.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30019146

**Descripció llarga:**

Sensor digital a/cable integrat per mesura transcutània, continua i no invasiva de la pressió parcial CO2 (pCO2), saturació d'oxigen (satO2) i la freqüència cardíaca (FC).S/làtex, pacient adult, pediàtric i neonat.Compatible V-Sign 2 o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 30 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 6 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30019147

**Descripció llarga:**

Anell de fixació cutània monitorització transcutània no invasiva,CO2,satO2 i FC a/base circular adhesiva.Pacient adult,pediàt i noun at,pel intacte.De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor V-Sign 2, OxiVent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30019148

**Descripció llarga:**

Gel de contacte d'alta viscositat. Envàs de 5 (+/1)mL. Lliure de làtex. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30019149

**Descripció llarga:**

Gas de calibratge per a sensor de pressió parcial de CO2 (pCO2), cilindre de 6,5 (+/-0,5) litres (L) a 10,5bar. Lliure de làtex. Com patible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30019150

**Descripció llarga:**

Intercanviador de membrana de sensor per a monitorització transcutània digital. Fixació adhesiva. Lliure de làtex, d'un sol ús. Comp atible amb sensor V-SignTM 2, OxiVenT o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30019256

**Descripció llarga:**

Tamis metàl·lic de 36Pa/L/s. Diàmetre 66mm. Lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30019658

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal amb sistema de subjecció tipus ullera,sense filtre, longitud 38 (+/-2)cm.Silicona, lliure de làtex. Compatible am b qualssevol equip de poligrafia respiratòria estudi son

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30027600

**Descripció llarga:**

Cànula (ullera) nasal,interfície per a oxigenteràpia d'alt flux,mida petita,llarg 32 (+/-2)cm,rang flux # 60 L/min, connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22mm.S/làtex,ftalats,ús un sol pacient.Compatible MR850,F&P950,AIRVO 2 i AIRVO3 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30027821

**Descripció llarga:**

Circuit de ventilació compost per: línia seca, ramal inspiratori escalfat de 1,5 (+/-0,1)m i cambra d'humidificació autoompliment, c onnectors ISO cònics.Fil de coure i polièster. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador MR850 o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 31 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 7 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30028686

**Descripció llarga:**

Filtre bacterià per a sistema de determinació d'òxid nítric (ON) exhalat en pacient adult. Connexió a equip, DI 13mm, DE 25mm, conne xió pacient DI 16mm, DE 21mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb CLD88 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30028760

**Descripció llarga:**

Filtre de mostra de 200 µ de FTFE i connectors luer-lock. Compatible amb sistema determinació òxid nítric (ON) exhalat CLD88SP i sis tema de funció pulmonar AXHALYZER D. Lliure de làtex, d'un sol ús. Ref. 4877 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30029030

**Descripció llarga:**

Vàlvula espiratòria de 50x42x42mm, de polipropilè, lliure de làtex, no estèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a m esura de la pressió nasal RPM Micro o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30029682

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2,adult silente,vora siliconada,venturi 7 concentracions ,a/sist segur ròtula giratoria,cinta elàst ajust,liniaO2 1 ,8-2m+adap a caudalimetre,estruct inter anticollapse, plàstic transp tou, s/làtex/ftalats, 1 ús.Compatible a/nebulitzador

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30029758

**Descripció llarga:**

Circuit respiratori escalfat per a oxigenoteràpia d'alt flux pacient adult, compost per: cambra autocompliment i adaptador, Mida 1,5 (+/-0,1) metres (m), rang flux de 10 a 60 L/m. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30029840

**Descripció llarga:**

Interfície per a traqueostomia per a administració d'alt fluxe fins a 50 L/minut. Mida: 32 (+/-2) cm, connector cònic 15mm femella, . Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2, AIRVO 3,MR850,F&P950 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30029967

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida petita (P), de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro RPM o equivalent

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30029968

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida gran (G), de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro RPM o equivalent



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 32 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 8 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30030448

**Descripció llarga:**

Broquet de pacient amb membrana antibacteriana per a transductor de flux DSR - Analitzador d'Òxid Nítric (ON). De polietilè (PE), d' un sol ús. Compatible amb equips Exhalizer - CLD88SP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30030636

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux ,mida infantil(3 a 15Kg)Flux màxim 20 L/min,a/sist fixació car a mitjançant apòsit hidrocol·loide,sist anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.Compat MR850,F&P950,AIRVO2 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30030637

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux,mida pediàtrica(12 a 22Kg).Flux màxim 25 L/min,a/sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.CompatibleMR850F&P950,AIRVO2 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30033816

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux,mida prematur(igual o inferior 2Kg).Flux màxim 8 L/minut,sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocol·loide,sist anticol·lapse ,antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.CompatMR850 I F&P950 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30034414

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal sistema subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux, mida nounat (1 a 8Kg). Flux màxim 8 L/minut,sistema fixació ó cara mitjançant apòsit hidrocol·loide,sistema anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.Compat MR850 i F&P950 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30034680

**Descripció llarga:**

Broquet per a la presa de mostres d'aire aspirat en les proves de cooximetria i hidrogen espirat. Classe I, no estèril, d'un sol ús. Compatible amb equips Smokerlyzer (piCO+, Micro+, piCO baby), Gastro+, ToxCO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30037829

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux a adults, flux màxim 15L/m, tub llargària 2 (+/-0,2) metres (m), translúcid, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30040961

**Descripció llarga:**

Anell de fixació cutània monitorització transcutània no invasiva,CO2,satO2 i FC a/base circular adhesiva.Pacient adult,pediàt i noun at,pel fàgil.De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 33 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 9 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30042275

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 en polisomnografia,puntes nasals dissenyades p/monitorització flux aire,línia O2 2(+/-0,2)m,anticol·laps e,luer-lock mascle+filtre hidròfug.S/làtex,lús.Compatible tipus PTAF/PTAlite o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30043004

**Descripció llarga:**

Dispositiu entrenament respiratori a/sistema apertura lllindar inspiratori/expiratori, p/músculs inspiratoris i expiratoris,broquet i pinça nas,rentat,autoclau,s/làtex.lús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30043519

**Descripció llarga:**

Broquet de silicona amb connector ISO 22mm compatible amb aparell de funció pulmonar Exhalyzer D, CLD 88 sp o equivalent. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30043618

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,alt flux, nounat,mida XS,flux 0.5-8 L/minut ,sist fixació cara a/apòsit hidrocol·loide,sist anticol·laps e i antidesconnexió.S/làtex,lús.Compatible MR850 I F&P950 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30047394

**Descripció llarga:**

Sensor de flux per a pacients intubats, TET >4mm de diàmetre intern, connector. Compatible amb monitor Enlight 1800 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30047615

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal mida mitjana (M) amb sistema de subjecció tipus ullera per a subministrament d'O2 alt flux a adults, flux màx 80L /minut. Cinta ajustable al coll amb botó tipus "clip". Lliure de làtex, un sol ús. Compatible FD140 Flow Driver o equival

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30048553

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla mitjana (M), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30048555

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla petita (P), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 34 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 10 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30048556

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida petita/Mitjana (P/M), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip. Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30048557

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida gran (G), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip, Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30048562

**Descripció llarga:**

Adaptador per a mascareta, de silicona. Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30048595

**Descripció llarga:**

Cèl·lula per a anàlisi d'O<sub>2</sub>. Compatible amb espiròmetre Vyntus CPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30051166

**Descripció llarga:**

Broquet de plàstic sense filtre compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30051171

**Descripció llarga:**

Oliva per a rinomanòmetre diàmetre de 30 (+/-1)mm, mida 2, de silicona/polipropilè.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30051173

**Descripció llarga:**

Oliva per a rinomanòmetre diàmetre de 20 (+/-1)mm, mida 1, de silicona/polipropilè.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30051474

**Descripció llarga:**

Equip per a funció pulmonar, espirometria, compost per: broquet de plàstic suau Ø interior de 28 (+/-0,1)mm, filtre electrostàtic de Ø interior 26, (+/-0,1)mm, i pinça nasal. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equips Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30051623

**Descripció llarga:**

Circuit calefactat per a sistema d'alt flux, de 1,5 (+/-0,1) metres (m), amb cambra humidificadora i ramal de 0,6 (+/-0,1) metres (m) i filtre antibacterià. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador Aquavent o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 35 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 11 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30051652

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, alt flux, pediàtric, mida M, flux 0,5-10 L/minut, sist fixació cara a/apòsit hidrocoloide, sist anticol·lapse i antidesconnexió. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, F&P950 ,AIRVO2 ,AIRVO3 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30051653

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal amb sist subjecció tipus ullera, O2 alt flux pediatria, mida S, flux 0,5-9 L/minut, sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocoloide, sist anticol·lapse i antidesconn. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, F&P950, AIRVO2, AIRVO3 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30051845

**Descripció llarga:**

Dispositiu de entrenament respiratori pressió posit a/vàlv unidireccional independent flux aire tipus manxa. Pressió regulable 0 a 75 cm H2O. Broquet incorporat. Plàstic transparent a/Pinçanasal. S/làtex, no estèril, 1 sol pacient

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30052262

**Descripció llarga:**

Eq respiratori escalfat oxigenoteràpia alt flux a/connex Optiflow/optiflow junior o eq, compost: tub escalfament 180 (+/-10)cm, cambra d'autocomplimen tipus MR850 o eq i adaptador p/nebulització. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Compatible Airvo/Airvo2 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30052826

**Descripció llarga:**

Pinça nasal per a proves de la funció respiratòria, cos i peces de pressió de polipropilè (PP), lliure de làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30052833

**Descripció llarga:**

Broquet de polipropilè amb filtre. Compatible amb sistema mesurador FeNO (òxid nítric exhalat) en pacients asmàtics, permet 5 determinacions limitades en 15minuts, rebutjable. Compatible amb sistema Vivatmo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30053075

**Descripció llarga:**

Broquet elastòmer de 30x19x12 (+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar. Neumofilt o equi.60

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30053082

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, prematur, flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 36 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 12 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30053083

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, mida nounat, flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30053084

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, alt flux, pediàtric, flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30053085

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, pediàtric, flux 1-20 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30053086

**Descripció llarga:**

Circuit calefactat per a sistema baix flux, de 1 a 8 L/min. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador VapoTherm Precision Flow o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30053249

**Descripció llarga:**

Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest 6820 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30053415

**Descripció llarga:**

Vàlvula inspiratòria de 50x42x50mm, de polipropilè, lliure de làtex, noestèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30053416

**Descripció llarga:**

Adaptador de 30mm de diàmetre per a filtre, de plàstic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal Micro RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30053874

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super petita (XS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 37 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 13 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30053964

**Descripció llarga:**

Línia monitorització ped/adult, 3(+/-0,1)m i adaptador en T per a TET, traqueostomia, o mascareta, monitorització CO2, O2 i freqüència respiratòria. S/làtex/ftalats,lús. Compatible amb mòdul monitorització CarescapeE-sCO, E-sCOV, E-sCOVX i E-miniC o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30054010

**Descripció llarga:**

Filtre i pinça nasal per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,99999% (bacteris i virus), espai i mort 70 (+/-5)mL, pes 14,5 (+/-1)g. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30054011

**Descripció llarga:**

Broquet d'elastòmer de 30x19x12(+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar Neumofilt o equivalent.150

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30060239

**Descripció llarga:**

Filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,99999% (bacteris i virus), espai mort 70 (+/- 5)mL, pes 33 (+/-1)g. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible amb espiròmetres Jaeger, Sensormedics, M.E.C., Geratherm o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30060327

**Descripció llarga:**

Sensor de flux amb convertidor diferencial de flux passiu respiratori, per a mesura de la despesa energètica en repòs (REE) en pacients ventilats. Connexió ISO. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb calorímetre Q-NRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30060501

**Descripció llarga:**

Adaptador/connectors de sonda/cànula alt flux a VM nen prematur. Sist subjecció tipus ullera, mida XS.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loide i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatible tubuladures i humidificador F&P950

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30060502

**Descripció llarga:**

Adaptador/connectors de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida S.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loide i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatible tubuladures i humidificador F&P950

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30060503

**Descripció llarga:**

Adaptador/connectors de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida M.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loide i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatible tubuladures i humidificador F&P950



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 38 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 14 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30061186

**Descripció llarga:**

Oliua nasal mida mitjana (M), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30061187

**Descripció llarga:**

Oliua nasal mida extra-petita (XS), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30061627

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal amb sist subjecció tipus ullera, O2 alt flux pediatria ,mida XXL,flux 1-50 L/minut, sist fixació cara mitjançant a pòsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconn. S/làtex/ftalats,no estèril, ús.Comp MR850,F&P950,AIRVO2,AIRVO3 o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30061995

**Descripció llarga:**

Broquet amb adaptador, de plàstic, sense filtre, compatible amb espiròmetre EASY ONE PRO/LAB o equivalent. Estèril, envàs individual , d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30062096

**Descripció llarga:**

Filtre per a oscil·lòmetre, de material plàstic, antibacterià/antiviric, filtració 99,99999% (bacteris)/99,999% (virus). Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb l'equip de funció pulmonar tremoFlo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30062108

**Descripció llarga:**

Filtre compatible amb espiròmetre pulmonar EasyOne Pro/lab o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30062185

**Descripció llarga:**

Tub silicona anterior Ø2,5mmIDx5mmOD per rinomanòmetre NR6 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30062388

**Descripció llarga:**

Broquet amb restricció del pas de l'aire espirat per a mostres d'aire de flux continu compatibles amb broquet de plàstic. Per a ús conjunt amb broquet de plàstic Steribreath. Compatible amb PICO+, MICRO+ i GRATRO+ o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 39 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 15 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30062438

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super-superpetita (XXS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip .  
Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30062439

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida petita (P), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip.Reutilitzable.Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves funcionals.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30062532

**Descripció llarga:**

Adaptador de plàstic per a mesurar pressions bucals inspiratòries/espíratòries màximes (MIP/MEP). Lliure de làtex, no estèril.  
Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30063583

**Descripció llarga:**

Filtre per a línia de monitorització de capnògraf (EtCO2). Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30063584

**Descripció llarga:**

Adaptador TET per a pediatria i adult, monitorització continua per sensor de capnògraf EtCO2, de 2 (+/-0,1) metres (m), per a ús amb TET > 4,0 mm  
Lliure de làtex. Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30063585

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, adult, per a mesura CO2 expirat (EtCO2) i línia O2 de 2 (+/-0,2) metres (m) de llargària. Lliure de làtex , d'un sol ús.  
Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30063691

**Descripció llarga:**

Línia per a determinació de la capacitat de difusió del monòxid de carboni (DLCO), de 2,4(+/-0,2) metres (m). Lliure de làtex, d'un sol ús.  
Compatible amb Vyntus ONE o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30063889

**Descripció llarga:**

Adaptador i línia calorímetre. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 40 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 16 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30063890

**Descripció llarga:**

Vel de 150 x 150 amb forat central. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30063891

**Descripció llarga:**

Filtre electrostàtic per a pacient antibacterià/viric 99,999%. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30063903

**Descripció llarga:**

Filtre electrostàtic per a espirometria i altres proves funció pulmonar, eficàcia filtració 99,9999% (bacteris i virus), espai mort 50 (+/-5)mL. S/làtex, lús. Compatible amb espiròmetres PowerCube Body+, SpiroScout, PowerCube Diffusion+, Tremoflo o eq

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30065175

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori amb broquet de la modulació de cabal expiratori amb un rang 2,5 a 0. Lliure de làtex, lliure de ftalats. Ús en un sol

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30065997

**Descripció llarga:**

Cambra antiestàtica cilíndrica retenció aerosol inhalació fàrmacs MDI pacient infantil/adult, vàlvula unidireccional, adaptador univer sal silicona a aerosols, adaptador tub traqueo. S/làt/DEHP,BPA, autoclavable 121°(20 cicles).Compatible mascareta adult/ped

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30066858

**Descripció llarga:**

Adaptador reutilitzable per colocació entre broquet de cartró i filtre antibacterià/viric compatible amb cooxímetre CO CHECK o equiv alent

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30068531

**Descripció llarga:**

Adaptador mascaretes de PVC adult, per sensor de fluxe Ergostik o equivalent

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30069653

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, adult, talla L, sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex , reutilitzable, color blau.

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30069756

**Descripció llarga:**

Sist nebulitzador PVC, de malla, portàtil amb mascaretes Adult/Ped , gotmedicció, banda elast, unitat principal, cable i adapt USB tipus C.Veloc =/>20ml/min, tamany partic 5µm, capacitat 8ml. Ús en un sol pacient



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 41 de 53



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.12.2025  
HORA: 13:48:58  
PÀGINA: 17 / 17

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30069878

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla petita ,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF& P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30069879

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla mitjana,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF &P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950

SOL.COMANDA: 1101457674 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30069880

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla gran ,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF&P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 42 de 53

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de  
judici de valor

No aplica



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 43 de 53



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 44 de 53



(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)**

**Àrea DADES DEL LICITADOR**

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

**Dades específiques d'identificació de la empresa**

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

**Dades del producte específics**

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

**Especificacions tècniques**

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.  
Exemple:  
Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.  
Exemple:  
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm  
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.  
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 46 de 53

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p><b>Marcat CE = SI</b> Quan el material té <b>Marcat CE</b>, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcar CE = NO</b> Quan el material <b>NO</b> te <b>Marcat CE</b>, <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b> <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b></p> <p><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 47 de 53

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			LOT
			Tipus oferta
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Dades d'acreditacions			
Marcat CE/Tipus de classe <i>Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC</i>			Logo de l'empresa
Compliment regulació prod sanitaris <input type="text"/> (SI/NO)			<input type="text"/>
Altres acreditacions i/o auto certificació <i>Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material</i>			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1\_FitxTecIndv\_pag1\_cat\_180718.xls



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 48 de 53



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF  Nom  Fabricant  Fabricant  (SI / NO) Distribuïdor  (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat \*  Mètode d'esterilització

Material de fabricació \*

Mides del material ofertat \*



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 49 de 53



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 50 de 53

**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 51 de 53



ANNEX D4 - Model i Fitxa-resum Criteris Objectius

Aquest document es troba en format electrònic.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
19/12/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 21/01/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SOW0M9AQIL9HBIWIA173SWR3LDFOE76

Data creació còpia:  
21/01/2026 10:10:52

Pàgina 53 de 53