

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRESERVATIU MASCULINS, PRESERVATIU
FEMENINS I LUBRIFICANTS****1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte d'aquest expedient SA-2026-124 és l'adquisició de preservatius masculins, preservatius femenins i lubricants, per a la seva distribució gratuïta des de l'Àrea de Prevenció, Atenció i Control de les ITS i el VIH (en endavant, Àrea ITS-VIH) a les ONG i d'altres entitats implicades en la prevenció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual.

L'objecte del contracte es desglossa en cinc lots:

LOT	PRODUCTE	UNITATS MÀXIMES PREVISTES
1	Preservatius masculins naturals	1.229.760
2	Preservatius masculins extra forts	610.560
3	Preservatius masculins XL	610.560
4	Lubrificants	432.000
5	Preservatius femenins	55.000

No s'estableix limitació de nombre de lots als quals un mateix candidat pot presentar oferta, sempre que compleixi amb els requisits establerts al plec de prescripcions tècniques del contracte, ni s'estableix limitació de nombre de lots dels quals un licitador pot resultar adjudicatari.

Limitar la participació per nombre de lots podria posar en risc la disponibilitat dels productes necessaris. Permetre la presentació i adjudicació a tots els lots promou la concurrència efectiva, assegura millors condicions econòmiques i tècniques, i contribueix a la continuïtat dels subministraments.

Per tot això, es considera que la no limitació en el nombre de lots és una mesura proporcionada i coherent amb els principis de lliure concurrència, igualtat de tracte i eficiència en la contractació pública, no comportant risc de concentració indeguda ni posició dominant al mercat.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL PREVENTIU**2.1 LOT 1: Preservatius masculins naturals****2.1.1 Descripció**

- **Composició:** làtex de cautxú natural, transparents, llisos, lubricats i amb dipòsit.
- **Dimensions**
 - Longitud: ≥ 195 mm
 - Amplada: ≥ 52 mm
 - Gruix: mínim 70 micres





- **Resistència:** requisits mínims establerts a la Norma UNE-EN ISO 4074:2016
- **Lubrificació** ≥ 500 mg

Els preservatius compliran tots els requisits contemplats en la Norma UNE-EN ISO 4074:2016 "*Condomes masculinos de látex de caucho natural. Requisitos y métodos de ensayo*", vindran amb el marcatge CE de conformitat i adjuntant la certificació que avaluï el compliment de la ISO 4074:2016. No s'acceptaran productes que no compleixin els requisits que marca aquesta ISO.

Els licitadors han d'adjuntar la documentació que ho avaluï.

2.1.2 Envasat i etiquetat

Cada preservatiu ha de disposar d'un envàs individual de format quadrangular. La presentació de l'envàs individual serà personalitzada d'acord amb el disseny aportat per l'Àrea ITS-VIH, i inclourà també el lot, data caducitat, inicials CE, fabricant i totes les indicacions que estableix la normativa ISO 4074:2016, el Real Decreto 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris.

L'adjudicatari estarà obligat a adaptar el disseny facilitat (Annex 1). Aquest disseny incorpora el lema, "I tu ja el portes?", d'una campanya d'educació per a la salut que el Departament de Salut té en marxa des de fa anys, reforçant el missatge, "el preservatiu et protegeix" per fomentar l'ús d'aquest estri de prevenció.

Es lliuraran en caixes amb un màxim de 2.880 unitats, distribuïdes en 20 caixetes de 144 unitats.

2.1.3 Caducitat

Els productes han de tenir una caducitat mínima de 3 anys, des de la data de lliurament per part de l'empresa adjudicatària, i constarà a l'etiqueta del producte.

2.1.4 Nombre d'unitats i preus unitaris

El preu unitari i el nombre d'unitats es reflecteix en el següent quadre:

Lot	Descripció del lot	Nombre d'unitats màximes previstes 2026	Preu unitari màxim (sense IVA)
1	Preservatius naturals	1.229.760	0,055€

2.1.5 Mostres

L'empresa ha de remetre una mostra d'un exemplar de presentació. S'haurà d'entregar en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, amb les següents indicacions:

Departament de Salut
C/ Aragó, 330-332
08009 Barcelona
Exp. SA-2026-124-Lot 1
A l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni



Doc. original signat per:
Luisa Maria Conejos Ara
(TCAT) 06/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FOGBWGWHRHT7IK87R8031L9FQEHGTEY

Data creació còpia:
09/03/2026 08:01:54



Les mostres s'hauran de presentar dins del termini especificat en l'anunci de licitació de l'expedient SA-2026-124 Lot 1 publicat al Perfil del contractant del Departament de Salut.

En cas que el licitador no presenti les mostres, li seran requerides en un termini màxim per la seva entrega de 3 dies hàbils. Si passats els tres dies, i no s'ha presentat les mostres requerides, la no presentació serà causa d'exclusió del licitador del lot en el qual s'havien d'haver presentat les mostres.

La mostra presentada no pot haver sobrepassat la seva data de caducitat. No serà necessari que les mostres disposin ja del disseny personalitzat.

2.2 LOT 2: Preservatius masculins extraforts

2.2.1 Descripció

- *Composició*: làtex de cautxú natural, transparents, llisos, lubricats i amb dipòsit.
- *Dimensions*
Longitud: ≥ 195 mm
Amplada: ≥ 52 mm
Gruix: mínim 92 micres
- *Resistència*: requisits mínims establerts a la Norma UNE-EN ISO 4074:2016
- *Lubrificació* ≥ 500 mg

Els preservatius compliran tots els requisits contemplats en la Norma UNE-EN ISO 4074: 2016 "Condomes masculinos de látex de caucho natural. Requisitos y métodos de ensayo", vindran amb el marcatge CE de conformitat i adjuntant la certificació que avaluï el compliment de la ISO 4074:2016. No s'acceptaran productes que no compleixin els requisits que marca aquesta ISO.

Els licitadors han d'adjuntar la documentació que ho avaluï.

2.2.2 Envasat i etiquetat

Cada preservatiu ha de disposar d'un envàs individual de format quadrangular. La presentació de l'envàs individual inclourà el lot, data caducitat, inicials CE, fabricant i totes les indicacions que estableix la normativa ISO 4074:2016, el Real Decreto 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris i qualsevol altra normativa vigent.

Es lliuraran en caixes amb un màxim de 2.880 unitats, distribuïdes en 20 caixetes de 144 unitats.

2.2.3 Caducitat

Els productes han de tenir una caducitat mínima de 3 anys, des de la data de lliurament per part de l'empresa adjudicatària, i constarà a l'etiqueta del producte.

2.2.4 Nombre d'unitats i preus unitaris

El preu unitari i el nombre d'unitats es reflecteix en el següent quadre:





Lot	Descripció del lot	Nombre d'unitats màximes previstes 2026	Preu unitari màxim (sense IVA)
2	Preservatius extraforts	610.560	0,055€

2.2.5 Mostres

L'empresa ha de remetre una mostra d'un exemplar de presentació. S'haurà d'entregar en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, amb les següents indicacions:

Departament de Salut
C. Aragó, 330-332
08009 Barcelona
Exp. SA-2026-124-Lot 2
A l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni

Les mostres s'hauran de presentar dins del termini especificat en l'anunci de licitació de l'expedient SA-2026-124 Lot 2 publicat al Perfil del contractant del Departament de Salut.

En cas que el licitador no presenti les mostres, li seran requerides en un termini màxim per la seva entrega de 3 dies hàbils. Si passats els tres dies, i no s'ha presentat les mostres requerides, la no presentació serà causa d'exclusió del licitador del lot en el qual s'havien d'haver presentat les mostres.

La mostra presentada no pot haver sobrepassat la seva data de caducitat.

2.3 LOT 3: Preservatius masculins extrallargs

2.3.1 Descripció

- **Composició:** làtex de cautxú natural, transparents, llisos, lubricats i amb dipòsit.
- **Dimensions**
Longitud: ≥ 195 mm
Amplada: ≥ 56 mm
Gruix: mínim 72 micres
- **Resistència:** requisits mínims establerts a la Norma UNE-EN ISO 4074:2016
- **Lubrificació** ≥ 500 mg

Els preservatius compliran tots els requisits contemplats en la Norma UNE-EN ISO 4074:2016 "*Condomes masculinos de látex de caucho natural. Requisitos y métodos de ensayo*", vindran amb el marcatge CE de conformitat i adjuntant la certificació que avaluï el compliment de la ISO 4074:2016. No s'acceptaran productes que no compleixin els requisits que marca aquesta ISO.

Els licitadors han d'adjuntar la documentació que ho avaluï.

2.3.2 Envasat i etiquetat

Cada preservatiu ha de disposar d'un envàs individual de format quadrangular. La presentació de l'envàs individual inclourà el lot, data caducitat, inicials CE, fabricant i totes les indicacions que estableix la ISO 4074:2016, el Real Decreto 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris.





Es lliuraran en caixes amb un màxim de 2.880 unitats, distribuïdes en 20 caixetes de 144 unitats.

2.3.3 Caducitat

Els productes han de tenir una caducitat mínima de 3 anys, des de la data de lliurament per part de l'empresa adjudicatària, i constarà a l'etiqueta del producte.

2.3.4 Nombre d'unitats i preus unitaris

El preu unitari i el nombre d'unitats es reflexa en el següent quadre:

Lot	Descripció del lot	Nombre d'unitats màximes previstes 2026	Preu unitari màxim (sense IVA)
3	Preservatius XL	610.560	0,055€

2.3.5 Mostres

L'empresa ha de remetre una mostra d'un exemplar de presentació. S'haurà d'entregar en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, amb les següents indicacions:

Departament de Salut
C. Aragó, 330-332
08009 Barcelona
Exp. SA-2026-124-Lot 3
A l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni

Les mostres s'hauran de presentar dins del termini especificat en l'anunci de licitació de l'expedient SA-2026-124 Lot 3 publicat al Perfil del contractant del Departament de Salut.

En cas que el licitador no presenti les mostres, li seran requerides en un termini màxim per la seva entrega de 3 dies hàbils. Si passats els tres dies, i no s'ha presentat les mostres requerides, la no presentació serà causa d'exclusió del licitador del lot en el qual s'havien d'haver presentat les mostres.

La mostra presentada no pot haver sobrepassat la seva data de caducitat.

2.4 **LOT 4: Lubrificants**

2.4.1 Descripció

- **Composició:** base glicerina, aquós i hidrosoluble, lliure de vaselines i components oliosos.
- **Característiques:**
 - Aspecte transparent, brillant. Sense olor. Incolor.
 - PH entre 6 i 7
 - Estabilitat: en estufa a 40°C estable als 3 mesos i 6 mesos
 - Estabilitat en condicions reals: mínim 48 mesos
 -





- **Quantitat:** 6 ml. per sobre mono dosi

El lubricant ha de complir els requisits de biocompatibilitat d'acord amb les normes ISO 10993-5:2009, "Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 5: Ensayos de citotoxicidad in vitro" i ISO 10993-10:2021, "Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de sensibilización cutánea", vindran amb el marcatge CE de conformitat i adjuntant la declaració de conformitat del fabricant de compliment d'aquestes normes ISO. No s'acceptaran productes que no compleixin els requisits que marquen aquestes ISO.

Els licitadors han d'adjuntar la documentació que ho avaluï.

2.4.2 Envasat i etiquetat

Envasat individual. La presentació de l'envàs inclourà el lot, data caducitat, inicials CE, fabricant i totes les indicacions que estableix el Real Decreto 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris.

Es lliuraran en caixes amb un màxim de 2000 unitats, distribuïdes en 20 caixetes o bosses de 100 unitats.

2.4.3 Caducitat

Els productes han de tenir una caducitat mínima de 3 anys, des de la data de lliurament per part de l'empresa adjudicatària, i constarà a l'etiqueta del producte.

2.4.4 Nombre d'unitats i preus unitaris

El preu unitari i el nombre d'unitats es reflexa en el següent quadre:

Lot	Descripció del lot	Nombre d'unitats màximes previstes 2026	Preu unitari màxim (sense IVA)
4	Lubrificants	432.000	0,060€

2.4.5 Mostres

L'empresa ha de remetre una mostra d'un exemplar de presentació. S'haurà d'entregar en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, amb les següents indicacions:

Departament de Salut
C. Aragó, 330-332
08009 Barcelona
Exp. SA-2026-124-Lot 4
A l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni

Les mostres s'hauran de presentar dins del termini especificat en l'anunci de licitació de l'expedient SA-2026-124 Lot 4 publicat al Perfil del contractant del Departament de Salut.

En cas que el licitador no presenti les mostres, li seran requerides en un termini màxim per la seva entrega de 3 dies hàbils. Si passats els tres dies, i no s'ha presentat les





mostres requerides, la no presentació serà causa d'exclusió del licitador del lot en el qual s'havien d'haver presentat les mostres.

La mostra presentada no pot haver sobrepassat la seva data de caducitat.

2.5 LOT 5: Preservatius femenins

2.5.1 Descripció

- Preservatiu fabricat en nitril
- Resistent
- Lubricat. El lubricant ha de complir els requisits de biocompatibilitat d'acord amb la Normativa UNE-EN ISO 10993-5:2009 sobre "Evaluación biológica de productos sanitarios".
- Amb anell extern que recobreix l'àrea al voltant de la vagina.
- Amb anell intern que manté la funda del preservatiu al seu lloc.
- Marcat CE.
- Certificat de qualitat d'aplicació de la norma ISO 13485:2018/A11:2022, que ajuda a complir els requisits sobre sistemes de gestió de la qualitat en productes sanitaris. **Equivalència internacional EN ISO 13485:2016** (idèntic).

Els licitadors han d'adjuntar la documentació que ho avaluï.

2.5.2 Envasat i etiquetat

- Cada preservatiu ha de disposar d'un envàs individual opac a la llum.
- En cada envàs segellat figurarà el fabricant, marca registrada, lot, data de caducitat, les inicials CE i totes les indicacions que estableix el RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel que es regulen els productes sanitaris i qualsevol altra normativa vigent.
- En un full apart s'inclouran les instruccions i les recomanacions d'ús.
- Es lliuraran en caixes amb un màxim de 500 unitats.

2.5.3 Caducitat

Els productes han de tenir una caducitat mínima de 3 anys, des de la data de lliurament per part de l'empresa adjudicatària, i constarà a l'etiqueta del producte.

2.5.4 Nombre d'unitats i preus unitaris

El preu unitari i el nombre d'unitats es reflexa en el següent quadre:

Lot	Descripció del lot	Nombre d'unitats màximes previstes 2026	Preu unitari màxim (sense IVA)
5	Preservatius femenins	55.000	1,00 €

2.5.5 Mostres

L'empresa ha de remetre una mostra d'un exemplar de presentació. S'haurà d'entregar

7



Doc. original signat per:
Luisa Maria Conejos Ara
(TCAT) 06/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FOGBWGWHRHT7IK87R8031L9FQEHGTEY

Data creació còpia:
09/03/2026 08:01:54

Pàgina 7 de 10



en un sobre tancat al Registre del Departament de Salut, amb les següents indicacions:

Departament de Salut
C. Aragó, 330-332
08009 Barcelona
Exp. SA-2026-124-Lot 5
A l'atenció de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni

Les mostres s'hauran de presentar dins del termini especificat en l'anunci de licitació de l'expedient SA-2026-124 Lot 5 publicat al Perfil del contractant del Departament de Salut.

En cas que el licitador no presenti les mostres, li seran requerides en un termini màxim per la seva entrega de 3 dies hàbils. Si passats els tres dies, i no s'ha presentat les mostres requerides, la no presentació serà causa d'exclusió del licitador del lot en el qual s'havien d'haver presentat les mostres.

La mostra presentada no pot haver sobrepassat la seva data de caducitat.

3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT PER A TOTS ELS LOTS

La comanda del material corresponent a cada lot es realitzarà a petició de l'Àrea ITS-VIH, i l'empresa adjudicatària la lliurarà al magatzem del Departament de Salut al Parc Logístic de la Zona Franca, (entrada carrer 3 Z. Franca), carrer 22, nau 21, Barcelona 08040. Horari de càrrega i descàrrega: de 08:00h a 13:30h.

El termini de lliurament de la primera comanda és de **tres mesos** des de la data de la remissió de la mateixa per part de l'Àrea ITS-VIH. Per a la resta de comandes el termini de lliurament serà de **7 dies naturals** des de la data de la comanda.

En el cas de produir-se una demora en el lliurament de les comandes per manca d'estoc, aquesta haurà de garantir la resolució de la incidència que provoqui aquesta manca d'estoc dins dels 5 dies hàbils següents a la comunicació de la incidència a l'Àrea ITS-VIH.

4. CERTIFICACIÓ DEL LLIURAMENT I FACTURACIÓ

S'emetrà una factura per cada comanda realitzada. S'enviaran els albarans corresponents a aquestes comandes al correu electrònic que els faciliti el Departament de Salut, a tal efecte.

L'empresa emetrà la facturació una vegada realitzi el lliurament efectiu de les quantitats sol·licitades. La facturació es farà de forma centralitzada, sempre sobre el material lliurat i un cop comprovada i registrada, la seva idoneïtat pel que fa a condicions d'entrega.

Per comprovar el compliment de les condicions exigides en aquest contracte, la persona responsable de l'Àrea ITS-VIH realitzarà les comprovacions que considerin adients per assegurar la correcta execució del contracte.

A l'albarà ha de constar: número d'albarà, número de comanda, lloc i data d'emissió, dades identificatives del proveïdor i de la unitat promotora del contracte, el lloc on és farà el lliurament, descripció del producte, la seva quantitat i el preu, així com la identitat (nom, cognoms i NIF), signatura de la persona que fa la recepció, la data de la recepció efectiva i la data de caducitat del producte. Si els productes entregats tenen una data de caducitat inferior a la que estableix el punt 2 del PPT per a cada lot, es podran retornar i l'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de canviar-los, sense cap cost addicional, per altres de caducitat superior.



Doc. original signat per:
Luisa Maria Conejos Ara
(TCAT) 06/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FOGBWGWHRHT71K87R8031L9FQEHGTEY

Data creació còpia:
09/03/2026 08:01:54



El Departament de Salut emetrà certificat de conformitat de la factura rebuda, una vegada acreditat el lliurament efectiu del producte mitjançant els albarans d'entrada, que confirmen la recepció del producte als centres de destí. Aquesta certificació de conformitat serà requisit previ per al pagament de la factura.

5. TERMINI DE GARANTIA

Les empreses han de presentar garantia del material a subministrar i de retirada i substitució de les unitats defectuoses o amb la caducitat inferior a la prevista, per a cada lot, a l'apartat 2 d'aquest PPT (a comptar des del moment que es realitzi el lliurament).

El termini de garantia serà d'un any des de la recepció dels productes objecte del contracte.

Serà necessària la recepció i conformitat per part del Departament de Salut en el punt de lliurament. Si en el moment de l'obertura de les caixes que contenen el material o durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l'Administració podrà reclamar al contractista la reposició de les unitats que resultin inadequades o la seva reparació, si fos suficient. En cas de no ser possible o no ser suficient aquesta reposició, el Departament podrà rebutjar els béns deixant-los de compte del contractista i quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

L'adjudicatària es compromet a admetre, recollir i canviar les unitats de producte deteriorades. Si el defecte o incompliment és per causa imputable a l'empresa adjudicatària, aquesta es farà càrrec de les despeses de l'entrega i recepció del producte, així com les despeses originades per la distribució i recollida de les unitats caducades o defectuoses, sens perjudici de les penalitats en què pugui incórrer.

6. LLIURAMENT

La comanda del material corresponent a cada lot es realitzarà a petició de l'Àrea ITS-VIH, i l'empresa adjudicatària la lliurarà al magatzem del Departament de Salut al Parc Logístic de la Zona Franca, (entrada carrer 3 Z. Franca), carrer 22, nau 21, Barcelona 08040. Horari de càrrega i descàrrega: de 08:00h a 13:30h.

Luisa Maria Conejos Ara
Subdirectora General d'Addiccions, VIH, Infeccions
de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica



Doc. original signat per:
Luisa Maria Conejos Ara
(TCAT) 06/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 09/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FOGBWGWHR71K87R8031L9FQEHGTEY

Data creació còpia:
09/03/2026 08:01:54

Pàgina 9 de 10

ANNEX 1: DISSENY PERSONALITZAT DEL LOT 1



Doc. original signat per:
Luisa Maria Conejos Ara
(TCAT) 06/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 09/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0FOGBWGWHRHT7IK87R8031L9FQEHGTEY

Data creació còpia:
09/03/2026 08:01:54

Pàgina 10 de 10