

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101462172/26/AMUP

CATÈTERS CENTRALS TUNELITZATS AMB PORT
IMPLANTABLE I AGULLES TIPUS HUBER (COMPLEMENTARI)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 1 de 52

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica.....	6
3.2. Model d'oferta tècnica.....	6
3.3. Presentació de mostres.....	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.4.3. Sistema EDI	13
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	15
4.5.1. Embalatges	15
4.5.2. L'albarà.....	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 2 de 52

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	17
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	18
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	20



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 3 de 52

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de catèters centrals tunelitzats amb port implantable i agulles tipus huber per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

En el cas de **codis individuals**, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

En el cas de **codis agrupadors**, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida. (veure Annex F)

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.



Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Les empreses licitadores hauran de complir els següents requisits tècnics obligatoris:

Aquesta informació haurà d'estar reflectida a la PRODUCT DATA. La manca d'aquesta informació serà motiu de desistiment.

LOTS 1-2-3

Criteris d'obligat compliment per als lots amb sistema de bioseguretat:

Pel que fa al dispositiu:

- El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del o la pacient i ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats.
- El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
- Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
- L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.
- Fiabilitat i eficàcia del mecanisme. El mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i no es trencarà amb facilitat quan se'n faci ús.
- Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar
- L'equip de seguretat no ha de generar altres riscos d'exposició a sang o altres fluids biològics. Es comprovarà que, un cop activada la seguretat, no permeti que l'usuari es pugui punxar per haver quedat desprotegida.
- Permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica, no ha de interferir en el procediment ni en el temps de realització de la tècnica per part del o la professional. Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional.
- Pel que fa als sistemes de bioseguretat activa, hauran de poder ser activats amb una sola mà.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 5 de 52

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11014xxxxx_2bis**

- Annex D3 Fitxa Resum Criteris Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 6 de 52

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.



Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4,** S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

En aquest document, annex E, s'haurà d'informar dels codis SAP i les referències que presenti el proveïdor. La informació dels lots amb obligatorietat de presentar mostra, es troba a l'annex A d'aquest plec.

En el cas dels codis agrupadors, s'haurà de presentar mostra per cada referència presentada.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101462172/26/AMUP]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres (2 unitats per referència presentada) que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **GERÈNCIA DE COMPRES-LAURA PRIETO** a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 8 de 52

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 9 de 52

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.



Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa



Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.



4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 13 de 52

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 14 de 52

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ




0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 15 de 52

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 16 de 52

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no és múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 17 de 52

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 18 de 52

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)	



No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 20 de 52

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Fitxa Resum Criteris Judici de Valor
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX E - Presentació de mostres
- ANNEX F- Estructura codi agrupador



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 21 de 52



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 22 de 52



ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101462172/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot	Mostres
1	Sistema implantable subcutani per catèter central tunelitzat amb port, accés venós	No obligatori	NO
2	Altres sistemes implantables subcutanis per catèter central tunelitzat amb port	No obligatori	NO
3	Agulles	No obligatori	SI
4	Solucions	No obligatori	NO
5	Accesoris per sistemes implantables per a catèter central tunelitzat	No obligatori	NO
6	Apòsit estèril laminar per a fixació de catèters	No obligatori	SI



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 23 de 52

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 24 de 52

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47878067W	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 10.02.2026 HORA: 14:15:43 PAGINA: 1 / 3
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 20128941
Descripció llarga: Sistema implantable subcutani reservori baix perfil,325psi, (PSU) 30x22x10 ,6(+/-2)mm,septum silicona 9,5(+/-2)mm,cat radioop silic,5F x80(+/-5)cm,ag huber,ag punció tèc Seldinger,separ,càn braúnula,guia"J",tunelit,int pelable.S/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 20128944
Descripció llarga: Sistema implantable subcutani reservori perfil estàndar,325psi , (PSU)35x27x13,2(+/-2)mm septum silic 12(+/-2)mm,cat radioop silic 8,5 Fx80(+/-5)cm,ag huber,ag punció tèc Seldinger,separ,càn braúnula,guia"J",tunelit,int pelable.S/làtex/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 20128953
Descripció llarga: Sist impl sub,baix perfil,325psi,orificis,pol+titani,2reserv,30x22x10 ,6(+/-2)mm septum silic 9,5(+/-0,5)mm,cat radiopac silic 10Fx80 (+/-5)cm,2 conn reservori-cat,2huber,ag punció,separador,càn braúnula,guia"J",tunelitz,int pelable.TAC/RMN.S/làt/DEHP,est		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 20128957
Descripció llarga: Sist implant espin/epi subc,325psi,a/orif pol/tit 37,8x25,8x11,5(+/-2)mm ,septum sil 12(+/-2)mm,2 cat epid/espinal radiop 3Fx100(+/-5)cm marca,ag 16G,2 conn,2 antiacod,filtre 0.2,2 bisturis,2huber 22G,ag Ø0.9x70mm,tunelit,xer.Comp RMN.Est,s/làt/DEHP,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 20128959
Descripció llarga: Sist implant subcutani accés pleural/peritoneal reservori orif fix ,polimer+titani 32x27x13(+/-2)mm a/septum silic 12,5(+/-2)mm,anell conn reservori-catèter titani,cat multiperf radioop silic 15Fx55(+/-5)cm, conn reservori-cat,ag huber.S/làt/DEHP,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 20142863
Descripció llarga: Sist implantable accés venós subcut baix perfil alta pres(fins 300 psi) ,orif fix,titani,septum silic,cat radioopac PUR 6.6Fx80(+/-5) cm,connector,2 ag huber,ag punció Seldinger,xering,ag plàstic,guia "J",tunelitzador,int pelable 7F.s/làtex/ftalats,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 20150999
Descripció llarga: Sist implantable venós subcutani ped/adult amb cat PICC,reservori titani septe silicona,cat radioop PUR 5Fx78(+/-2)cm,conn titani,ag huber recta 22Gx25(+/-2)mm,connector luer,guia nitinol recta,ag eco 21G ,dilataador/introd,tunelitzador.S/làt/DEHP,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 20158411
Descripció llarga: Sist implant subcuta:reservori baix perfil 2orif fix,325psi,PEEK+Ti ,30x22x11,3(+/-2)mm,0,3ml,septum silic 10,8(+/-0,2)mm,5gr,marc rx ,anell rx;cat rx PUR 8,5Fx50(+/-5)cm,ag huber,ag BSA Selding,separ,càn braúnula,guia"J",tun,int pelable.S/làt/DEHP,est,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47878067W	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 10.02.2026 HORA: 14:15:43 PAGINA: 2 / 3
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 20167477
Descripció llarga: Eq implant accés venós subc 1 reserv titàni/POM perf stand,sept silic 12 ,1(+/-2)mm,cat sili 8Fx60 (+/-5)cm,màx 325 psi,2 anells,ag h uber rect22G,elevad vena,xering,guia "J", ag18G,1 tunel,introd pel 17cm .Compat RMN 3.0.S/làtex/ftalats,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 20167478
Descripció llarga: Eq implant accés venós subcutani. 1 reservori orificis fixació, titàni/POM ,septum silica 12,1(+/-2)mm,catèter silica 8Fx60 (+/-5)cm,màx 325 ps i 13 componets. Compatible RMN 3.0.S/làtex/ftalats,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 20167634
Descripció llarga: Sistema implantable d'accés venós subcutani,capacitat d'injecció pressió a/contrast (300psi), port mini titani 5F,a/catèter biofil p reconectat ,septum sili,ag 19G,introductor pelab 6F,guia 0,38"x50(+/-2)cm,tunelitzador,ag Huber 22G,connect,RNM,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 20167635
Descripció llarga: Sistema implantable d'accés venós subcutani,capacitat d'injecció pressió a/contrast (300psi), port mini titani 6F,a/catèter biofil p reconectat ,septum sili,ag 19G,introductor pelab 6F,guia 0,38"x50(+/-2)cm,tunelitzador,ag Huber 22G,connect,RNM,estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 20168280
Descripció llarga: Reserv implantable alta pres (300psi) CT, a/cat (PU)termosensible 8F,perf estànd,septum silic a/orific recob silic,2sist bloq,bistur i,ag 18G,ag huber 22G,ag no bisel,int pelab+válv,guia"J",xer,tunelit,eq infu,vena pick.compatible RMN.s/làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30000055
Descripció llarga: Agulla d'infusió per a cambra catèter implantable angulada 90° de 20Gx1" (0,9x25mm), alta pressió (325 psi), d'acer inoxidable de gr au mèdic sense silica amb connexió de polipropilè codificada per colors (groc). Lliure de làtex/ftalats, estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30010132
Descripció llarga: Solució antimicrobiana per a segellar/encebar dispositius vasculars (catèters i reservoris). Compost per: ciclo-taurodina, citrat al 4% inclou aigua per injectatble. Ampolla 3 mL. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30017911
Descripció llarga: Agulla d'infusió accés vasc subcut p/càmera catèter implant.325psi.Punta Hubber angle recte a.inox 20Gx0,6"(0,9x15mm) a/aletes.Sist seg actiu.Tub extensió 20cm+/-2cm flexible,base amortida arrodonida,con luer-lock,1 clamp,no DEHP,no làtex,RMN,est,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47878067W	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 10.02.2026 HORA: 14:15:43 PAGINA: 3 / 3
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30027812
Descripció llarga: Solució per a segellar/encebar dispositius vasculars (catèters i reservoris). Compost per: ciclo-taurodina, citrat al 4% i heparina 500UI/mL, inclou aigua per injectatbles. Ampolla 5 mL. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30027813
Descripció llarga: Solució per a segellar/encebar dispositius vasculars (catèters i reservoris). Compost per: ciclo-taurodina, citrat al 4% i uroquinas a 25000UI/mL. Inclou aigua per injectatbles i PVP Ampolla de 5 mL. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30035238
Descripció llarga: Equip accessoris tècnica Seldinger d'implantació de reservori subcutani accés peritoneal: agulla punció 18Gx70mm, guia"J" 0,035"x40(+/-5)cm, introductor 16F a/dilatador 12-14F, tunelitzador, xeringa Luer-Lock, agulla huber 19G a/aletes.S/lât/DEHP,est,1ús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30054128
Descripció llarga: Apòsit per a port implantable,semipermeable,elàstic,part central poliuretà (PUR) transparent no adhesiva,amb marc d'aplicació totalm ent reforçat de TST, i tires adhesives de reforç,mida total 12cmx12cm +/-1cm.Lliure de làtex.Estèril.Un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30060498
Descripció llarga: Agulla d'infusió accés vasc subcut p/càmera catèter implant.325psi.Punta Hubber angle recte a.inox 20Gx0,6"(0,9x38mm) a/aletes.Sist seg actiu.Tub extensió 20+/-2cm flexible,base amortida arrodonida,con luer-lock,1 clamp ,no DEHP,no làtex,RMN,est,1ús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30069200
Descripció llarga: Agulla d'infusió accés vasc subcut p/càmera catèter implant.325psi.Punta Hubber angle recte a.inox 20Gx0,6"(0,9x20mm) a/aletes.Sist segur actiu.Tub extensió 20cm+/-2cm flexible,base amortida arrodonida,con luer-lock,1 clamp,no DEHP,no làtex,RMN,est,1ús		
SOL.COMANDA: 1101462172	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 999303110
Descripció llarga: A - Agulla d'infusió accés vascular subcutani per a cambra catèter implantable, punta tipus Hubber, amb sistema de seguretat actiu#(BSA), presions fins a 40psi, punt d'entrada lateral Y amb bio-connector, varies mides		

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 28 de 52

S'ha d'omplir el excel Licitació 11012xxxxx_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll, varies mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll, varies mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 29 de 52

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B90

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 30 de 52



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 31 de 52

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B, Base, V- Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	Unit	Preu unitari sortida amb IVA	Par	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu SAN	Preu Unitat mínima de venda	Codi
1	0	400	30030787		Sabó en gel per a rentar de mans ph-neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compatible compatible SAP	18089	UNI	2,619400	1		0,000000	0,00							
1	0	420	30030791		Dispensador integrat compatible de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0	380	30030785		Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0	670	30030982		Cúmul de amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
3	0	710	30030616		Dispensador orgànica per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 32 de 52

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides

S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització

En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 33 de 52

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 34 de 52

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe	(SI/NO)		
Compliment regulació prod sanitaris	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material		
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 35 de 52

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 36 de 52



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 37 de 52

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment.
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 38 de 52

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	
-----	--

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 39 de 52



ANNEX D3

Fitxa resum Judici de Valor



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCiVT48C9YP28LUNJYZ6iV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 40 de 52



LOT 1

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Torsió de la microguia
Navegabilitat
Estanqueïtat de l'introductor pelable
Bona palpació per a una correcta punció

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 41 de 52



LOT 2

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Torsió de la microguia
Navegabilitat
Estanqueïtat de l'introductor pelable
Bona palpació per a una correcta punció

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 42 de 52



LOT 3

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Facilitat d'inserció

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 43 de 52



LOT 6

ANNEX D3_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Adaptació
Maneig
Retirada

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb documentació amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 44 de 52

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 45 de 52

S'ha d'omplir l'excel ANNEX_D4_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 46 de 52

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya *lot x*

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *lot x*

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpiració,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpiració,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No

En els lots en què no es presenti oferta, cal informar amb un 'NO' al camp 'Presenta oferta' i aquests lots no es poden eliminar de l'Excel.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 47 de 52



ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCiVT48C9YP28LUNJYZ6iV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 48 de 52

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	
		2 UNITATS	



ANNEX F- Estructura del codi agrupador



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCiVT48C9YP28LUNJYZ6iV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 50 de 52

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endoprotèsi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 51 de 52

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00

Cadascuna de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cadascuna d'aquestes referències incloues en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

OFERTA VARIANT 1

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargàries de 20 a 40mm	1.645,00

Ofertes diferenciades per diferent gamma de productes

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 12/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 24/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0BLCIVT48C9YP28LUNJYZ6IV8DLX9B9O

Data creació còpia:
24/02/2026 10:19:41

Pàgina 52 de 52