

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚGIQUES PER AL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient CSI2025107

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚGIQUES PER AL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
ANUALITATS	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT	3
DEMOSTRACIONS.....	4
GARANTIA	4
NORMATIVA.....	4
TERMINI DE LLIURAMENT I PLANIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ	5
REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP	5
GESTIÓ DE RESIDUS	5
FORMACIÓ.....	5
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ	6
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT	7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚRGIQUES PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament i instal·lació de làmpades quirúrgiques per al Consorci Sanitari Integral.

CONFIGURACIÓ EN 10 QUIROFANS

10 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA I 10 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA AMB BRAÇ PORTA MONITOR

CONFIGURACIÓ EN 5 QUIROFANS

5 LAMPADES QUIRÚRGICA AMB 2 CÚPULES

ANUALITATS

ANY 2026

5 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA I 5 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA AMB BRAÇ PORTA MONITOR

3 LAMPADES QUIRÚRGICA AMB 2 CÚPULES

ANY 2027

5 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA I 5 LÀMPADES QUIRÚRGIQUES DE 1 CÚPULA AMB BRAÇ PORTA MONITOR

2 LAMPADES QUIRÚRGICA AMB 2 CÚPULES

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica**.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:

Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques, així com condicions de muntatge, planning d'instal·lació, documentació gràfica i plànols 3D de cada quiròfan i altres informacions sol·licitades tant als diferents annexos com al plec tècnic.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚGIQUES PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

La no explicitació dels requeriments sol·licitats ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

De la mateixa manera s'hauran d'acreditar documentalment a la **memòria tècnica** els aspectes tècnics específics a valorar de **l'Annex 4 de criteris objectius**

DEMOSTRACIONS

El departament de logística es reserva el dret opcional de sol·licitar les demostracions que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec així com altres criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable.

Els equips sol·licitats hauran d'anar identificats exteriorment com a EQUIPS EN DEMOSTRACIÓ + número d'expedient Així mateix els equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat l'equipament ofert amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el **termini màxim de 10 dies naturals** des que el departament de logística ho sol·liciti. El no compliment d'aquest requisit el qual determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.

Lloc de presentació: El departament de logística especificarà el lloc, data i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 2 anys.

NORMATIVA

Acreditació del marcat CE i tots aquells altres que certifiquin l'acompliment de la normativa vigent a la que estigui subjecte l'equipament ofert en quan a producte sanitari

TERMINI DE LLIURAMENT I PLANIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Haurà d'estar inclòs en l'oferta el desmuntatge i desinstal·lació de les làmpades existents, i només es procedirà a la retirada i la destrucció de les mateixes quan el servei d'electromedicina ho autoritzi. **El termini màxim de lliurament i instal·lació un cop es formalitzi el contracte és de 45 dies naturals.**

Les noves làmpades s'hauran d'instal·lar en la mateixa ubicació de les actuals. L'adjudicatari serà el responsable de comprovar la idoneïtat de l'ancoratge existent i la seva adaptació o substitució si fos necessari.

La instal·lació es planificarà i realitzarà per etapes segons la disponibilitat del servei de quiròfans i a través de l'autorització del servei d'electromedicina.

La previsió d'instal·lació serà preferentment durant els caps de setmana, segons disponibilitat i prèvia coordinació entre totes les parts.

Aquesta planificació podrà ser revisada durant el període d'instal·lació de les làmpades

REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP

- 2 Manuals d'usuari en català i/o castellà.
- 1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment preventiu.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
- Lliurament de les llicències dels softwares instal·lats als equips.
- Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

GESTIÓ DE RESIDUS

Un cop efectuada la instal·lació, l'adjudicatari haurà d'adjuntar un certificat nominatiu de destrucció de les làmpades retirades, on s'haurà d'indicar marca, model i número de sèrie de cada una d'elles

FORMACIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LÀMPADES QUIRÚGIQUES PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

- **Formació del personal assistencial** designat pel centre en l'ús de l'equip
- **Formació del personal d'electromedicina.** L'adjudicatari autoritzarà al personal de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges.

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **2 anys**. Així mateix garantirà la reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.

Respecte al període de garantia les ofertes tècniques han de detallar específicament a l'annex de manteniment:

- Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i descripció del mateix.
- Temps de resposta servei tècnic amb presència física d'un tècnic igual o inferior a 8 hores
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Préstec d'un altre equip en cas d'avaria no reparada satisfactòriament superior a 72 hores
- Especificar recanvis bàsics i fungibles amb preus del més habituals.
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir