



Corporació de **Salut**
del **Maresme** i la **Selva**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE
RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA
CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA**

EXPEDIENT CSMS PN 3/26-D

(IMP-SC-006)



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

1.- OBJECTE

Aquest contracte té per objecte el **subministrament d'un flat panel portàtil de RX per al servei de Radiologia de l'Hospital Sant Jaume de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.**

El subministrament s'haurà de realitzar per una empresa que estigui certificada per l'empresa fabricant, **MINDRAY Medical España SL**, i haurà d'aportar per la instal·lació i posada en marxa, el personal tècnic de l'empresa oficial distribuïdora i tècnica, doncs la manipulació dels equips per personal no autoritzat comporta la pèrdua del contracte de manteniment en exclusivitat dels mateixos i per tant la pèrdua de garantia i fiabilitat de la seguretat vers els treballadors i els usuaris així com el seu correcte funcionament i futures reparacions de les avaries.

S'adjunta el document annex I al present Plec, on s'inclouen les característiques tècniques de l'equip objecte del contracte.

2.- GARANTIA, MANTENIMENT I REPOSICIONS GENERALS

El termini de garantia del **Flat Panel portàtil de RX** comptarà a partir de la finalització de la implantació (instal·lació, posada en marxa i formació inicial si cal), quan es formalitzarà l'acta de recepció entre l'adjudicatari i la CSMS i com a mínim, durant 2 anys, garantint productes i qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt així com les actualitzacions del software.

El resultar adjudicatari del present contracte comporta assumir les condicions de garantia del producte següents:

- La substitució del Flat panel quan aquest presenti vicis o defectes importants (materials i/o de funcionament).
- Garantir el recanvi d'un altre Flat panel en el cas d'avaría de més de 2 dies, i durant la seva reparació.
- Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equip, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demés costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.
- Igualment han de garantir la reposició de recanvis durant un període mínim de 8 anys postgarantia (a càrrec de la institució compradora), contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt.

El licitador haurà d'incloure en el sobre d'oferta el document Annex II al present plec on s'informarà del següent:

- Temps de resposta davant qualsevol avís d'avaría, inclòs festius (max. 48 h).
- Necessitat d'interrupció del funcionament normal per realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible.
- Especificar recanvis bàsics i preus dels mateixos.
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir (màx. 48h).
- Oferta de contracte de manteniment normatiu, correctiu i preventiu, amb totes les modalitats possible. Preu i descripció del manteniment requerit després del període d'aquest contracte, amb la metodologia de treball que proposen per a la prestació d'aquest tipus de servei.

Tarifa d'assistència tècnica. (mà d'obra i desplaçament postcontracte).Especificar si el manteniment es exclusiu.

3.- MANUALS DE L'APARELL I INSTRUMENTAL

Serà d'obligat compliment per a l'empresa adjudicatària el lliurament dels manuals dels equips, en suport informàtic i paper, segons s'especifica:

Característiques dels manuals

- Manual d'us: Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà d'una descripció del funcionament i manipulació de l'equip destinat a l'usuari.
- Manual Tècnic: Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà de les següents parts:
 - ✓ Descripció de l'equip
 - ✓ Descripció de funcionament
 - ✓ Esquemes elèctrics i electrònics
 - ✓ Plànols mecànics si procedeix
 - ✓ Esquemes de muntatge amb els codis dels components ("especejament amb codis")
 - ✓ Codis d'error
 - ✓ Manteniment de l'equip

Els manuals, seran lliurats, en el moment de la recepció dels equips.

4.- NORMATIVES

- Certificació del marcatge CE.
- Certificació de compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laboral
- Certifica de compliment de les normes UNE vigents. Cal aportar la documentació acreditativa.
- Certificat de la normativa vigent relativa a l'alimentació elèctrica i proteccions.
- Certificació del compliment de l'article 41 "Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors" i la documentació de la informació que se'n deriva.
- ISO 9001 : Sistema de gestió de Qualitat



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

S'haurà d'aportar el certificat de compliment dels punts anteriorment relacionats, essent suficient una declaració responsable de conformitat per part del licitador, adjuntant el document Annex III del PPT degudament emplenat i signat pel representant legal de l'empresa.

A efectes informatius també s'haurà d'indicar si es compleix o es disposa d'algun tipus de distintiu de compliment de la normativa mediambiental, social, prevenció de riscos..., com per exemple:

- Norma de responsabilitat social : SA8000
- ISO 14001 : Sistema de Gestió Mediambiental
- ISO 13485 : Sistema de Qualitat Mediambiental
- SHAS 18001 Sistema de Gestió de Prevencions Riscos Laborals
- SA8000: 2001 Norma de Responsabilitat social
- Altres

5.- EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE : Condicions de lliurament i instal·lació

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.

Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions de ple funcionament.

L'adjudicatari també es farà càrrec dels residus derivats de la instal·lació i posada en funcionament de l'equip.

6.- ESTRUCTURA DE LES OFERTES

.-SOBRE A: Documentació administrativa sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives del contracte.

.- SOBRE C: Documentació necessària per comprovar el compliment dels requisits mínims de l'equip i per a realitzar la valoració dels criteris de valoració automàtica, definits al quadre de característiques específiques del contracte, si escau.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

L'oferta econòmica i els demés criteris de valoració automàtica s'hauran de presentar d'acord amb el document Annex Oferta Econòmica adjunt als presents plecs de clàusules del contracte.



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN FLAT PANEL PORTÀTIL DE RX PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

ANNEX – I

FLAT PANEL PORTATIL DE RX : referencia 115-053580-02 Wireless Portable MPX3543R

Per l'equip transportable:

- **Model: MobiEye 700 Main Unit**
- **SKU: AMD IEQ 13-MI67**

Sra. Esther Bou Rosell
Cap de Compres i Logística
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital