

Exp.: 2026-5

Tipus: Subministrament

Procediment: Obert

Objecte: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una Plataforma integral per concentració i purificació de vectors lentivirals per al Servei d'Immunologia (Secció Immunoteràpia) del CDB de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

Promotor: Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)

ANTECEDENTS

1. En data 29 de gener de 2026, i sent el cas, un cop publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), es va publicar al Perfil del Contractant del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), l'anunci de licitació per al Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una Plataforma integral per concentració i purificació de vectors lentivirals per al Servei d'Immunologia (Secció Immunoteràpia) del CDB de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).
2. D'acord amb els principis de transparència, eficiència, i adequació al compliment dels fins institucionals establerts als articles 1 i 28 de la LCSP, i per tal de corregir un error material, es considera necessari rectificar l'expressió d'un dels requeriments tècnics exposats al Plec de prescripcions tècniques (PPT).
3. Atès que aquest error pot induir a confusió en la interpretació dels documents, es considera necessari procedir a la seva correcció per garantir la claredat i seguretat jurídica del procediment de licitació.

FONAMENTS DE DRET

1. D'acord amb les previsions de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. Els articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), estableixen que els plecs de prescripcions tècniques i administratives poden ser objecte de modificació quan sigui necessari per corregir errors o aclarir aspectes tècnics, sempre que aquestes modificacions no alterin els termes essencials del contracte.
3. De conformitat amb la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern de l'HCB en sessió de data 21 de desembre de 2015, l'òrgan competent per dictar aquesta resolució és el Director General de l'HCB.

RESOLC

Primer.- Rectificar l'error material detectat al Plec de prescripcions tècniques (PPT), en els termes que a continuació s'exposen:

- **Apartat 3 “Requeriments tècnics”, a l'article 1:**

On deia:

- “L'equip ha de permetre agitació a velocitats baixes **fins a 20 rpm**, aptes per al maneig de productes sensibles al shear stress com els vectors lentivirals.”.

Ha de dir:

- “L'equip ha de permetre agitació a velocitats baixes **a partir de 20 rpm**, aptes per al maneig de productes sensibles al shear stress com els vectors lentivirals.”.

Segon.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona, i en el cas de tractar-se d'un contracte harmonitzat, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Tercer.- Ampliar el termini per a la presentació d'ofertes segons s'estableixi a la publicació de l'esmena de l'anunci.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)