

<p><b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b></p>	<p><b>Criteris d'adjudicació</b></p> <p>CS/AH01/1101464334/26/AMUP</p>
---	--

**CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS**

---

**A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):**

La puntuació econòmica màxima serà de **51 punts**.

La puntuació màxima d'aquest criteri de **51 punts** els rebrà l'oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

*Sent:*

*P:* Punts criteri econòmic

*IL:* Import de licitació

*O<sub>v</sub>:* Import de l'oferta econòmica a valorar

*O<sub>m</sub>:* Import de la millor oferta presentada

*P<sub>v</sub>:* Punts atorgats a l'oferta

*OAB:* Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa.

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu, estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (\*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

<b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b> <b>CS/AH01/1101464334/26/AMUP</b>
--	--

(\*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Un cop s'hagi identificat algun dels anteriors supòsits, s'instruirà el corresponent procediment contradictori, d'acord amb la clàusula 23 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes, l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

<b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b>
	CS/AH01/1101464334/26/AMUP

**B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE 2):**

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de **49 punts**. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

LOT 1				
T - CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA RSC - CRITERIS de VALORACIÓ d'ÀMBIT de SOSTENIBILITAT, EMPREMTA CARBONI i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AUTOMÀTICA				
CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA				
ID	CRITERI AUTOMÀTIC	TIPUS VALOR	VALORS	PUNTUACIÓ
T.1	Tots els analitzadors disposaran de càrrega contínua de com a mínim de 150 mostres simultàniament	SI/NO	SI=8 punts NO=0 punts	<b>8</b>
T.2	Possibilitat de realitzar altres proves analítiques diferents de la HbA1c i les seves variants	SI/NO	SI=1 punts NO=0 punts	<b>1</b>
T.3	Principi de mesura de turbidimetria	SI/NO	SI=6 punts NO=0 punts	<b>6</b>
T.4	Imprecisió intra-sèrie amb C.V. <3,6%	SI/NO	SI=5 punts NO=0 punts	<b>5</b>
T.5	Sistema que permeti la detecció d'hemoglobines anòmales	SI/NO	SI=2 punts NO=0 punts	<b>2</b>
T.6	Velocitat test/hora per equip	ESCALAT	≤ 0,3 minuts per mesura = 12 punts	<b>12</b>
			> 0,3 minuts i <1 minut per mesura = 3 punts	
			≥ 1 minut i < 2 minuts per mesura = 2 punts	
			≥ 2 minuts per mesura=0 punts	
T.7		ESCALAT	1 equip= 10 punts	<b>10</b>

<b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b> criteris d'adjudicació</b>
	<b>CS/AH01/1101464334/26/AMUP</b>

	Número d'equips necessaris per arribar a la velocitat requerida de 350 test/hora		2 equips= 5 punts ≥ 3 equips = 0 punts	
<b>T.8</b>	Garantitzar la connexió amb el SIL	SI/NO	SI=4 punts NO=0 punts	<b>4</b>
<b>SUBTOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS TÈCNICS</b>				<b>48,00</b>
<b>CRITERIS de VALORACIÓ d'ÀMBIT de SOSTENIBILITAT, EMPREMTA CARBONI i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA</b>				
<b>ID</b>	<b>CRITERI AUTOMÀTIC</b>		<b>VALORS</b>	<b>PUNTUACIÓ</b>
<b>RSC1</b>	<p>Càlcul i compensació de la petjada de carboni:</p> <p>Aquests criteris estan vinculats amb les fases de fabricació, distribució i entrega del subministrament. Atès que el procés de disseny i producció d'implants personalitzats genera emissions de CO<sub>2</sub>, és pertinent valorar el càlcul d'aquest impacte mitjançant una eina reconeguda pel Ministeri de Sanitat (ScopeCO2), així com les mesures proposades per compensar-lo.</p>		Si = 0,50 punts No = 0 punts	<b>0,50</b>
<b>CRITERIS de VALORACIÓ TÈCNICA d'ÀMBIT SOCIAL (IGUALTAT, EQUITAT, INTEGRACIÓ SOCIAL i DRETS LABORALS)</b>				
<b>RSC2</b>	<p>Contractació estable del personal:</p> <p>Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles.</p>		Si = 0,50 punts No = 0 punts	<b>0,50</b>

<b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b>
	<b>CS/AH01/1101464334/26/AMUP</b>

<b>SUBTOTAL PUNTUACIÓ en MATERIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL PUNTUACIÓ</b>	<b>49,00</b>

### JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ

D'acord amb el que es recull a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquests criteris tècnics i la seva ponderació han estat escollits pels professionals designats pel responsable del contracte, per tal d'assegurar la millor relació qualitat-preu vinculada a l'objecte del contracte i basats en un plantejament que atén a la millor relació cost-eficàcia.

Dins d'aquests aspectes s'han tingut en compte la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, la comercialització i les seves condicions així com l'organització, la qualificació i experiència del personal tenint en compte el servei postvenda, l'assistència tècnica i les condicions de lliurament, d'acord al tipus d'expedient.

### JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS RSC

#### 1. Àmbit sostenibilitat (RSC1)

RSC1 (Càlcul i compensació de la petjada de carboni):

Aquests criteris estan vinculats amb les fases de fabricació, distribució i entrega del subministrament. Atès que el procés de disseny i producció de reactius, instrumentació i programes d'anàlisi de dades genera emissions de CO<sub>2</sub>, és pertinent valorar el càlcul d'aquest impacte mitjançant una eina reconeguda pel Ministeri de Sanitat (ScopeCO2), així com les mesures proposades per compensar-lo.

#### 2. Àmbit social (Igualtat i Equitat) (RSC5)

RSC2 (Contractació estable del personal):

Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa

<b>EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT I REACTIUS PER LA MESURA DE PROVES D'HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1c) PELS LABORATORIS CLÍNICS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</b>	<b>Criteris d'adjudicació</b>
	<b>CS/AH01/1101464334/26/AMUP</b>

l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles.

Dra. Roser Ferrer Costa  
Directora de Laboratoris Clínics  
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron