

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL MANTENIMENT PREVENTIU DE DOS
EXTRACTORS AUTOMÀTICS D'ÀCIDS NUCLEICS DEL LABORATORI DE GENÒMICA DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Import de licitació i forma de pagament
5. Durada del contracte

1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu de dos extractors automàtics d'àcids nucleics del laboratori de genòmica de l'Hospital Josep Trueta de Girona.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'abast de la contractació escau a la totalitat d'equipaments descrits en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

L'equipament que haurà de ser cobert pel present contracte de manteniment es compon de:

- 2 Extractors automàtics d'àcids nucleics (DNA i RNA), models CHEMAGIC Magnetic Separation Module I i CHEMAGIC Prime 8, números de sèrie 160 i 404-054.

Els requisits tècnics que caldrà acomplir són:

- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta remot en cas d'avaría: 24 hores (en cas d'avaría crítica i/o aturada de l'equip).
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta presencial en cas d'avaría: 72 hores (en cas d'avaría crítica i/o aturada de l'equip).
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta en cas d'avaría urgent: Telefònicament amb personal tècnic: El mateix dia de l'avaría en cas d'avaría crítica i/o aturada de l'equip.
- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements a l'apartat 2 d'àmbit d'actuació.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament han d'estar inclosos en tots els manteniments preventius.
- Les actualitzacions de software de control necessàries per a mantenir l'equip en condicions de seguretat.
- Inspeccions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Suport tècnic telefònic.
- Inclusió del manteniment correctiu amb total cobertura dels costos de mà d'obra. Només pels equips amb contractació Signature Plus.
- Substitució de totes les peces avariades. Només pels equips amb contractació Signature Plus.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu.

3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS

3.1. Prevenció de riscos laborals i residus

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció, etc.).

Compromís de l'adjudicatari de gestionar el fi de vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus, la deposició controlada i les certificacions pertinents de les parts ionitzants a l'SCAR i CSE (si escau), i les indicacions de l'ARC (Agència Catalana de Residus).

3.2. Actualització dels programaris dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte. S'inclouen totes les actualitzacions i/o modificacions de software que siguin necessàries per al normal funcionament de l'equip, en les condicions inicials. Queden excloses les actualitzacions de millora aportades com a valor afegit i les llicències del propi sistema operatiu.

4. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte està prevista des del dia 25 d'abril de 2026, o des de la data de formalització del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2026.


Podrà ser prorrogat per una anualitat.

5. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El preu màxim de licitació pel contracte per a l'any 2026 és de 25.028,29 € sense IVA, i 30.284,23 € amb IVA inclòs.

En cas de pròrroga l'import pel contracte durant l'any 2027 és de 31.657,85 €/any sense IVA, i 38.306,00 €/any amb IVA inclòs.

Girona, a març de 2026

<p>Jaume Fernández Baró CAP UNITAT MANTENIMENT</p>	<p>Marc Rulló Besora RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA</p> 
---	---