

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PEL MANTENIMENT PREVENTIU  
D'EQUIPAMENT DIVERS DEL LABORATORI DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA DE  
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA**

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques. CONDICIONS GENERALS

El plec d'especificacions tècniques de la licitació està format per:

1. Objecte de la contractació
2. Abast i requisits tècnics
3. Requeriments contractuals obligatoris
4. Import de licitació i forma de pagament
5. Durada del contracte

### 1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte de la contractació és el manteniment preventiu d'equipament divers del laboratori de reproducció assistida de l'Hospital Josep Trueta de Girona.

### 2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'abast de la contractació escau a la totalitat d'equipaments descrits en aquest punt, així com les seves especificacions tècniques i cobertures descrites.

L'equipament que haurà de ser cobert pel present contracte de manteniment es compon de:

- 1 Incubador de gran format de diòxid de carboni (CO<sub>2</sub>), oxigen (O<sub>2</sub>) i temperatura, model Labotect C-200 i número de sèrie 2456.
- 1 Incubador de petit format de diòxid de carboni (CO<sub>2</sub>), i temperatura, model Labotect C-16 i número de sèrie 967.
- 1 Placa calefactada, model Labotect A4 i número de sèrie 277.
- 1 Termosegelladora manual de pallets criogènics, model Cryo Bio System i número de sèrie 1618.
- 1 Estufa bacteriològica de temperatura, model JP Selecta I cudigit TFT i número de sèrie 660493.

Els requisits tècnics que caldrà acomplir són:

- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta remot en cas d'avaría: 3 hores.
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta presencial en cas d'avaría: 48 hores.
- Compromís per part de l'adjudicatari d'assegurar el temps de resposta en cas d'avaría urgent: Immediat telefònicament amb personal tècnic.
- Manteniment preventiu en conformitat amb els protocols establerts per fàbrica de tots els elements a l'apartat 2 d'àmbit d'actuació.
- El personal que realitzi els manteniments ha d'estar qualificat i amb formació acreditada pel fabricant original.
- Mà d'obra i desplaçament de la visita de manteniment preventiu han d'estar inclosos.
- Les actualitzacions de software de fàbrica necessàries per a mantenir l'equip en condicions de seguretat.
- Inspeccions de seguretat i qualitat.
- Manteniment tècnic legal.
- Suport tècnic telefònic.
- Substitució de peces avariades tals com els filtres de gas i d'acrodisc, bomba d'aigua, ventilador interior, i aïllants tèrmics superior i inferior.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu. Tanmateix, si escau també caldrà habilitar les eines i contrasenyes necessàries a l'equip tècnic de l'Hospital per tal de poder configurar i/o modificar qualsevol paràmetre que sigui necessari per la seva posta en marxa, a nivell tècnic bàsic amb total normalitat, i sense haver suposat una despesa addicional per l'Hospital.

### **3. REQUERIMENTS CONTRACTUALS OBLIGATORIS**

#### **3.1. Prevenció de riscos laborals**

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

#### **3.2. Actualització dels programaris dels equips**

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període del contracte.

### **4. IMPORT DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT**

El preu màxim de licitació és de 1.399,16 € sense IVA, i 1.692,98 € amb IVA inclòs.

### **5. DURADA DEL CONTRACTE**

La durada del contracte està prevista des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2026.

Girona, a març de 2026

<b>Jaume Fernández Baró</b> CAP UNITAT MANTENIMENT	<b>Marc Rulló Besora</b> RESPONSABLE SERVEI ELECTROMEDICINA
---	--