

## INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Aquest informe té per objecte justificar la decisió de no dividir en lots el contracte de subministrament i instal·lació d'un nou autoclau de vapor, d'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).


Segons l'informe del Cap de Manteniment del 16 de gener de 2026, l'autoclau actual de la Clínica Terres de l'Ebre ha deixat de funcionar de manera efectiva. La renovació és crítica per a:

- Garantir l'esterilització del material mèdic i quirúrgic.
- Evitar la paralització d'operacions i sobre costos per derivació externa.
- Complir amb les normatives sanitàries i prevenir infeccions hospitalàries.

Es considera que la divisió en lots no és procedent pels següents motius tècnics:

- **Unitat Tècnica i Funcional:** L'autoclau de vapor és un equip compacte i complex que funciona com una unitat tecnològica indivisible. La seva eficàcia depèn de la integració perfecta dels seus components (cambra, generador de vapor, sistemes de control i buit).
- **Interdependència de Prestacions:** La instal·lació i la posada en marxa formen part d'un procés únic. Dividir el subministrament per components posaria en risc la seguretat del procés d'esterilització i la integritat del material quirúrgic.
- **Responsabilitat i Garantia:** Un únic proveïdor ha de garantir que l'equip compleix amb les especificacions necessàries per a les operacions diàries de la clínica. La fragmentació del contracte podria derivar en una pèrdua de traçabilitat i dificultaria la determinació de responsabilitats en cas d'avaría.
- **Eficiència de la Gestió:** Atesa la urgència per la falta de servei de l'equip actual, la gestió unitària agilitza la implementació i assegura el compliment dels estàndards de seguretat de forma immediata.

Per tot l'exposat, es conclou que la naturalesa de l'objecte del contracte exigeix la seva realització unitària, ja que la seva divisió en lots dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic i funcional, compromentent la qualitat de l'atenció als pacients.



Maria Davinia Bertomeu Salvador

Responsable de quiròfan de Tortosa Salut, SL

Tortosa, 24 de febrer de 2026