

Memòria justificativa del contracte

1.- Objecte complet del contracte.

L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d'un equip autoclau esterilitzador a vapor per a la Clínica Terres de l'Ebre (en endavant CTE).

2.- Elecció del procediment.

Procediment obert simplificat de conformitat amb els articles 21 i 159 de la LCSP. El procediment es tramitarà mitjançant el tràmit ordinari.

3.- Vigència del contracte.

La durada del contracte serà de 45 dies naturals setmanes que és el termini de lliurament i instal·lació, a comptar des del dia següent de la data de formalització del contracte.

4.- Classificació que s'exigeix als participants i justificació.

No s'exigeix classificació.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant l'aportació dels documents següents:

- Solvència econòmica i financera:

- De conformitat amb l'article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclusos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s'aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d'empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

- Solvència tècnica:

- De conformitat amb l'article 89.1.a) de la LCSP, caldrà acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys de serveis corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% del valor estimat del contracte.

Aquesta circumstància s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una relació dels subministraments realitzats per l'interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, especificant l'import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els serveis realitzats s'entendran acreditats si s'aporta certificat expedit o visat per l'òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els serveis realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedits per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. Els certificats d'execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l'òrgan de contractació.

Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació del subministrament i instal·lació d'un equip autoclau esterilitzador a vapor per a la CTE.

6.- Criteris d'adjudicació i justificació.

En el present expedient de contractació s'avaluaran les ofertes mitjançant els següents criteris d'adjudicació per mitjà de criteris automàtics o de fórmules matemàtiques (100 punts):

- OFERTA ECONOMICA (45 punts): Criteri econòmic: 45 punts. El preu més econòmic d'entre els considerats tècnicament vàlids rebrà 45 punts. La resta rebrà la puntuació que resulti de l'aplicació d'aquesta fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació, essent 1

- OFERTA TÈCNICA A VALORAR PER CRITERIS AUTOMÀTICS (55 punts): Criteris de valoració i justificació per a cadascun dels punts de la oferta tècnica.

Núm.	Criteri	Justificació Tècnica i Operativa	Característiques del valor a introduir
1	Control i registre independents, amb doble sensor de temperatura i doble sensor de pressió per a la cambra de l'esterilitzador, per a garantir la seguretat del procés	Garanteix la seguretat del procés mitjançant la redundància; permet creuar dades per detectar desviacions i assegurar una esterilització correcta segons normativa.	SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts
2	Pressurització de la junta de porta amb aire comprimit que garanteixi major seguretat del procés i utilització de l'equip, així com un	Millora l'estanquitat i seguretat de la cambra, allargant la vida útil dels components i reduint les	SI/NO. Si 10 punts, NO 0 punts



Núm.	Criteri	Justificació Tècnica i Operativa	Característiques del valor a introduir
	menor cost de manteniment.	aturades per manteniment corrector.	
3	Sistema d'accionament pneumàtic de la porta de la cambra de l'esterilitzador que garanteixi un alt nivell d'operativitat.	Proporciona una obertura i tancament suau i robust, minimitzant l'esforç de l'usuari i assegurant un alt rendiment en fluxos de treball intensius.	SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts
4	Capacitat d'emmagatzematge (memòria interna) superior a 1.000 cicles per a disposar d'un major historial de cicles sense necessitat de programes addicionals.	Assegura la traçabilitat a llarg termini i l'accés immediat a l'històric de cicles sense dependre de programari extern o connexions de xarxa.	SI/NO. Si 2 punts, NO 0 punts
5	Dipòsit d'aigua per l'emplenat del generador de vapor amb sistema de preescalfament d'aigua per a reduir el consum elèctric i el % de gasos no condensables. Volum mínim de 10 litres.	Redueix el xoc tèrmic i el consum elèctric, millorant la qualitat del vapor en minimitzar els gasos no condensables, crítics per a l'esterilització.	SI/NO. Si 5 punt, NO 0 punts
6	Sistema de buit per ejector amb dipòsit d'aigua, amb control de nivell i temperatura de l'aigua, i sistema de recirculació d'aigua	Optimitza el consum d'aigua de xarxa i garanteix un buit més eficaç i controlat mitjançant la gestió de la temperatura del fluid.	SI/NO. Si 10 punts, NO 0 punts
7	Alçada pantalles, respecte al terra, no	Criteri d'ergonomia i accessibilitat que facilita	SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts



Núm.	Criteri	Justificació Tècnica i Operativa	Característiques del valor a introduir
	superior a 1,5 metres per a una millor visibilitat dels menús i major utilització de l'esterilitzador.	la interacció de l'usuari i la lectura de paràmetres, evitant errors operatius i fatiga.	
8	Funció d'auto-arrancada amb possibilitat de configuracions diferents en funció del dia de la setmana.	Permet tenir l'equip a punt (test realitzats) a l'inici de la jornada laboral, optimitzant els temps de treball del personal sanitari.	SI/NO. Si 4 punts, NO 0 punts
9	Funció d'auto-apagada amb diferents configuracions d'interval·ls de temps.	Promou l'eficiència energètica i la seguretat de la instal·lació en evitar que l'equip romangui encès innecessàriament fora de l'horari operatiu.	SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts
10	Monitorització dels subministres (aigua, aire i vapor) amb alarma independents en cas de fallida del subministrament.	Evita avaries greus i cicles fallits en detectar preventivament la manca d'aigua, aire o vapor, protegint la integritat del material a esterilitzar.	SI/NO. Si 3 punts, NO 0 punts
11	Kit interagt de reducció de consum d'aigua del sistema de refrigeració del sistema de buit per a una futura connexió a un sistema de refredament extern.	Prepara l'equip per a una economia circular i sostenible, permetent la futura connexió a sistemes de refrigeració tancats per minimitzar l'impacte ambiental.	SI/NO. Si 5 punts, NO 0 punts

7.- Condicions especials d'execució amb la justificació.

Les que consten en el Plec de clàusules administratives i en el quadre de característiques particulars, amb les quals es pretén vetllar pel compliment de les condicions laborals dels treballadors de l'empresa adjudicatària, garantir el pagament en temps i forma a les empreses subcontractistes i contemplar la inclusió de clàusules de caràcter ambiental amb la correcta gestió dels residus generats.

8.- Pressupost base de licitació desglossat.

El pressupost base de licitació ascendeix a l'import de 80.000 euros, sense IVA (**96.800 euros IVA inclòs**).

- Pressupost base de licitació (IVA no inclòs): 80.000.-€
- Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 16.800.-€
- Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 96.800.-€

Aquest import inclou la totalitat dels subministrament descrits en el present contracte, incloent el subministrament, la instal·lació i els treballs de desinstal·lació i retirada de l'equip actual així com tot allò previst al PPT. .

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren.

El valor estimat del contracte ascendeix a **80.000 euros, sense IVA** (96.800 euros IVA inclòs).

- Pressupost base de licitació (IVA no inclòs): 80.000.-€
- Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 96.800.-€
- Import global de les possibles pròrrogues (IVA no inclòs): 0.-€
- Import global de les possibles pròrrogues (IVA inclòs): 0.-€
- Import possibles modificacions preu inicial contracte (IVA no inclòs): 0.-€
- Import possibles modificacions preu inicial contracte (IVA inclòs): 0.-€

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l'objecte del contracte.

S'annexa informe de necessitats.

11. Divisió en lots.

S'annexa informe de no divisió en lots.

12.- Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD).

Accés a dades protegides de caràcter personal:

- SI NO

Quines?:

- Pacients
 Administratiu
 Personal

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de caràcter personal a les que l'adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte es regularan a l'encàrrec del tractament que s'annexarà al mateix a la seva formalització.