

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI MITJANÇANT ARRENDAMENT DE SUPERFÍCIES ESPECIALS PEL MANEIG DE LA PRESSIÓ PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 25SER0204P

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és la contractació del servei d'arrendament, entrega i recollida, desinfecció i manteniment de superfícies especials pel maneig de la pressió, (SEMP en endavant). Per al tractament i prevenció de úlceres per pressió, amb la finalitat d'afavorir la qualitat assistencial del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT en endavant).

El present plec té per objecte establir el pla de necessitats per a l'execució del contracte d'acord amb la estimació prevista i amb la disponibilitat pressupostària inicial, així com la denominació genèrica i el preu de sortida dels serveis.

La prestació que es contracta és d'una naturalesa que no permet la divisió en lots, per a simplificar la interlocució i no comprometre la qualitat del servei. El lot que es proposa és el següent:

Lot	Nom	Descripció
IN0802	SUPERFÍCIES ESPECIALS MANEIG DE PRESSIÓ	Arrendament, entrega, recollida, desinfecció i manteniment de les SEMP.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DE LA CONTRACTACIÓ

Aquests requeriments s'han d'entendre com els requisits tècnics bàsics que ha d'assolir el servei i el material licitat per resultar adjudicatari en el procediment al qual fa referència aquest plec de prescripcions tècniques.

2.1. CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES PER AL SERVEI QUE ES LICITA

El contracte ha d'incloure, en un únic pressupost tancat, la disponibilitat de 130 SEMP, entrega i recollida, desinfecció, formació, manteniment i emmagatzematge, així com la substitució en cas d'avaria, al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.



L'empresa contractista es compromet a subministrar SEMP nous i d'ús exclusiu durant la prestació del contracte, exceptuant les 30 unitats de estoc mínim de seguretat i la contingència que es proposi.

El contracte ha de preveure el següent pel que fa a disposició addicional de SEMP:

- Disposició mensual de 10 unitats SEMP en dipòsit repartides a diferents unitats d'ús del CCSPT.
- Disposició anual de fins a 5 SEMP específiques (característiques indicades en el punt 2.2) preparades per a pacients que pateixin obesitat, amb una càrrega màxima que arribi als 250kg.
- L'empresa contractista haurà de mantenir un estoc mínim de seguretat de 30 unitats de SEMP iguals o de característiques similars, en aquest cas no cal que siguin nous. En cas de necessitat, l'empresa proporcionarà les unitats addicionals necessàries per sobre de les 130 previstes.
- Es valorarà que es proposi un procediment de contingència en cas de superar aquests valors puntualment pel que fa a nombre de superfícies.

L'empresa adjudicatària necessàriament haurà de disposar d'una **plataforma web** per a la gestió de les SEMP. Els licitadors hauran de lliurar juntament amb la documentació de l'expedient un dossier on es detalli el maneig de la plataforma Web, així com totes les actuacions que siguin necessàries (incloent una demostració) per a la seva posada en marxa i que seran a càrrec de l'adjudicatari.

El sistema de gestió informàtica permetrà:

- Realitzar les sol·licituds d'alta i baixa de les SEMP.
- Localització, en tot moment, de les SEMP que estan col·locades i en ús.
- Ha de permetre descarregar el desgloss de l'activitat mensual.
- Consultar el detall històric de diferents intervals i per ubicació.
- Les llicències d'ús han d'estar incloses al contracte, totes les que siguin necessàries.

Entrega i recollida

- La entrega i la recollida de les SEMP es realitzarà pel responsable designat per l'empresa contractista, a les unitats on s'hagi realitzat cada petició.
- El temps de resposta serà de dilluns a divendres serà de 24 hores per a peticions anteriors a les 14hrs. i de fins a 36-48 hores màxim per les realitzades posteriorment.
- En cas d'urgència puntual, i sense possibilitat d'accedir a unitats en dipòsit, es demana que la resposta no sobrepassi les 24 hores.
- Les peticions realitzades durant els dies no laborables, s'hauran d'entregar el dia laborable immediatament posterior.
- L'adjudicatari es compromet a l'entrega de les SEMP en perfecte estat d'ús, neteja i desinfecció per a ser usat.
- S'haurà d'usar un sistema de segellat que acrediti la desinfecció de les SEMP i que permeti la ràpida diferenciació de les que estiguin pendents de retirada i desinfecció.



- L'empresa contractista haurà de disposar d'un vehicle específic per a la distribució i recollida de les SEMP.

Protocols de neteja, desinfecció i manteniment

- L'adjudicatari disposarà d'instal·lacions adequades per a la correcta neteja, desinfecció i manteniment de les SEMP.
- Es presentarà documentació acreditativa del compliment de normes que determinin eficàcia biocida i desinfectant dels productes usats per a la neteja i desinfecció de les SEMP. Aquesta informació serà valorada en l'annex IV de criteris d'adjudicació.
- Els productes de neteja i desinfecció hauran de ser:
 - Detergent per a la neteja de material i superfícies en l'àmbit sanitari.
 - Desinfectant indicat per a la desinfecció d'equips i productes sanitaris.
 - Aquests productes, en el seu conjunt, sigui mescla o component únic, han d'estar exempt de perills de sensibilització, cancerigen, mutagènic i de toxicitat per a la reproducció.
- S'aportarà a la documentació requerida, el protocol de neteja i manteniment que s'aplicarà a les SEMP. En la que s'inclouï:
 - Registre de la neteja i desinfecció.
 - Registre de les tasques realitzades de manteniment
 - Ús dels sistemes de control de calibració, com a mínim de periodicitat trimestral.
- En cas que el projecte tingui previst l'establiment d'una delegació dins d'un radi que permeti cobrir les urgències de 24 hores indicades en el punt d'entrega i recollida, que es destini també a la neteja, desinfecció i manteniment de les SEMP, s'haurà d'acreditar que aquesta delegació disposarà dels mitjans necessaris per a la correcta aplicació del protocol de neteja.
 - Un cop establerta la delegació, es podrà realitzar una visita per a validar la certesa d'aquesta acreditació, i en cas d'incompliment es podrà resoldre el contracte per causa imputable al contractista.

Formació

- L'empresa adjudicatària, haurà d'incloure un programa de formació inicial, i periòdica quan les unitats ho requereixin, per al Tractament, funcionament i ús de les SEMP, així com de la plataforma de gestió del servei, dirigida als professionals de l'Hospital Parc taulí.

Certificats i normatives

L'empresa adjudicatària haurà de certificar el compliment de la normativa CE.

2.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES PER A LES SEMP



La Superfície Especial pel Maneig de la Pressió (SEMP) per a pacients ingressats en unitats d'hospitalització convencionals es un sistema dinàmic de baixa pressió continua i aire alternant per a la prevenció i tractament de nafres per pressió de risc alt, amb les següents característiques:

Per a la validació d'aquestes característiques serà obligatòria l'entrega del manual d'usuari i l'especejament de totes les parts que componen la SEMP. Tanmateix, es demana que s'incloguin els enllaços necessaris per a la consulta d'aquesta informació directament a la web del fabricant del sobrematalàs.

Dimensions

- Longitud total de 2000mm aproximadament.
- Amplitud total de 860mm aproximadament.
- Alçada cel·les inflades de mínim 100mm.
- Càrrega màxima de seguretat com a mínim de 180kg.

Característiques tècniques

- Sobre matalàs de suport automàtic de baixa pressió continua i aire alternant per a la prevenció i tractament de nafres. Comptarà amb sistema de detecció de pes i col·locació del pacient ajustant automàticament la pressió que exerceix el pacient en les diferents parts del cos.
- El Sobre matalàs ha de tenir una subjecció segura a l'estructura del llit mitjançant corretges o altres elements de subjecció.
- Funda amb cobertura bacteriostàtica, impermeable, transpirable, antifúngica, no friccionant, ignífuga, de fàcil neteja i elasticitat per evitar fricció i resistent.
- Funda amb cremallera oculta que cobreixi com a mínim el 50% del sobre matalàs amb pestanya de protecció i serigrafia identificativa per posició correcta, amb costures segellades.
- Cel·les amb control de pressió individuals.
- Sistema de buidat ràpid en cas de parada cardiorespiratòria (RCP) que no excedeixi dels 10 segons.
- Materials recomanats per a les cel·les:
 - poliuretà (100%)
 - poliuretà (60%) + polièster (40%).
- Cel·les superiors que, basant-se en l'inflat i desinflat, redistribueixen la pressió per mitjà de canvis cíclics d'aire.
- Índex d'alleujament de pressió (IAP) dispositius que redueixin la pressió d'oclusió capil·lar per sota dels 30 mmHg.
- Microporus per a la ventilació, amb capacitat per a gestionar el microclima.
- Opció de flux d'aire per a la gestió del microclima.
- Mode de transport: Amb suport al pacient durant 8 hores com a mínim.
- Material exempt de làtex.
- Claredat y simplicitat del manual d'instruccions.
- Funció de màxima fermesa per a facilitar reposicionament i transferència, amb desconexió automàtica.



- Sistema de fixació de les cel·les que impedeixi que el pacient quedi enfonsat en forat entre cel·les.

Motor/Compressor

- Unitat d'inflat format per un o més compressors, un panell de control i una carcassa compacta amb suport per a penjar al peu del llit.
- Unitat d'inflat lleugera, de menys de 5kg.
- Compressor silenciós, de <30dB a una distància d'un metre.
- Sistema d'alarmes visuals i sonores per a baixa pressió, avaria i fallo elèctric. Les alarmes sonores s'han de poder silenciar.
- Flexibilitat per a la selecció de diferents teràpies, baixa pressió, continua o alterna.
- Sensor que permeti un ajustament individual continu de la pressió depenent de la posició, pes i alçada del pacient, que garanteixi el confort i assegurant un alleujament òptim de la pressió.
- Ajust automàtic de la pressió en temps real, independent del tipus de pacient i la seva posició, mitjançant sistema de detecció de la variació de pressió ubicat a la SEMP.
- Funció d'inflat ràpid, no superior als 30 minuts, sense necessitat d'accessoris externs com per exemple bombes o similars.
- Tubs de connexió resistents, amb protecció a la ruptura i al plec involuntari.

2.3. GARANTIA

Durant el període de vigència del contracte d'arrendament, en cas d'avaría d'algun compressor o d'alguna superfície, l'empresa adjudicatària haurà de garantir el recanvi immediat d'aquest/a i, en cas de ser cap de setmana o festiu, haurà de proporcionar-la a primera hora del matí del primer dia laborable següent.

En el cas que una avaría no pugui ser solucionada pel responsable del contracte, serà el tècnic de l'empresa adjudicatària el que haurà de desplaçar-se per a valorar si es pot solucionar o si és necessari canviar la superfície.

Per a garantir el funcionament correcte de les SEMP durant el termini de vigència del contracte, no es podrà argumentar obsolescència tècnica per a justificar la no intervenció d'acord amb les exigències de manteniment del contracte.

Si fos necessari, el proveïdor haurà de realitzar les modificacions que siguin necessàries en les SEMP, escometent aquests canvis al seu càrrec. Les actuacions hauran de realitzar-se per tècnics competents acreditats i realitzant la substitució d'elements d'acord amb les prescripcions tècniques dels fabricants.

Si fos necessari, l'adjudicatari haurà de proporcionar a l'Hospital el manual on s'expliqui el significat dels símbols de l'etiquetatge/segellat/empaquetat.



L'adjudicatari facilitarà la identificació de les superfícies amb la numeració correcta tant en l'embalatge com en el compressor i la superfície, que permetin en tot moment el control del mateix.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT

Els lliuraments i recollides de material es duran a terme, en horari de dilluns a divendres, excepte dissabtes i festius, entre les 8'00 i les 14'00 hores.

Excepcionalment i sempre amb l'aprovació del responsable designat per l'hospital de la execució del contracte, es podrà entregar fora d'aquest horari designat.

Les entregues i recollides es realitzaran a cada planta o punt de consum on s'hagin realitzat les peticions.

L'embalatge de les SEMP haurà d'estar en correcte estat, i realitzar el canvi quan aquest estigui deteriorat.

Els matalassos han de transportar-se en condicions higièniques, i s'ha d'evitar que es comparteixi transport amb altres productes de paqueteria.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

- La facturació del servei es realitzarà mensualment. L'import total de la licitació es repartirà en 12 mensualitats d'igual import.
- El responsable del contracte portarà un control d'altres i baixes, ubicació i ús de les SEMP al CCSPT. La ubicació indicada permetrà la revisió puntual i aleatòria de la eficiència del servei.
- Garantir una bona qualitat tècnica dels treballs i serveis realitzats. Qualsevol perjudici que es causi a l'Hospital o a un tercer com a conseqüència d'una mala qualitat del servei de manteniment serà imputable a l'empresa adjudicatària.
- Comunicar a la CCSPT el propòsit de cedir o subcontractar el servei de transport, neteja i desinfecció. La subcontractació o la cessió han de ser autoritzats expressament per la CCSPT.
- Cal que en tot moment l'empresa adjudicatària estigui al corrent de les obligacions que, com a empresa, li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de seguretat i salut, i ha de ser estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de la CCSPT, de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.
- Complir totes les normatives, disposicions i regulacions legals o reglamentàries vigents en la data de formalització del contracte o que entrin



en vigor durant la vigència d'aquest, en matèria de prevenció de riscos laborals. En especial, es compromet a complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d'activitats empresarials, com també totes les normatives que els desenvolupin, complementin, modifiquin o substitueixin.

- Uniformar pel seu compte tot el personal destinat a l'execució dels treballs contractats.
- Tenir contractada durant tota la vigència del contracte una assegurança de responsabilitat civil per respondre suficientment dels possibles danys ocasionats, tant a les persones com a les coses, pel seu personal o a conseqüència de la seva activitat.

5. MOSTRES

Durant la fase de presentació d'ofertes no procedeix lliurar mostres, aquestes seran requerides durant la fase de valoració tècnica i els licitadors disposaran de cinc dies hàbils per a fer la seva entrega en el lloc que s'hagi indicat en el correu electrònic de sol·licitud.

En cas de no presentació de les mostres en el termini establert al correu electrònic el licitador quedarà exclòs del procediment per aquest motiu.

Per a la valoració del servei es requerirà l'aportació de **tres (3) sobrematalassos** per part dels licitadors. Com a mínim, un d'aquests haurà de completar íntegrament un cycle complet del servei, incloent la recollida, el procés de neteja i desinfecció, i el posterior retorn, amb la finalitat de poder valorar el funcionament del procediment proposat. Es validarà que el sobrematalàs que torni al cycle sigui el mateix que es reculli, mitjançant comprovació de nombres de sèrie de funda, sobrematalàs i compressor.

Les mostres que es requeriran per a la valoració tècnica subjectiva seran del sobre matalàs que compleixi les característiques tècniques del punt 2.2 d'aquest document. El centre orgànic responsable d'aquesta valoració subjectiva, valorarà els criteris establerts a l'annex IV de criteris de valoració.

Aquesta mostra es presentarà degudament embalada i identificada mitjançant una etiqueta en la qual constaran les dades de l'empresa licitadora, número d'expedient i la denominació del producte que conté.

Una vegada es finalitzin les valoracions tècniques subjectives pertinents i els pacients que l'estiguin usant ja no els necessitin, es retornaran les mostres als proveïdors.