
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SERVEI DE MANTENIMENT D'EQUIPS D'ESTERILITZACIÓ DE MATACHANA I EQUIPAMENT RELACIONAT DE LES ÀREES ASSISTÈNCIALS DELS VERGE DE LA CINTA, JOSEP TRUETA, GERMANS TRIAS I PUJOL I ÀREES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE METROPOLITANA NORD, CATALUNYA CENTRAL.

INDEX

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2.	ÀMBIT.....	3
3.	ABAST	3
4.	PROCEDIMENTS D'ÀMBIT GENERAL	4
5.	OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.....	5
6.	MATERIALS.....	5
7.	QUALITAT DEL SERVEI I TEMPS DE RESPOSTA	6
8.	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	6
9.	GESTIÓ DE RESIDUS I CONDICIONS MEDIOAMBIENTALS	7
10.	PENALITZACIONS	8
11.	ANNEX 1	9

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Condicions és la definició de les prestacions del servei de manteniment preventiu i correctiu, considerant els recanvis necessaris, dels autoclaus i equips d'esterilització de MATACHANA de les àrees assistencials de Verge de la Cinta, Josep Trueta, Germans Trias i Pujol i àrees assistencials d'Atenció Primària de Metropolitana Nord, i Catalunya Central.

El número d'equips inclosos en la present contractació (Annex 1), podrà ser reduït i/o ampliat en funció de baixa d'equips o incorporació d'altres per finalització de la garantia, en aquest cas l'import de manteniment serà l'establert en el moment de l'adjudicació per a cada model.

2. ÀMBIT

L'àmbit material d'actuació són tots els equips d'esterilització de la marca MATACHANA o distribuïts per MATACHANA, dels centres de l'Institut Català de la Salut que s'indiquen en l'ANNEX 1.

3. ABAST

3.1.- El contractista realitzarà les operacions de manteniment, tant preventiu, predictiu com correctiu, necessàries per a obtenir en tot moment les prestacions dels equips objecte del contracte, garantir-ne la conservació i/o millora dels mateixos i assegurar en tot moment llur fiabilitat i correcte funcionament. A tal efecte, l'adjudicatari informará de cada actuació tant preventiva com correctiva al responsable del contracte.

En el contracte s'inclouen equips amb dues cobertures diferents:

Tot Risc que inclou les revisions preventives periòdiques, el manteniment predictiu, la neteja i passivació de la càmera, el manteniment correctiu, peces i revisió de la qualitat dels subministres. I la modalitat "Mà d'obra" que inclou les revisions preventives periòdiques, el manteniment predictiu, el manteniment correctiu, i revisió de la qualitat dels subministres. La modalitat en que cada equip està inclòs s'indica en l'Annex 1.

3.2.- El manteniment preventiu constarà de revisions que comprovin la total funcionalitat dels equips i totes les actuacions que preveuen per cada equip les instruccions del fabricant. El nombre de revisions mínim serà el previst en el quadre del punt anterior.

3.3.- Inclou el contracte tots els recanvis originals necessaris per tal de garantir totes les prestacions dels equips inclosos en la present contractació pels equips en modalitat de contractació TOT RISC.

3.4.- El contractista emetrà els informes necessaris per tal de posar de manifest qualsevol defecte dels aparells i/o instal·lacions que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de consumibles, o pugués ser motiu de futures avaries o anomalies. Aquests informes aniran adreçats a la persona que designi com responsable cada centre o àmbit territorial, que serà qui disposi les intervencions a realitzar.

3.5.- L'empresa adjudicatària prestarà la primera intervenció en produir-se una avaria o anomalia en un termini màxim a partir de rebre la notificació indicat en el punt "Qualitat del servei i temps de

resposta". La resolució de les incidències s'ha de produir en el termini màxim també indicat en el punt "Qualitat del servei i temps de resposta".

3.6.- Les operacions es realitzaran per part del contractista a partir d'una notificació d'avaría generada creada per la Unitat d'Operacions de Manteniment de cada centre o àmbit territorial i que enviarà a una bústia de correu electrònic que facilitarà l'adjudicatari. A la recepció d'aquesta notificació l'adjudicatari procedirà a la solució de l'avaría. Un cop realitzat el treball, l'adjudicatari portarà l'equip reparat (si abans ha estat retirat) al seu servei, farà signar la notificació d'avaría al responsable del servei sol·licitat i entregarà aquesta documentació conjuntament amb el seu full de treball a la Unitat d'Operació de Manteniment del centre o àmbit territorial corresponent.

4. PROCEDIMENTS D'ÀMBIT GENERAL

4.1. Per a coordinar les relacions de treball entre els centres i el contractista, ambdues parts designaran representacions els quals seran els interlocutors habituals per a totes les qüestions que es suscitin i resoldran les accions a realitzar i la seva implementació tècnica i administrativa.

Per a exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administració del contracte, cada centre o àmbit territorial estarà representat per la persona en que expressament es delegui.

4.2. L'ICS no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present *Plec de Condicions Tècniques* o de les normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.

Nogensmenys, els centres o àmbits territorials no es faran càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar, si s'escaigués, compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.

4.3. El contractista estarà obligat a realitzar les intervencions en els terminis i horaris que establirà cada centre o àmbit territorial amb l'objectiu de minimitzar les pertorbacions sobre l'activitat assistencial i sempre que les operacions siguin tècnicament possibles.

4.4. Per al seguiment del servei de manteniment dels equips de la marca MATACHANA de totes les àrees, el contractista presentarà un informe individual detallat per a cadascuna d'ells, on quedaran reflectits tots els treballs realitzats així com els materials substituïts, les conclusions, recomanacions o observacions que es considerin.

4.5. En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista, sense perjudici de la superior fiscalització dels diferents responsables de manteniment dels equips de cada àrea, el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i salut laboral actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D'altre banda seran també d'aplicació obligatòria les normatives que estableixi cada centre per raons de seguretat, funcionalitat i/o asèpsia, essent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o precaucions que s'assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc.).

4.6. L'empresa, a l'hora de realitzar les actuacions en els centres anirà convenientment acreditada i presentarà la seva acreditació als professionals de les unitats. L'Àrea Operacional informará a tots els responsables d'Unitats Productives i sol·licitarà que es facilitin als operaris de l'empresa

adjudicatària l'accés a les diferents dependències dels centres per a la realització de les tasques contractades.

4.7. L'empresa adjudicatària consignarà en tots els documents i de forma obligatòria, el núm. d'inventari com a dada principal per a definir els autoclaus. Ho farà en la documentació acreditativa tant del manteniment preventiu (informes individuals de revisió) com del manteniment correctiu (parts tècnics de reparació), a més de les dades del model i del núm. de sèrie dels aparells.

5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

5.1. Seran pel compte del contractista tots els recursos utilitzats en la prestació del servei, amb les úniques excepcions que s'assenyalen expressament al present *Plec de condicions*.

5.2. El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia.

5.3. Per a l'execució dels treballs de manteniment, l'empresa adjudicatària emprarà personal propi, que relacionarà i identificarà als centres.

5.4. El contractista resta obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin les tasques de prestació de serveis contractats, així com al compliment de la legislació laboral vigent.

5.5. El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones, responnent davant dels Tribunals competents dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb /la prestació de serveis.

5.6. El contractista queda obligat a aportar tot l'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei. Aquests equipaments hauran d'estar homologats i acomplir amb la normativa vigent.

5.7. El contractista planificarà les dates i horari per a la realització del servei, d'acord amb les disponibilitats de cada àrea, per la qual cosa ho haurà de concertar amb el Cap de la Unitat d'Operacions de Manteniment de cada centre o àmbit territorial.

6. MATERIALS

Pels equips compresos en l'objecte del contracte, els materials utilitzats per al manteniment dels equips hauran de ser idèntics als originals. En cas que fos necessari, o simplement convenient, introduir variacions als materials, peces o components, el contractista presentarà al corresponent responsable del centre la informació tècnica suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d'homologació, etc) del material que es proposa emprar, no podent utilitzar-los sense acceptació prèvia.

Pels equips on el tipus de contractació no inclogui material, el cost del material es tramitarà en expedients al efecte.

7. QUALITAT DEL SERVEI I TEMPS DE RESPOSTA

L'objectiu final que es pretén és la total disponibilitat de l'equipament, pel qual tindrà la consideració de punt crític quant a la qualitat del servei:

- a) Temps de resposta, que es defineix com el temps transcorregut entre la notificació d'una incidència o avaria fins al moment de la intervenció, que per aquest contracte ha de ser un màxim 6h.
- b) Temps de resolució que es defineix com el temps transcorregut entre la notificació d'una incidència o avaria fins al moment de la seva resolució ha de ser un màxim de 48h.

8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

- a) L'empresa contractista resta obligada al compliment, sota la seva exclusiva responsabilitat, de les normes legals vigents en matèria de seguretat i salut i altres de caràcter social, en especial referència al seu personal, havent de complir amb les previsions establertes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment les establertes al capítol III d'aquesta llei, i també el que disposa el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- b) L'empresa adjudicatària ha de complir les normes en matèria de riscos laborals. En concret, és obligatori comunicar a l'ICS els canvis, incorporacions o cessions del personal designat per fer les tasques i la generació de nous riscos deguts a modificacions en les condicions de treball i de les mesures preventives i de protecció adequades.
- c) En totes les seves intervencions el personal de l'empresa adjudicatària complirà les instruccions recollides en les guies tècniques de l'ICS per a la prevenció de riscos sanitaris. També haurà de prendre les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa vigent per a la prevenció d'accidents de seus operaris, del personal i usuaris dels centres sanitaris, això com de les seves instal·lacions i dependències, d'acord amb les instruccions recollides en la normativa de l'ICS per a la prevenció de riscos per a proveïdors.
 - Mesures per a la Prevenció del Risc de la Legionel·losi a les instal·lacions dels Centres Sanitaris de l'ICS
 - Mesures per a la Prevenció d'infeccions Nosocomials en la Realització d'obres als Centres Sanitaris de l'ICS
 - Document d'informació per a empreses contractades dels Centres/GT contractants
 - Actuació en cas d'Emergències dels Centres/GT contractants
- d) Coordinació, control i inspecció:
 - L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l'ICS durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

- Per tal de garantir el deure d'informació entre empreses concurrents a un centre de treball que disposa el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, l'empresa adjudicatària es donarà d'alta a la plataforma de gestió documental de coordinació d'activitats empresarials de l'ICS, mitjançant la qual es farà l'intercanvi documental entre l'ICS i l'empresa.

c) Documentació per a la Prevenció de Riscos Laborals:

- L'empresa adjudicatària, abans de l'inici de l'execució del contracte, haurà de presentar, a requeriment de la Unitat de Contractacions, tota la documentació requerida a la plataforma de gestió documental segons el procediment de l'ICS referent a la coordinació d'activitats empresarials.

1. Certificat de l'autoritat laboral que acrediti que l'empresa no ha estat sancionada per infracció greu en matèria social i/o de seguretat i salut en el treball, entre d'altres.
2. Declaració responsable sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
3. Document d'Informació de la Empresa Contactada degudament complimentat amb la següent informació (es facilitarà el model a l'empresa adjudicatària):

- Identificació de perills o avaluació dels riscos específics per a treballadors, personal sensible i pacients dels Centres que es derivin de l'activitat contractada.
- Que es puguin agreujar o modificar per la concurrència d'activitats.
- Relació de les mesures preventives i de protecció que es recomanen adoptar els Àmbit Territorials per tal d'eliminar o minimitzar els riscos.
- Relació de les mesures preventives i de protecció que ha d'adoptar l'empresa contractada.
- Instruccions o procediments de treball escrits per a la revisió/reparació d'equips a pressió
- Relació nominal de treballadors que han d'executar les tasques contractades.
- Nom, càrrec i qualificació de la persona responsable dels treballs.
- Nom i cognoms del recurs preventiu assignat i certificat de la seva formació en prevenció de riscos (mínim, nivell bàsic).

9. GESTIÓ DE RESIDUS I CONDICIONS MEDIOAMBIENTALS

L'empresa adjudicatària està obligada a gestionar tots els residus generats durant l'execució de les tasques de manteniment, mitjançant transportistes i gestors autoritzats, i s'integrarà en els programes i procediments de gestió ambiental que es realitzin en els respectius centres, on facilitarà les dades d'aquesta gestió de residus.

En cap cas pot quedar cap residu de les tasques de manteniment sense gestionar al centre.

El contractista adoptarà les mesures necessàries per a evitar la contaminació de la natura i molt especialment dels rius, llacs i dipòsits d'aigua, per efecte dels combustibles, lligats, olis o qualsevol

altre material que pugui ser perjudicial. Haurà de donar compliment també a la legislació vigent en matèria de residus sòlids, d'abocaments d'aigües i d'emissions a l'atmosfera.

El contractista haurà de prendre mesures per a la minimització, reutilització i reciclatge dels residus generats durant l'activitat. La capacitat tècnica per al compliment d'aquesta condició podrà ser justificada mitjançant un sistema de gestió mediambiental certificat, o bé per un pla de gestió de residus durant l'activitat. En qualsevol cas, lliurarà els residus a un gestor autoritzat per a cada tipus de residus generats, demostrant aquest lliurament mitjançant una relació contractual.

El contractista prendrà les mesures oportunes per a fer un ús eficient i racional d'aigua, energia, combustible i qualsevol altre recurs natural durant l'activitat. La capacitat tècnica per al compliment d'aquesta condició podrà ser justificat mitjançant un sistema de gestió mediambiental certificat, o bé per un recull de normes d'eficiència en l'ús dels recursos naturals que coneguin tots els treballadors que prendran part en l'activitat.

10. PENALITZACIONS

Els incompliments per part del adjudicatari en la prestació del servei que es defineixen a continuació, suposaran un descompte del 10% a la facturació mensual:

- Incompliment en el temps de resolució d'avaries urgents en més de 5 avaries urgents
- Incompliment del termini per subministrar al centre un aparell de substitució de les mateixes prestacions, durant el període de reparació de l'aparell, en els casos especificats al present plec en més de 5 casos.
- Incompliment de les dates definides en el pla de manteniment, de forma injustificada, en més de 5 casos.
- No presentar els informes de revisió i els justificants de realització del manteniment en més de 5 casos.

Quan l'Institut Català de Salut decideixi aplicar qualsevol de les penalitzacions establertes en el present plec, previ informe del responsable del contracte, comunicarà per escrit a l'empresa contractista el motiu de la mateixa, el percentatge que representa i l'import. En cas que l'empresa contractista consideri que una penalització no és procedent i havent-ho acreditat objectivament, l'ICS podrà considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions alternatives per tractar les eventuais deficiències de servei.

Es podrà rescindir unilateralment el contracte sense cap mena d'indemnització en cas que les penalitzacions executades superin el 10 % de l'import total del contracte.

Barcelona,

Francisco García-Moreno Charlez
Responsable de l'Àrea d'Infraestructures de L'ICS

11.ANNEX 1

	DADES CENTRE I EQUIPS						
Territori	CENTRE	Grup de compres	CECO	MÀQUINA / MODEL	Nº SERIE / FABRICACIÓ	FI GARANTIA	MODALITAT
AH04	ICS HOSPITAL JOSEP TRUETA	HGC	36ESTH2130	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 1006V-2	E-28153		TOT RISC
AH04	ICS HOSPITAL JOSEP TRUETA	HGC	36ESTH2130	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 1006 V-2	E-28154		TOT RISC
AH04	ICS CAP GUELL	HGC	36CEXC4850	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 101E-1	E-32427		TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35ESTZ0000	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 1006 E-2 6ME	E-20006		TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35ESTZ0000	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 1006 E-2 6ME	E-19918		TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35ESTZ0000	ESTERILITZADOR A VAPOR M20-B AMB IMPRESSORA	E-21140		TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35ESTZ0000	RENTADORA TERMODESINFECTADORA MAT LD500 E2	80188	46441	TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35QUIQ0001	RENTADORA DESINFECTADORA MOD.DS500DRSD, 1	1020251		TOT RISC
AH07	HOSPITAL VERGE DE LA CINTA	HGC	35QUIQ0001	RENTADORA MOD. MAT LD60	1860379906130003"		TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 101E-1I	E-35814	46158	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. 1006E-2	E-36037	46444	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ULTRASONS INTEGRAT ZE 1058 DT	321300178228004"	46673	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR M20-B PLUS	180560		TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	RENTADORA MAT LD 60R	2850052410080004"	46417	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR M20-B PLUS	180349	47057	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR M20-B PLUS	181396	47057	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILITZADOR M20-B PLUS	181400	47057	TOT RISC
AP52	CAP SANTA COLOMA	Z21	GE06440001	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-019710		TOT RISC
AP52	CAP SANTA COLOMA	Z21	GE06440001	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-017694		TOT RISC
AP52	CAP SANTA COLOMA	Z21	GE06440001	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-023276		TOT RISC
AP62	CAP VALLES ORIENTAL	Z32	GE06280000	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1/EN285	E-026020		TOT RISC
AP62	CENTRE PENITENCIARI DE JOVES	Z24	PR00700000	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1/EN285	E-024793		TOT RISC
AP53	CAP OSONA	Z33	BR35000000	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-023406		TOT RISC
AP53	CAP BAGES	Z30	BR14600000	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-019847		TOT RISC
AP53	CAP BERGUEDÀ	Z30	BR08200000	ESTERILITZADOR A VAPOR 101E-1 S100	E-023035		TOT RISC
AP62	CAP BADIA	Z31	GE15440001	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. SC500E-1	E-35632	46662	TOT RISC
AP62	CAP BADIA	Z31	GE15440001	ESTERILITZADOR A VAPOR MOD. SC500E-1	E-35633	46662	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR A VAPOR MOD. 1006 E-2	E-026440		TOT RISC + INSPECCIONS NIVELL A
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR A VAPOR MOD. 1006 V-2	E-016262		TO + INSPECCIONS NIVELL A
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR BAJA Tª FORMALDEHIDO 130 LF	E-027871		TO
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR A VAPOR MOD. 1006 E-2	E-016157		TO + INSPECCIONS NIVELL A
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	WEBECO LABOKLAV	2134819		TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	LAVADORA DESINFECTADORA MOD. DS500 DRSD	820222		TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR 21ed	E-022553		TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	LAVADORA DESINFECTADORA MAT LD1000 - E2	L-004478	44995	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR A VAPOR 1006 E-2, 2 PUERTAS, GENERADOR DE VAPOR	E-033021	45000	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	LAVADORA DESINFECTADORA MAT LD1000 - E2 ⁽¹⁾	L-005057	45416	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR A VAPOR 101E-1 ⁽²⁾	E-034348	45623	TOT RISC
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR M20-B PLUS ⁽³⁾	167287	45931	TO + INSPECCIONS NIVELL A
AH03	I.C.S. HOSPITAL UNIV. GERMANS TRIAS I PUJOL	HGC	38ESTZEST0	ESTERILIZADOR M20-B PLUS ⁽⁴⁾	178603	45821	TO + INSPECCIONS NIVELL A

INICI 1/7/26
INICI 1/1/27