

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL

CS/AH02/1101468924/26/PNSP

Subministrament de neuroestimuladors i del material
complementari necessari per al tractament de l'epilèpsia
mitjançant estimulació cerebral profunda per a l'Hospital
Universitari de Bellvitge



INDEX

1. Objecte de la contractació
2. Òrgan de contractació
3. Estructura del procediment
4. Especificacions tècniques generals
 - 4.1. Garanties d'identificació
 - 4.2. Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen
5. Normativa aplicable
6. Gestor de les incidències en compres
7. Requeriment addicionals obligatoris
 - 7.1. Prevenció de riscos laboral
 - 7.2. Formació
 - 7.3. Manual d'usuari
8. Oferta tècnica
 - 8.1. Model d'oferta tècnica
 - 8.1.1. Documentació a presentar
 - 8.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data
 - 8.2. Atributs logístics
 - 8.3. Presentació de mostres
 - 8.4. Tècnics
 - 8.5. Documentació confidencial
9. Oferta econòmica
 - 9.1. Preus de licitació
 - 9.2. Model d'oferta econòmica
10. Adjudicació
 - 10.1. Caràcter general
11. Facturació electrònica
 - 11.1. Caràcter general
12. Condicions logístiques i de subministrament
 - 12.1. Condicions de subministrament
 - 12.2. Garanties de subministrament
 - 12.3. Termini de lliurament
 - 12.4. Unitats mínimes de comanda
 - 12.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
 - 12.6. Condicions d'embalatge
 - 12.7. L'albarà
 - 12.8. Sistema EDI
 - 12.9. Recepció de mercaderies
 - 12.9.1. Motius pels quals es rebutja una mercaderia
13. Execució del contracte



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 2 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

ANNEXOS

ANNEX A: Pla de necessitats

ANNEX B: Fitxa tècnica individual del producte
- B1. Fitxa tècnica pròpia del producte. Product Data

ANNEX C: Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció Tècnica

3 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 3 de 30

1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament de neuroestimuladors i del material complementari necessari per al tractament de l'epilèpsia mitjançant estimulació cerebral profunda per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

A l'**ANNEX A – Pla de necessitats** s'hi relacionen per material, els consums previstos per un període de 12 mesos i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

2. Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és l'Hospital Universitari de Bellvitge.

3. Estructura del procediment

En aquesta licitació els codis són codis individuals.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules 9 i 10 d'aquest Plec.

4. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques mínimes, d'obligatori compliment, dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten a l'**ANNEX D – Descripció tècnica**.

4.1. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX B – fitxa tècnica individual del producte**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 7 d'aquest Plec.

4.2 Descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Les quantitats que figuren al present expedient son merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la



baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.

- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

5. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, amb la *Documentació tècnica*, l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
- Declaració que tots els productes licitats compleixen la regulació de productes sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

6. Material complementari bàsic

Les empreses licitadores han de posar a disposició del centre l'instrumental necessari per fer servir els materials objecte d'aquesta licitació. Així mateix, les empreses licitadores inclouran tot el material addicional necessari per al correcte compliment de l'objecte de contracte i han de tenir en compte que el preu d'aquest quedarà reflectit als articles que són objecte de contracte.

7. El Gestor de les incidències en compres

Les incidències que en relació amb els materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la unitat de compres mitjançant el següent correu electrònic: compres@bellvitgehospital.cat

8. Requeriments addicionals obligatoris

8.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.



8.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.

8.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà. També haurà de donar assistència tècnica de forma remota facilitant un número de telèfon on el personal tècnic del laboratori es pugui adreçar.

9. Oferta tècnica

Els models d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'haurà de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques, essent l'única documentació tècnica que s'ha d'aportar. No cal presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

Aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

9.1. Model d'oferta tècnica

9.1.1. Documentació tècnica a presentar

La documentació tècnica a presentar és la següent:

- **Fitxa tècnica individual** del producte, **ANNEX B – Model de fitxa tècnica individual**

En aquest annex es descriuen tots els camps de la fitxa tècnica i la descripció de cada un d'ells

Denominació dels fitxers de les fitxes tècniques

- **Fitxa tècnica individual**

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

9.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data

La documentació tècnica pròpia del producte (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar:

XXXXXX

Exemple:

Cada fitxa presentada, s'ha d'anomenar:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls

Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001.xls

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587



És obligatori, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels productes.

9.2. Atributs logístics

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'adjudicatari, ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució d'adjudicació per incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

9.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació d'ofertes. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres, la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Hospital de Bellvitge es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Unitat de compres en el moment de lliurament.

Totes dels despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



9.4. Tècnics

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

9.5. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

10. Oferta econòmica

10.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l'ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en l'ANNEX C – Model d'oferta econòmica.

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar-lo tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.



10.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, **obligatòriament**, en el model que s'adjunta com a **ANNEX C – Model d'oferta econòmica –Guia**, d'aquest plec de prescripcions tècniques.

11. Adjudicació**11.1. Caràcter general**

L'adjudicació s'efectuarà per codi individual recaient cada referència presentada en un codi SAP i en un únic proveïdor.

12. Facturació electrònica**12.1. Caràcter general**

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format *facturae*
- Format *EDIFACT*

En cas de voler utilitzar *EDIFACT*, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

13. Condicions logístiques i de subministrament**13.1. Condicions de subministrament**

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.



Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari te materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

13.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment del material al nostre centre hospitalari.

En cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà de notificar a la unitat de compres via correu electrònic (compres@bellvitgehospital.cat) o telèfon (93.260.77.57) on s'indicaran els trencaments d'estocs (ex. amb alternativa, sense alternativa, etc.)

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

13.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material al lloc de lliurament i dins l'horari establert a l'apartat 13.5 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques en un termini màxim de 72 hores en dies hàbils des de la data de la comanda.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

En cas de material en trànsit s'enviarà petició indicant el moment d'entrega del material de manera prèvia a la intervenció quirúrgica.

13.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats del nostre centre.

13.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material és farà al magatzem general de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que s'estableix per la recepció de material que correspon entre les 8 h i les 12 h i de 8h a 10h si es tracta de material de nevera.

S'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció d'aquest.

En cas de material en trànsit s'enviarà petició indicant el moment i lloc d'entrega del material de manera prèvia a la intervenció quirúrgica.




13.6. Condicions d'embalatge

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem general de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

13.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005





CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

13.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari

12 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 12 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

- Import total
- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o Referència, ho haurà de notificar immediatament al departament de compres de l'Hospital Universitari de Bellvitge mitjançant correu electrònic (compres@bellvitgehospital.cat).

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb el de departament de compres de l'hospital a través del correu electrònic: compres@bellvitgehospital.cat



Doc.original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 13 de 30

13.9. Recepció de mercaderies

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia.

Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

13.9.1. Motius pels quals es rebutja una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 13.6 d'aquest plec

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.





*CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924*

14. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la unitat de compres de l'HUB via correu electrònic (compres@bellvitgehospital.cat) o telèfon (93.260.77.57).

Dr. Alvaro Arcocha Calvin
Director Mèdic
Hospital Universitari de Bellvitge

15 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 15 de 30

ANNEX A

Pla de Necessitats

Pla de necessitats per 12 mesos de vigència del contracte:

Codi SAP	Descripció	Unitats/Any	Preu Unit [s/IVA]	Import [s/IVA]
20174213	Neuroestimulador Percept RC B35300	10	21.356,000 €	213.560,00 €
30072076	Equip càrrega neurost Percept RC RS6230	10	1.746,000 €	17.460,00 €
30072077	Equip programador Percept RC TH91DBS	10	1.328,000 €	13.280,00 €
20142918	Electrode 8p dir 42cm SENSIGHT B3300542	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20142919	Electr 8p a/marc ador SENSIGHT B3300542M	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20174214	Electrode 8p Sensight 33cm0,5mm B3300533	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20174215	Elect 8p Sensight 33cm0,5mm B3300533M	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20174216	Electrode 8p Sensight 33cm1,5mm B3301533	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20174217	Elect 8p Sensight 33cm1,5mm B3301533M	4	2.680,000 €	10.720,00 €
20142920	Extensió 60cm 8p SENSIGHT B3400060	4	930,000 €	3.720,00 €
20142921	Extensió 60cm8p marc SENSIGHT B3400060M	4	930,000 €	3.720,00 €
20142922	Extensió 95cm 8p SENSIGHT B3400095	4	930,000 €	3.720,00 €
20174218	Extensió 8 contac 40cm Sensight B3400040	4	930,000 €	3.720,00 €
20174219	Extensió 8 contac 40cmSensight B3400040M	4	930,000 €	3.720,00 €
20174221	Extensió 8 contac 95cmSensight B3400095M	4	930,000 €	3.720,00 €
20142917	Sistema tancament fix SENSIGHT B32000	20	252,000 €	5.040,00 €
20142915	Equip tunelització ext SENSIGHT B31030	10	260,000 €	2.600,00 €
20142916	Equip cable prova SENSIGHT B31040	10	150,000 €	1.500,00 €
30072078	Tunelitzador cranial SenSight B31010	10	229,000 €	2.290,00 €
30072101	Cànula MER 0mm Alpha Omega STR-S19221	20	534,154 €	10.683,08 €
				353.053,08 €





CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

-Articles complementaris i obligatoris a l'oferta (sense cost adicional. Inclosos en el preu de licitació):

Codi SAP	Descripció	Unitats/Any
30072335	Coberta protector sist recàrrega FP6000L	1
30072336	Coberta protector sist recàrrega FP6000L	1
30072100	Coberta protector sist recàrrega FP6000M	8
30072332	Cinturó InterStim Talla M FP9000M	7
30072333	Cinturó InterStim Talla S FP9000S	1
30072334	Cinturó InterStim Talla X FP9000X	1
30052789	Cinturó InterStim Talla L FP9000L	1



Doc.original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 17 de 30

ANNEX B

Fitxa tècnica individual del/s material/s



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 18 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

19 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN 08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 19 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa té per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS.

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar: adreça de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no té marcatge

Marcat CE/Tipus de classe

Logo de l'empresa

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació pròdramitaris

0)

Aquest producte es regula pel RD 2017/746

Imatge

Altres acreditacions i/o autèntica certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

20 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN 08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 20 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

21 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN 08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 21 de 30

ANNEX B1

Fitxa pròpia del material. PRODUCT DATA

(OBLIGATORI PRESENTAR-LA)



Doc.original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 22 de 30

 **Bellvitge**
Hospital Universitari

CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

23 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 23 de 30

ANNEX C

Model i Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la
Plataformaelectrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 24 de 30

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:		CS/CC00/1100698044/18/AMUP							
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B							
Número oferta Variant:									

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
					Gasa per a cures de cotó hidròfil				

Oferta Codi Agrupador Hoja2 Hoja3

Per tal d'evitar errors en la carrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents:

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.



A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1. Dades NO modificables de l'oferta:

Número de lot	Indica el lot de l'article
Numero de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyada per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	Es el numero d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	Es el preu unitari ofertat amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en %
Import total amb IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	Es el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador:

Capi;alera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Numero oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el numero de variant	Obligatori si hi ha variants
Referencia	Informar la referencia del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referència del fabricant Una mateixa referencia no es podrà presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referencia repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.		Recomanat



Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat Caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.	Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, es a dir, l'import mínim a partir del qualel proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior. En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte. Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300€, es faran comandes sense tenir-ho en compte	Obligatori
Codi GTIN/EAN	Es el camp GTIN/ EAN del producte. Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació es: (01) o (02).	Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	Es el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat es de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa	Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte	NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar una X en aquesta columna i informar OBLIGATORIAMENT els camps Re/erència i preu unitari sense IVA 0 . Sense aquestes dades, L'OFERTA A PREU 0 NO SERA RECONEGUDA PEL SISTEMA	Obligatori pera preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el preu ofertat sense IVA per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin divergències entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica	Obligatori



ANNEX D

Descripció Tècnica



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN
08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 28 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

Característiques tècniques mínimes requerides:

20142915	Equip tunelització per introducció d'extensions en estimulació cerebral profunda, amb veïna introductora amb extrem roscat 4,8mm i 40cm long, mànec, puntes 5,2/7,4/6,9mm i doble portador. SENSIGHT. Ref B31030
20142916	Equip cable prova (electrode blau) amb cable monopolar pinça cocodrill per conducció estimulació elèctrica compatible amb neuroestimulador ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B31040
20142917	Sistema de tancament de forats de trepanació per a fixació del electrode de l'estimulació cerebral profunda, Ø de 14 mm, inclou base de fixació, 2 cargols, clip, tapa i accessoris. SENSIGHT. Ref: B32000
20142918	Electrode percutani octopolar direccional per estimulació cerebral profunda, de 42cm de longitud, separació entre pols 0,5mm, mida del pol 1,5mm. Compatible amb generadors ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B3300542
20142919	Electrode percutani octopolar direccional amb marcador hemisferis per estimulació cerebral profunda, de 42cm de longitud, separació entre pols 0,5mm, mida del pol 1,5mm. Compatible amb generadors ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B3300542M
20142920	Extensió 8 contactes per electrode octopolar, extrem proximal (generador) 1,2mm, extrem distal (electrode) 4,9mm, longitud total 60cm. Compatible amb generadors ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B3400060
20142921	Extensió 8 contactes per electrode octopolar amb marcadors per diferenciar hemisferis, extrem proximal (generador) 1,2mm, extrem distal (electrode) 4,9mm, longitud total 60cm. Compatible amb generadors ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B3400060M
20142922	Extensió 8 contactes per electrode octopolar, extrem proximal (generador) 1,2mm, extrem distal (electrode) 4,9mm, longitud total 95cm. Compatible amb generadors ACTIVA PC/RC i PERCEPT. SENSIGHT. Ref: B3400095
20174213	Neuroestimulador recarregable d'estimulació cerebral profunda, amb capacitat detecció, direccionalitat i programable. Connexió 8 contactes en línia doble canal. Amplitud 0 a 22.5mA. Percept RC, ref B35300 o equivalent
20174214	Elèctrode direccional de 8 pols amb disposició 1-3-3-1 amb 3 electrodesaïllats per estimulació direccional. Longitud electrode 33cm, espai entre pols 0,5mm. Tipus SenSight o equivalent. Ref B3300533
20174215	Elèctrode direccional de 8 pols amb disposició 1-3-3-1 amb 3 electrodesaïllats per estimulació direccional. Longitud electrode 33cm, espai entre pols 0,5mm amb marcadors per hemisferis. Tipus SenSight o equivalent. Ref B3300533M
20174216	Elèctrode direccional de 8 pols amb disposició 1-3-3-1 amb 3 electrodesaïllats per estimulació direccional. Longitud electrode 33cm, espai entre pols 1,5mm. Tipus SenSight o equivalent. Ref B3301533
20174217	Elèctrode direccional de 8 pols amb disposició 1-3-3-1 amb 3 electrodesaïllats per estimulació direccional. Longitud electrode 33cm, espai entre pols 1,5mm amb marcadors per hemisferis. Tipus SenSight o equivalent. Ref B3301533M
20174218	Extensió per electrode octopolar amb 8 contactes en extrem proximal i distal amb un únic cargol de fixació. Longitud 40cm, tipus SenSight, compatible amb neuroestimuladors Percept PC i Activa PC/RC o equivalent, ref B3400040

29 / 30



Doc. original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN 08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 29 de 30



CS/AH02/1101468924/26/PNSP
PPT - 1101468924

20174219	Extensió per electrode octopolar amb 8 contactes en extrem proximal i distal amb un únic cargol de fixació. Longitud 40cm, amb marcador hemisferis i marca Rx, tipus SenSight, compatible amb neuroestimuladors PerceptPC, Activa PC/RC o equiv,ref B3400040M
20174221	Extensió per electrode octopolar amb 8 contactes en extrem proximal i distal amb un únic cargol de fixació. Longitud 95cm, amb marcador hemisferis i marca Rx, tipus SenSight, compatible amb neuroestimuladors PerceptPC, Activa PC/RC o equiv,ref B3400095M
30052789	Cinturó sistema de recàrrega per a neuroestimulador Interstim talla L. Ref. FP9000L
30072076	Equip càrrega que inclou carregador i estació de connexió, compatible amb neuroestimulador Percept RC, ref RS6230 o equivalent
30072077	Equip programador inalàmbic que inclou controlador pacient i comunicador recarregable, compatible amb neuroestimulador Percept RC B35300, PC B35200, ref TH91DBS o equivalent
30072078	Tunelitzador cranial amb topall de profunditat, punta afilada, tub de tunelització 3,40mm de diàmetre, per electrodes DBS o equivalent
30072100	Coberta protectora coll per a sistema de recàrrega de neuroestimulador Percept RC o equivalent. Talla M.
30072101	Cànula per a MER, guia de cable de neuroestimulació, longitud 192mm, diàmetre extern 1,8mm, diàmetre intern 1,6mm, distància del collaret de l'estilet 10mm, compatible amb equipaments Alpha Omega o equivalent
30072332	Cinturó sistema de recàrrega per a neuroestimulador Interstim talla M. Ref. FP9000M
30072333	Cinturó sistema de recàrrega per a neuroestimulador Interstim talla S. Ref. FP9000S
30072334	Cinturó sistema de recàrrega per a neuroestimulador Interstim talla X. Ref. FP9000X
30072335	Coberta protectora coll per a sistema de recàrrega de neuroestimulador Percept RC o equivalent. Talla L.
30072336	Coberta protectora coll per a sistema de recàrrega de neuroestimulador Percept RC o equivalent. Talla S.

30 / 30



Doc.original signat per:
ALVARO ARCOCHA CALVIN 08/04/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
08/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0T0KDIYYVMC74SBXOK9BR9CLUG3PE9C8

Data creació còpia:
08/04/2026 12:50:46

Pàgina 30 de 30