



**Fundació Institut Català d'Investigació Química**

**ESMENA NÚM. 1 AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ELECTROIMANTS PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA.**

**EXP: 18-2026**

**ESMENA NÚM. 1 AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS ELECTROIMANTS PER A L'INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA.**

1.- Al Plec de Prescripcions Tècniques, a l'apartat 2.1 Característiques tècniques mínimes comuns als dos electroimants:

On diu:

*“Pes màxim de l'equip: 100 kg. Si l'equip pesa més de 50 kg i és de sobretaula, s'haurà de subministrar una taula adequada per a instal·lar-hi l'equip a sobre.”*

ha de dir:

*“Pes màxim de l'equip: 350 kg. Si l'equip pesa més de 50 kg i és de sobretaula, s'haurà de subministrar una taula adequada per a instal·lar-hi l'equip a sobre.”*

2.- Al Plec de Prescripcions Tècniques, a l'apartat 2.1 Característiques tècniques mínimes comuns als dos electroimants:

On diu:

*“Font d'alimentació: corrent DC màxim 100 A / 10 V.”*

ha de dir:

*“Font d'alimentació: corrent DC màxim 100 A / 25 V.”*

Dr. Emilio J. Palomares Gil  
Director Fundació ICIQ  
Òrgan de contractació

Tarragona, 17 d'abril de 2026.