

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE MODIFICAR UN REQUISIT MÍNIM ESTALBERTS ALS PLECS DE LA LICITACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI I ALTRE EQUIPAMENT PEL CENTRE RESIDÈNCIAL PER A GENT GRAN LA FÀBRICA DE FUNDACIÓ VILANIU PER A L'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

1. Objecte de l'informe

L'objecte del present informe és justificar tècnicament la modificació del requisit relatiu a la funcionalitat de posició CPR (emergència) associada als llits del Lot 4, mitjançant esmena formal de la documentació de licitació.

2. Situació documental del requisit CPR

De la revisió exhaustiva de la documentació publicada al Perfil del Contractant es constata que la funcionalitat de botó per a la posició CPR apareix únicament descrita a l'Annex 1 – Memòria Tècnica descriptiva, dins la fitxa del llit MG-05.

- Aquesta funcionalitat no consta:
 - ni com a requisit mínim exigible a l'Annex 2 – Proposta de mobiliari i equipament, on es defineixen les prestacions mínimes del producte,
 - ni a l'Annex 3 – Amidaments i pressupost, on no existeix cap desagregació econòmica ni referència funcional associada al CPR.

Aquesta situació genera una incoherència interna en les prescripcions tècniques, en tant que una funcionalitat descrita a nivell narratiu no es troba integrada ni exigida de manera sistemàtica com a prestació mínima contractual.

3. Anàlisi tècnica de la necessitat assistencial

Des del punt de vista d'ús real del centre i dels protocols assistencials aplicables, la residència no realitza maniobres de reanimació cardiopulmonar en llit com a pràctica habitual; les situacions d'emergència clínica es gestionen conforme a altres protocols assistencials que no requereixen una funció CPR integrada al llit i la presència d'aquesta funcionalitat no aporta un valor funcional necessari ni resulta imprescindible per garantir la seguretat de les persones usuàries o del personal assistencial.

4. Proporcionalitat i concurrència



El manteniment d'una funcionalitat no necessària i no integrada com a requisit mínim restringeix de manera injustificada l'oferta disponible al mercat; limita la concurrència de proveïdors potencials i no resulta proporcional a les necessitats reals del servei.

5. Conclusió tècnica

A la vista de l'anàlisi realitzada, es conclou que la funcionalitat de posició CPR no és necessària per a l'ús previst dels llits; la seva inclusió exclusivament a la memòria descriptiva, sense correspondència amb els requisits mínims ni l'amidament, aconsella la seva supressió per coherència documental i resulta tècnicament justificat procedir a la seva eliminació mitjançant esmena formal dels Plecs, garantint la transparència i la coherència de la documentació contractual.

Núria Sant Panades
Directora tècnica de la residència Montserrat Cuadrada
Fundació Vilaniu per a l'Atenció a la Dependència

Valls, a 9 d'abril de 2026