

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101467356/27/AMUP

PUERICULTURA



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 1 de 12

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:
P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",
O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",
Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),
IL és preu de licitació
i *P* són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris objectius.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:



LOT 1- Extractor llet elèctric d'ús hospitalari i accessoris

Puntuació econòmica màxima: 85 punts

Puntuació tècnica màxima: 15 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 1 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (15 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

LOT 2- Extractor llet manual d'ús hospitalari

Puntuació econòmica màxima: 85 punts

Puntuació tècnica màxima: 15 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 2 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (15 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5



LOT 3- Biberons de plàstic i/o vidre amb rosca estàndard, taps i tetines compatibles

Puntuació econòmica màxima: 65 punts

Puntuació tècnica màxima: 35 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 3 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (35 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
GAMMA: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	20

LOT 4- Ampolla de biberó

Puntuació econòmica màxima: 85 punts

Puntuació tècnica màxima: 15 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 4 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (15 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 4 de 12

LOT 5- Xumets de silicona

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 5 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
GAMMA: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	20

LOT 6- Ulleres neonatals de protecció hiperbilirrubinèmia per a fototeràpia

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 6 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 5 de 12

LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
TERCER PUNT DE SUBJECCIÓ: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, en les ulleres de fotoprotecció, un tercer punt de subjecció. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri, obtindran 0 punts.	5
BANDES AJUSTABLES: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, en les ulleres de fotoprotecció, una banda ajustable de subjecció de 4 cm com a mínim. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri, obtindran 0 punts.	5

LOT 7- Material protecció tractament hiperbilirubinèmia per a fototeràpia

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 7 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
GAMMA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 6 de 12

LOT 8- Funda de protecció per a fototeràpia

Puntuació econòmica màxima: 80 punts

Puntuació tècnica màxima: 20 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 8 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

LOT 9- Posicionador per a protecció fototeràpia neonatal

Puntuació econòmica màxima: 80 punts

Puntuació tècnica màxima: 20 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 9 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 7 de 12

LOT 10- Bossa d'hipotèrmia per a nen prematur

Puntuació econòmica màxima: 80 punts

Puntuació tècnica màxima: 20 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 10 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

LOT 11- Matalàs de calor latent

Puntuació econòmica màxima: 80 punts

Puntuació tècnica màxima: 20 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 11 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5



LOT 12- Altres accessoris per a puericultura

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 12 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485:2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
LLIURE DE FTALATS o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
GAMMA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10

LOT 13- Material neonatologia-incubadora

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 13 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits reglamentaris) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 (Sistema de gestió de qualitat) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un certificat emès per un organisme notificador acreditat de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistema de gestió ambiental) o equivalent . Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5



LLIURE DE FTALATS: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti, els xumets de silicona, lliure de ftalats. Haurà d'estar especificat a la Product Data. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5
GAMMA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES DELS LOTS SEGUENTS:

D'acord amb el que s'indica a l' **ANNEX A** del Plec de prescripcions tècniques, en aquells lots que s'indiqui que és **obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles s'adjudicaran de forma conjunta.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

Ci: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals del lot agrupat després d'aplicar la ponderació indicada.



Justificació criteris objectius:

Atès que els productes objecte de la licitació estan destinats a l'ús sanitari i poden entrar en contacte directe o indirecte amb el pacient, es requereix que el fabricant disposi d'un sistema de gestió de qualitat certificat segons la norma ISO 13485:2016 o equivalent, que garanteix el compliment dels requisits específics per a productes sanitaris, la gestió de riscos, la traçabilitat i la seguretat del producte.

Per garantir la qualitat del servei, la traçabilitat dels productes i la correcta gestió dels processos associats al subministrament, el licitador haurà d'acreditar disposar d'un sistema de gestió de qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2015 o equivalent. Aquesta certificació assegura que l'empresa aplica controls documentats, gestiona riscos, manté processos estandarditzats i garanteix la millora contínua, aspectes essencials en el subministrament de productes destinats a l'àmbit sanitari.

Per garantir que el subministrament es realitza amb criteris de sostenibilitat i minimització d'impactes ambientals, el licitador haurà d'acreditar disposar d'un sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14001:2015 o equivalent. Aquesta certificació assegura el compliment de la legislació ambiental, la gestió adequada de residus i la millora contínua en el comportament ambiental de l'empresa.

Atès que els productes objecte de la licitació estan destinats a l'àmbit sanitari i poden tenir contacte directe o indirecte amb pacients vulnerables, es requereix que el fabricant i/o distribuïdor disposi de certificacions que garanteixin la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del subministrament. La norma ISO 9001:2015 o equivalent assegura la correcta gestió de qualitat i la fiabilitat dels processos; la ISO 13485:2016 o equivalent garanteix el compliment dels requisits específics per a productes sanitaris, incloent la gestió de riscos, la traçabilitat i la seguretat del producte; i la ISO 14001:2015 o equivalent acredita el compromís amb la gestió ambiental i la minimització d'impactes. Aquestes certificacions aporten garanties essencials per a la seguretat del pacient, la qualitat del subministrament i la sostenibilitat ambiental, i són coherents amb els principis de contractació pública eficient i responsable.

Atesa la vulnerabilitat dels pacients neonatals i el risc associat a l'exposició a ftalats (com el DEHP), classificats com a substàncies tòxiques per a la reproducció i disruptors endocrins, els productes objecte de la licitació hauran d'estar fabricats amb materials lliures de ftalats. Aquesta exigència s'alinea amb les restriccions establertes pel Reglament REACH i amb els requisits de seguretat biològica de la norma ISO 10993-1, garantint la protecció del pacient i la seguretat del material.

El criteri gamma permet la versatilitat del producte, disposar de més longituds permet adaptar la pròtesi a diferents necessitats anatòmiques i quirúrgiques. També d'una adequació precisa, un major ventall de mides facilita una selecció més ajustada, reduint el risc de sobrecobertura o insuficiència. I una validació tècnica, garantir que cada mida ha estat provada i certificada assegura que la qualitat i el rendiment són consistents en tota la gamma.

Per garantir la protecció ocular contínua durant la fototeràpia i evitar desplaçaments involuntaris de les ulleres en nounats i prematurs, el dispositiu haurà d'incorporar un tercer punt de subjecció que asseguri l'estabilitat de la banda i impedeixi la pèrdua de cobertura ocular. Aquesta característica és essencial per minimitzar el risc d'exposició accidental de la retina i per reduir manipulacions innecessàries del pacient.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 11 de 12



CS/CC00/1101467356/27/AMUP

CA-AMUP-S-03-27

Per garantir una protecció ocular contínua i segura durant la fototeràpia, les ulleres hauran d'incorporar bandes ajustables que permetin adaptar el dispositiu a la morfologia cranial del nounat i assegurar-ne l'estabilitat sense generar pressió excessiva. Aquesta característica és essencial per evitar desplaçaments involuntaris, fuites de llum i lesions cutànies, especialment en prematurs i nadons de baix pes.

1101467356_CA-AMUP-S-03-27 PUERICULTURA

12 / 12



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
23/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L04NWSHBFZ5Q7JD8IURKOPYIC89QT7D

Data creació còpia:
13/04/2026 15:35:15

Pàgina 12 de 12