

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101467356/27/AMUP

PUERICULTURA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 1 de 41

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 3 de 41

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de puericultura per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**



A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001



Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4.** S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà (Annex D1 i Product Data). La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de l'oferta.

Els **marcats CE** es podran presentar en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.



No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- PO10-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)



- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- PO10-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com



4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:





Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

	Doc.original signat per: Laura Leiva Barragán 20/03/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029	Data creació còpia: 13/04/2026 09:30:19
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER	Pàgina 14 de 41

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**



4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.







4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	 <p>ES OBLIGATORIO PONER CALZOS</p>
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE</p>
	 <p>ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD</p>
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 19 de 41



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 20 de 41

ANNEX A_CHARACTERÍSTIQUES LICITACIÓ CS/CC00/1101467356/27/AMUP

LOT	Descripció LOT	LOTS OBLIGATORIS	MOSTRES	CRITERIS ADJUDICACIÓ
001	EXTRACTOR LLET ELÈCTRIC D'ÚS HOSPITALARI I ACCESSORIS	SI	NO	OBJECTIUS
002	EXTRACTOR LLET MANUAL D'ÚS HOSPITALARI	NO		
003	BIBERONS DE PLÀSTIC I/O VIDRE AMB ROSCA ESTÀNDAR, TAPS I TETINES COMPATIBLES	NO		
004	AMPOLLA DE BIBERÓ	NO		
005	XUMETS DE SILICONA	NO		
006	ULLERES NEONATALS DE PROTECCIÓ HIPERBILIRRUBINÈMIA PER FOTOTERÀPIA	SI		
007	MATERIAL PROTECCIÓ TRACTAMENT HIPERBILIRRUBINÈMIA PER A FOTOTERÀPIA	NO		
008	FUNDA DE PROTECCIÓ PER A FOTOTERÀPIA	NO		
009	POSICIONADOR PER A PROTECCIÓ FOTOTERÀPIA NEONATAL	SI		
010	BOSSA D'HIPOTÈRMIA PER A NEN PREMATUR	SI		
011	MATALÀS DE CALOR LATENT	NO		
012	ALTRES ACCESSORIS PER A PUERICULTURA	NO		
013	MATERIAL NEONATOLOGIA-INCUBADORA	NO		

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA119UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 21 de 41

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 22 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 1 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000971

Descripció llarga:

Mugronera per a ús temporal perfil especial forma triangular, transparent, silicona suau ultrafina 3-4 forats, inodora i insípida, m ida petita Ø16(+/-1)mm, llargària 7,5(+/-0,5)cm, alçada 5,5(+/-0,5)cm, sense estoig per a emmagatzematge higiènic/transport.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30002323

Descripció llarga:

Ulleres neonatals protecció oftàl fototeràpia hiperbilirrubinèmia ,material:teixit hipoal·lèrgic,encoixinat de protecció UV,bandes ajustables al cap amb dos punts de subjecció ,petita(occip-front-circumf)20-26cm.Compatible VMNI (nasal,gorres,arnes)

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30002376

Descripció llarga:

Extractor llet manual. Tub connector, ampolla/biberó 150mL(+/-10), campana adaptable recipient amb pera succió manual, angle d'apert ura de 105°. Policarbonat. Esterilitzable. Lliure de làtex, lliure de ftalats, lliure de Bisfenol-A.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30002381

Descripció llarga:

Pinça per a cordó umbilical de plàstic atòxic, amb tanca de seguretat. Mida: 53 (+/-2)mm. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30002560

Descripció llarga:

Sensor de monitorització de la respiració i control de l'apnea neonatal amb tub anti-colzament, de 100 (+/-5) cm de longitud. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb monitor MR10, MR10+, MR10s i Infant Flow Advance o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30004261

Descripció llarga:

Ulleres neonatals protecció oftàlm fototeràpia hiperrubibulinèmia,teixit hipoal·lèrgic,encoixinat de protecció UV,bandes ajustables al cap amb dos punts de subjecció,mitjana (occip-front-circumf)26-32cm,sol ús.Compatible VMNI (nasal,gorres,arnes)

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30004262

Descripció llarga:

Ulleres neonatals protecció oftàlm fototeràpia hiperrubibulinèmia,teixit hipoal·lèrgic,encoixinat de protecció UV,bandes ajustables al cap amb dos punts de subjecció,gran(occip-front-circumf)26-32cm,sol ús.Compatible VMNI (nasal,gorres,arnes)

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30004794

Descripció llarga:

Pegat adhesiu hipoal·lèrgic i termoaiellant, amb hidrogel, per a fixació sensors/sonda de temperatura cutània a la pell dels nadons, de Ø1,5 (+/-0,1)cm. Lliure de làtex, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 23 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 2 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30004843
Descripció llarga: Sensor de temperatura cutània adaptable a incubadora CALEO o equivalent. Blanc. Lliure de làtex. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30004844
Descripció llarga: Sensor de temperatura cutània adaptable a incubadora CALEO o equivalent. Grog. Lliure de làtex. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30006831
Descripció llarga: Xumet de silicona sense anella, per a nadó prematur entre 1500 i 2500g. Tetina anatòmica i escut amb 2 forats de respiració. Ús excl usiu hospitalari. Lliure de BPA		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30007490
Descripció llarga: Escovilló corbat, cerres suaus d'alta resistència i densitats per a la neteja de biberons i tetines. Longitud 20-25cm. Reutilitzable . Lliure de bisfenol A (BPA).		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30008666
Descripció llarga: Biberó de vidre resistent al calor amb escala graduada amb capacitat 125 (+/-5)mL i boca adaptable a tetines amb rosca, esterilitzab le.		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30008668
Descripció llarga: Biberó clínic de vidre, resistent al calor amb escala graduada indeleble, capacitat 230 (+/-5)mL, i boca adaptable a tetines amb ros ca, esterilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30010271
Descripció llarga: Tap de polipropilè (PP) per a acoblar a boca de biberó amb sistema de rosca per a la seva protecció, d'un sol ús. Lliure de BPA		
SOL.COMANDA: 1101467356	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30016670
Descripció llarga: Embut de polipropilè (PP) per a extractor de llet, mida petita (S), de 21 (+/-1)mm, àngel d'apertura de 105° i rotació 360°. Lliure de làtex, lliure de ftalats, lliure de Bisfenol-A. Compatible amb extractor tipus Symphony o equivalent.		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 24 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 3 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30016671

Descripció llarga:

Extractor de llet - Embut de polipropilè (PP), mida mitjana (M), de 24 (+/-)mm, per a mugrons mitjans, d'ús màxim 24h.Lliure de lát ex/ftalats/Bisfenol-A.Compatible amb extractor elèctric tipus Symphony o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30016672

Descripció llarga:

Equip extractor de llet compost per: embut (intercanviables) mida gran (L), de 27 (+/-)mm, connector amb vàlvula, membrana, tub amb coberta amb membrana. Ús durant 24h màxim. Lliure de látex/ftalats/Bisfenol-A. Compatible a/extractor tipus Symphony o eq

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30016674

Descripció llarga:

Embut de polipropilè (PP) per a extractor de llet, mida extra-extra gran (XXL), de 36 (+/-)mm, amb angle de 105° i rotació 360°. Ll iure de látex ,lliure de ftalats,lliure de Bisfenol-A. Compatible amb extractor tipus Symphony o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30017015

Descripció llarga:

Extractor de llet - Biberó (ampolla) de material plàstic polipropilè (PP) transparent, capacitat 80 (+/-)mL, amb tapa, ús hospitala ri. Pre-esterilitzat, rebutjable. Lliure de látex/ftalats/Bisfenol-A.Compatible amb qualsevol embut Symphony, Lactina o eq

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30020190

Descripció llarga:

Biberó de polipropilè (PP) amb tapa roscada. Rosca estàndard. Graduació impresa amb intervals de 5mL i numeració inicial en 20 mL. C apacitat 120 - 140 mL. Permet congelar i escalfar el seu contingut.Lliure de BPA.Estèril. Envàs individual. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30020191

Descripció llarga:

Biberó de polipropilè (PP) amb tapa roscada. Rosca estàndard. Graduació impresa amb intervals de 5mL i numeració inicial en 20 mL. C apacitat 230 - 240 mL. Permet congelar i escalfar el seu contingut.Lliure de BPA.Estèril. Envàs individual. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30038846

Descripció llarga:

Bossa tancada doble capa PE transparent, capa ext 50 (+/-5), int 30 (+/-5) micres. Caputxa ajustable, veta adherent, tancament, escu ma PUR adapta. Mida: 30 (+/-2)cmx38(+/-2)cm, prevenció hipotèrmia nounats < 1kg.Lliure látex,DEPH,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30038847

Descripció llarga:

Bossa tancada doble capa PE transparent, capa ext 50 (+/-5), int 30 (+/-5) micres. Caputxa ajustable, veta adherent, tancament, escu ma PUR adapta. Mida: 38 (+/-2)cmx44(+/-2)cm, prevenció hipotèrmia nounats 1-2,5kg.Lliure látex,DEPH,estèril,lús



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 25 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 4 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30041824

Descripció llarga:

Equip extractor de llet compost per: embut (intercanviables) mida extra-gran (XL), de 30 (+/-)mm, connector amb vàlvula, membrana, tub amb coberta amb membrana. Ús durant 24h màx. S/làtex/ftalats/Bisfenol-A. Compatible a/extractor Symphony o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30048622

Descripció llarga:

Extractor de llet-Dipòsit calostre amb base inferior corba, per a recollida de calostre, de polipropilè (PP) transparent, capacitat 35 (+/-)mL, amb tapa. Lliure de làtex/ftalats/Bisfenol-A. Compatible a/extractor Symphony, Lactina i Minielectric o eq

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30051590

Descripció llarga:

Ampolla de biberó, de polipropilè (PP) transparent, capacitat 250 (+/-)mL, amb tapa, compatible amb qualsevol extractor Medela i Ca lmita o equivalent. Estèril. Lliure de làtex, lliure de ftalats, lliure de Bisfenol-A.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30053431

Descripció llarga:

Funda per a manta de fototeràpia intensiva >30uW/cm2/nm amb llum blava LED 450-475nm, mida gran. Lliure de làtex, d'un sol ús. Tractament icterícia neonatal tipus neoBLUE Blanket o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30058640

Descripció llarga:

Matalàs de calor latent sense font externa per a nen prematur, UCI neonatal, quiròfan i urgències. De gel d'acetat sòdic (no tòxic). Temperatura: 38 (+/-)° en 90 (+/-)segons. Mides: 25 x 41 (+/-)cm. Compatible amb TAC i RMN. Lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30058918

Descripció llarga:

Bossa tancada doble capa PE transparent, capa ext 50 (+/-)µm, int 30 (+/-)µm. Caputxa ajustable, veta adherent, tancament, escuma PUR adapta. Mida: 38 (+/-)cmx50 (+/-)cm, prevenció hipotèrmia nounats >2,5kg. Lliure làtex, DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30060011

Descripció llarga:

Mugronera per a ús temporal perfil especial forma triangular de silicona suau ultrafina 3-4 forats, inodora i insípida, mida mitja Ø 20 (+/-)mm, sense estoig per a emmagatzematge higiènic i transport.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30060761

Descripció llarga:

Mugronera per a ús temporal perfil especial forma triangular de silicona suau ultrafina 3-4 forats, inodora i insípida, mida mitja Ø 24 (+/-)mm, sense estoig per a emmagatzematge higiènic i transport.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 26 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 5 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30060888

Descripció llarga:

Funda plana i embuatada per a pala de fibra òptica, talla gran, permet embolicar el nadó i la pala. Lliure de làtex, ús en un sol pa cient. Compatible amb sistema de fototeràpia BiliSoft 2.0 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30061510

Descripció llarga:

Armill/manta de protecció per al tractament de fototeràpia en incubadora, de la icterícia neonatal. Transmitància: 85 (+/-2)%. Per a nen prematur < 1.500 g. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30061569

Descripció llarga:

Tetina de cautxú de làtex natural, superfície siliconada, per a beure, indicada en nens amb fissura palatina. Sense perforar. Amb an ell de rosca PP incorporat tipus GL 40 DIN 168. Lliure de BPA. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30063692

Descripció llarga:

Xumet de silicona sense anella, per a nadó prematur <1500g. Tetina anatòmica i escut amb 2 forats de respiració. Ús exclusiu hospita lari. Lliure BPA

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30065894

Descripció llarga:

Tetina de silicona per a nadó prematur, anatòmica, caudal imprès a la tetina, anella de rosca universal. Sense BPA. Envàs individual . Estèril.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30065895

Descripció llarga:

Tetina de silicona, anatòmica, per a nadó, tipus 1, caudal imprès la tetina, anella de rosca universal. Sense BPA. Envàs individual. Estèril

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30065902

Descripció llarga:

Tetina de silicona per a nadó prematur a nadó lactant amb menys flux, anatòmica, caudal imprès a la tetina, anella de rosca universa l. Sense BPA. Envàs individual. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30065917

Descripció llarga:

Tetina de silicona per a nadó prematur a nadó nonat. Flux ultralent, anatòmica, caudal imprès a la tetina, anella de rosca universal . Sense BPA. Envàs individual. Estèril.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 27 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 6 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30068788

Descripció llarga:

Tetina de silicona premuntada en anell de rosca universal PP, per a nadó lactant a terme, flux beguda S, forma suaument cònica, lliu re de BPA i làtex. Envàs individual, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30068789

Descripció llarga:

Tetina de silicona premuntada en anell de rosca universal PP, per a nadó lactant a terme, flux beguda M, forma suaument cònica, lliu re de BPA i làtex. Envàs individual, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30068790

Descripció llarga:

Tetina de silicona premuntada en anell de rosca universal PP, per a nadó lactant a terme, flux beguda L, tall en creu, forma suaument cònica, lliure de BPA i làtex. Envàs individual, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30068791

Descripció llarga:

Tetina de silicona premuntada en anell de rosca universal PP, per a nadó lactant prematur, flux beguda S, forma suaument cònica, lliure de BPA i làtex. Envàs individual, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30068792

Descripció llarga:

Tetina de silicona premuntada en anell de rosca universal PP, per a nadó lactant prematur, flux beguda M, forma suaument cònica, lliure de BPA i làtex. Envàs individual, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30068803

Descripció llarga:

Xumet 100% silicona sense anella, per a nadó prematurs < 1000g. Mida 1. Tetina ortodòntica, simètrica i plana i escut amb 2 forats de respiració, ús exclusiu hospitalari. Lliure de BPA

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30068804

Descripció llarga:

Xumet 100% silicona sense anella, per a nadó prematurs entre 900 i 1500g. Mida 2. Tetina ortodòntica, simètrica i plana i escut amb 2 forats de respiració. Lliure de BPA. Ús exclusiu hospitalari.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30068805

Descripció llarga:

Xumet 100% silicona sense anella, per a nadó baix pes entre 1400 i 6500g, 0-3mesos. Mida 1. Tetina ortodòntica extra petita i escut amb 4 forats de respiració, color neutre. Lliure de BPA. Ús hospitalari+domicili.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 28 de 41



GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.03.2026
HORA: 09:22:59
PÀGINA: 7 / 7

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30068806

Descripció llarga:

Xumet 100% silicona sense anella, per a nadó baix pes entre 1400 i 6500g, 0-3mesos. Mida 1. Tetina ortodòntica extra petita i escut amb 4 forats de respiració, color blau. Lliure de BPA. Ús hospitalari+domicili.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30068807

Descripció llarga:

Xumet 100% silicona sense anella, per a nadó baix pes entre 1400 i 6500g, 0-3mesos. Mida 1. Tetina ortodòntica extra petita i escut amb 4 forats de respiració, color rosa. Lliure de BPA. Ús hospitalari+domicili.

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30072103

Descripció llarga:

Posicionador/protector de cotó per a nadons <1000gr de protecció per al tractament de fototeràpia en incubadora, de la icterícia neonatal, mida extra-petita XS. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30072104

Descripció llarga:

Posicionador/protector de cotó per a nadons 1000-1800gr de protecció per al tractament de fototeràpia en incubadora, de la icterícia neonatal, mida petita S. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30072105

Descripció llarga:

Posicionador/protector de cotó per a nadons 1800-2500gr de protecció per al tractament de fototeràpia en incubadora, de la icterícia neonatal, mida mitjana M. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101467356 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30072106

Descripció llarga:

Posicionador/protector de cotó per a nadons 2500-3600gr de protecció per al tractament de fototeràpia en incubadora, de la icterícia neonatal, mida gran L. Un sol ús



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 29 de 41

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 30 de 41

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Ord.	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Preu	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu (EAN)	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans pH neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentas freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml)	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador rosca per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615Q08Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 31 de 41

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.
Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 32 de 41

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 33 de 41

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
		LOT	Tipus oferta
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Distribuidor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (SI / NO)	<input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Dades d'acreditacions			
Marcat CE/Tipus de classe <small>Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC</small>			Logo de l'empresa
Compilment regulació prod sanitaris <input type="checkbox"/> (SI/NO)			<input type="text"/>
Altres acreditacions i/o auto certificació <small>Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material</small>			
<input type="text"/>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag1_cat_180718



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 34 de 41



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZSUZA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 35 de 41



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA119UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 36 de 41

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA119UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 37 de 41

**ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques
a valorar per l'aplicació del criteris objectius**

**El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de
Contractació Pública**



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 39 de 41

S'ha d'omplir l'excel "ANNEX_D4_110xxxxx".

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la *Plataforma* i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya PROVEÏDOR**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 40 de 41

2. Pestanya LOT i/o LOTS

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya LOT

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya LOT

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

• **LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT:**

Per al lot/lots en què es presenta oferta a la totalitat dels articles que inclou o a una part, en cada línia de material cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI = tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO = els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.


Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta oferta	Amplada del puny de la bata es situat entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la Fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/106/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata isolat es situat entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la Fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
3000046	Bata alta protecció cirurgica, TST, total resistència penetració líquida i transpiria, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cost, zona crítica. Mida M, llarg 133cm, 2 enragam, 1 llure llibre, estèril, 100.	No			
3000047	Bata alta protecció cirurgica, TST, total resistència penetració líquida i transpiria, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella s/cost, zona crítica. Mida L, llarg 143cm, 2 enragam, 1 llure llibre, estèril, 100.	SI	SI	SI	No


• **LOT EN QUÈ NO ES PRESENTA OFERTA A LA SEVA TOTALITAT (CAP OFERTA):**

En els lots en què no es presenta cap oferta es pot **eliminar** la pestanya, o full, del LOT de l'arxiu d'excel (només es deixen els lots que tenen oferta) (Fig. 1), i, **en cap cas, s'haurà d'amagar el full del llibre ja que impedeix la càrrega correcta de la informació, al sistema de treball (Fig. 2),**

Exemple:



(figura 1)



(figura 2)



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
20/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 13/04/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0740GDPW615QO8Y7AMJQZQSUA1I9UER

Data creació còpia:
13/04/2026 09:30:19

Pàgina 41 de 41