

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT DE PROVES
DIAGNÒSTIQUES TRAMITAT PEL
CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT
OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC L 25/01

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PROVES DIAGNÒSTIQUES TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

– Objecte de la contractació i càlcul de necessitats

L'objecte de la contractació és el subministrament de proves diagnòstiques i material de recollida de mostres que es relacionen al pla de necessitats, annex al present plec de prescripcions tècniques.

En l'annex referit s'indiquen les quantitats de consum anual previstes i són, per tant, quantitats aproximades extretes dels consums històrics amb adequació a les previsions de consum futur de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats de les necessitats rerals del servei de farmàcia de cada centre.

Els contractes que se'n derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu i, en conseqüència, en cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

– Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació d'aquest expedient és el Director General del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte són els que s'indiquen al punt 3 del present plec de prescripcions tècniques.

Els diferents articles estan agrupats en els lots que consten a l'annex del present plec.

Les empreses licitadores podran presentar oferta per a qualsevol producte de forma individualitzada, per tant l'adjudicació serà per cada lot (codi idCPL). No és obligatori presentar oferta a cada lot (codi idCPL).

Els licitadors presenten la seva oferta en aquest acord marc per a tots els centres destinataris que s'indiquen a l'apartat 3 d'aquest plec. Òbviament, la presentació de la oferta implica el compromís implícit de l'empresa licitadora de garantir la capacitat de producció dels productes sanitaris per diagnòstic *in vitro* oferts per a tots els consums previstos per tots els centres que formen part de l'acord marc o que s'hi poden adherir.

– Centres destinataris de l'acord marc:

Les entitats adherides de forma expressa a l'acord marc són les que consten a l'apartat 1 e) del quadre de característiques específiques.

En el cas dels centres adherits, al plec tècnic (quadre de consums aproximats) es relacionen els articles i les quantitats que necessiten a nivell d'orientació per a realitzar la oferta econòmica (en cap cas serà una relació limitativa ni vinculant).

En el cas de les entitats identificades que poden formalitzar contractes derivats del present acord marc prèvia adhesió al mateix, no tenen cap obligació d'adherir-se a l'acord marc ni de formalitzar cap contracte derivat.

– Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació són les que consten en el llistat Descripció de materials de l'expedient (si és el cas) que conforma l'objecte de la contractació.

.1. Autorització i registre

Cadascun dels productes inclosos en la oferta de les empreses licitadores ha de comptar amb la preceptiva autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per a la seva comercialització i marcatge CE.

En aquets sentit, abans de la resolució d'adjudicació, les empreses hauran d'acreditar, a través d'una declaració en la documentació requerida als futurs adjudicataris, que el producte ofert està efectivament comercialitzat i amb marcatge CE.

D'acord amb la normativa vigent que fa referència a la introducció de productes sanitaris i productes sanitaris de diagnòstic *in vitro*, les empreses hauran d'aportar la documentació que estan

registrats en el *Registro de responsables de la comercialización de productos sanitarios para diagnóstico in vitro* o [RPS](#) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Els productes objecte del contracte estaran en perfectes condicions d'ús i s'ajustaran a les especificacions tècniques i de qualitat exigides per la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris i per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per a la seva comercialització amb el marcatge CE.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a notificar immediatament qualsevol canvi en la identificació del producte que es produeixi durant la vigència de l'acord marc al Servei de Contractacions del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SACAC) i als laboratoris clínics corresponents.

.2. Distribució

Les empreses licitadores pel fet de presentar oferta en aquest acord marc manifesten que, en cas de ser adjudicatàries, es comprometen a garantir un servei de qualitat en l'activitat de distribució d'acord amb la normativa vigent de productes sanitaris i productes sanitaris de diagnòstic *in vitro*.

Si, no obstant, observades aquestes exigències, es produís una ruptura de l'estoc de seguretat, serà obligació de l'empresa contractista notificar-ho anticipadament a cadascun dels serveis o laboratoris clínics dels centres indicats anteriorment així com al Servei de Contractacions del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SACAC).

– Oferta tècnica

.1. Presentació de l'oferta tècnica

L'oferta tècnica o fitxa resum s'haurà de presentar, necessàriament, en el format que s'adjunta a la base de dades (format acces).

.2. Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar en Sobre B (en el cas que no hi hagi Sobre B, aquesta documentació anirà al Sobre C)

S'haurà de presentar per cada article la documentació següent:

- Fitxa tècnica del producte o prova diagnòstica

- Les instruccions d'ús (IFU)

-Inscripció en el [Registro de responsables de la comercialización de productos sanitarios para diagnóstico in vitro](#) o RPS de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

- Caldrà adjuntar una fotografia del producte sanitari per diagnòstic *in vitro*, obligatòriament en color de la presentació completa del producte en tots els seus termes:

- Del kit o prova completa
- De tots els components del kit o conjunt per diagnòstic in vitro

Dels components de la prova o conjunt per diagnòstic in vitro s'han de poder visualitzar les etiquetes o les serigrafies de cadascun de forma completa, amb tota la informació (inclòs el codi de barres/datamatrix, en el cas que el tingui).

-Declaració de conformitat de l'organisme notificat corresponent

No s'ha d'incloure documentació bibliogràfica del productes oferts ni cap altra documentació que no sigui la sol·licitada en aquest apartat. En el cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú, és requerirà a les empreses licitadores la presentació de la documentació tècnica addicional necessària o mostres dels productes.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient informació i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, l'oferta tècnica no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

.3. Presentació de mostres

Excepte que s'estableixi el contrari al quadre de característiques específiques, no s'han d'aportar mostres del material ofert. L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

En cas que es requereixi, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 3 dies hàbils.

– Característiques específiques de la contractació

.1. Accessoris i complements específics

En cas que els productes oferts precisin pel seu ús i administració accessoris i/o complements específics, les empreses licitadores hauran d'especificar en la seva oferta tècnica les característiques tècniques dels mateixos. Els accessoris i/o complements específics hauran de disposar del corresponent marcat CE i compliment de la normativa vigent de productes sanitaris i productes sanitaris per diagnòstic in vitro, si escau.

En aquest supòsit, el cost econòmic d'aquests accessoris o complements, ha d'estar inclòs en la proposició econòmica, excepte que s'indiqui el contrari de forma expressa.

– Adjudicació

.1. Caràcter general

Amb caràcter general, l'adjudicació s'efectuarà per lot, recaient l'adjudicació de cada lot (codi idCPL) en un proveïdor únic

– Condicions logístiques

.1. Presentació i embalatge

- Identificació clara de cada kit objecte de contracte (nom del kit, llistat de components, data caducitat, lot).
- Unitats del kit objecte de contracte per envàs.
- Indicació expressa de les condicions de subministrament (corba de temperatura garantida, condicions de manteniment, etc).

Els productes estaran perfectament condicionats pel que fa al seu embalatge i les empreses adjudicatàries es comprometran a transportar-los degudament, de manera que garanteixin totalment les seves condicions de conservació fins el seu lliurament.

8.2 Peticions de lliurament i facturació

Cada centre destinatari dels articles efectuarà de forma individual les comandes a les empreses adjudicatàries.

La factura haurà de presentar-se a cada centre en funció dels albarans del destinatari essent, no obstant, únic el número d'expedient de contractació.

8.3 Condicions del lliurament

8.3.1. Lliurament i albarans

El lliurament, de tracte successiu, d'acord amb la programació del servei o laboratori clínic de cada centre destinatari, s'efectuarà en el lloc que el mateix indiqui i, sempre, haurà d'anar acompanyat del degut albarà. Per tant, cada lliurament anirà acompanyat dels albarans corresponents, per duplicat.

L'albarà ha d'anar valorat amb el PVL, els descomptes aplicats i el preu final adjudicat per producte. A més identificarà la següent informació:

- Número de comanda
- Referència de l'article (CN o referència, en cas de no tenir CN)
- Quantitat servida

Tot lliurament que no vagi acompanyat del corresponent albarà no serà recepcionat per part del centre peticionari.

Tant les factures com els albarans s'enviaran preferiblement telemàticament als serveis o laboratoris clínics de cada centre.

.1.1. Termini de lliurament

L'adjudicatari es comprometrà a subministrar en els terminis següents:

En les comandes de caràcter urgent, el termini màxim serà d'1 dia hàbil, sempre i quan la comanda sigui rebuda abans de les 13h (am).

En el cas concret de les comandes no urgents, el termini serà, com a màxim, de dos dies hàbils des de la rebuda de la comanda, sempre i quan la comanda sigui rebuda abans de les 13h (am).

L'incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

.1.2. Caducitat

Els lots enviats, seran preferentment els de fabricació més recent i, en tot cas, tindran amb caràcter general, com a mínim, un termini de caducitat d'un any, incorporada en el codi de barres o datamatrix.

Amb caràcter general, no seran admesos subministraments d'articles la data de caducitat dels quals sigui inferior al 50% de la seva vida útil.

.1.3. Informació de trencament d'estoc

En cas que per part d'una empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi alternativa de subministrament en el mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer els gestions pertinents per a poder subministrar aquell producte als centres destinataris.

Tot això sense perjudici de la indemnització que l'empresa contractista hagi d'abonar als centres pels danys i perjudicis causats com a conseqüència del desabastiment.

.1.4. Retirada

Les empreses licitadores hauran d'acreditar un procediment preestablert de notificació i retirada urgent dels productes en els casos que es doni qualsevol problema en algun dels articles lliurats, tant detectats d'ofici per part seva com per les autoritats sanitàries, en els casos de problemes relacionats amb la seguretat i qualitat dels mateixos.

– Oferta econòmica

.1. Preus de licitació

Les ofertes econòmiques estan sotmeses als següents límits

- Les ofertes no poden superar el nombre de 5 decimals. En cas de superar-lo, tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.
- Els preus de licitació són màxims. S'acceptaran les ofertes que, com a màxim, incrementin en un 1% el preu unitari màxim establert per cada medicament. Les ofertes que superin aquest límit quedaran automàticament excloses.

.2. Preus finals

Els licitadors hauran d'oferir un preu amb IVA inclòs (desglossant la partida corresponent a l'IVA) i sense IVA per a cada kit o producte objecte de contracte que es relacioni al pla de necessitats i al model d'oferta econòmica, entenent com a preu final el que el licitador ofereixi després de possibles aplicacions del descompte per volum de compra a què es refereix l'article 3.6 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, i aplicació de l'article 9 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, en atenció a les quantitats de consum previstes i indicades al pla de necessitats per l'òrgan de contractació.

Aquest preu serà el que es tindrà en consideració al moment d'aplicar els criteris d'adjudicació de la contractació.

Les empreses podran, de forma addicional, oferir descomptes per volum de compra per aquells casos en que les necessitats reals resultin superiors als consums inicialment previstos al pla de necessitats. No obstant aquests descomptes no seran tinguts en compte en el moment de l'adjudicació.

Al marge de la possibilitat que les empreses adjudicatàries sempre podran oferir descomptes per volum de compra durant l'execució del contracte, les empreses licitadores poden incloure en la seva oferta econòmica aquests mateixos descomptes per als volums de consum que excedissin, en el seu cas, als previstos en el pla de necessitats. Aquests descomptes es reflectiran dins el sobre C, en forma d'annexes al model d'oferta econòmica.

En relació al preu i a les previsions contingudes al plec de clàusules administratives particulars, en el que s'estableix l'obligació de l'adjudicatari de comunicar els nous preus i condicions que millorin els de la contractació durant la vigència de la mateixa, s'especifica l'obligació concreta de comunicar la baixa que puguin experimentar els preus industrials sempre que tinguin impacte econòmic en els preus d'adjudicació.

.3. Homogeneïtat de preus

Els preus oferta en fase de licitació de l'acord marc hauran de ser idèntics per a cada producte i tots els centres destinataris dels mateixos, no poden ser diferents en funció del destí.

En els casos en què l'oferta econòmica sigui diferent en funció de centre, no es considerarà possible la seva valoració, quedant exclosa de la fase de ponderació.

.4. Model d'oferta econòmica - Documentació a presentar en el sobre C

L'oferta econòmica s'haurà de presentar obligatòriament d'acord amb la base de dades publicada en la Plataforma de contractacions, en suport informàtic.

Així mateix, el format *pdf de la oferta econòmica, haurà de contenir obligatòriament la signatura de l'apoderat i el segell de l'empresa

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques

CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CIS	CSMS	CST	HSJR	PHV	TOTAL CONSUM LICTACIO
1010121	KIT D'EXTRACCIÓ I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER EXTRACCIÓ DE DNA/RNA TUMORAL EN TEIXIT FIXAT EN FORMOL PER EXTRACTOR KING-FISHER FLEX DE THERMOFISHER	Kit d'extracció: MgMax FFPE DNA/RNA Ultra Kit per 96 extraccions, Material fungible: plaques deep well 96, plaques 96KF, microplates 200 microlitres, plaques tip comb 96 per DW magnets, film adhesiu per plaques de PCR tipus foil seals	35,00000	0	0	0	0	1.200	0	1.200
1010122	KIT D'EXTRACCIÓ I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER EXTRACCIÓ DE DNA CIRCULANT TUMORAL (BIOPSIA LÍQUIDA) PER EXTRACTOR KING-FISHER FLEX DE THERMOFISHER	Kit d'extracció: Magmax cell free DNA per 25-50 extraccions segons volum, Material fungible: plaques deep well 96, plaques 96KF microplates 200 microlitres, plaques tip comb 96 per DW magnets, film adhesiu per plaques de PCR tipus foil seals	45,00000	0	0	0	0	400	0	400
1010123	KIT-PANELL DE 50 GENS I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS SÀ'LIDS EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: Oncomine precision assay GX plus library strips per 32 determinacions, Material fungible: 1x8 Genexus Library Strips 1 and 2-HD, 1 Ion Torrent Genexus Barcodes 1-32-HD, 1x8 genexus Templating Strips 3 and 4-GX5, 1x12 Ion Torrent Genexus Pipette Tips, 1 Ion Torrent GX5 Chip and genexus Coupler, 1 Genexus Sequencing Kit, 1x20 MicroAmp Enduraplate Optical96 well clear reaction plates with barcode 0,2 ml, 1 Adhesive PCR plate foils, 30 crèdits-Oncomine reporter	500,00000	0	0	0	0	600	0	600
1010125	KIT-PANELL DE 161 GENS I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS SÀ'LIDS EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: Oncomine comprehensive assay GX plus library strips per 12 mostres, Material fungible: 2 Genexus Library Strips 1 and 2-AS, 1 Genexus Templating Strips 3 and 4-GX5, 3 Ion Torrent Genexus Barcodes 1-32- AS, 1 Ion Torrent Genexus Pipette tips, 1 96-well plates, 1 Ion Torrent GX5 Chip and Genexus Coupler, 1 Genexus Sequencing Kit, 1 Oncomine Comprehensive DNA, RNA plus strips, 1 Adhesive PCR plate foils	825,00000	0	0	0	0	300	0	300
1010126	KIT SEQÜENCIACIÓ AUTOMÀTICA-SANGER PER AL SEQÜENCIADOR SEQSTUDIO DE THERMOFISHER	Reactius de seqüenciació per 2,000 determinacions per a estudis de portadors i anàlisi de fragments en càncer hereditari, Material fungible associat: Seqstudio Cartridge v2 i seqstudio cathode,	7,00000	0	0	0	0	8.000	0	8.000
1010132	Test diagnòstic ràpid per immunoanàlisis per la detecció qualitativa de SARS-CoV-2 Ag, grip A/B i VRS en mostra nasal o nasofaríngia	Prova diagnòstica ràpid per immunoanàlisis per la detecció qualitativa de SARS-CoV-2 Ags, grip A/B i VRS en una mateixa mostra nasal/nasofaríngia, escobillons nasal o nasofaríngi, requeriments IVDR, instruccions i suport en l'ús, lectura ràpida ≈ 15 minuts, conservació a temperatura ambient	3,00000	2.840	4.200	0	2.500	0	0	9.540
1010135	Test diagnòstic ràpid COVID-19 i grip A/B en mostra nasal o nasofaríngia	Conjunt de test ràpid d' immunocromatografia per detecció qualitativa d' Ags COVID-19 i grip A/B, buffer, escobilló nasal o nasofaríngi estèril, requeriments IVDR, instruccions d' ús, lectura ràpida < 15 minuts, requeriments IVDR, conservació a temperatura ambient	3,00000	0	0	18.000	0	0	0	18.000
1010136	Test diagnòstic ràpid COVID-19 en mostra nasal o nasofaríngia	Conjunt de test ràpid d' immunocromatografia per detecció qualitativa d' Ags COVID-19 , buffer, escobilló nasal o nasofaríngi estèril, requeriments IVDR, instruccions d' ús, lectura ràpida < 15 minuts, conservació a temperatura ambient	3,00000	2.325	0	0	5.000	0	350	7.675
1010151	Test diagnòstic ràpid per detecció sang oculta en femta	Conjunt de test ràpid d' immunocromatografia per detecció sang oculta en femta, buffer, requeriments IVDR, instruccions d' ús	3,00000	220	0	0	0	0	0	220
1010152	Prova ràpida per la determinació de concentració de la PCR en sang o sèrum compatible amb plataforma de lectura Abbott (si escau)	Prova per determinació de la proteïna PCR sang total/plasma per diferenciar infeccions víriques i bacterianes, punció directa dactilar, cessió de la plataforma de lectura Abbott (si escau), requeriments IVDR, instruccions i suport en l'ús, lectura ràpida = < 10 minuts, interval de medició 3-400 mg/l o 0,30-40 mg/dl, conservació a temperatura ambient	6,00000	0	0	0	0	0	480	480
1010153	Test diagnòstic ràpid grip A/B, COVID-19, VRS, ADV en mostra nasal, nasofaríngia i/o orofaríngia	Conjunt de test ràpid d' immunocromatografia per detecció qualitativa d' Ags grip A/B, COVID-19, VRS, ADV, buffer, escobilló nasal o nasofaríngi estèril, requeriments IVDR, instruccions d' ús, lectura ràpida < 15 minuts, conservació a temperatura ambient	5,00000	0	0	0	0	15.000	3.475	18.475
1010154	KIT-PANELL DE 517 GENS DE DNA I RNA I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS SÒLIDS EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: ONCOMINE COMP ASSAY PLUS GX DNA & RNA. Material fungible: GX5 TEMPL STRIP 3 - GX7&4 KIT, GX7 CHIP AND GX5 COUPLER KIT, GENEXUS BARCODES 1-96 AS COMBO, GENEXUS SEQUENCING KIT COMBO, GENEXUS PIPETTE TIPS 12 RACK/96, MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, Adhesive PCR Plate Foils	1.210,00000	0	0	0	0	50	0	50
1010155	KIT-PANELL DE 13 GENS DE DNA COMPLEMENTARI DEL PANELL DE 52 GENS PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS SÒLIDS EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: OPA expansion -AS-HD-DNA-TUBES-SM-CF-GX, Material fungible: 1x8 Genexus Library Strips 1 and 2-HD, 1 Ion Torrent Genexus Barcodes 1-32-HD, 1x8 genexus Templating Strips 3 and 4-GX5, 1x12 Ion Torrent Genexus Pipette Tips, 1 Ion Torrent GX5 Chip and genexus Coupler, 1 Genexus Sequencing Kit, 1x20 MicroAmp Enduraplate Optical96 well clear reaction plates with barcode 0,2 ml, 1 Adhesive PCR plate foils, 30 crèdits-Oncomine reporter	11,50000	0	0	0	0	100	0	100
1010156	Ion ReproSeq PGT-A GX5 Kit 192	KIT-PER IDENTIFICACIÓ DE ANEUPLOIDES, NUMERO DE COPIES DE GENS I DETERMINACIÓ DE FRACCIÓ TUMORAL PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) EN MOSTRES DE BIOPSIES LÍQUIDES EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	170,00000	0	0	0	0	200	0	200
1010157	KIT-PANELL DE 45 GENS PER DNA I 30 GENS PER A RNA I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS HEMATOLÒGICS MIELOIDES EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: ONCOMINE MYELOID ASSAY GX V2 32 SAMPLES. Material fungible: GENEXUS STRIPS 3B-GX5 AND 4 KIT EACH, ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER KIT, GENEXUS BARCODES 1-96 AS COMBO, GENEXUS SEQUENCING KIT COMBO, GENEXUS PIPETTE TIPS 12 RACK/96, MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, Adhesive PCR Plate Foils	535,00000	0	0	0	0	100	0	100
1010158	KIT-PANELL DE 12 GENS PER DNA COMPLEMENTARI DE PANELL DE 45 GENS PER DNA I 30 GENS PER A RNA PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS HEMATOLÒGICS EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: OMA expansion AMPLISEQ 97-1499 MTX GO. Material fungible: GENEXUS STRIPS 3B-GX5 AND 4 KIT EACH, ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER KIT, GENEXUS BARCODES 1-96 AS COMBO, GENEXUS SEQUENCING KIT COMBO, GENEXUS PIPETTE TIPS 12 RACK/96, MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, Adhesive PCR Plate Foils	2,00000	0	0	0	0	100	0	100
1010159	KIT-PANELL DE 7 GENS DE DNA I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS DE PRÒSTATA EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panell: Ion AmpliSeq HRR Prostate Research Panel GX ID WG00877. Material fungible: Genexus Lib Strips 1 and 2-AS combo, GX5 TEMPLS Strips3-GX5 and 4 combo, ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER KIT, GENEXUS BARCODES 1-32 AS KIT, GENEXUS SEQUENCING KIT COMBO, GENEXUS PIPETTE TIPS 12 RACK/96, MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, Adhesive PCR Plate Foils, GENEXUS PRIMER POOL TUBES EACH	505,00000	0	0	0	0	100	0	100

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CIS	CSMS	CST	HSJR	PHV	TOTAL CONSUM LICTACIO
1010160	KIT-PANELL DE 60 GENS PER DNA I MATERIAL FUNGIBLE ASSOCIAT PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) DE TUMORS LINFOIDES EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Kit-Panel: LIVERPOOL LYMPHOID AS SMALLPACK 5 1TUBE/POOL. Material fungible: GENEXUS LIB STRIPS 1 AND 2-AS COMBO, GX5 TEMPL STRIPS 3-GX5 AND 4 COMBO, ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER KIT, GENEXUS BARCODES 1-96 AS COMBO, GENEXUS SEQUENCING KIT COMBO, GENEXUS PIPETTE TIPS 12 RACK/96, MicroAmp EnduraPlate Optical 96-Well Clear Reaction Plates with Barcode, Adhesive PCR Plate Foils, GENEXUS PRIMER POOL TUBES EACH	565,00000	0	0	0	0	100	0	100
1010161	REACTIUS I CONTROLS PER VALIDACIÓ ANALITICA DE PANELS PER SEQÜENCIACIÓ MASIVA (NGS) EN SEQÜENCIADOR GENEXUS DE THERMOFISHER	Reactius NGS i controls per a validació analítica de Oncomine Precision Assay tumors sòlid, Oncomine Precision Assay biòpsia líquida, Ampliseq OPA expansion, Oncomine Comprehensive assay, Oncomine Myeloide v2 GNX, Ampliseq OMA v2 expansion, Oncomine Comprehensive Plus GNX assay, Ampliseq HRR, Ampliseq Linfoma	25.182,00000	0	0	0	0	2	0	2
1010162	KIT BASAT EN PCR PER DETERMINACIÓ DE SUBTIUPUS MOLECULARS DE CANCER DE MAMA EN MOSTRES FIXADES EN FORMOL I PROCESSADES EN PARAFINA	Reactius i material fungible per l'extracció d'àcids nucleics i estudi per PCR dels gens relacionats amb ERBB2, Receptors d'Estrogens i Progesterona i Ki67. Compatible amb equip Cobas de Roche.	165,00000	0	0	0	0	80	0	80
1010163	PROVES MOLECULARS SINGLEPLEX PER LA DETECCIÓ DE MUTACIONS PER PCR DIGITAL EN MOSTRES DE BIÒPSIA LÍQUIDA EN EL SISTEMA QUANTSTUDIO ABSOLUTE-Q DE THERMOFISHER	Reactius i material fungible per l'estudi de mutacions unitàries (singleplex) per PCR digital dels gens EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, ESR1, PIK3CA, ERBB2, IDH1, KIT, TP53. Per mostres de biòpsia líquida i el sistema QuantStudio Absolute-Q de Thermofisher.	11,00000	0	0	0	0	200	0	200
1010164	PROVES MOLECULARS MULTIPLEX PER LA DETECCIÓ DE MUTACIONS PER PCR DIGITAL EN MOSTRES DE BIÒPSIA LÍQUIDA EN EL SISTEMA QUANTSTUDIO ABSOLUTE-Q DE THERMOFISHER	Reactius i material fungible per l'estudi de varies mutacions (multiplex) per PCR digital dels gens EGFR, BRAF, KRAS, ESR1, PIK3CA. Per mostres de biòpsia líquida i el sistema QuantStudio Absolute-Q de Thermofisher.	37,00000	0	0	0	0	200	0	200
1010165	G-SALSA MLPA PROBE 25RXN	Kit de sondes per a la detecció de grans reordenaments (tècnica MLPA) per a 25 reaccions	12,97000	0	0	0	0	300	0	300
1010166	G-SALSA MLPA PROBE 50RXN	Kit de sondes per a la detecció de grans reordenaments (tècnica MLPA) per a 50 reaccions	12,71000	0	0	0	0	4	0	4
1010167	G-SALSA MLPA PROBE 100RXN	Kit de sondes per a la detecció de grans reordenaments (tècnica MLPA) per a 100 reaccions	12,44000	0	0	0	0	4	0	4
1010168	G-MLPA REACTIU EK1, 100 RXNS 6-FAM	Kit de reactius per a la detecció de grans reordenaments (tècnica MLPA) per a 100 reaccions, en combinació amb SALSALSA MLPA	1.690,71000	0	0	0	0	4	0	4
1010169	G-REACTIU EK5 500 RXNS 6-FAM	Kit de reactius per a la detecció de grans reordenaments (tècnica MLPA) per a 500 reaccions, en combinació amb SALSALSA MLPA	1.812,80000	0	0	0	0	2	0	2
1010170	G-SALSA HhaI 115 UL 200 RX	Enzim per la detecció de metilació en combinació amb SALSALSA MLPA, per a 200 reaccions	51,83000	0	0	0	0	4	0	4
1701	Kit de diagnòstic de Estreptococ-A	Conjunt de test ràpid d' immunocromatografia per detecció qualitativa d' Ags Streptococcus pyogenes A, buffer, escobilló nasofaríngic estèril, requeriments IVDR, instruccions d' ús, lectura ràpida =< 15 minuts, conservació a temperatura ambient	3,00000	7.820	0	0	0	0	750	8.570
1901	Test d'embaràs	Prova ràpida d' immunocromatografia per detecció qualitativa de gonadotropina coriònica humana (hCG) en orina, requeriments IVDR, instruccions d' ús, conservació a temperatura ambient	0,40000	406	0	0	0	0	950	1.356
2001	Kit de diagnòstic trencament prematur de membranes	Kit de diagnòstic trencament prematur de membranes	14,00000	0	0	0	150	0	119	269