



RESOLUCIÓ D'ESMENA

Atès que, en data 2 d'abril de 2026, l'Òrgan de Contractació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) va aprovar l'expedient de contractació en relació a la contractació mitjançant procediment harmonitzat i tramitació ordinària, **per el subministrament i adequació d'espais d'un equip tomografia computada (TC) amb comptatge de fotons i tecnologia quàntica, juntament amb la garantia associada, així com les obres d'adequació i instal·lació necessàries amb destí per la plataforma d'imatge mèdica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. El subministrament de l'equip de tomografia computada (TC) amb comptatge de fotons i tecnologia quàntica, per la plataforma d'imatge mèdica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, està "FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y POR LA UNIÓN EUROPEA (MICIU/AEI/10.13039/501100011033/UE/FEDER, CON NÚMERO DE REFERENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EQC2024-008973-P, AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO"**.

Atès que, s'han detectat les següents errades en els criteris mínims (Annex I) presentats de l'expedient EXP202601. Concretament, els valors modificats son:

- **Capacitat calòrica de l'ànode (MHU):** Document *Annex I MINIMS_SOBRE B*, fila 19, columna B i, també present en l'apartat 2.1. Condicions i requisits mínims respecte de l'equipament a subministrar (pàg 4) del *Plec de Prescripcions Tècniques*. Allà on consta "*Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) >35 MHU*" ha de constar "***Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) >=30 MHU***".
- **Taxa de dissipació calòrica de l'ànode:** Document *Annex I MINIMS_SOBRE B*, fila 20, columna B i, també present en l'apartat 2.1. Condicions i requisits mínims respecte de l'equipament a subministrar (pàg 4) del *Plec de Prescripcions Tècniques*. Allà on consta "*Taxa de dissipació calòrica de l'ànode MHU/min <2,5 MHU/min*" ha de constar "***Taxa de dissipació calòrica de l'ànode MHU/min >2,5 MHU/min***".
- **Equip amb marcatge CE.** Entre la documentació a presentar prèvia a l'adjudicació s'incorpora en aquesta esmena el certificat de que l'equipament objecte del contracte disposi del marcatge CE. Document *Plec de Prescripcions Tècniques*, l'apartat 2.3 i 2.6 del *Plec de Prescripcions Tècniques* i els apartats 13 i 26 del document *Quadre de Característiques*. Allà on consta "*El contractista proporcionarà a l'IDIBGI, en el moment previ a la posada en funcionament de l'equipament a les instal·lacions, tota la documentació i les certificacions que acreditin el compliment de la normativa europea del conjunt de l'equipament (inclòs marcatge CE). No s'acceptarà l'entrega d'un equip que no disposi de marcatge CE en el moment de la firma de l'acte de recepció.*" Ha de constar: "**El contractista proporcionarà a l'IDIBGI, juntament amb la documentació prèvia a l'adjudicació, tota la documentació**



i les certificacions que acreditin el compliment de la normativa europea del conjunt de l'equipament (inclòs marcatge CE)".

També s'han detectat errades en els criteris valorables, per tant, es modifiquen els següents criteris valorables (Annex II):

- **Capacitat calòrica de l'ànode (MHU):** Document *Annex II Criteris automàtics*, fila 13, columna B i, també present en el document: *Quadre de característiques*, apartat 20 – Criteris d'adjudicació, A3 – Característiques valorables equip i sistema informàtic (pàg 11). I, finalment, també present en el document: *Informe de necessitat*, apartat IX – Criteris d'adjudicació, A3 – Característiques valorables equip i sistema informàtic (pàg 9). Allà on consta: "Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) \leq 35 MHU. Criteri inversament proporcional" ha de constar "**Capacitat calòrica de l'ànode (MHU) \geq 30 MHU**". **Criteris directament proporcionals.**
- **Protocols pediàtrics amb kV:** Document *Annex II Criteris automàtics*, fila 14, columna B i, també present en el document: *Quadre de característiques*, apartat 20 – Criteris d'adjudicació, A3 – Característiques valorables equip i sistema informàtic (pàg 11). I, finalment, també present en el document: *Informe de necessitat*, apartat IX – Criteris d'adjudicació, A3 – Característiques valorables equip i sistema informàtic (pàg 9). Allà on consta: "Protocols pediàtrics amb kV \leq 75 kV. Criteri directament proporcional" ha de constar "**Protocols pediàtrics amb kV \leq 75 kV. Criteri inversament proporcional**".

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors materials regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;

RESOLC

Primer.- Aprovar l'esmena dels errors materials detectats en els criteris mínims i valorables, així com en els documents que integren l'expedient de contractació, en els termes descrits en aquesta resolució.



Segon.- Aprovar i publicar novament l'Informe de necessitat, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Quadre de Característiques, el Plec de Clàusules Administratives i els annexes corresponents, degudament actualitzats.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta resolució d'esmena i dels documents modificats a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, a fi de garantir els principis de publicitat, transparència i igualtat.

Salt,

Marga Nadal Sanchez.

Directora de l'IDIBGI.