

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'APLICADORS DE RUTENI-106 PER A TRACTAMENTS DE BRAQUITERÀPIA OFTÀLMICA A L'INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA

CONDICIONS TÈCNiques GENERALS.

El plec de prescripcions tècniques està format per:

- [Prestacions tècniques i funcionals obligatòries](#)
- [Normativa obligatòria](#)
- [Condicions de lliurament](#)
- [Penalitats](#)

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de l'ICO de:

- El subministrament de un màxim de quatre (4) aplicadors de Ruteni 106 per implants de braquiteràpia oftàlmica.
- La retirada i gestió com a residu de un màxim de quatre aplicadors de Ruteni 106 adquirits un cop ja no siguin aptes per ús clínic.

La unitat de braquiteràpia necessita disposar, anualment, d'un màxim de quatre unitats d'aplicadors de Ruteni 106 per poder realitzar aquesta activitat sense que existeixi compromís de compra mínima ja que dependrà de les necessitats assistencials que es generin a l'ICO.

Descripció	Unitats anuals
Aplicadors de Ruteni-106 amb diàmetre actiu de 12mm fins a 21mm	3
Aplicadors de Ruteni-106 amb diàmetre actiu de 22mm fins a 25mm	1
Retirada dels aplicadors de Ru-106	4

D'altra banda per complir la legislació vigent, en concret l'article 50 apartat 3 del Real Decreto 127/2024, pel que s'aprova el reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, ha d'existir un acord ferm amb el proveïdor de les fonts radioactives, pel qual aquest es compromet a gestionar la font quan estigui en desús, és a dir, a de fer-se càrrec de la seva retirada.

Per tant, per continuar oferint aquesta tècnica a tots els pacients de Catalunya i la resta d'Espanya que es puguin beneficiar i complir amb la legislació vigent sobre la retirada de fonts radioactives, l'Institut Català d'Oncologia requereix contractar el subministrament d'aplicadors de Ruteni 106 i la seva retirada quan aquestes ja no tinguin ús clínic, per poder cobrir les necessitats assistencials dels propers anys.



1. PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS OBLIGATÒRIES.

Els requeriments tècnics indicats més endavant tenen en els casos en que estigui indicat com “**característica bàsica**” caràcter obligatori i seran objecte de comprovació prèvia abans de la valoració tècnica de l'oferta. L'incompliment d'un o varis d'aquests requeriments serà causa d'exclusió de la licitació.

Documentació a presentar /Fitxa tècnica

Les especificacions tècniques concretes es troben definides en aquest plec.

És important remarcar que per la acreditació d'una prestació del producte ofert és necessària la presentació de la corresponent informació i documentació, com part integral de la proposta, i el seu incompliment o manca d'informació podrà comportar la no valoració del producte als efectes de l'admissió o no admissió de la proposta. No serà suficient la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i documentació per la seva comprovació i justificació.

De manera addicional, aquesta documentació ha de tenir el contingut mínim següent:

- Identificació de la marca, models i referències dels producte oferte, i el corresponent catàleg.
- Relació de referències segons els diferents mides dels diàmetres, formes i presentacions del cada producte i material.
- Foto del producte ofert o altra documentació gràfica.
- Descripció bàsica de producte, la seva composició, les característiques tècniques i funcionals, i la finalitat d'ús.
- Descripció de l'emalatge i etiquetat
- Model del certificat de calibratge aportat amb cada aplicador subministrat

La documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o espanyola. Quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües indicades. En cas contrari, s'entendran com no presentats.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES D'OBLIGAT COMPLIMENT

Característiques bàsiques

Els aplicadors oftàlmics de Ru-106 son fonts radioactives segellades que contenen Ruteni-106 en equilibri amb un producte secundari, el nucleoide rodi 106.

L'element radioactiu Ru-106/Rh-106 es troba encapsulat hermèticament dins una làmina de plata.

Disseny	Làmina de plata revestida amb Ru-106/Rh-106 i segellada en plata
Material de la càpsula	99,9 % de plata
Forma fisicoquímica	Metall sòlid



Espessor	1 mm
Isòtop	Ru-106/Rh-106
Semivida	373,6 dies

El proveïdor haurà de disposar d'un catàleg d'aplicadors oftàlmics de Ruteni de diferents formes i mides, que permetin tractar tumors oculars ubicats en diferents posicions i amb característiques morfològiques variables.

Haurà de disposar també d'aplicadors amb formes especials retallades per casos de tumors amb ubicacions properes a estructures oculars de risc.

Gestió de residus radioactius (retirada dels aplicadors).

- Els licitadors proporcionaran el servei de retirada dels aplicadors de Ruteni 106 que ja no siguin aptes per ús clínic, **actuant com expedidors de l'enviament**.
- Hauran d'adjuntar la documentació referent el procediment de recollida i subministrar els envasos radioprotegits per poder preparar els embalums conforme a la normativa vigent.

Els licitadors, en cas de resultar adjudicatari, assumeixen el compromís de tramitar del document Euratom (ECC) N° 1493 degudament emplenat i segellat, per tal de donar compliment a la reglamentació vigent sobre trasllat de fonts entre els diferents membres de la Comunitat Econòmica Europea..

2. NORMATIVA OBLIGATÒRIA.

Serà d'obligat compliment per part de l'adjudicatari qualsevol tipus de reglament, norma, directiva o instrucció oficial (de caràcter nacional o internacional) que, malgrat no es mencioni explícitament en el present Plec, resulti d'aplicació en relació a l'objecte de la licitació, així com les possibles modificacions legals que puguin produir-se en relació a les normes d'aplicació, durant la vigència del contracte.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT.

Les comandes es realitzaran segons les necessitats clíniques de l'ICO durant la vigència del període contractual, sense limitacions pel contractista ni en el número de comandes ni en els imports que han de tenir les mateixes.

L'adjudicatari en el moment de rebre la comanda haurà de confirmar la seva recepció indicant el número de comanda i la data prevista d'entrega de la mercaderia sol·licitada.

Caldrà indicar a la oferta presentada el temps estimat de lliurament del material a partir del enviament de la comanda.

Caldrà indicar a la oferta presentada si el proveïdor té disponibilitat o capacitat de fer, de forma puntual i per raons de necessitat no previstes, enviament de comandes amb terminis de temps inferiors als previstos de forma estàndard.



El lliurament de les comandes, no produirà despeses addicionals o sobrepreu extra.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, hauran de comunicar-ho al Servei de Compres i Logística, i si hi ha possibilitat de facilitar una alternativa comunicar-ho amb antelació suficient per part de comprovar la idoneïtat i ser aprovada per l'ICO.

El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

ICO Hospitalet - HOSPITAL DURAN I REYNALS:

Lloc lliurament: **Unitat de braquiteràpia**

Avda. Granvia de L'Hospitalet, 199-203.

L'horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Telèfon de contacte: 93 260 77 24.

El material haurà de venir amb el seu albarà corresponent valorat, en el que figuraran nº de comanda, nº d'article i quantitat, nº d'expedient i nº d'albarà. **Els albarans han d'estar disponibles fàcilment, i en tot cas, anar a l'exterior dels paquets.**

L'albarà de lliurament haurà d'estar signat per la persona responsable de rebre el producte, la qual verificarà que les dades consignades en aquest albarà són certes.

En el cas que el material rebut no sigui conforme, se li comunicarà a l'adjudicatari, que procedirà a recollir-lo i subministrarà el que sigui correcte, en el mínim termini de temps possible, sense cost addicional.

4. PENALITATS:

Es considera essencial per l'interès públic de la prestació sanitària oncològica el lliurament en el termini compromès del material a efectes de garantir una correcta atenció dels pacients atesos a la unitat de Braquiteràpia de l'Institut Català d'Oncologia

En cas que l'empresa adjudicatària de la present licitació, incorregués en demora injustificada respecte del compliment dels terminis habituals pel subministrament, per causes a ella imputables, l'Institut Català d'Oncologia podrà optar, per la imposició de les penalitats que tot seguit es descriuen:

- Quan el contractista, per causa no imputable a l'ICO, hagués incorregut en demora respecte del **termini de lliurament ofert** a comptar des del dia següent a la comanda efectuada per l'ICO, l'ICO podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició d'una **penalitat diària** consistent en **10,00 € per cada 1.000 euros de preu del contracte** (IVA exclòs).

